

příloha č.2

TABULKA S TECHNICKÝMI PARAMETRY

Parametr	Požadovaná min.hodnota	Nabízená hodnota	Poznámka
Ultra širokoúhlá fundus kamera - 1ks			
CLARUS 700, Carl Zeiss			
Parametry a technologie			
Optické rozlišení minimálně 7,3 um	ANO, min. 7,3 um	ANO, 7,3 um	
Skutečné barvy: systém disponuje širokým rozsahem vlnových délek s plynulým přechodem od 435nm do 640nm viz. Zdroj osvětlení.	ANO	ANO, od 435nm do 640nm	
Modrá a zelená autofluorescence	ANO	ANO, modrá a zelená autofluorescence	
Automatická optimalizace a vyvážení jasu jednotlivých snímků v sekvenci snímků angiogramu při zachování změn v signálu.	ANO	ANO	
Automatická lokalizace papily optického nervu pro precizní kontrolu fixace	ANO	ANO	
Pohyblivá hlava kamery	ANO	ANO	
Opěrka čela a brady	ANO	ANO	
Zdroj osvětlení		ANO	
červená LED 585-640 nm	ANO, rozsah 585-640 nm	ANO, rozsah 585-640 nm	
zelená LED 500-585 nm	ANO, rozsah 500-585 nm	ANO, rozsah 500-585 nm	
modrá LED 435-500 nm	ANO, rozsah 435-500 nm	ANO, rozsah 435-500 nm	
infračervená laser dioda 785 nm	ANO	ANO, infračervená laser dioda 785 nm	
Úhel snímání		ANO	
min. 130° jeden snímek	ANO, min. 130°	ANO, 133° jeden snímek	
min. 200° dva snímky (automatická montáž)	ANO, min. 200°	ANO, 200° dva snímky (automatická montáž)	
až 267° montáž (až 6 snímků)	ANO	ANO, až 267° montáž (až 6 snímků)	
Režimy snímání		ANO	
barevný snímek „True Color“ (oddělené barevné kanály červené, zelené a modré barvy složené do barevného snímku)	ANO	ANO, barevný snímek „True Color“	
fluoresceinová angiografie	ANO	ANO, fluoresceinová angiografie	
možnost upgradu na ICG angiografii	ANO	ANO, možnost upgradu na ICG angiografii	
zelená autofluorescence	ANO	ANO, zelená autofluorescence	
modrá autofluorescence	ANO	ANO, modrá autofluorescence	
infračervený snímek oka	ANO	ANO	
snímek předního segmentu oka	ANO	ANO	
stereo snímky	ANO	ANO	
rozišení: optické 7,3 um	ANO, 7,3 um	ANO, 7,3 um	
minimální velikost zorničky: 2,5 mm	ANO, min. 2,5 mm	ANO, minimální velikost zorničky 2,5 mm	
pracovní vzdálenost oka a snímací čočky: 25 mm	ANO, 25 mm	ANO, 25 mm	
kompence ametropie: -24D až +20D	ANO, rozsah -24D až +20D	ANO, rozsah -24D až +20D	
automatické funkce			
auto fokus	ANO	ANO	

automatická úroveň intenzity blesku	ANO	ANO	
auto montáž	ANO	ANO	
automatická detekce pravého nebo levého oka	ANO	ANO	
rychlost snímání			
„live“ IR přehledový snímek 10 snímků/s	ANO, 10 snímků/s	ANO, 10 snímků/s	
sítnice <0,2s	ANO, <0,2s	ANO, <0,2s	
monitor: 22" full HD dotykový monitor, rozlišení 1920x1080	ANO	ANO	
procesor: min. Intel 6. generace Core i5	ANO	ANO	
paměť: min. 32 GB RAM	ANO, min. 32 GB RAM	ANO, 32 GB RAM	
hard disk: min. 2 TB (minimálně 200 000 snímků)	ANO, min. 2 TB (minimálně 200 000 snímků)	ANO, 2 TB (minimálně 200 000 snímků)	
operační systém: min. Windows 10	ANO	ANO	
Vstupy/ výstupy: (min. 3x USB 3.0, 2x RS 232, 1GB Ethernet Port, 1x HDMI)	ANO	ANO	
formát snímků: DICOM, JPG, TIFF, JPG2000, PNG	ANO	ANO	
formát protokolů: PDF, ePDF	ANO	ANO	

POZNÁMKA: Uvedené technické požadavky jsou minimální. Dodavatel může nabídnout zařízení i s lepšími parametry.

Pokyny pro vyplnění:

1. Účastník zadávacího řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"

2. Účastník zadávacího řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)

3. Pokud má účastník zadávacího řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavatel sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".

4. Vyplněný formulář účastník zadávacího řízení předloží v rámci své nabídky (jako přílohu návrhu kupní smlouvy)