

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 00023001

Smluvní strany:

- 1. Institut klinické a experimentální medicíny,**
se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
Zastoupený MUDr. Alešem Hermanem, Ph.D., ředitelem
IČ: 00023001 DIČ: CZ00023001

(dále jen objednatel) na straně jedné

a

- 2. BMT Medical Technology s.r.o.,** se sídlem Cejl 157/50, 656 60 Brno – Zábřovice
Zapsaný pod spisovou značkou C58436 v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
Zastoupený Ing. Milanem Krajcarem, jednatelem společnosti
IČ: 46346996 DIČ: CZ46346996

(dále jen zhotovitel) na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 00023001, uzavřený dne 7. 12. 2011

- Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku ke smlouvě o dílo č. 00023001 dle §7 písmene a) a §12 písmene c), d) výše uvedené smlouvy, kterým se:
a – ruší Příloha 1 ze dne 29. 10. 2012
b – zavádí nová Příloha 1 smlouvy, která je nedílnou součástí tohoto dodatku
- Dodatek č. 2 výše uvedené smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- Smluvní strany si tento dodatek přečetly a s jeho obsahem, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle souhlasí. Na důkaz toho, že není uzavírán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, jej stvrzují vlastnoručními podpisy.

V Praze dne: 27. 12. 2011

V Brně dne: 26. 12. 2011

.....
[Redacted]
.....
Za objednatele
MUDr. Aleš Herman, Ph.D., ředitel

.....
[Redacted]
.....
Za zhotovitele
Ing. Milan Krajcar, jednatel společnosti

[Redacted]

[Redacted]

umístění přístroje	název přístroje	typ přístroje	výrobní číslo	Servisní plán												PBTk			T	T	E	cena opravy
				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	Q	P	R	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	
Seznam přístrojů a ceny bez DPH:																Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/hod.
Centrální sterilizace 1.PP	sterilizátor parní	Sterivap 9612-2FD	050814	Q			P			Q			R			1050	1980	3020	1530		1320	660
Centrální sterilizace 1.PP	sterilizátor parní *)	Sterivap HP 9612-2FD	5120517	Q			R			Q			P									
Mikrobiologie 2.NP	sterilizátor parní	Sterivap 666-1ED	050815	Q			P			Q			R			1320	2650	3340	2230	5700	1320	660
Mikrobiologie 2.NP	sterilizátor parní	Unisteri 336-2ED	050606										R					2050	2120	5700	1320	660
Mikrobiologie 2.NP	sterilizátor horkovzdušný	Sterimat 574.2	95041									R						850				660
Mikrobiologie 2.NP	sterilizátor horkovzdušný	HS201A	79306									R						850				660
Mikrobiologie 2.NP	sterilizátor horkovzdušný	Sterimat 574.2	95031									R						850				660
Laboratoř LVAE, pavilon Z1	sterilizátor parní **)	Unisteri HP 336-1ED	5121032				P						R									
Lékárna 1.PP	sterilizátor parní	Unisteri 336-1ED	050834										R					2050	2120		1320	660
Oddělení LPKS	sterilizátor parní	Sterimat Plus	040812							R								1700	720		660	660
Kardiologie - op.sálky	sterilizátor parní	Sterident	030406										R					1700	720		660	660
Centrální sterilizace 1.PP	sušárna	Venticell 404	971402										R					1010			660	660

Přístrojů celkem: 12

celkem: 4 740 4 630 17 420 9 440 11 400 7 260

pravidelné služby celkem za rok: 54 890 Kč

*) - přístroj v záruce do 15.6.2014

**) - přístroj v záruce do 30.11.2016

Specifikace servisu:	sjednáno:	poznámka:	záznamy elektronicky:
Q = čtvrtletní prohlídka a údržba	ano	v termínu dle plánu	ne
P = půlroční prohlídka a údržba	ano	v termínu dle plánu	ano
R = roční prohlídka a údržba	ano	v termínu dle plánu	ano
BO = běžné opravy	ano	nástup na opravu do: 24 hodin	ne
T = provozní revize tlakových nádob dle ČSN 690012	ano	v termínu roční prohlídky	ano
E = elektrorevize	ano	v termínu roční prohlídky	ano
K = kalibrace	ano	v termínu roční prohlídky	ano
IP = instruktáže personálu	ano	v termínu dle dohody	ano

Záznamy elektronicky na adresy:

Cestovné: Jízdné os. auto: 9,00 Kč/km
Čas na cestě: Nebude účtován.
Dojezd technika: Praha; u provozní revize TN - Hradec Králové

Příplatky za práci: v noci (22-6 h): 50 % hodinové
v nepracovní dny: 100 % hodinové

Kontakty zhotovitele:

Kontakty objednatele:

Datum: 20. 1. 2014

zhotovitele

za objednatele