

Kategorie M: Specifikace předmětu plnění							
Položka č.	Název	Počet kusů	Cena za kus bez DPH (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)	Cena celkem včetně DPH (Kč)	Výrobce	Katalogové číslo
1	Jednodotková dávkovací láhev pro minimalizaci odpařování rozpouštědel při čištění optiky tampónem nebo štětcem se záklopným víčkem. Dávkování pomocí zatlačení na pružinové uzavírání, které dávkuje rozpouštědlo do mělké nádrže nahoře na pružinovém uzávěru. Láhev musí mít kapacitu min. 8 oz a musí být vhodná vhodná pro většinu rozpouštědel, včetně acetonu, benzínu, propanolu, MEK, toluenu, terpentinu a vody.	2	544,00 Kč	1 088,00 Kč	1 316,48 Kč	Thorlabs	BD8
2	Plastová uzavíratelná jednotka pro bezpečné uložení odštěpených konců vláken. Rozměry (D x Š x V): min. (6.99 cm x 6.99 cm x 15.24 cm).	1	198,00 Kč	198,00 Kč	239,58 Kč	Thorlabs	FTDU
3	Napájení kompaktního ovladače motorizované závěrky, dodává proud do 2,4 A, do standardní zásuvky	3	881,00 Kč	2 643,00 Kč	3 198,03 Kč	Thorlabs	KPS101
4	Ochranné brýle proti laserovému záření. Filtr musí být stupně min LB5 v pásmu D podle normy EN207 minimálně v rozsahu vlnových délek 450 nm - 532 nm, přičemž propustnost pro viditelné světlo musí být větší než 30%. Brýle musí být možné použít zároveň s dioptrickými brýlemi.	2	5 285,00 Kč	10 570,00 Kč	12 789,70 Kč	Thorlabs	LG10
5	Ochranné brýle proti laserovému záření. Filtr musí být stupně min LB3 v pásmu DIR podle normy EN207 minimálně v rozsahu vlnových délek 615 nm - 660 nm, přičemž propustnost pro viditelné světlo musí být větší než 30%. Brýle musí být možné použít zároveň s dioptrickými brýlemi.	2	5 707,00 Kč	11 414,00 Kč	13 810,94 Kč	Thorlabs	LG7
6	Vinylová magnetická měřicí páska, kterou lze umístit naplocho na jakémkoli magnetickém povrchu s imperiální i metrická stupnicí o délce min 1m, s numerickými značkami každé po 1 "a 1 cm a čárkami každých 1/8" a 1 mm. Tloušťka max 0,9 mm.	2	138,00 Kč	276,00 Kč	333,96 Kč	Thorlabs	MFT1
7	Opticky čistá oboustranná páska s vysokou soudržností a odolností proti odlupování, pro spolehlivé spojení mnoho průhledných substrátů nebo optických zařízení. Tato páska musí být určena pro vzájemné spojení optických filmů, jako je například čočková fólie, s polarizační fólií nebo skleněným substrátem. Navíc musí umožňovat spojení s holými povrchy oxidu india a cinu (ITO). Tloušťka folie max. 0,050 mm. Musí mít min. 99% propustnost v oblasti viditelného spektra a max. 1% úroveň zákalu. (Typické balení 20 archů o rozměrech min 10 x 10 cm, cena uvedena za jeden arch, počet kusů určuje počet archů)	20	85,25 Kč	1 705,00 Kč	2 063,05 Kč	Thorlabs	OCA8146-2
8	Ochranné brýle pro blízkou infračervenou oblast. Požadované ochranné pásmo 1000-1600 nm > OD7, 950-1000 nm > OD5, 900-950 nm > OD4. Propustnost viditelného světla minimálně 70%. Rám musí být dostatečný pro použití zároveň s dioptrickými brýlemi - výška rámu min 55 mm, šířka rámu min 150 mm, nastavitelná délka nožek 110-125 mm, úhlově nastavitelná poloha nožek, zakončení nožek stabilní úchytka za ucho.	2	11 310,00 Kč	22 620,00 Kč	27 370,20 Kč	Laservision	R10.TSK02.5000
9	Světlo neprouštějící krycí panely o rozměrech 508 x 762 mm +/- 1 mm a tloušťce 1,6 mm. Celkem 5 kusů.	2	1 247,00 Kč	2 494,00 Kč	3 017,74 Kč	Thorlabs	TB5
	Celkem	36		53 008,00 Kč	64 139,68 Kč	x	x

V..... Dne.....

OphiXs
 Digitálně podepsal
 Ing. Martin Klečka
 Datum: 2020.06.29
 13:09:39 +02'00'

Podpis.....



EVROPSKÁ UNIE
 Evropské strukturální a investiční fondy
 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

