SMLOUVA O VÝPŮJČCE

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník") a ve znění příslušných právních předpisů souvisejících mezi následujícími smluvními stranami:

"APR" spol. s r.o.
se sídlem V Chotějně 765/15, 102 00 Praha 10
IČO: 44792883, DIČ: CZ44792883
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5225
Jednající: Ing. Jiří Mackanič, jednatel společnosti
(dále jen: „**půjčitel**")
na straně jedné

a

Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Žižkova 146, Kolín III, 280 02 Kolín
IČ: 27256391, DIČ: CZ27256391
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10018
Jednající MUDr. Petr Chudomel, MBA předseda představenstva, MUDr. Igor Karen místopředseda představenstva
(dále jen: „**vypůjčitel**")
na straně druhé

takto:

Článek I.
Předmět výpůjčky

1. Půjčitel se zavazuje přenechat vypůjčiteli do bezplatného užívání předmět výpůjčky – plně automatický imunohematologický analyzátor s příslušenstvím, který je blíže specifikovaný níže a dále v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Hodnota analyzátoru: 580 000,- Kč bez 21% DPH.

Položka č.	Název položky	Výrobní č.	Výrobce
0064600	Galileo NEO	5030090018	Immucor Medizinische Diagnostik GmbH

2. Půjčitel je výlučným vlastníkem předmětu výpůjčky a zavazuje se, že jej přenechá k dočasnému užívání vypůjčiteli ve smyslu § 2193 a násl. občanského zákoníku za účelem testování vhodnosti technického vybavení, aplikovatelných metod a postupů a používaných diagnostik pro řešení imunohematologického vyšetřování vzorků dárcovského provozu.

3. Půjčitel prohlašuje, že předmět výpůjčky je schválený a způsobilý k řádnému užívání a jeho stav odpovídá příslušným právním předpisům.

Článek II.
Místo předání předmětu výpůjčky

1. Půjčitel předá předmět výpůjčky pověřenému pracovišti vypůjčitele nejpozději do 14 dnů ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. O předání a následně o vrácení bude sepsán předávací protokol, který podepíše oprávněný zástupce obou smluvních stran.

2. Pověřeným pracovištěm vypůjčitele je Transfuzní a hematologické oddělení Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje, Žižkova 146, Kolín III, 280 02 Kolín.

Článek III.
Práva a povinnosti půjčitele

1. Půjčitel se zavazuje, že provede bezplatně a protokolárně:
   - Instalaci předmětu výpůjčky vč. jeho uvedení do funkčního provozu v prostorách pověřeného pracoviště vypůjčitele v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., Zákon o zdravotnických prostředcích.
   - Zaškolení pracovníků vypůjčitele v rozsahu potřebném k řádné a bezporuchové obsluze předmětu výpůjčky v souladu s požadavky zákona č. 268/2014 Sb., Zákon o zdravotnických prostředcích.

2. Půjčitel se zavazuje, že spolu s předmětem výpůjčky předá vypůjčiteli doklady, které se vztahují k předmětu výpůjčky a týkají se zákonných požadavků pro jeho provoz.
   Těmito doklady jsou:
   - platné prohlášení o shodě
   - uživatelská dokumentace, návod k obsluze a deník údržby v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě např. na CD
   - protokol o provedení zaškolení obsluhy s podpisy školitele a školené osoby
   - seznam a certifikáty osob provádějící zaškolení obsluhy za stranu půjčitele
   - příslušný protokol a doklady o vstupním měření (kalibrace, validace, jiný typ měření), odpovídající požadavkům zákona č. 505/1990 Sb., Zákon o metrologii

3. Půjčitel prohlašuje, že má předmět výpůjčky pojištěn proti odcizení a poškození a že tato pojistka se vztahuje i na odcizení či poškození předmětu výpůjčky po dobu jejího umístění u vypůjčitele. Půjčitel dále prohlašuje, že pojištění se vztahuje i na škody způsobené vypůjčiteli či třetí osobě provozem předmětu výpůjčky. Půjčitel se zavazuje udržovat pojištění po dobu trvání výpůjčky podle této smlouvy v platnosti.

Článek IV.
Práva a povinnosti vypůjčitele

1. Vypůjčitel se zavazuje poskytnout půjčiteli potřebnou součinnost při uvedení předmětu výpůjčky do provozu a potvrdit protokolárně jeho převzetí.

2. Vypůjčitel se zavazuje užívat předmět výpůjčky výhradně k vlastnímu použití, a to jen k takovým účelům, pro nějž je výrobcem určen, a nepřenechávat jej nebo zřizovat jakákoliv práva k předmětu výpůjčky třetí straně bez souhlasu půjčitele.

3. Vypůjčitel se zavazuje chránit předmět výpůjčky před zneužitím, ztrátou nebo zničením. V případě vzniku škody na předmětu výpůjčky z důvodu zanedbání povinností vypůjčitele je

tento povinen uhradit půjčiteli vzniklou škodu. Nebezpečí škody přechází na vypůjčitele dnem převzetí předmětu výpůjčky.

4. Vypůjčitel je povinen v rámci používání předmětu výpůjčky používat pouze diagnostické a spotřební materiály určené a schválené výrobcem nebo půjčitelem dle platného ceníku, který je uveden v příloze č. 2 této smlouvy.

5. Vypůjčitel je povinen určit pracovníky zodpovědné za provoz předmětu výpůjčky a umožnit půjčiteli na jeho vyžádání přístup za účelem výkonu servisu a ověření stavu předmětu výpůjčky.

Článek V.
Provoz a údržba předmětu výpůjčky

1. Půjčitel poskytuje vypůjčiteli na předmět výpůjčky záruku po celou dobu platnosti této smlouvy od protokolárního předání předmětu výpůjčky vypůjčiteli.

2. Půjčitel se zavazuje zajišťovat opravy dle definice v § 66 zákona č. 268/2014 Sb., Zákon o zdravotnických prostředcích, předmětu výpůjčky po dobu poskytované záruky zdarma. Potřebu oprav při poruše oznámí vypůjčitel na telefonní čísla uvedená v deníku údržby, který je součástí dodávky předmětu výpůjčky.

3. Půjčitel se zavazuje v případě poruchy předmětu výpůjčky k jeho uvedení do provozu do 72 hodin (počítaných od nahlášení závady). V případě, že nebude oprava provedena v tomto časovém limitu a vypůjčitel nebude mít možnost řešit výpadek provozu náhradním způsobem v rámci své vlastní organizace, půjčitel vypůjčiteli zapůjčí a zprovozní po dobu opravy obdobný přístroj.

4. Půjčitel se zavazuje provádět pravidelné bezpečnostně technické kontroly předmětu výpůjčky a další úkony k zachování bezpečnosti a plné funkčnosti předmětu výpůjčky dle definice v § 65 zákona 268/2014 Sb., Zákon o zdravotnických prostředcích, prováděné dvakrát ročně v rozsahu půlroční a roční údržby v souladu s předpisem výrobce předmětu výpůjčky po dobu platnosti této smlouvy, a to za úplatu stanovenou v příloze č. 3 této smlouvy.

Článek VI.
Trvání smlouvy. Výpověď.

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s platností ode dne podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

2. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět, a to písemnou výpovědí, uplatněnou i bez uvedení důvodu, doručenou druhé smluvní straně s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

3. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně v případě podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.

4. V případě pochybností je dnem doručení třetí den po odeslání.

5. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě písemných očíslovaných dodatků a příloh podepsaných oběma smluvními stranami.

Článek VII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

2. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, obsah smlouvy je jim srozumitelný a vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

3. Tato smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

4. Půjčitel a jeho zaměstnanci se zavazují k zajištění ochrany informací, citlivých dat a osobních údajů vypůjčitele, se kterými při plnění této smlouvy přijde do styku. Půjčitel se zavazuje k zabezpečení mlčenlivosti všech jeho zaměstnanců o těchto údajích i o dalších bezpečnostních opatřeních, vedoucí k ochraně těchto údajů, aby zabránil jakémukoli zneužití dat a osobních údajů. Smluvní strany se zavazují k dodržení veškerých ujednání tohoto článku smlouvy i po ukončení účinnosti tohoto smluvního vztahu. Tento závazek o mlčenlivosti podléhá požadavkům Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, zákona č. 372/2011 Sb., Zákon o zdravotních službách, zákona č. 373/2011 Sb., Zákon o specifických zdravotních službách a vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, vše v platném znění.

5. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené (nebo upravené neplatně nebo neúčinně), se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Smluvní strany se zavazují řešit jakýkoliv spor z této smlouvy nejprve smírnou cestou. Nebude-li spor vyřešen smírně, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna jej předložit k věcně a místně příslušnému soudu České republiky.

Přílohy:
1. Technická specifikace předmětu výpůjčky
2. Ceník diagnostického a spotřebního materiálu
3. Ceník pravidelných bezpečnostně technických kontrol

V Praze dne 15.6.2020

Ing. Jiří Mackanič

Digitálně podepsal Ing. Jiří Mackanič
Datum: 2020.06.15 12:14:33 +02'00'

Ing. Jiří Mackanič
jednatel "APR" spol. s. r.o.

V Kolíně dne

MUDr. Petr Chudomel MBA

Digitálně podepsal MUDr. Petr Chudomel MBA
Datum: 2020.07.03 09:15:01 +02'00'

MUDr. Petr Chudomel
předseda představenstva

MUDr. Igor Karen

Digitálně podepsal MUDr. Igor Karen
Datum: 2020.07.03 09:23:19 +02'00'

MUDr. Igor Karen
místopředseda představenstva

Příloha č. 1

Ing. Jiří Mackanič

Digitálně podepsal Ing. Jiří Mackanič
Datum: 2020.06.15 12:17:44 +02'00'

Technická specifikace
plně automatického imunohematologického analyzátoru Galileo NEO

Katalogové číslo: 0064600

Výrobce:
Immucor Medizinische Diagnostik GmbH, Rödermark, SRN

Dodavatel:
"APR" spol. s r.o., V Chotějně 765/15, 102 00 Praha 10, IČO: 44792883

Typ přístroje:
Plně automatický imunohematologický analyzátor

Certifikace a osvědčení:
Evropská direktiva 98/79/EC (NV č. 56/2015 Sb.) o IVD ZP – CE certifikát, FDA certifikát, certifikace podle normy EN13485 další viz seznam.

Měřené parametry:
Imunohematologická vyšetření pro pacienty i dárce krve:
- vyšetření krevních skupin systému AB0 a RhD (vyšetření aglutinogenů i aglutininů, dle typu vzorku definovatelná skladba diagnostik), KS AB0D novorozence, ověření KS AB0D dárce, transfuzního přípravku aj. (k dispozici jsou různé klony diagnostik)
- vyšetření Rh fenotypu CcEe a vyšetření antigenu Kell, (k dispozici jsou různé klony diagnostik), antigenu C^w (přímou aglutinací i NAT), Cellano (metodou NAT).
- vyšetření slabého/variantního D ($D^{w/v}$)
- screening antierytrocytárních protilátek (4, 3, 2 nebo poolované krvinky)
- identifikace antierytrocytárních protilátek (3 samostatné identifikační panely, každý 14 různých dárcovských erys)

- zkouška kompatibility
- přímý antiglobulinový test
- typování vzácných erytrocytárních antigenů aglutinačními metodami nebo metodami NAT (dle typu antigenu)
- titrace IgM a IgG protilátek
- vyšetření a identifikace antitrombocytárních protilátek
- screening CMV a syfilis metodou TPHA

Použité metody:

Přímá aglutinace na mikrotitračních destičkách formátu 12x8 jamek. Metody pevné fáze na mikrotitračních destičkách formátu 12 stripů po 8 jamkách pro antiglobulinové testy – **Capture R Ready Screen** a **Capture R Select**

Výkon a vlastnosti analyzátoru:

Plně automatický a autonomně pracující analyzátor

Kontrola kvality potřebných diagnostik a materiálů pro zadané testy buď pomocí samostatně spuštěné analýzy provádějící vzájemnou křížovou zkoušku citlivosti jednotlivých diagnostik a správnou reakci s kontrolními krvinkami (u aglutinačních metod), nebo pozitivní a negativní kontrola v rámci každé dávky měření u metod pevné fáze.

Kontrola přítomnosti a čistoty stripu / jamek potřebných k vyšetření před započetím analýzy.

Kontrola množství potřebných diagnostik a materiálů pro zadané testy před spuštěním každé série měření, upozornění na potřebu doplnění další lahvičky reagentu/stripu/desky a kontrola následného vložení.

Možnost zadávání nových vzorků, požadavků a diagnostik během činnosti přístroje, doplňování roztoků nebo vyprazdňování odpadu bez nutnosti přerušit činnost nebo čekat na konec probíhajících analýz, kontinuální přístup obsluhy k výsledkům či parametrům měření

Archivace a trasovatelnost použitých diagnostik, průběhu měření a zásahů obsluhy.

Možnost editace výsledků, reportů a exportu do LIS.

Víceúrovňová práva obsluhy s identifikací a ochranou individuálním heslem

Zadávání požadavků ručně nebo z LIS, vytvoření pracovního listu před nebo po vložení vzorků do přístroje, přenos výsledků (obousměrná komunikace).

Výkon:	ABOD Full + SCP (2 krvinky)	62 vzorků/hod.
	ABOD Full + SCP (3 krvinky)	55 vzorků/hod.
	ABOD Full + SCP (poolovaný)	70 vzorků/hod.

Měření „po pacientech" – současně lze spouštět různé analýzy pro daný vzorek

STAT – funkce statimového vzorku – možnost označení vzorku nebo skupiny vzorků a jejich prioritní vyšetření před ostatními rutinními vzorky.

Archivace výsledků měření, obrázků reakcí jednotlivých jamek, použitých diagnosticích a materiálech, průběhu měření a činnosti/zásahů obsluhy do samostatných archivních souborů, možnost uložení na centrální úložiště uživatele nebo vyměnitelná paměťová média.

Integrované moduly:

Centrifuga, promývačka, reader se dvěma CCD barevnými kamerami, inkubátor, pipetor, prostory pro vkládání vzorků, diagnostik a reagencií s integrovanými čtečkami čárových kódů, prostor pro vkládání mikrotitračních desek, transportní modul mikrotitračních desek, čtečka čárových kódů mikrotitračních desek, PC včetně obslužného, vyhodnocovacího a řídícího SW.

Zásobníky vzorků a materiálu:

Volitelná konfigurace, možnost průběžného doplňování.

Standardní konfigurace:

176 vzorků (11 zásobníků vzorků, každý na 16 zkumavek)

6 velkoobjemových nádobek diluentu (1 zásobník)

12 lahviček reagentů (1 zásobník pro 14-řadý vkládací prostor)

18 lahviček reagentů (2 zásobníky pro 5-řadý vkládací prostor)

Možnost různých jiných kombinací včetně zásobníků velkoobjemových lahviček diagnostik (57 ml – např. LISS).

Komunikace s obsluhou

Obslužný počítač standardu PC s periferiemi (klávesnice, myš nebo trackball), LCD monitor s dotykovou obrazovkou. Ruční čtečka čárových kódů.

Tiskárna pro tisk výsledků

Běžný typ, barevná inkoustová nebo laserová černobílá (ekologický tisk), volena podle požadavků uživatele a aktuální nabídky

Operační systém obslužného PC

Windows Vista, Windows 7

Připojení k LIS

Obousměrné sériové rozhraní RS 232C nebo přímé připojení do LAN

Konfigurovatelný formát exportních dat nebo standardní ASTM protokol. Možnost přizpůsobení pomocí programového rozhraní Morpheus.

Identifikace vzorků a materiálu:

3 integrované čtečky čárových kódů samostatně pro vzorky / diagnostika a mikrotitrační destičky, kód diagnostik obsahuje typ produktu, šarži, datum exspirace, identifikaci jednotlivé lahvičky v rámci šarže. Ke každému měření jsou ukládány údaje o použitých diagnosticích a materiálech vč. Šarže, exspirace a individuálního čárového kódu reagencií.

Akceptované typy čárových kódů:

Mikrotitrační desky:	Code 128
Vzorky a diagnostika:	Codabar, Code 128, Code 39, Interleaved 2 of 5, ISBT 128 (pouze neřetězené kódy)

Záložní zdroj:

Externí UPS 1500 VA, zálohovaný plný provoz na baterie cca 15 min.

Připojení:

Přístroj k LIS:	RS232C nebo LAN
PC k přístroji:	USB
Vnitřní moduly přístroje:	Sběrnice CAN

Rozměry a hmotnost:

Šířka (bez monitoru):	160 cm
Šířka (s monitorem):	225 cm (Přístroj s kabinetem)
Hloubka:	90 cm
Výška:	186 cm
Hmotnost:	420 kg

Požadavky na napájení:

Napětí:	100 – 240 V
Frekvence:	47 – 63 Hz
Spotřeba (příkon):	400 VA (1000 VA ve špičce)

Pracovní podmínky:

Okolní provozní teplota:	15 – 30 °C
Skladovací teplota:	0 – 40 °C
Vlhkost:	20 – 80 % nekondenzující
Nadmořská výška:	do 2000 m n.m.

Instalační požadavky:

Rozměr prostoru pro přístroj (šířka x hloubka x výška): 220 cm X 90 cm X 186 cm

Nosnost podlahy: min. 420 kg

Bezpečnostní normy:

Dle prohlášení o shodě:

Directive 98/79/EC: In Vitro Diagnostic Medical Devices
EN ISO 13485:2012
EN ISO 14971:2012
EN 13612:2002
EN ISO 18113-1:2011
EN ISO 18113-2:2011
EN ISO 18113-3:2011
ISO 15223-1:2012
EN 980:2008
EN 61010-1:2002
EN 61010-2-201:2003
EN 61010-2-010:2003
EN 61010-2-020:2006
EN 61326-1:2006
EN 61326-2-6:2006

Dále dle uživatelského manuálu:

EN 61010-2-081 (2001) + Amendment 1 (2003)
EMC EC Directive 2004/108/EC (EMC)
Emissions – CLASS A
Immunity (dle EN 61326-2-6:2006)
Directive 2002/96/EC (WEEE)

Severoamerické normy a standardy:

Underwriters Laboratories UL 61010-1:2004
Canadian Standards Association CAN/CSA C22.2 No.61010-1-04

Ing. Jiří Mackanič

Digitálně podepsal Ing. Jiří Mackanič
Datum: 2020.06.15 12:18:18 +02'00'

Příloha č. 2 Smlouvy - ceník zboží

Nemocnice Kolín, HTO - NEO 2.0

26.01.2020

Název produktu	Katalogové číslo	Balení	Cena bez DPH	Sazba DPH	Cena s DPH
Referencells A1, A2, B, 0	0002338	4 x 10 ml	[redacted]		
Stir Balls	0006226	2 x 50 ks			
Capture LISS	0006420	10 x 11,5 ml			
Capture-R Ready Indicator Red Cells	0006427	1 x 11,5 ml			
Capture-R Ready Indicator Red Cells	0006428	10 x 11,5 ml			
Capture-R Select	0006446	480 jamek			
immuClone Anti-A IgM (klon BIRMA-I)	0066001	1 x 10 ml			
immuClone Anti-B IgM (klon LB2)	0066002	1 x 10 ml			
immuClone Anti-AB IgM (Birma I + ES4 + ES15)	0066003	1 x 10 ml			
immuClone Rh-Hr Control	0066006	1 x 10 ml			
immuClone Anti-D Rapid IgM (klon RUM-1)	0066008	1 x 10 ml			
immuClone Anti-D Duo IgM+IgG (TH28(IgM)+MS26(IgG))	0066009	1 x 10 ml			
immuClone (1) Anti-C IgM (klon MS24)	0066011	10 ml			
immuClone (1) Anti-c IgM (klon MS33)	0066013	10 ml			
immuClone (1) Anti-E IgM (klon MS258+MS80)	0066015	10 ml			
immuClone (1) Anti-e IgM (klon MS16+MS21+MS63)	0066017	10 ml			
immuClone Anti-C^w IgM (klon MS110)	0066019	5 ml			
NOVACLONE Anti-D IgM+IgG (klon D175(IgM)+D415(IgG))	0066037	10 x 10 ml			
Galileo Microplates (barcoded)	0066050	1 x 100			
Galileo Diluent	0066058	3 x 500 ml			
Rely+On PeraSafe	0066078	10 ks			
Automated immuClone Anti-K (Kell) IgM (K1.21.HM.EF)	0066088	10 ml			
Capture-R Ready-Screen (Pooled Cells vč. C^w)	0066213	480 testů			
Capture-R Control Set (Weak Positive/Negative)	0066236	2 x 11,5 ml			
corQC Extend Complete	0066297	1x10 ml+4x5 ml			
Negative Control micro	0066299	5 ml			
Anti-k (Cellano) micro	0066306	5 ml			
Capture-R Ready-Screen (3) obsahuje C^w a Kp^a antigen	0066814	120 testů			
NOVACLONE Diluent Control	5100011	1 x 10 ml			
NOVACLONE Anti-A IgM (klon A98)	5170011	1 x 10 ml			
NOVACLONE Anti-B IgM (klon B84+B97)	5175011	1 x 10 ml			
Phosphatase Buffered Saline Conc.	SB02-250	10 x 250 ml	[redacted]		

Ing. Jiří Mackanič

Digitálně podepsal Ing. Jiří Mackanič
Datum: 2020.06.15 12:18:46 +02'00'

PŘÍLOHA Č. 3 SMLOUVY O VÝPŮJČCE
CENÍK PRAVIDELNÝCH BEZPEČNOSTNĚ TECHNICKÝCH KONTROL

Roční bezpečnostně technická kontrola

Použité náhradní díly a spotřební materiál *)

Číslo skl. karty	*Název*	*Množství*	*MJ*	*Cena za MJ (Kč) bez DPH*	*Cena (Kč) bez DPH*	*Sazba DPH v %*	*Celkem (Kč) S DPH*
0065071CR	Lampa do readru	1	Ks	[redacted]			
0065072CR	Filtr systémové kapaliny	1	Ks				
64709	LLD deska promývačky	1	Ks				
Celkem							

**) Pozn.: Uvedený seznam obsahuje výrobcem předepsané náhradní díly k výměně během roční periodické kontroly. Ceny náhradních dílů a spotřebního materiálu jsou konečné a zahrnují cenu dopravy včetně balného a pojištění výrobce. Použité náhradní díly a spotřební materiál se mohou lišit v závislosti na aktuálním zjištěném stavu analyzátoru při periodické kontrole.*

Servisní hodiny *)

Číslo skl. karty	*Název*	*Množství*	*MJ*	*Cena za MJ (Kč) bez DPH*	*Cena (Kč) bez DPH*	*Sazba DPH v %*	*Celkem (Kč) S DPH*
SERVIS1	Servis	8	hod	[redacted]			
Celkem							

**) Pozn.: Uvedený počet servisních hodin se může lišit v závislosti na aktuálním zjištěném stavu analyzátoru při periodické kontrole*

Cestovní náklady

Číslo skl. karty	*Název*	*Množství*	*MJ*	*Cena za MJ (Kč) bez DPH*	*Cena (Kč) bez DPH*	*Sazba DPH v %*	*Celkem (Kč) S DPH*
CEST.NÁKL.	Cestovní náklady	128	km	[redacted]			
Celkem							

Celková obvyklá cena roční bezpečnostně technické kontroly [redacted]

Maximální cena roční bezpečnostně technické kontroly [redacted]**)**

Půlroční bezpečnostně technická kontrola

Použité náhradní díly a spotřební materiál *)

Číslo skl. karty	*Název*	*Množství*	*MJ*	*Cena za MJ (Kč) bez DPH*	*Cena (Kč) bez DPH*	*Sazba DPH v %*	*Celkem (Kč) S DPH*
0065071CR	Lampa do readru	1	Ks	[redacted]			
0065072CR	Filtr systémové kapaliny	1	Ks				
Celkem							

**) Pozn.: Uvedený seznam obsahuje výrobcem předepsané náhradní díly k výměně během půlroční periodické kontroly. Ceny náhradních dílů a spotřebního materiálu jsou konečné a zahrnují cenu dopravy včetně balného a pojištění výrobce. Použité náhradní díly a spotřební materiál se mohou lišit v závislosti na aktuálním zjištěném stavu analyzátoru při periodické kontrole.*

Servisní hodiny *)

Číslo skl. karty	*Název*	*Množství*	*MJ*	*Cena za MJ (Kč) bez DPH*	*Cena (Kč) bez DPH*	*Sazba DPH v %*	*Celkem (Kč) S DPH*
SERVIS1	Servis	5	hod		[redacted]		
Celkem					[redacted]		

**) Pozn.: Uvedený počet servisních hodin se může lišit v závislosti na aktuálním zjištěném stavu analyzátoru při periodické kontrole.*

Cestovní náklady

Číslo skl. karty	*Název*	*Množství*	*MJ*	*Cena za MJ (Kč) bez DPH*	*Cena (Kč) bez DPH*	*Sazba DPH v %*	*Celkem (Kč) S DPH*
CEST.NÁKL.	Cestovní náklady	128	km		[redacted]		
Celkem					[redacted]		

Celková obvyklá cena půlroční bezpečnostně technické kontroly [redacted]

Maximální cena půlroční bezpečnostně technické kontroly