

Kupní smlouva č.

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Kupující: Kroměřížská nemocnice a.s.
Se sídlem: Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž
IČ: 27660532
DIČ: CZ27660532
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4416
Zastoupen: Ing. Petrem Liškářem, MBA – místopředsedou představenstva

na straně jedné (dále jen „**kupující**“)

a

Prodávající: Medinet s.r.o.
Se sídlem: Vrchlického 334, 272 01 Kladno
IČ: 47538198
DIČ: CZ47538198
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 18139
Zastoupen: Ing. Vojtěchem Kožnerem, jednatelem
Bankovní spojení: xxx

na straně druhé (dále jen „**prodávající**“)

prodávající a kupující dále také jako „**smluvní strany**“
nebo jednotlivě jako „**smluvní strana**“

tímto uzavírají tuto kupní smlouvu v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**občanský zákoník**“), jako výsledek otevřeného zadávacího řízení na realizaci nadlimitní veřejné zakázky ev. č. VZ/2020/4/01/O nazvané „**Endoskopické věže vč. příslušenství pro gastroenterologii**.“ (dále jen „**veřejná zakázka**“), v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“).

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu 3 ks endoskopických věží vč. příslušenství, dle technické specifikace uvedené v přílohách této smlouvy a umožnit kupujícímu k nabízenému plnění nabýt vlastnické právo. Příloha č. 2

obsahuje cenové údaje nabízeného plnění a příloha č. 3 obsahuje vyplněnou tabulku s technickými parametry nabízeného plnění, tak jak byly předloženy v nabídce prodávajícího podané do zadávacího řízení k veřejné zakázce. (dále jen „zařízení“, „zboží“ nebo „předmět plnění“).

2. Prodávající se v souvislosti s dodávkou zboží zavazuje zajistit služby spočívající v instalaci, příp. montáži zboží, je-li pro uvedení zboží do plného provozu potřeba, aby byly tyto služby provedeny. Prodávající se rovněž zavazuje k tomu, že zajistí obstarání veškerých veřejnoprávních rozhodnutí a povolení potřebných pro uvedení zboží do plného provozu.

Služby spočívající v instalaci zboží zahrnují jeho usazení v místě plnění a napojení na zdroje, zejména připojení k elektrickým rozvodům, k slaboproudým a optickým rozvodům, rozvodu vody, demineralizované vody, plynu, technických plynů, tepla, chladu či vzduchotechniky (je-li funkce pořizovaného zboží podmíněna takovým připojením).

Služby spočívající (je-li to k plné funkčnosti přístroje nezbytné) v montáži zahrnují zejména ustavení, sestavení a propojení pořizovaného zboží.

Služby spočívající (je-li to k plné funkčnosti přístroje nezbytné) v implementaci zboží zahrnují zejména procesy uskutečňování teoretických analýz a plánovaných postupů za účelem uvedení zboží do plného provozu.

Služby spočívající v uvedení pořizovaného zboží do plného provozu zahrnují jeho odzkoušení a ověření správné funkčnosti, případně jeho seřízení, předvedení plné funkčnosti, provedení zkušebního provozu, zajištění instruktáže dle platného zákona o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotnických prostředcích“), pro jeho obsluhu, obstarání veškerých veřejnoprávních rozhodnutí a povolení potřebných pro uvedení zboží do plného provozu jakož i provedení jiných úkonů a činností nutných pro to, aby zboží mohlo plnit sjednaný či obvyklý účel.

3. Součástí předmětu plnění je vedle zařízení kompletní příslušenství, zejména ustavení v místě plnění, sestavení a propojení pořizovaného zařízení, instruktáž obsluhy včetně zajištění dopravy do místa určení a jeho vybalení a kontrola, uvedení do plného provozu s předvedením funkčnosti, poskytování bezplatného záručního servisu, likvidace obalů a odpadu v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.
4. Součástí předmětu plnění je zpracování a předání:
 - instrukcí a návodů k obsluze a údržbě zboží (manuálů) v českém jazyce a to v elektronické podobě na CD,
 - prohlášení o shodě dodaného zboží se schválenými standardy (certifikát DC), které předloží prodávající,
 - příslušná dokumentace dle zákona o zdravotnických prostředcích a příp. doklady dle atomového zákona č. 18/1997 Sb., v platném znění, pokud jsou tyto doklady pro provoz nezbytné,

- zpracování a předání protokolu se stanovením třídy zdravotnického prostředku (I, IIa, IIb, III),
- zajištění periodických prohlídek, technických kontrol a validace zboží po dobu trvání záruční doby, vyplývá-li povinnost k jejich provádění z platných obecně závazných právních předpisů nebo z pokynů výrobce zboží,
- zajištění periodických prohlídek, technických kontrol a validace zboží po dobu 6 let od uplynutí záruční doby (pozáruční servis),
- zajištění zaškolení techniků a obsluhujícího personálu zadavatele v rozsahu odpovídajícím složitosti daného přístroje (stanoveném výrobcem, popřípadě zákonem č. 268/2014 Sb.).

5. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu předá protokol o instruktáži obsluhy a doklad o likvidaci obalů a odpadu.

6. Zařízení musí být nové, nepoužité, nerepasované, nepoškozené, nevyužité pro výstavní, prezentační či jiné reklamní účely, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem zboží a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím.

7. Prodávající prohlašuje, že:

- předmět plnění dle této smlouvy je zcela v souladu s požadavky kupujícího uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
- je výlučným vlastníkem zařízení,
- na zařízení nevážnou žádná práva třetích osob,
- není dána žádná překážka, která by mu bránila se zařízením podle této smlouvy disponovat,
- zařízení nemá žádné vady, které by bránily jeho použití ke sjednaným či obvyklým účelům.

8. Prodávající dále prohlašuje, že:

- kvalitativní a technické vlastnosti zařízení odpovídají požadavkům stanoveným obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem o zdravotnických prostředcích, zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími nařízeními vlády ke zdravotnickým prostředkům, harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN a požadavkům stanoveným kupujícím v zadávacích podmínkách k veřejné zakázce;
- zařízení je z hlediska platných právních předpisů způsobilé a vhodné pro použití při poskytování zdravotní péče v ČR. Zejména, že u zařízení byla stanoveným způsobem posouzena shoda jeho vlastností s technickými požadavky, které stanoví nařízení vlády, že je označeno stanoveným způsobem a že výrobce nebo jeho zplnomocněný

zástupce o tom vydal písemné prohlášení o shodě. Jedná-li se o zařízení, které již bylo uvedeno na trh v některém z členských států EU a je opatřeno značkou CE, je prodávající povinen předložit kupujícímu kopii prohlášení o shodě vystaveného výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem a kopii CE certifikátu. V případě zařízení, které dosud nebylo uvedeno na trh v některém z členských států EU a není opatřeno značkou CE, avšak může být uváděno do provozu podle přechodných ustanovení příslušného nařízení vlády, je prodávající povinen předložit jako doklad o vhodnosti zboží pro použití při poskytování zdravotní péče kopii závěrečné zprávy o provedení klinického hodnocení zdravotnického prostředku (nebo její část obsahující alespoň základní identifikační údaje a údaje o ověření vhodnosti zdravotnického prostředku pro určený účel použití). Prodávající předloží kupujícímu rovněž kopie případných dalších veřejnoprávních rozhodnutí, povolení, osvědčení, certifikátů a atestů, které jsou podle zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí právní předpisy) vydávány pro jednotlivé druhy zdravotních prostředků a vztahují se k zařízení.

9. Kupující se zavazuje zařízení převzít a zaplatit prodávajícímu níže uvedenou kupní cenu.

II. Kupní cena

1. Kupní cena za splnění této smlouvy prodávajícím je sjednána v souladu s cenou, kterou prodávající nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku a odpovídá pořizovací ceně zařízení dle přílohy č. 1 – Rekapitulace nabídkové ceny, část A.

a) Cena celkem bez DPH celkem činí:	5 947 800 Kč
b) výše DPH činí:	1 249 038 Kč
c) Cena celkem vč. DPH celkem činí:	7 196 838 Kč

2. Kupní cena je ujednána v měně CZK.
3. Kupní cena včetně DPH je sjednána jako pevná a nejvýše přípustná. Výše nabídkové ceny je nezávislá na vývoji cen, kursových změnách a změnách sazby daně z přidané hodnoty.
4. V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu této smlouvy včetně provedení služeb spočívajících v jeho instalaci, příp. montáži či implementaci a uvedení do plného provozu, je-li pro uvedení zboží do plného provozu potřeba, aby byly tyto služby provedeny, a to zejména pořízení zboží včetně nákladů na jeho výrobu, clo, dopravu do místa určení včetně případných nákladů na manipulační mechanismy, náklady na pojištění zboží, ostrahu zboží do jeho předání a převzetí, daně a poplatky spojené s dodávkou zboží, náklady na průvodní dokumentaci uvedení do provozu, likvidace odpadu a obalů a instruktáže příslušných zaměstnanců, tj. techniků kupujícího a obsluhujícího personálu, potřebné doklady ke zboží a vstupní validace.

5. Prodávající dále kupujícímu poskytuje bezplatný záruční servis a pravidelné technické prohlídky nařízené výrobcem dle zákona o zdravotnických prostředcích, pokud se jedná o zdravotnickou techniku dle zákona o zdravotnických prostředcích, nebo pravidelné revize, prohlídky a validace v požadovaném intervalu (pokud jsou pro správnou funkci zařízení výrobcem či servisní organizací nařízeny nebo doporučeny, včetně měněných náhradních dílů), vše včetně vystavení protokolu a případný update software. To vše po dobu záruky bez povinnosti kupujícího platit prodávajícímu nad rámec sjednané kupní ceny.

III. Platební podmínky

1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu dle bodu II. 1. písm. c) **poníženou o jednotkovou cenu 1 ks videoduodenoskopu stanovenou dle přílohy č.2 a č.3 této smlouvy** bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený v této smlouvě na základě faktury vystavené prodávajícím po protokolárním předání a převzetí předmětu plnění. Splatnost faktury je **ve 12 rovnoměrných měsíčních** splátkách vždy k 25. dni v měsíci, po řádném doručení faktury kupujícímu. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu za kupní cenu předmětu koupě nejdříve v den jeho převzetí kupujícím. Tímto dnem se rozumí den podpisu předávacího/installačního protokolu oběma smluvními stranami.
2. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu **1 ks videoduodenoskopu stanovenou dle přílohy č.2 a č.3 této smlouvy** bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený v této smlouvě na základě faktury vystavené prodávajícím po uplynutí 6 měsíců po protokolárním předání a převzetí předmětu plnění. Splatnost faktury je **v 6 rovnoměrných měsíčních** splátkách vždy k 25. dni v měsíci, po řádném doručení faktury kupujícímu.
3. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Důvody vrácení sdělí kupující prodávajícímu písemně zároveň s vráceným daňovým dokladem. V závislosti na povaze závady je prodávající povinen daňový doklad včetně jeho příloh opravit nebo vyhotovit nový. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených daňových dokladů.
4. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktur je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení zákonného úroku z prodlení ve výši stanovené občanským zákoníkem za každý den prodlení.
5. Za prodlení s úhradou faktury není kupující povinen kromě zákonného úroku z prodlení dle předchozího odstavce hradit jakoukoliv smluvní pokutu nebo jinou smluvní sankci.

IV. Termín plnění

1. Prodávající se zavazuje odevzdat zařízení dle podmínek sjednaných v čl. V. této smlouvy nejpozději do **60 kalendářních dnů** od účinnosti této smlouvy.

V. Místo plnění a dodací podmínky

1. Zařízení bude odevzdáno v sídle kupujícího na adrese: Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž, interní oddělení – ambulance gastroenterologie.
2. Prodávající bude předem informovat kupujícího o přesném termínu předání zařízení, a to písemně tak, aby zpráva o odevzdání byla doručena kupujícímu nejméně 5 kalendářních dnů před odevzdáním zařízení.
3. Kontaktní osobou a odpovědným zaměstnancem kupujícího je pro účely této smlouvy určen xxx, tel.: xxx, mobil: xxx, e-mail: [xxx](#).
4. Kontaktní osobou prodávajícího je pro účely této smlouvy určen xxx, tel. xxx, e-mail: xxx.
5. Prodávající je povinen v dostatečném předstihu sdělit kupujícímu, které vybavení je nutné pro instalaci mít připravené v místě dodání zařízení a jaký způsob součinnosti od kupujícího očekává k úspěšné instalaci zařízení a instruktáži příslušných osob.
6. Kupující se zavazuje poskytnout včas veškeré potřebné vybavení nutné pro instalaci zařízení a potřebnou součinnost při instalaci a instruktáži dle pokynů prodávajícího.
7. Dodávka se považuje podle této smlouvy za splněnou, pokud:
 - zařízení bylo řádně předáno včetně příslušné dokumentace,
 - zařízení bylo nainstalováno, uvedeno do plného provozu, provedena vstupní validace,
 - byla provedena instruktáž obsluhy, tj. techniků kupujícího a obsluhujícího personálu, dle platného zákona o zdravotnických prostředcích,
 - zařízení bylo řádně předáno a převzato způsobem sjednaným níže.
8. Vlastnické právo k zařízení přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem podpisu předávacího protokolu s výjimkou příslušenství zařízení uvedeného v odstavci 11 tohoto článku smlouvy. S přechodem vlastnického práva přechází současně na kupujícího i nebezpečí škody na předmětu koupě. Kupující není povinen převzít zařízení či jeho část, která je poškozena nebo jinak nesplňuje podmínky dle této smlouvy.
9. Po dodání zařízení vystaví prodávající předávací protokol, který bude obsahovat níže uvedené náležitosti:
 - označení dodacího listu/předávacího protokolu a jeho číslo,
 - název a sídlo prodávajícího a kupujícího,
 - číslo kupní smlouvy,
 - označení dodaného a nedodaného zařízení a jeho množství a výrobní číslo,
 - datum dodání, instalace a instruktáže personálu,
 - stav zařízení v okamžiku jeho předání a převzetí,

- jiné náležitosti důležité pro předání a převzetí dodaného zařízení.

10. Předávací protokol podepíše a opatří otisky razítek oprávnění zástupci obou smluvních stran. Takto opatřený dodací list/předávací protokol slouží jako doklad o řádném předání a převzetí zařízení.
11. Smluvní strany se dohodly, že prodávající poskytuje kupujícímu do bezplatné výpůjčky 1 ks videoduodenoskopu specifikovaného v příloze č.2 a č.3 této smlouvy, který bude kupujícímu předán do užívání společně se zařízením ve lhůtě stanovené k odevzdání zařízení kupujícímu dle čl. IV. této smlouvy. O předání 1 ks videoduodenoskopu k bezplatné výpůjčce bude smluvními stranami sepsán předávací protokol. Bezplatná výpůjčka se sjednává na dobu 6 měsíců od protokolárního předání 1 ks videoduodenoskopu kupujícímu. Vlastnické právo k tomuto 1 ks videoduodenoskopu přechází na kupujícího na základě této kupní smlouvy s odkládací podmínkou uplynutí doby výpůjčky, tj. kupující nabude vlastnické právo k 1 ks videoduodenoskopu dle této kupní smlouvy okamžikem uplynutí lhůty 6 měsíců od jeho protokolárního předání kupujícímu. S předáním do bezplatné výpůjčky 1 ks videoduodenoskopu přechází současně na kupujícího i nebezpečí škody na předmětu koupě. Kupující není povinen převzít toto příslušenství zařízení, pokud je poškozeno nebo jinak nesplňuje podmínky dle této smlouvy.

VI. Záruční podmínky

1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost dodaného přístroje, spočívající v tom, že dodaný přístroj, jakož i jeho veškeré části a jednotlivé komponenty, budou po celou záruční dobu způsobilé pro použití k ujednaným, případně jinak obvyklým účelům a zachovají si ujednané, případně jinak obvyklé vlastnosti.
2. Záruční doba se sjednává v délce **24** měsíců ode dne převzetí přístroje kupujícím, tj. ode dne podpisu předávacího protokolu.
3. Záruční doba 1 ks videoduodenoskopu ve výpůjčce začíná běžet dnem protokolárního předání.
4. Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.
5. V případě výskytu záruční vady je prodávající povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady nejpozději **následující pracovní den** po nahlášení vady kupujícím, a to v místě instalace či umístění zařízení, zjistit příčinu této vady a v co nejkratším termínu ji bezplatně odstranit. Za nesplnění této povinnosti prodávajícího se sjednává smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to až doby odstranění reklamované vady.

6. Maximální doba provedení záruční opravy se sjednává v délce nejvýše do **72 hodin** od doby jejího nahlášení kupujícím. Pokud by to charakter vady vyžadoval (např. nákup speciálních součástí), je možné maximální dobu záruční opravy po předchozí domluvě s kupujícím prodloužit. Za nesplnění této povinnosti prodávajícího se sjednává smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to až doby odstranění reklamované vady.
7. Maximální doba provedení záruční opravy lze po dohodě prodloužit i zapůjčením náhradního, typově shodného přístroje, tak aby bylo možné zabezpečit odpovídající lékařské výkony. Pokud si to kupující vyžádá, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu náhradní, typově shodný přístroj v případě, že se nepodaří provést záruční opravu v dohodnuté maximální době. Zápůjčka bude bezplatná a na celou dobu opravy a nového zprovoznění opravovaného přístroje.
8. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z vad.
9. Za záruční vady nebudou považovány takové, které byly způsobeny nesprávnou obsluhou nebo údržbou zařízení nebo úmyslným poškozením zařízení kupujícím nebo nepovolanou osobou, případně jakýmkoli jinými zásahy, jednáními nebo skutečnostmi nastalými na straně kupujícího. Odstranění takto zjištěných vad bude provedeno za úplatu.
10. Je-li vadné plnění podstatným porušením této smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nového zařízení bez vady nebo dodáním chybějícího zařízení, na odstranění vady opravou zařízení, na přiměřenou slevu nebo na odstoupení od této smlouvy.
11. Práva kupujícího z vadného plnění tím nejsou dotčena a řídí se dle ust. § 2099 občanského zákoníku.
12. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu provedení záruční opravy v místě instalace v libovolnou hodinu ve lhůtě pro provedení opravy.

VII. Záruční servis

1. Záruční servis bude prodávající provádět bezplatně. Po celou dobu záruční doby bude prodávající provádět nebo na vlastní náklad zajistí provedení pravidelných technických prohlídek nařízených výrobcem dle zákona o zdravotnických prostředcích, nebo pravidelné revize/prohlídky/validace (pokud jsou pro správnou funkci zařízení výrobcem či servisní organizací nařízeny nebo doporučeny, včetně výměny náhradních dílů), vše včetně vystavení protokolu a případného update softwaru. To vše po dobu záruky bez povinnosti kupujícího platit prodávajícímu nad rámec sjednané kupní ceny, a to ve výrobcem předepsaném intervalu, nejméně však 1x ročně. Proávající prokazatelně písemně vyvolá jednání o termínu provedení prohlídky/validace/revize minimálně 1 měsíc

před uplynutím termínu platnosti stávající prohlídky/validace/revize. Termín bude stanoven na základě vzájemné dohody ve lhůtě uvedené v tomto bodu výše.

2. Záruční servis bude poskytovat autorizovaná servisní organizace:

Název: Medinet s.r.o.

Sídlo: Vrchlického 334, 272 01 Kladno

IČ: 47538198

zapsána v Obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 18139.

3. Prodávající čestně prohlašuje, že ve formuláři, který předložil ke splnění ohlašovací povinnosti dle § 26 zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (provedení povinné registrace) je uvedeno, že je osoba definovaná v předchozím bodě registrována jako servisní organizace a že instruktáž o zacházení se zdravotnickými prostředky provádí osoby uvedené v § 61 odst. 2 zákona č. 268/2014 Sb.
4. Pokud prodávající bude v prodlení s termínem provedení záručního servisu, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z pořizovací ceny dodaného zboží za každý i započatý den prodlení.
5. Záruční servis přístroje musí být zajištěn servisním technikem, který je schopen komunikovat v českém jazyce alespoň na úrovni pracovní komunikace nebo za přítomnosti osoby prodávajícího zajišťující překlad.
6. Kupující si vyhrazuje právo, požadovat po prodávajícím před započítáním záručního servisu nebo v průběhu provádění záručního servisu (případně i pozáručního) dodaných zdravotnických prostředků předložení dokladu o registraci pro servis dotčených zdravotnických prostředků. Tímto dokladem je buď souhlasné rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv s prováděním servisu, nebo certifikát opravňující dodavatele k provádění autorizovaného servisu na dodaném zdravotnickém prostředku, vydaný jeho výrobcem. Kupující může požádat o předložení tohoto dokladu kdykoliv v průběhu plnění dodavatel je povinen takový doklad předložit nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne žádosti kupujícího. Obdobné ujednání se vztahuje i k provádění pozáručního servisu.

VIII. Pozáruční servis

1. V případě, že v období od uplynutí záruční doby do uplynutí 60 měsíců od uplynutí záruční doby bude kupující požadovat po prodávajícím provedení pozáručního servisu, zavazuje se prodávající pozáruční servis kupujícímu poskytnout a to za podmínek a cen stanovených v příloze č.1 této smlouvy. Ustanovení tohoto článku smlouvy nepředstavuje výhradní poskytování pozáručního servisu prodávajícím a

současně kupující je oprávněn zadat si provedení pozáručního servisu u třetí jím zvolené osoby.

2. Pozáručním servisem dle této smlouvy se rozumí:

- Pravidelné předepsané periodické bezpečnostně-technické kontroly (BTK) zařízení včetně kontroly elektrických zařízení a případných revizí vyhrazených technických zařízení (elektrická, plynová, tlaková a zdvihací)
- Další nespecifikované úkony v rámci poz. servisu vztahující se k danému zdravotnickému prostředku vyplývající z platné legislativy
- provádění standardních vylepšení zařízení, včetně provádění aktualizace a upgrade nutného softwarového vybavení zařízení pokud to stanoví výrobce,
- náhradní díly, kity, jejichž výměna je v rámci BTK doporučována či požadována výrobcem.

3. Pokud dojde ke spojení více servisních služeb pro více zařízení, bude cena pozáručního servisu snížena nejméně o náklady na dopravu (ty budou hrazeny pouze jedenkrát) dle výše ceny za dopravu uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

4. V případě, že se v době do uplynutí 60 měsíců od uplynutí záruční doby vyskytne na dodaném zařízení vada, je prodávající povinen nastoupit k odstraňování vady nejpozději do **1 pracovního dne** ode dne nahlášení vady kupujícím, a to v místě instalace či umístění zařízení, zjistit příčinu této vady a v co nejkratším termínu ji odstranit. Za nesplnění této povinnosti prodávajícího se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

5. Maximální doba provedení pozáruční opravy se sjednává v délce nejvýše do **72 hodin od doby** jejího nahlášení kupujícím. Pokud by to charakter vady vyžadoval (např. nákup speciálních součástek), je možné maximální dobu pozáruční opravy po předchozí domluvě s kupujícím prodloužit. Za nesplnění této povinnosti prodávajícího se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to až doby odstranění nahlášené vady.

6. Maximální doba provedení pozáruční opravy lze po domluvě prodloužit i zapůjčením náhradního, typově shodného zařízení, tak aby bylo možné zabezpečit odpovídající lékařské výkony.

7. Za pozáruční vady nebudou považovány takové, které byly způsobeny nesprávnou obsluhou nebo údržbou zařízení nebo úmyslným poškozením zařízení kupujícím nebo nepovolanou osobou, případně jakýmkoli jinými zásahy, jednáními nebo skutečnostmi nastalými na straně kupujícího. Odstranění takto zjištěných vad bude provedeno za úplatu.

8. Pozáruční servis bude poskytovat autorizovaná servisní organizace:

Název: Medinet s.r.o.

Sídlo: Vrchlického 334, 272 01 Kladno

IČ: 47538198

zapsána v Obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 18139.

9. Prodávající čestně prohlašuje, že ve formuláři, který předložil ke splnění ohlašovací povinnosti dle § 26 zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (provedení povinné registrace) je uvedeno, že je osoba definovaná v předchozím bodě registrována jako servisní organizace a že instruktáž o zacházení se zdravotnickými prostředky provádí osoby uvedené v § 61 odst. 2 zákona č. 268/2014 Sb.
10. Pozáruční servis bude servisní organizací poskytován kupujícímu za podmínky, že kupující nebude v prodlení s úhradou předcházejících faktur vystavených prodávajícím za servis déle než 30 dnů.
11. Pokud kupující nebude v prodlení s úhradou předcházejících faktur a prodávající bude v prodlení s termínem provedení servisu, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z pořizovací ceny ZP za každý den prodlení.
12. Pokud kupující bude v prodlení s úhradou předcházejících faktur za servis ZP, který je předmětem této smlouvy déle než 30 dnů, je servisní organizace oprávněna požadovat po kupujícím zaplacení zákonného úroku z prodlení stanoveného nařízením vlády z dlužné částky za každý den prodlení.
13. V případě opakovaného nedodržení servisních podmínek pozáručního servisu uvedených v bodě 4 a 5, je kupující oprávněn požadovat po servisní organizaci částku až ve výši zůstatkové hodnoty zařízení při době odpisu zařízení 10 let. Opakovaným nedodržením se rozumí situace, kdy by k nedodržení těchto podmínek došlo více než 2x za období předcházejících 6 kalendářních měsíců. V případě nedodržení servisních podmínek uvedených výrobcem, je kupující oprávněn požadovat po servisní organizaci částku ve výši zůstatkové hodnoty zařízení při době odpisu zařízení 10 let.
14. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu provedení opravy v místě instalace v libovolnou hodinu ve lhůtě pro provedení opravy, kupující je povinen zajistit přesný popis závady před nástupem na provedení opravy, kupující je povinen zajistit možnost převzetí zásilky s náhradním ZP, nebo náhradním dílem v libovolnou hodinu ve lhůtě pro provedení opravy. V případě nesplnění některé z uvedených povinností kupujícího nezbytných pro provedení opravy zaniká kupujícímu jakýkoli sankční nárok na prodávajícího.
15. Pozáruční servis zařízení musí být zajištěn řádně kvalifikovaným servisním technikem, který je schopen komunikovat v českém jazyce alespoň na úrovni pracovní komunikace nebo za přítomnosti osoby prodávajícího zajišťující překlad.

IX. Zvláštní ustanovení o DPH

1. Prodávající je povinen sdělit kupujícímu skutečnosti, které zakládají jeho povinnost ručení za neodvedenou daň z přidané hodnoty za zdanitelná plnění uskutečněná podle této smlouvy (viz § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění). Informace musí poskytnout písemně nejpozději do 10 dnů od vzniku uvedených skutečností.
2. V případě, že skutečnosti definované § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nastanou je kupující oprávněn zajistit předmětnou daň z přidané hodnoty podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Kupující je oprávněn uvedený postup uplatnit zejména v případech, že:
 - na prodávajícího zdanitelného plnění bude vyhlášeno insolvenční řízení,
 - prodávající nebude schopen na požádání kupujícího předložit prohlášení o bezdlužnosti vůči správci daně,
 - prodávající sdělí podle odst. 1 tohoto článku smlouvy skutečnosti rozhodné pro vznik povinnosti ručení ze strany kupujícího.
3. V případě, že prodávající poruší povinnost uloženou v odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy, je kupující oprávněn vůči němu uplatnit náhradu za veškeré škody, které mu tím vzniknou.
4. Kupující je povinen ve lhůtě 15 dnů sdělit prodávajícímu, že v souladu s předchozími odstavci uplatnil zajištění daně. Tímto oznámením se má za to, že kupující splnil vůči prodávajícímu svůj závazek ve výši uplatněné daně z přidané hodnoty, plynoucí z jednotlivých daňových dokladů.

X. Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoliv smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého smluvní strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít; zejména:
 - prodlení s úhradou faktur delším 60 kalendářních dnů;
 - prodlení prodávajícího s dodáním předmětu plnění dle této smlouvy delším než 60 kalendářních dnů;
 - zařízení nebude možné kupujícím během záruční doby užívat po dobu delší 60 kalendářních dnů;
 - jestliže prodávající ujistil kupujícího, že zařízení má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím výslovně vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým;

- nemožnost odstranění vady dodaného zařízení;
 - v případě, že se kterékoliv prohlášení prodávajícího uvedené v této smlouvě ukáže jako nepravdivé.
3. Odstoupení od této kupní smlouvy musí mít písemnou formu, musí v něm být přesně popsán důvod odstoupení, podpis odstupující smluvní strany, jinak je odstoupení od této kupní smlouvy neplatné. Tato smlouva zaniká ke dni doručení oznámení odstupující smluvní strany o odstoupení druhé smluvní straně.
 4. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva.

XI. Odpovědnost za škodu

1. Prodávající je povinen nahradit kupujícímu v plné výši újmu, která kupujícímu vznikla vadným plněním nebo jako důsledek porušení povinností a závazků prodávajícího dle této smlouvy.
2. Prodávající uhradí kupujícímu náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
3. Nebezpečí škody na předmětu plnění přechází na kupujícího předáním a převzetím předmětu plnění kupujícímu, tj. podpisem předávacího protokolu.
4. Prodávající se zavazuje, že má nebo od zahájení plnění bude mít sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v minimální výši pojistného plnění 4.000.000,- Kč. Pojištění bude kryt případné škody na dodaném zdravotnickém vybavení nebo na zařízení či přístrojích kupujícího, které mohou být v průběhu dodávky nebo montáže poškozeny. Doklad o pojištění (nebude-li dohodnuto jinak, postačí v prosté kopii) je prodávající povinen kupujícímu předložit na vyžádání, a to nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení takové žádosti. Prodávající se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění dodávky až do doby protokolárního předání a převzetí všech zařízení.

XII. Sankce

1. Pro případ prodlení prodávajícího s termínem plnění uvedeným v článku IV. bod 1. této smlouvy se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z pořizovací ceny zařízení včetně DPH uvedené v čl. II písm. c) této smlouvy, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení.

2. Pro případ prodlení prodávajícího s předložením dokladu o pojištění dle článku XI., bod 4. této smlouvy se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení.
3. Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu újmy v plné výši. Smluvní pokutu je kupující oprávněn započíst oproti pohledávce prodávajícího.
4. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem je rozhodná celková kupní cena včetně DPH.
5. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení. Dnem splatnosti se rozumí den připsání příslušné částky na účet kupujícího.

XIII. Vyhrazené změny závazku

- v případě, že dojde **k ukončení výroby, k výpadku výroby, k ukončení dodávek z důvodů na straně třetí osoby nebo k výpadku dodávek** z důvodů na straně třetí osoby některé položky zboží, jehož dodávka je součástí předmětu veřejné zakázky, vyhrazuje si zadavatel změnu závazku ze smlouvy spočívající v nahrazení takové položky zboží jinou položkou stejného účelového určení splňující zadávací podmínky, přičemž zadavatel není povinen takovou změnu závazku provést;
- v případě, že výrobce některé položky zboží, jehož dodávka je součástí předmětu veřejné zakázky, uvede na trh novou verzi takové položky zboží, která má stejné účelové určení a splňuje zadávací podmínky, vyhrazuje si zadavatel změnu závazku ze smlouvy spočívající v nahrazení takové položky zboží touto její novou verzí, přičemž zadavatel není povinen takovou změnu závazku provést;

v případě, že zadavatel pořídí nové zařízení (přístroj apod.), se kterým není kompatibilní některá z položek zboží, jehož dodávka je součástí předmětu veřejné zakázky, vyhrazuje si zadavatel změnu závazku ze smlouvy spočívající v nahrazení takové položky zboží jinou položkou stejného účelového určení splňující zadávací podmínky, která s tímto novým zařízením bude kompatibilní, přičemž zadavatel není povinen takovou změnu závazku provést.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
2. Prodávající je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

3. Práva a pohledávky smluvní stran vzniklé z této smlouvy nesmí být postoupeny bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.
4. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího, kterou v postavení účastníka zadávacího řízení podal do zadávacího řízení na zakázku. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k zakázce včetně všech jejích příloh.
5. Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo nabídky prodávajícího vyplývají prodávajícímu povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti prodávajícího jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a prodávající je povinen je dodržet.
6. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem.
7. Smluvní strany na sebe přebírají riziko změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.
8. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
9. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
10. Kupující je oprávněn zveřejnit plné znění zadávací dokumentace veřejné zakázky a zveřejnit podmínky a obsah uzavřených smluvních vztahů. Prodávající plně souhlasí se zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu a případně též smluvních vztahů s touto smlouvou souvisejících.
11. Změna nebo doplnění smlouvy může být uskutečněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami.
12. Smlouva bude sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží

po jenom exempláři.

13. Strany smlouvy potvrzují, že si smlouvu přečetly, že tato byla sepsána dle jejich vážné a svobodné vůle, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním.

14. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

- Příloha č. 1 Kupní smlouvy – Podmínky pozáručního servisu.
- Příloha č. 2 Kupní smlouvy – Cenová nabídka prodávajícího
- Příloha č. 3 Kupní smlouvy – technická specifikace zařízení

V Kroměříži dne 24. 7. 2020

V Kladně dne 22. 7. 2020

KUPUJÍCÍ:

PRODÁVAJÍCÍ:

Ing. Petr Liškář, MBA
Místopředseda představenstva

Ing. Vojtěch Kožner
Jednatel

Formulář pozáručního servisu pro dodávku endoskopických věží

Adresa servisního střediska	Medinet s.r.o., Vrchlického 334, 272 01 Kladno
Údaje o vlastníkově nebo provozovateli servisního střediska	Medinet s.r.o., Vrchlického 334, 272 01 Kladno, IČ: 47538198
Provozní doba servisního střediska	7:30-15:30
Telefonní číslo a email na servisní středisko	
Pozáruční servis	
Cena za hodinu servisního technika	1300 Kč bez DPH (max 1.300 Kč/hod bez DPH)
Maximální náklady na dopravu (kilometrovné + ztrátový čas)	12 Kč bez DPH (max 12 Kč/km)
Cena za BTK	70 000 Kč bez DPH (max 70.000,- ročně bez DPH)
Časový interval pBTK	1 x /rok (max 1x/rok)
Doba od nahlášení závady k zahájení opravy	48 hodin (max 48 hodin)
Maximální doba provedení opravy od jejího zahájení	72 hodin (max 72 hodin)
Celková cena za pozáruční servis 350 000 Kč bez DPH / 423 500 vč. DPH	

Cena za BTK se uvádí celkem pro všechny dodané sestavy celkem vč.později odkoupeného videoduodenoskopu, rozpis jednotlivých cen a položek se uvede do přílohy č. 5.

Uvedené ceny jsou platné po dobu 5 let po ukončení záruky, mohou se měnit pouze ze zákonných důvodů. Tyto ceny je možné 1x ročně navýšit maximálně o míru inflace za předchozí roční období.

V Kladně, dne 22.7.2020

.....
Ing. Vojtěch Kožner, jednatel

Endoskopická věž pro gastroenterologii vč. příslušenství – 3 ks

REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY

Parametr	MJ	Počet jednotek	Nabídková cena za jednotku bez DPH v Kč	Nabídková cena celkem bez DPH v Kč
Endoskopická věž (cena zařízení vč. příslušenství a nákladů na instalaci, montáž, proškolení personálu, nákladů na pojištění, odvoz a likvidaci obalů atd.)	ks	3	1 982 600,00	5 947 800,00
Pořizovací nabídková cena zařízenív Kč bez DPH bude uvedená na krycím listu a ve smlouvě,je předmětem hodnocení			5 947 800,00	
výše DPH			1 249 038,00	
CELKOVÁ CENA s DPH			7 196 838,00	
Pokyny pro vyplnění:				
1. Účastník je povinen vyplnit všechna pole zvýrazněna oranžovou barvou.				
2. Vyplněnou Rekapitulaci včetně popisu technické specifikace účastník zadávacího řízení předloží v rámci své nabídky (jako přílohu návrhu kupní smlouvy).				

V Kladně, dne 22.7.2020

.....
Ing. Vojtěch Kožner, jednatel

Příloha č.5 Technická specifikace

Pol.č.	Popis	Poptávané množství	ANO/NE	Cena za 1 kus bez DPH	Cena za 1 provedené BTK*	Typové označení a technické parametry nabízeného přístroje
1	1. Endoskopický systém					
A	LCD monitor úhlopříčka min. 26" , FullHD ozištění obrazu, minimální statický kontrast 1000:1, zobrazovací úhel alespoň 165°, antireflexní povrch, Medical Device certifikace, zavěšení – 100 mm VESA/WVESA	3	ANO	1,00	1 740,00	FS-L2702D technické parametry - viz Produktový list
B	Videoprocesor s tzv. úzkopásmovým zobrazováním nebo virtuální chromoendoskopií, zobrazovací systém - CCD čip, nebo CMOS čip s rozlišením FullHD, automatické řízení jasu čipu, elektronické nastavení zaostřovací vzdálenosti ovládané z endoskopu ve dvou módech (hloubka pole 5-100 mm a 2 - 6 mm), nebo případná kombinace zařízení ve videoprocessoru a endoskopu, obrazový výstup pro FullHD monitor, nastavení zvýraznění obrazu, automatické nastavení bílé, potlačení odlesků v obraze, zmrazení obrazu, ukládání obrazu na paměťové medium (externí příp. interní), automatická regulace intenzity světla, nastavení velikosti zobrazení, elektronické zvětšení obrazu, zvýraznění obrazu, možnost nastavení barevného odstínu a kontrastu, nastavení patientských dat, identifikace používaného endoskopu, archivace obrázků, záloha nastavení systému do paměti Zobrazení s vysokým rozlišením odpovídajícím Full HD 1920x1080px. Podpora optických metod pro zvýraznění tkáňových struktur Funkce obraz v obraze a překrývání obrazu Ovládání jednotlivých funkcí pomocí klávesnice. Umožňuje zapojení endoskopu do procesoru pomocí jediného konektoru bez použití pomocného kabelu tzv. "one touch" konektor.	3	ANO	1,00	1 740,00	EPK-i5500c technické parametry - viz Produktový list
C	Zdroj světla Možnost využít funkce úzkopásmového zobrazování, automatické nastavení intenzity osvětlení, LED zdroj světla (s garantovanou životností 10 000 provozních hodin) , možnost zvýšení intenzity světla(prosvětlování). V případě, že uchazeč nabídne xenonový zdroj světla, hradí žárovky s celkovou dobou jejich používání 10 000 hodin. Může být součástí jiného komponentu sestavy, svítivost min. 1 400 lumen není-li zdroj světla součástí endoskopu.	3	ANO	0,00	0,00	součástí endoskopu
D	Vzduchová pumpa Může být součástí jiného komponentu sestavy	3	ANO	0,00	0,00	součástí videoprocessoru
E	Vozík pojízdný, pět polic, minimálně jedna výsuvná, držák na dva endoskopy, polohovatelné rameno na monitor, uchycení VESA, homologovaná min. šestizásuvka 230V/50Hz s přírodním vodičem, brzda pojezdu, dva držáky na CO2 bombu	3	ANO	1,00	1 740,00	PT-V10c technické parametry - viz Produktový list
F	Oplachovací vodní pumpa ovládání přímo z endoskopu nebo případnou šlapkou, kontinuální nastavení výkonu, autoklavovatelné příslušenství (nádobka, připojení atd.)	3	ANO	1,00	1 740,00	EGA-500P technické parametry - viz Produktový list
G	Elektrochirurgický přístroj s argonovou jednotkou (integrován nebo samostatný modul) Automatická detekce připojení nástroje, kontrola funkčnosti neutrální elektrody, self-test při spuštění, monopolární výkon min. 120 W, bipolární koagulace, pracovní režimy pro endoskopii (min. 3), 4x monopolární endoskopický kabel, 4x kabel k jednorázovým neutrálním elektrodám, 4x flexibilní argonová elektroda prům 3,2 mm (případně jiný, vhodný do dodávaných endoskopů) 2x 50ks balení neutrálních elektrod, ovládací pedál	1	ANO	257 995,00	6 000,00	Pentax Endo Arc, Pentax Endo Plus technické parametry - viz Produktový list
H	Elektrochirurgický přístroj Monopolární výkon min. 120 W, bipolární koagulace, automatická detekce připojení nástroje, kontrola funkčnosti neutrální elektrody, self-test při spuštění, pracovní režimy pro endoskopii, ovládací pedál, 2x monopolární endoskopický kabel, 2x kabel k jednorázovým neutrálním elektrodám	1	ANO	1,00	4 000,00	Pentax Endo Arc technické parametry - viz Produktový list
CH	Insufliátor CO2 ovládání z endoskopu, může být součástí jiného přístroje	2	ANO	1,00	1 160,00	EGA-501P technické parametry - viz Produktový list
I	Odsávací pumpa Odsávací vakuové čerpadlo, průtok min. 30 l/min, ochrana proti přesátí, pístový odsávací systém, odsávací PS láhev min. 2 litr	3	ANO	1,00	3 750,00	MEDELA Basic technické parametry - viz Produktový list
J	Záznamové zařízení pro archivaci videa v HD rozlišení Pokud není součástí jiného komponentu sestavy, tak: Formát záznamu obrazu JPG, BMP Formát záznamu videa MPEG4, externí ukládání – USB flash drive, USB hard drive, network drive, Podpora USB 2,0 Certifikace Medical device	2	ANO	0,00	0,00	součástí videoprocessoru

K	Videogastroskop Zobrazovací systém endoskopu musí být barevný CCD čip, nebo CMOS čip rozlišením Full HD s tzv. úzkopásmovým zobrazováním nebo virtuální chromoendoskopii. Musí být připojitelný k poptávaným videoendoskopickým sestavám. optický systém : zorné pole – min 140°, směr pohledu- přímý pohled, hloubka ostrosti: 3 -100 mm, systém automatického zaostřování v každé úrovni bez nutnosti přepínání tlačítka na endoskopu. zaváděcí tubus: zevní průměr distálního konce – max. 11 mm, zevní průměr tubusu – max. 11 mm, pracovní délka – min. 1000 mm pracovní kanál: vnitřní průměr – min. 2,8 mm ohybová část: rozsah angulace vždy min.: nahoru 200°, dolů 80°, doprava 90°,doleva 90° Přídavný oplachovací kanál - tzv. Waterjet. Umožňuje zapojení endoskopu do procesoru pomocí jediného konektoru bez použití pomocného kabelu tzv. "one touch" konektor.	4	ANO	415 000,00	2 320,00	EG29-i10c technické parametry - viz Produktový list
L	Videokolonoskop Zobrazovací systém endoskopu musí být barevný CCD čip, nebo CMOS čip s rozlišením FullHD s tzv. úzkopásmovým zobrazováním nebo virtuální chromoendoskopii optický systém: zorné pole – min. 140° směr pohledu - přímý pohled, hloubka ostrosti: 3 -100 mm , systém automatického zaostřování v každé úrovni bez nutnosti přepínání tlačítka na endoskopu zaváděcí tubus: zevní průměr distálního konce – max. 14 mm, zevní průměr tubusu – max. 13,2 mm, pracovní délka – min. 1650 mm, musí mít přídavný oplachový kanál – tzv. WaterJet, pracovní kanál: vnitřní průměr – min. 3,5 mm, nastavitelná rigidita tubusu min ve třech stupních nebo odstupňovaná ohybová část: rozsah angulace vždy min.: nahoru 180°, dolů 180°, doprava 160°,doleva 160° Umožňuje zapojení endoskopu do procesoru pomocí jediného konektoru bez použití pomocného kabelu tzv. "one touch" konektor.	4	ANO	420 000,00	2 320,00	EC38-i10c technické parametry - viz Produktový list
M	Videoduodenoskopy Zobrazovací systém endoskopu musí být barevný CCD nebo CMOS čip s tzv. úzkopásmovým zobrazováním nebo virtuální chromoendoskopii optický systém: zorné pole – min. 100°, hloubka ostrosti min 5 -60 mm zaváděcí tubus: zevní průměr distálního konce – max. 14 mm, zevní průměr tubusu – max. 13,3 mm, pracovní délka – min. 1240 mm, pracovní kanál: vnitřní průměr – min. 3,2 mm ohybová část: rozsah angulace vždy min : nahoru 120°, dolů 90°, doprava 105°, doleva 90°, Odnímatelná distální koncovka	2	ANO	650 000,00	1 160,00	ED34-i10cT technické parametry - viz Produktový list
N	Sušicí skříň Možnost uložení min. 9 endoskopů, samostatné zařízení, vlastní zdroj stlačeného medicínálního vzduchu, vertikální uložení endoskopů, uložení endoskopů min. na 4 dny bez nutnosti opětovné dezinfekce, vhodné pro uložení prodloužených videokolonoskopů, max. šířka 195 cm	1	ANO	400000,00	14830,00	Steelco ED150 technické parametry - viz Produktový list
N	Mycí automat dvoukomorový nebo jiný způsob pro možné mytí dvou endoskopů současně (nezávisle na sobě), 3x hook-upy pro každý typ endoskopu, maximální šířka 117 cm, max. hloubka 90 cm	1	ANO	649787,00	27500,00	Steelco EW1 Double rack technické parametry - viz Produktový list

* cena za 1 provedené BTK za poptávané množství celkem

Produktový list – technický popis

Videoprocessor PENTAX EPK-i5500c (IMAGINA) – 3ks



- elektronická procesorová jednotka zpracovávající signál z přístroje s barevným čipem a extrémně vysokou rozlišovací schopností, odpovídající Full HD 1920x1080px
- zobrazovací systém CMOS čip s rozlišením FullHD
- i-scan - virtuální chromoendoskopie
- automatické řízení jasu, možnost nastavení 11 úrovní jasu
- automatické nastavení bílé
- funkce automatického zaostřování bez nutnosti nastavování vzdálenosti případně kombinace elektronického přiblížení ve 3 krocích
- funkce potlačení odlesků v obraze
- zmrazení obrazu
- automatická regulace intenzity světla, možnost zvýšení intenzity
- nastavení velikosti zobrazení

- možnost rotace obrazu o 180°
- nastavení kontrastu (L,M,H)
- 7" dotykový displej
- nastavení barevného odstínu (Red, Blue)
- identifikace používaného endoskopu
- nastavení patientských dat
- backup funkce (záloha nastavení systému do paměti)
- funkce obraz v obraze a překrývání obrazu (PiP)
- ovládání dotykové na čelním panelu, pomocí klávesnice nebo tlačítek na endoskopu
- DVI vstup/výstup, výstup pro FullHD monitor
- nastavení zvýraznění obrazu – 6 úrovní
- digitální zoom až 2x (rozmezí od 1,0x do 2,0x v přírůstcích po 0,01)
- archivace obrázků a videosekvencí v HD rozlišení na interní HDD nebo externí USB disk (formát záznamu JPG, PNG)
- integrovaná vzduchová pumpa (5 stupňů)
- LED zdroj světla je součástí endoskopu (garantovaná životnost 10 000 provozních hodin)
- umožňuje zapojení endoskopu do procesoru pomocí jediného konektoru bez použití pomocného kabelu („one touch“ konektor)
- rozměry 380mm x 455mm x 120mm
- hmotnost 13 kg

Endoskopy PENTAX IMAGINA i10c



Videogastroskop PENTAX EG29-i10c

- zobrazovací systém CMOS čip rozlišením Full HD s tzv. virtuální chromoendoskopií
- kompatibilní s nabízenými videoendoskopickými sestavami
- vybaven systémem automatického zaostřování v každé úrovni bez nutnosti přepínání tlačítka na endoskopu
- úhel rozhledu 140°, směr pohledu přímý
- hloubka pole 3 - 100 mm
- vnější průměr distálního konce 10,8 mm
- vnější průměr tubusu 9,8 mm
- průměr pracovního kanálu 3,2 mm
- pohyb nahoru/dolů 210/120°, vpravo/vlevo 120/120°
- pracovní délka 1 050 mm
- 180° otočný zdrojový konektor
- zabudovaný LED zdroj světla
- water-jet systém k cílenému ostříku pracovního pole
- umožňuje zapojení endoskopu do procesoru pomocí jediného konektoru bez použití pomocného kabelu tzv. "one touch" konektoru

Videokolonoskop PENTAX EC38-i10c

- zobrazovací systém CMOS čip rozlišením Full HD s tzv. virtuální chromoendoskopií
- kompatibilní s nabízenými videoendoskopickými sestavami
- vybaven systémem automatického zaostřování v každé úrovni bez nutnosti přepínání tlačítka na endoskopu
- úhel rozhledu 140°, přímý pohled
- hloubka pole 3 - 100 mm
- vnější průměr 13,2 mm
- průměr pracovního kanálu 3,8 mm
- pohyb nahoru/dolů 180/180°
- vpravo/vlevo 160/160°
- pracovní délka 1700 mm
- odstupňovaná rigidita
- 180° otočný zdrojový konektor
- zabudovaný LED zdroj světla
- water-jet systém k cílenému ostříku pracovního pole
- umožňuje zapojení endoskopu do procesoru pomocí jediného konektoru bez použití pomocného kabelu tzv. "one touch" konektoru

Videoduodenoskop PENTAX ED34-i10cT – 2ks

- zobrazovací systém CMOS čip rozlišením Full HD s tzv. virtuální chromoendoskopií
- úhel rozhledu 100°/10° retro, hloubka zorného pole 4 - 60 mm
- vnější průměr zaváděcího tubusu 11,6 mm
- průměr pracovního kanálu 4,2 mm
- pohyb nahoru/dolů 120/90°, vpravo/vlevo 105/90°
- pracovní délka 1 250 mm, celková délka 1 573 mm
- 180° otočný zdrojový konektor
- odnímatelná distální koncovka

Lékařský monitor FSN - plochý LCD 27" – 3ks



- panel 27" LCD (IPS)
- FullHD rozlišení 1920 x 1080 pixel (16:9)
- Zobrazovací úhel 178°
- Antireflexní povrch
- Medicínský atest
- kontrast 1000:1
- jas 800 cd/m²
- Vstupy: 2xDVI-D, VGA (D-sub), SD/HD/3G-SDI(BNC), Component
- Výstupy: DVI-D, SD/HD/3G-SDI (BNC)
- hmotnost 8,73 kg
- zavěšení VESA 100 mm

Elektrochirurgický přístroj Pentax Endo Arc a Pentax Endo Plus



Pentax Endo Arc – 2ks

Elektrochirurgický přístroj Pentax/Bowa EndoArc pro endoskopické výkony

- monopolární/bipolární koagulace, 3 módy (spray, forced, soft)
- maximální výkon řezu 250W
- maximální výkon koagulace 120W
- automatická detekce připojení nástroje
- kontrola funkčnosti neutrální elektrody
- self-test při spuštění
- frekvence 330 kHz/1 MHz
- rozměry (ŠxVxH): 430x150x400 mm
- hmotnost 10 kg
- 220 - 240 V

S příslušenstvím:

- nožní spínač
- 4 x monopolární endoskopický kabel

- 4 x kabel k jednorázovým neutrálním elektrodám

Volitelné příslušenství (lze dokoupit kdykoliv, není součástí nabídky)

- argonplazmová jednotka
- vozík

Pentax Endo Plus – 1ks

Argonový modul Pentax/Bowa EndoArc pro elektrochirurgickou jednotku Endo Arc

- režim pro koagulaci
- režim pro řez
- průtok argonu 0,1 - 9,5 l/min
- rozměry (ŠxVxH): 430x94x400 mm
- hmotnost 7 kg
- 220 - 240 V

Nabídka obsahuje:

- 2x monopolární endoskopický kabel, 2x kabel k jednorázovým neutrálním elektrodám, 4x flexibilní argonová elektroda prům 3,2 mm, 2x 50ks balení neutrálních elektrod
- nožní spínač
- kabel k argonové sondě
- sada jednorázových filtrů

Volitelné příslušenství (lze dokoupit kdykoliv, není součástí nabídky)

- argonové elektrody

Součástí není tlaková nádoba s argonem a příslušenství tlakové nádoby (ventily, hadice)

Videovozík PENTAX PT-v10c - 3ks



- pojízdný vozík
- polohovatelné rameno na monitor, uchycení VESA
- 5 polic (včetně zásuvky na klávesnici)
- teleskopický držák pro 2 endoskopy
- homologovaná min. šestizásuvka 230V/50Hz s přívodním vodičem
- dva držáky na CO2 bombu
- bržděná 2 kolečka

Oplachová peristaltická pumpa PENTAX EGA-500P, CO₂ insuflátor PENTAX EGA-501P



Oplachová peristaltická pumpa PENTAX EGA-500P – 3ks

Oplachová peristaltická pumpa PENTAX - s předehřevem oplachové vody

- předehřev oplachové vody na 37° Celsia
- průtok pracovním kanálem 0-600 ml/min
- průtok oplachovým kanálem 0-280 l/min
- kontinuální nastavení výkonu
- ovládání přídatnou šlapkou
- opakovatelně použitelné příslušenství
- rozměry: 200 mm (š) x 173 mm (v) x 385 mm (h)
- hmotnost: 5,2kg
- požadované napětí: 100-240V

CO2 insuflátor PENTAX EGA-501P - 2ks

CO2 insuflátor PENTAX - s předehřevem plynu

- předehřev CO2 na 37° Celsia
- 3 stupně regulace výkonu
- kontrola nízkého tlaku CO2
- ovládání z endoskopu
- rozměry: 200 mm (š) x 173 mm (v) x 385 mm (h)
- hmotnost: 5,7kg
- požadované napětí: 100-240V

Možnost připojení na tlakovou láhev s uzávěrem D, E nebo na nemocniční rozvod CO2

Odsávačka MEDELA Basic - 3ks



Odsávačka MEDELA Basic - elektrická,

- Láhev 2l, polysulfonová,
- Autoklávatelná
- sací výkon min. 30l/min
- třístupňová ochrana proti přesátí
- pístový odsávací systém

- Víčko velké pro láhve 1,2,3 a 5 litru
- Držák láhve na eurolištu, plastový

Nerezová sušící skříň Steelco ED150 – 1ks



- uložení až 9 endoskopů na 30 dní bez nutnosti opětovné dezinfekce
- vertikální uložení endoskopů
- vlastní zdroj stlačeného medicínálního vzduchu
- filtr HEPA H14
- uzamykatelné dveře
- vhodné i pro dlouhé videokolonoskopy
- příkon max 2 kW, 230V
- rozměry 962x785x2270 mm

Steelco EW1 double rack -1ks

- automatický chemodezinfektor a sterilizátor flexibilních endoskopů
- pro dva flexibilní endoskopy
- 2 asynchronní mycí komory umožňují mytí jednoho endoskopu nezávisle na druhém
- každý mycí cyklus zahrnuje: automatické mytí v detergentu, dezinfekci a závěrečný oplach v čištěné vodě



- kompatibilní a testované s peroctovou kyselinou (studená desinfekce) i glutaraldehydy (chemotermodesinfekce)
- akceptuje všechny typy flexibilních endoskopů libovolných výrobců (Olympus, Pentax, Fujinon)



- 3 úrovňové servisní menu chráněné heslem (instalace, servis, uživatel)
- integrovaný monitorovací systém průtoku a tlaku v kanálech se 2 nezávislými sensory
- test těsnosti na začátku cyklu a kontinuálně během celého pracovního cyklu s automatickým zastavením při poruše
- automatická kontrola dávkování pracovních roztoků
- sušení kanálů sterilním vzduchem
- hlučnost 56.2 dB
- desinfekce vody pro finální oplach endoskopu sterilní vodou dvoustupňovou filtrací mikrobiologickými filtry (0,45 mikronů a 0,1 mikronů)
- integrovaný HEPA filtr H 14 pro sušení kanálů sterilním vzduchem
- pumpa pro vypouštění
- integrovaná jednotka pro ohřev vody
- vyhovuje hygienickým a právním požadavkům EU a splňuje vyhlášku 195/2005 sb., normu EN ISO 15883-1/4
- umožňuje autodesinfekční cyklus
- identifikace endoskopů a tisk validních protokolů o provedení mytí a desinfekce



- dotykový ovládací panel s barevným 3,5" LCD displejem zobrazující údaje o cyklu



- uchování dat o kompletním mycím cyklu v USB paměti připojené do integrovaného USB interface



- vyrobeno z ušlechtilé oceli

Součástí nabídky je:

- 2 x tiskárna protokolů
- 2 x koš pro 1 flexibilní endoskop
- 2 x sada konektorů pro jeden endoskop

Minimální stavební připravenost:

- elektrická přípojka: 230 V, 50 Hz
- příkon / jištění 3,5k W / 16 A
- studená nebo mixovaná voda (30-32°C) 20 DN, tlak 2 - 3 bar, kapacita 18-20 l/min
- předfiltrace vstupní vody - zbavení mechanických nečistot větších než 1 mikron
- DI-voda 20DN, tlak 2 - 3 bar, kapacita 18 - 20 l/min
- odpad 16DN

