

072-ZT-2020	Defibrilátor – 5ks
-------------	---------------------------

1. Technické požadavky:

- Případné použití firemních názvů či termínů specifických pro určitého výrobce v níže uvedených specifikacích pouze ilustruje příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoli jiné, které mají podobné vlastnosti a splňují medicínský účel.
- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, **jejichž nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky.** U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů je povolena tolerance +/- 10 %, která nebude důvodem k vyloučení, pokud uchazeč prokáže, že nabízené zařízení vyhovuje pro požadovaný medicínský účel. Pokud je u parametru uveden již číselný údaj max. nebo min. nelze uplatnit výše uvedenou toleranci pod nebo nad již uvedenou hodnotu.
- Uchazeč doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě, návod v češtině).

2. Medicínský účel: Resuscitace pacientů včetně monitorace životních funkcí.

3. Kompatibilita: není požadována.

4. Specifikace:

Předmětem nabídky je (uchazeč uvede přesné obchodní označení, model výrobce):

Mindray BeneHeart D3 Platinum

	Uchazečem nabízená hodnota
Specifikace – minimální zadavatelem požadované technické parametry	(uchazeč vyplní všechny řádky: u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje , zároveň uvede odkaz na příložený nebo výrobcem schválený veřejně přístupný dokument – zdroj, strana, kapitola)
1) Bifázický defibrilátor pro děti a dospělé s manuálně nastavitelnou energií výboje min. v rozsahu 1 až 360J, s kompenzací výboje dle impedance pacienta	Splňujeme, rozsah 1-360 J vč.kompenzace výboje dle impedance
2) Defibrilátor s integrovaným barevným monitorem, zobrazení min. 3 křivek, displej min. 7“ s možností inverze displeje	Splňujeme, displej o vel. 7“ až 3 křivky
3) Monitorace musí splňovat každý ks zařízení z požadovaných 5ks zařízení: <ul style="list-style-type: none"> • EKG 3/4 svodové • srdeční frekvence • monitorace dechu • SpO2 	Splňujeme Splňujeme Splňujeme Splňujeme
4) Monitorace – požadováno ke 3ks z požadovaných 5ks zařízení: <ul style="list-style-type: none"> • NIBP 	Splňujeme (viz.nabídka)
5) Monitorace – požadováno k 1ks z požadovaných 5ks zařízení: <ul style="list-style-type: none"> • etCO2 (systém side-stream nebo mikro-stream) 	Splňujeme (viz.nabídka)
6) Zobrazení: doba od začátku monitorace, hodnoty podaných výbojů, počet podaných výbojů	Splňujeme
7) Defibrilační módy: <ul style="list-style-type: none"> • Manuální • AED 	Splňujeme Splňujeme
8) Doba nabití na max. energii 200J max. 5 sekund	Splňujeme (na 200J do 5s, na 360J d 8s)
9) Synchronní výboj – funkce synchronizované kardioverze	Splňujeme
10) Neinvazivní (zevní) kardiostimulace	Splňujeme (u všech přístrojů)
11) Zobrazení alarmů a trendů měřených hodnot	Splňujeme

12) Zvukový a optický alarm životních funkcí	Splňujeme
13) Menu v českém jazyce	Splňujeme (kompletní menu)
14) Integrovaný zapisovač	Splňujeme
15) Externí defibrilační elektrody (pádla) pro dospělé s integrovanými defibrilačními elektrodami pro děti	Splňujeme (tzv. dva v jednom)
16) Indikace kontaktu defibrilačních elektrod s tělem pacienta na externích defibrilačních elektrodách nebo na displeji přístroje	Splňujeme (na displeji přístroje)
17) Použitelnost nalepovacích (multifunkčních) defibrilačních elektrod	Splňujeme
18) Provoz na Baterie i bez Baterie, z elektrické sítě	Splňujeme
19) Provoz na baterie pro monitoraci min. 2 hod., zobrazení kapacity baterií na displeji i na baterii	Splňujeme (až 2,5 hodiny monitorace)
20) Funkce ukládání dat ne interní paměť	Splňujeme
21) Automatický test funkčnosti přístroje	Splňujeme
22) Funkce uživatelského testu funkčnosti přístroje včetně vyhodnocení	Splňujeme
23) Maximální hmotnost přístroje včetně baterie a příslušenství max. 7kg (bez pojízdného stojanu či brašny)	Splňujeme (6,8 kg)
24) Příslušenství ke každému 1ks defibrilátoru: <ul style="list-style-type: none"> • 1ks externí defibrilační elektrody (pádla) • 1ks multifunkční elektrody vč. kabelu • 1ks baterie • 1ks EKG kabel • 1ks SpO2 kabel vč. senzoru – dospělý • 1ks defibrilační gel • 1balení EKG elektrody 	Splňujeme Splňujeme Splňujeme Splňujeme Splňujeme Splňujeme Splňujeme
25) Příslušenství k celé dodávce (liší se pro jednotlivé požadované kusy): <ul style="list-style-type: none"> • 2ks SpO2 kabel vč. senzoru – velikost dětská • 3ks NIBP manžeta vč. propojovací hadičky – velikost dospělý • 1ks etCO2 kompletní příslušenství • 2ks interní defibrilační elektrody pro dospělé ø 6cm • 2ks pojízdný stojan určený k defibrilátoru a jeho příslušenství • 2ks brašna na defibrilátor (s SpO2) včetně příslušenství • 1ks brašna na defibrilátor (s NIBP, etCO2 a SpO2) včetně příslušenství 	Splňujeme Splňujeme Splňujeme Splňujeme Splňujeme Splňujeme Splňujeme