

Příloha č. 2_3_TECHNICKÉ PODMÍNKY

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

U technických parametrů, které nejsou označeny jako minimální (min.), maximální (max.) nebo v jinak povoleném rozsahu hodnot, nebo není u dané položky uvedeno jinak, zadavatel připouští toleranční rozsah $\pm 10\%$, pokud účastník v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. jeho diagnostické nebo terapeutické využití.

Zadavatelem požadované parametry	Účastníkem nabízená hodnota (účastník vyplní všechny řádky – u číselných údajů hodnotu, u ostatních slovo „splňuje (A)“ nebo „nesplňuje (N)“
Požadovaný systém	
Čelové svítidlo pro chirurgické výkony s možností upevnění zvětšovací skel	KLS Martin medLED Chrome MC3
Základní parametry	
Čelové svítidlo technologie LED, klasifikováno jako zdravotnický prostředek.	splňuje (A) / ZP tř. 1
Pás pro uchycení na hlavu operátora (velikostně nastavitelný)	splňuje (A) / plně, průměr i výška
Teplota chromatičnosti min. 4 500 K.	splňuje (A) / 5 000 K
Intenzita osvětlení min. 100 000 lx.	splňuje (A) / 100 000 lx
Baterie dobíjecí lithiová, v dodávce 2 kusy.	splňuje (A) / 2 kusy Li-Pol
Indikátor stavu baterie.	splňuje (A)
Výdrž baterie min. 6 hod.	splňuje (A) / až 7,75 hod.
Nabíjení baterie max. do 6 hod. Nabíječka baterií součástí dodávky.	splňuje (A) / max. 6–6,5 hod.
Výměna baterie bez použití nástrojů.	splňuje (A) / uživatelsky
Plynule nastavitelná intenzita světla.	splňuje (A)
Celková hmotnost čelovky s baterií max. 350 g	splňuje (A) / 335 g
Zvětšovací lupy určené výrobcem pro uchycení na dodané svítidlo bez použití nástrojů: - 2ks – 2 dioptrie - 2ks – 3 dioptrie - 2ks – 4 dioptrie	splňuje (A) / 2, 3 a 4 dioptrie á 2 ks
Ostatní	
Instalace a instruktáž obsluhy ZP (personálu ONN) součástí dodávky	ANO
Záruka 24 měsíců	ANO
V rámci záruky bude prováděna bezplatně pravidelná bezpečnostně technická kontrola dle z. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích.	ANO

