



Podbabská 3
160 00 Praha 6
tel.: 973 20 46 41
fax: 233 33 81 62
e-mail: casri@casri.cz
www.casri.cz

vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu, p.o.MO

Praha dne:
12.5.2020

Předběžná cena, 80 000,--Kč

OBJEDNÁVKA č.: 01/05/20-B

Dodavatel : MEDESA s.r.o.
Na Vyšehradě 1092
572 01 Polička
IČO: 64254577
DIČ: CZ64254577

| P. č. | Věc/obsah | Počet |
|-------|--|-------|
| 1. | Servisní prohlídka přístroje BIOSEN stanovení LA a GLU | 1 x |

Mgr. SOUMAR Libor, Ph.D.

ředitel

CASRI Praha
příspěvková organizace MO
Biochemická laboratoř
Podbabská 3, Praha 6
973 204 643, casri@casri.cz

Vyřizuje: Eva BOUCHNEROVÁ
Telefon: 973204643

Fakturujte na adresu :
CASRI, příspěvková organizace MO
Podbabská 3
160 00 Praha 6 – Dejvice
IČO: 49366378
DIČ: CZ49366378

Bankovní spojení :
Česká národní banka
č. účtu : 31921881/0710

ZAKÁZKOVÝ LIST**MEDESA s.r.o.****IČ: 64254577**

Číslo:

200705121

Centrála Polička Pobočka

Na Vyšehradě 1092 Říčany u Prahy
572 01 Polička Voděradská 2552/16
Tel.: 461 723 355 251 01 Říčany u Prahy
Fax: 461 723 560 Tel./fax: 323 605 454

Pobočka MEDESA SK, s.r.o.

Frýdek Místek IČ: 36822167
Ostravská ulice 494 831 06 Bratislava
738 25 Sviadnov servis@medesa.sk
Tel.: 602 614 280 Tel.: 911 215 523**Medesa****HOT-LINE: 602 238 479****servis@medesa.cz****www.medesa.cz**

Odběratel:

CASRI - VĚDECKÉ A SERVISNÍ PRACOVNÍSTĚ TĚLESNÉ VÝCHOVYBiochemická laboratoř
Podbabská 1590/3
16000 Praha 6

Česká republika

Číslo objednávky: 01/05/20-B

Objednal:

Přístroj: BIOSEN C Line Clinic Analyzer (2 channels)

Sériové číslo: 5214-13-0091

Pracovník: Jedlička Pavel

Datum vystavení: 12.5.2020

Neúčtovat - vše

Neúčtovat - práci

Neúčtovat - dopravu

Neúčtovat - materiál

Datum ukončení:

26.8.2020

Účtovat **HOT-LINE****TYP ČINNOSTI****MATERIÁL**

| X | Oprava na místě | Ks | Objednací číslo | Název | NÚ | NV |
|---|------------------|-------|-----------------|---|----|----|
| X | Odvoz na dílnu | 1,000 | 5211-1112-0176 | PIC.2 PCB with software, mounting hardware, BIOSEN C_line | | |
| X | Oprava na dílně | 2,000 | 5206-1245-1303 | Flow Cell with tube and spin | | |
| X | Dodání po opravě | 1,000 | 5208-1094 | Pump tube for BIOSEN C/S line | | |
| X | Periodická BTK | 1,000 | 5211-1735 | Exchanger for BIOSEN C/S line | | |
| | Práce KL | 0,500 | 5211-1409-0411 | Connecting tube 2 with stopper | | |
| | Instalace | 0,400 | 5211-2017-0637 | Connecting tube 270 mm | | |
| | Deinstalace | 64,00 | SL002a | Základní kilometrová sazba | | |
| | Paušál Epp | 0 | | | | |
| | Dodání zboží | 9,000 | SL001 | Hodinová sazba basic | | |
| | Ostatní | 1,000 | PBTK0BIOS | Roční BTK - BIOSEN vše | X | X |

Hlášená chyba:

Nelze spustit, inicializace se zasekne na 34%

| | |
|-----------------|----|
| Práce (hodiny) | 9 |
| Ujeté km | 64 |
| Účtované hodiny | |
| Účtované km | |

Stručný popis:

- pokus o identifikaci na místě odvoz přístroje na dílenskou opravu - 1h
- 14/5 - výměna flow cell - 2h
- 15/5 - dotaz na servisní podporu EKF
- identifikace závady, protéká tekutina na PCB
- objednání PCB + objednání konektorů od externího dodavatele
- výměna PCB + provedena oprava konektorů od bloků flow cell
- provedena výměna i druhé flow cell + celého hydraulického okruhu
- testování

Pracovník dodavatele byl poučen o BOZP na pracovišti.

Přístroj je funkční a schopen provozu.

Odběratel převzal přístroj bez závad a souhlasí s výše uvedenými údaji.

Potvrzení dodavatele:

MedesaMEDESA s.r.o.
Na Vyšehradě 1092 | 572 01 Polička
IČ: 64254577 | DIČ: CZ64254577

Podpis (razítko) oprávněného pracovníka odběratele:

Handwritten signature

200252-20/231

Medesa

FAKTURA - Daňový doklad



| | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|------------------------------------|---------|----------------------|----------------------------|-------|--------------------------|
| Dodavatel: MEDESA s.r.o. Na Vyšehradě 1092 57201 Polička IČ 64254577 DIČ CZ64254577 Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C 8237 | | Číslo: 120200653 Objednávka/Smlouva: 01/05/20-B Zakázkový list : 200705121 Vystavil(a): Vlasta Klusoňová | | | | | | |
| Dodací a platební podmínky: Variabilní symbol 120200653 DUZP 25.08.2020 Datum vystavení daňového dokladu 01.09.2020 Datum splatnosti 15.09.2020 Forma úhrady Platebním příkazem Způsob dopravy osobní odběr | | Odběratel I: CASRI - VĚDECKÉ A SERVISNÍ PRACOVNÍSTĚ TĚLESNÉ VÝCHOVY Podbabská 1590/3 16000 Praha 6 IČ: 49366378 DIČ: CZ49366378 | | | | | | |
| Konečný příjemce: Biochemická laboratoř Podbabská 1590/3 16000 Praha 6 Kontaktní os.: | | Odběratel II: CASRI - VĚDECKÉ A SERVISNÍ PRACOVNÍSTĚ TĚLESNÉ VÝCHOVY Podbabská 1590/3 16000 Praha 6 | | | | | | |
| řádek č. | Označení Množství | Popis dodávky MJ | J. cena bez DPH C. cena bez DPH | Sleva % | Úprava ceny +/- % | Celkem bez DPH po slevě | DPH % | Celkem s DPH po slevě |

Zakázkový list: 200705121 Výrobní číslo: 5214-13-0091 Název: BIOSEN C Line Clinic Analyzer (2 c. Technik: Jedlička Pavel

| | | | | | | | | |
|---|----------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|
| 1 | 5208-1094 | Pump tube for BIOSEN C/S line 1 ks | 1,00 ks | 1 030,00 | 1 030,00 | 1 030,00 | 21 | 1 246,30 |
| 2 | 5211-1735 | Exchanger for BIOSEN C/S line 1 ks | 1,00 ks | 3 863,00 | 3 863,00 | 3 863,00 | 21 | 4 674,23 |
| 3 | 5206-1245-1303 | Flow Cell with tube and spin 1 ks | 2,00 ks | 6 570,00 | 13 140,00 | 13 140,00 | 21 | 15 899,40 |
| 4 | 5211-1112-0176 | PIC.2 PCB with software, mounting hardware, BIOSEN C_line 1 ks | 1,00 ks | 28 350,00 | 28 350,00 | 28 350,00 | 21 | 34 303,50 |
| 5 | 5211-1409-0411 | Connecting tube 2 with stopper 1 bal | 0,50 balení | 1 260,00 | 630,00 | 630,00 | 21 | 762,30 |
| 6 | 5211-2017-0637 | Connecting tube 270 mm 1 bal | 0,40 balení | 1 180,00 | 472,00 | 472,00 | 21 | 571,12 |
| 7 | SL001 | Hodinová sazba basic hod | 9,00 hod | 1 780,00 | 16 020,00 | 16 020,00 | 21 | 19 384,20 |
| 8 | SL002a | Základní kilometrová sazba km | 64,00 km | 5,60 | 358,40 | 358,40 | 21 | 433,66 |

ZL: 200705121 63 863,40 77 274,71

63 863,40

63 863,40

77 274,71

Celkem k úhradě CZK**77 274,71**

Rekapitulace DPH

| Sazba | % | Základ | DPH | Celkem |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|
| Základní sazba | | 63 863,40 | 13 411,31 | 77 274,71 |
| | | 63 863,40 | 13 411,31 | 77 274,71 |

571/600/321

Správnost údajů a nutnost nákupu
potvrzují. Materiál byl vzat do evidence
pod číslomPeněžní ústav:
MONETA Money Bank, a. s.
Číslo účtu (CZK) 354904664 / 0600IBAN (CZK) CZ98 0600 0000 0003 5490 4664
IBAN (EUR) CZ65 0600 0000 0001 6327 0312
IBAN (USD) CZ11 0600 0000 0002 0361 2226
BIC AGBACZPPTel.: 461723549
E-mail: servis@medesa.cz
Web: www.medesa.cz