

<b>Cenový návrh číslo: 51381017/11899-2</b>
ze dne: 21.8.2020 platný do: 20.10.2020
Číslo Vaší objednávky: 40/20

Nemocnice Znojmo, p.o. Interní oddělení - endoskopie
MUDr. Jana Janského 11 ..... 669 02 Znojmo



PRACOVISTĚ: Interní oddělení - endoskopie	DATUM INSTALACE: 7.3.2016
PŘÍSTROJ: videogastroskop	TYP: GIF-H185
	VÝROBNÍ Č. : 2511485

**NA ZÁKLADĚ VAŠÍ OBJEDNÁVKY, UVEDENÝCH SKUTEČNOSTÍ A PROVEDENÍ TECHNICKÉ PROHLÍDKY PŘÍSTROJE BYLO ZJIŠTĚNO:**

- netěsnost dvířek horního krytu ovládací části přístroje
- uvolněné ovládání ohebné části zaváděcího tubusu
- zlomený světlovodný tubus u kontrolboxu
- zlomený zaváděcí tubus přibližně na 13. a 35. cm, místy odlepený ochranný plášť
- narušené lepení krycí gumy ohebné části
- odřená krytka distálního konce

**S OHLEDEM NA ZJIŠTĚNÝ TECHNICKÝ STAV PŘÍSTROJE JE NUTNO PROVĚST :**

- částečnou demontáž - již provedeno
- dekontaminace - již provedeno
- výměnu spodního a horního krytu ovládací části přístroje včetně dvířek horního krytu
- nastavení ovládání ohebné části zaváděcího tubusu
- výměnu světlovodného tubusu
- výměnu zaváděcího tubusu včetně ohebné části a mechanismu ovládání
- výměnu krytky distálního konce včetně krycí gumy ohebné části

CENA NAVRHOVANÉ OPRAVY ČINÍ.....	[redacted] Kč
CELKOVÁ CENA VČETNĚ DPH 21% .....	[redacted] Kč
Sleva [redacted]	[redacted] Kč
CENA NAVRHOVANÉ OPRAVY PO SLEVĚ ČINÍ.....	134 520 Kč
CELKOVÁ CENA PO SLEVĚ VČETNĚ DPH 21% .....	162 769 Kč

PLATBA BUDE PROVEDENA DLE "SERVISNÍ SMLOUVY".

Požádat o zapůjčení náhradního přístroje lze po schválení cenového návrhu.  
 Pronájem přístroje se řídí zápujčnými podmínkami společnosti OLYMPUS Czech Group.

CENOVÝ NÁVRH ZPRACOVAL :

SOUHLASÍM S PROVEDENÍM OPRAVY  
 PODPIS / RAZÍTKO

DNE: 21.8.2020

DNE: .....  
 1.9.20

Přibližná doba opravy cca. 10 dní od schválení cenového návrhu. Po ukončení opravy Vám bude zaslána faktura. Záruční doba na opravu je 6 měsíců ode dne převzetí opraveného přístroje a vztahuje se pouze na použitý materiál a vykonané práce. Vaše vstoupání prosím, na adresu, faxové číslo nebo e-mail uvedené ve spodní části cenového návrhu. V zájmu urychlení opravy Vašeho přístroje o schválení a odeslání cenového návrhu do 5-ti dnů aby Vaše zakázka mohla být řádně a včas vyřízena.