

2020/0015/A0/00


KUPNÍ SMLOUVA

Na základě vzájemné dohody mezi smluvními stranami byla uzavřena kupní smlouva, jejímž předmětem je prodej zboží dle dále uvedené specifikace a za podmínek dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

I. Smluvní strany

Společnost: FOMEI s.r.o.
Adresa: U Libeňského pivovaru 2015/10, Praha 8 180 00
Korespondenční adresa: Machkova 587, Hradec Králové 500 11
zastupuje: Jaroslav Faltus, prokurista
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 275265
IČO: 46504869
DIČ: CZ46504869
/dále jen prodávající/

a

Společnost: Poliklinika Prosek, a.s.
Adresa: Lovosická 440/40, 190 00 Praha 9 - Střížkov
zastupuje: MUDr. Michal Mašek – předseda představenstva
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14866
IČO: 28495306
DIČ: CZ28495306
/dále jen kupující/

II. Předmět smlouvy

- a) Předmětem smlouvy je prodej systému přímé digitalizace RTG obrazu výrobce FUJIFILM typ dva panely FDR ES G 43 vč. ovládací konzole s příslušenstvím včetně montáže, zprovoznění a zaškolení obsluhy za podmínek dále uvedených. Technická specifikace předmětu dodávky (Příloha č. 1) je nedílnou součástí této kupní smlouvy a podléhá jejímu právnímu režimu.
- b) Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde ke změnám ve výrobě, které budou mít za následek zlepšení předmětu koupě formou jeho modernizace, je prodávající oprávněn dodat modernizovanou formu přístroje při zachování podmínek stanovených touto smlouvou.

III. Doba a místo plnění

- a) Termín dodávky zboží je 14 -ti dnů od podpisu této smlouvy.
- b) Místem plnění podle této smlouvy je adresa:
Poliklinika Prosek, a.s., Lovosická 440/40, Praha 9 – Střížkov,
radiodiagnostické oddělení
- c) Pokud by se smluvní strany dohodly na jiném místě plnění, musí být toto rozhodnutí stanoveno formou písemného dodatku této smlouvy potvrzeného prodávajícím. Dopravu do místa plnění zabezpečuje prodávající.
- d) Ke splnění dodávky dochází převzetím zboží ze strany kupujícího jeho pověřenými pracovníky. Kupující nemůže bezdůvodně plnění odmítnout. Stane-li se tak, je prodávající oprávněn uskladnit zboží na náklady kupujícího s tím, že kupující je povinen veškeré náklady s tímto spojené prodávajícímu uhradit. Právo na náhradu škody uplatněné prodávajícím není tímto dotčeno.

IV. Povinnosti prodávajícího

- a) Prodávající je povinen sdělit kupujícímu termín dodávky, a to nejméně dva pracovní dny předem.
- b) Prodávající je povinen předat kupujícímu kompletní dokumentaci k prodávávanému zboží.
- c) Prodávající je povinen umožnit kupujícímu, aby nabyl vlastnického práva ke zboží. Toto vlastnické právo nesmí být omezeno právy jiných osob. Kupující nabývá vlastnického práva k předmětu smlouvy dnem předání a převzetí přístroje.
- d) Prodávající poskytuje na prodávávané zboží záruku, jejíž specifikace je uvedena v čl. VII této smlouvy.

V. Povinnosti kupujícího

- a) Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu způsobem uvedeným v čl. VI této smlouvy.
- b) Kupující je povinen převzít včas oznámenou dodávku v termínu stanoveném prodávajícím. Převzetí dodávky potvrdí na předávacím protokolu.

VI. Kupní cena

- a) Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran, a činí:

Bez DPH	1 295 000 Kč
DPH 21%	271 950 Kč
vč. DPH	1 566 950 Kč
- b) Výše uvedená cena zahrnuje dopravu na místo předání, montáž, uvedení do provozu, provedení zkoušky provozní stálosti a dlouhodobé stability včetně vystavení protokolu přejímací zkoušky. Dále pak zaškolení obsluhy kupujícího v místě předání a veškeré další náklady spojené se zprovozněním předmětu smlouvy.

- c) Kupní cena bude uhrazena na základě faktury 12 -ti splátkách dle splátkového kalendáře, který tvoří nedílnou součást této Kupní smlouvy.

VII. Odpovědnost za vady, záruční doba a reklamace

- a) Prodávající ručí za kvalitu dodávaného zboží po dobu **24 měsíců** od předání zboží kupujícímu. Pokud kupující nepřevzme zboží a prodávající uskladní zboží dle ustanovení čl. III. této smlouvy, počíná záruční doba běžet od data odmítnutí převzetí dodávky.
- b) Kupující je povinen reklamovat zjištěné vady dodaného zboží písemně nebo telefonicky u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil.
- c) Prodávající je povinen odstranit závady na přístroji bez zbytečného prodlení, s nástupem na opravu do 24 hodin od nahlášení poruchy. Do této doby se započítávají pracovní dny a začíná běžet hodinou nahlášení závady na tel.: 603 587 484 nebo emailu rtgservis@fomei.com. Záruční servis na dodané zboží provádí prodávající.
- d) Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, vady způsobené nesprávnou obsluhou, nepřiměřeným násilím a vady spotřebního materiálu. Prodávající taktéž neručí za vady způsobené špatnou manipulací, poškozením při montáži strojů bez zajištění účasti pracovníků prodávajícího.
- e) Prodávající dodá na základě objednávky kupujícího náhradní díly na zboží. Na pozáruční servis na dodané zboží bude uzavřena zvláštní servisní smlouva.

VIII. Provedení přístroje a montáž

- a) Prodávající zaručuje, že zboží je vyrobeno dle příslušných norem platných v zemi výrobce.
- b) Prodávající prohlašuje, že na předmět dodávky bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zák.č. 22/1997 Sb. Spolu s dodávkou budou dodány certifikáty: prohlášení o shodě.
- c) V ceně zboží je obsažena cena montáže vlastní technologie.
- d) V ceně zboží je obsažena provozní instruktáž personálu kupujícího.

IX. Právo rozhodné a řešení sporů

- a) Všechny vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
- b) Obě strany se dohodly, že veškeré případné spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou budou řešeny jednáním na úrovni statutárních zástupců smluvních stran. Nedojde-li k dohodě, je příslušný obecný soud strany žalované.

X. Platnost smlouvy

- a) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami. Jakákoli změna této smlouvy je platná jen ve formě písemného dodatku a po podpisu obou smluvních stran.


XI. Závěrečná ustanovení

- a) Pozbude-li některé z ustanovení této smlouvy platnosti, zůstávají ostatní tímto nedotčena. Neúčinné ustanovení se nahradí takovým, které odpovídá nebo bude co nejbližší původnímu záměru v ekonomickém smyslu.
- b) Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana jedno obdrží.
- c) Technická specifikace je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 1.
- d) Splátkový kalendář je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 2

V Praze dne 24.8.2020




prodávající
zastoupen: Jaroslav Faltus
prokurista



V Praze dne 3.8.2020






kupující
zastoupen: MUDr. Martin Mašek
předseda představenstva



Příloha č. 2

Splátkový kalendář

Splátka	Částka v Kč	splatnost
1.		3.1.2021
2.		3.2.2021
3.		3.3.2021
4.		3.4.2021
5.		3.5.2021
6.		3.6.2021
7.		3.7.2021
8.		3.8.2021
9.		3.9.2021
10.		3.10.2021
11.		3.11.2021
12.		3.12.2021



Digitalizace RTG snímkovny (2 digitální flat detektory) - minimální technická specifikace

Místo plnění: Poliklinika Prosek, a.s

Množství detektorů: 2 ks

Předmětem pořízení je jeden pár flat panelů a akviziční stanice pro stávající přístroj COVATOR výrobce Hans Pausch. Součástí digitalizace je začlenění a integrace stávajícího systému nepřímé digitalizace do jedné ovládací konzole.

Účastník	FOMEI s.r.o.	
Název nabízené technologie	FDR ES G43	
Výrobce	FUJIFILM	
Technické parametry	Požadovaná hodnota	Účastníkem uvedená hodnota
Rozlišení detektorů		
Počet pixelu min. 2 836 x 2 836 pix.	ANO, Specifikujte	ANO 2836 x 2836 pixelů
Aktivní plocha min. 42 x 42 cm	ANO, Specifikujte	ANO 43 x 43 cm
Velikost pixelu max. 150 µm	ANO, Specifikujte	ANO 150 µm
Bitová hloubka min. 16 bit	ANO, Specifikujte	ANO 16 bit
Napájení a mechanické vlastnosti detektorů		
Hmotnost detektoru včetně baterie max. 3 kg	ANO, Specifikujte	ANO 2,9 kg
Tloušťka detektoru max. 15 mm	ANO, Specifikujte	ANO 14,8 mm
Možnost napájení detektorů jak pro vertigraf, tak i pro vyšetřovací stůl kabelem	ANO, Specifikujte	ANO dobíjení přímo v bucky
Současná možnost napájení detektorů, jak pro vertigraf, tak i pro vyšetřovací stůl pomocí baterie a odesílání dat přes WiFi	ANO, Specifikujte	ANO nabíjecí bod ve stole a vertigafu s možností výjmutí a odeslání dat přes AP modul - WiFi
Snadná výměna baterie, bez použití jakýchkoliv mechanických nástrojů	ANO, Specifikujte	ANO - baterie je vyvímatelná
2 ks baterií (vždy jedna pro každý detektor)	ANO	ANO
Indikace úrovně nabití jednotlivých baterií s minimálně třemi indikačními úrovněmi nabití	ANO, Specifikujte	ANO - detekce nabití, tři úrovně nabití
Vlastnosti ostatní		
Automatická detekce RTG záření	ANO, Specifikujte	ANO technologie Smart Switch automaticky detekují rtg paprsky bez připojení ke generátoru
Počet snímků na 1 nabití baterie min. 500 snímků	ANO, Specifikujte	ANO možnost až 750 snímků v ideálních podmínkách
Automatická kontrola detektoru při zapnutí	ANO	ANO
Medicínský účel (Klinické aplikace)		
Vyšetřovací akviziční konzole pro úpravu RTG snímků, pořízených jak metodou přímé, tak stávající metodou nepřímé digitalizace	ANO	ANO ovládací konzole umožňuje připojit jak FDR technologii tak FCR technologii FUJI a ovládání z jednoho místa
Kompatibilita se stávající technologií		

Schopnost nabízenou konzoli připojit k současné CR technologii, která k digitalizaci snímků využívá čtečku FUJIFILM CR Capsula XL, schopnost vytvářet jednu studii s využitím DR a CR digitalizace	ANO	ANO
Možnost propojení flat panelu se stávajícím generátorem CPI CMP 200	ANO	ANO
Monitor akviziční konzole		
Min. 19" dotykový monitor	ANO, Specifikujte	ANO 19" dotykový monitor
Min. rozlišení monitoru 1280 x 1024 pixelů	ANO, Specifikujte	ANO 1280x1024 pix.
Možnost postprocessingového zpracování snímků (ruční, popř. i automatické značení snímků, rotace, převrácení, zoom, pohyb snímku, měření úhlů a vzdáleností, potlačení šumu, zvýraznění hran)	ANO	ANO kompletní postprocessing
Schopnost automatického nastavení expozičních hodnot dle vybrané expozice	ANO	ANO
Možnost manuálního nastavení expozičních hodnot	ANO	ANO
Zobrazení základních informací na snímku (datum a čas akvizice, název nemocnice, ID pacienta, měřítko, ID radiologického asistenta, expoziční hodnoty - kV, mA, mAs, expoziční dávka)	ANO	ANO
Dostupnost náhledu snímku z bezdrátového detektoru max. do 2 s	ANO, Specifikujte	ANO náhled snímku WLAN - 1 sekunda
Čas jednoho snímkovacího cyklu - možnost snímkování další akvizice od předchozí akvizice - max. 10 s	ANO, Specifikujte	ANO 8 sekund
Možnost úpravy a vkládání patientských dat přímo z akviziční stanice	ANO	ANO
Ochrana snímku proti náhodnému smazání	ANO	ANO
Indikace připojení a stavu baterie detektoru připojeného přes wifi	ANO	ANO
Softwarové vybavení		
DICOM interface (Send, Storage, Storage Commitment, Verification, Modality Worklist, MPPS a Dose Structured Report)	ANO	ANO
Uživatelské rozhraní v českém jazyce	ANO	ANO
Možnost přiřazení min. až 5 bezdrátových detektorů	ANO, Specifikujte	ANO max. 5 detektoru nebo jiných modalit
Počítačová jednotka a HW akviziční konzole		

Schopnost DICOM archivace a zobrazení dopadové a plošné dávky, včetně ukládání expozičních parametrů do příslušných DICOM TAG jednotlivých snímků	ANO	ANO
Operační systém Windows 8 Pro , nebo vyšší	ANO	ANO
Interní úložiště min. 8 GB RAM, HDD 500 GB	Specifikujte	ANO 8 GB RAM, HDD 500 GB
Minimálně procesor Intel i5, nebo ekvivalent	Specifikujte	ANO Intel i5
Rozhraní		
Síťové rozhraní Ethernet 1 Gbps (TCP/IP v4, RJ45)	ANO	ANO

Součásti dodání obsažené v ceně

Doprava, stěhování na místo na příslušné klinické pracoviště

Instalace, uvedení do provozu

Výchozí elektrevize

Předvedení přístroje, provedení funkční a přijímací zkoušky dodaného zařízení a zajištění shody s požadavky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (provedení měření rozptýleného záření)

Instruktaž dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, případně zaškolení obsluhy

Dodání příslušné dokumentace (prohlášení o shodě, návod k obsluze v tištěné i elektronické podobě, protokoly z provedených zkoušek a měření, vyplněný formulář Seznam dodané techniky)

Požadavek na doklady nezbytně předkládané s nabídkou

Povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost k distribuci a servisu zařízení

Prohlášení o shodě

Doklad osvědčující způsobilost k prodeji, distribuci a servisu zdravotnických prostředků (doklad o registraci dle z. č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích) a doklad o notifikaci ZP dle z. č. 268/2014 Sb.