

Nabídka pro veřejnou zakázku

„Hydrolizační jednotka pro stanovení tuků“

Strana 1/3

Vytvořeno: 30.7.2020

Platnost nabídky: 31.12.2020

Zákazník: Státní veterinární ústav
Olomouc
Jakoubka ze Stříbra 1
779 00 Olomouc

Vyřizuje: xxxxxxx
Telefon:
Email:



Distributor: MILCOM servis a.s.
Hostivařská 538/56
102 00 Praha 10

Vyřizuje: xxxxxxx
Telefon: xxxxxxx
E-mail: xxxxxxx

I. Konfigurace přístroje:

Hydrotec 8000

Obj. č.	Název	Počet ks
800000 06	Hydrotec 8000, 230 V Přístroj obsahuje: Hydrotec 8000 Basic unit a následné příslušenství Hydrolysis beaker, 2 ks Capsule holders (6 pro 6 pozic), Tongs, Weighing Support, Vata, Dokovací nástroj pro capsle, Extension pipe, 1 set Hydrocap (60/set), Owners Guide, Aplikační nota, Spare Parts Manual, Uživatelský manual a Quick Guide (GB version + český překlad)	1

Dodání a instalace přístroje

Standardní doba dodání je 6 – 8 týdnů od obdržení řádné závazné objednávky, nebo od podepsání kupní smlouvy. Přístroj je zpravidla zasílán přímo klientovi do daného výrobního závodu, pokud není dohodnuto jinak. Rozbalení a instalace přístroje probíhá výhradně za přítomnosti technika MILCOM servis a.s.

II. Kalkulace ceny

Položka	Počet	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč s DPH
Konfigurace přístroje	1	473.259,15	99.384,42	572.643,57
Doprava	1	Zdarma		Zdarma
Instalace přístroje	1	Zdarma		Zdarma
Školení obsluhy	1	Zdarma		Zdarma
Sleva 2%	1	- 9.094,47		-11.004,31
Celková cena za přístroj		464.164,68	97.474,58	561.639,26

Uvedené ceny jsou platné pro rok 2020 a k cenám účtujeme DPH. K přístrojům poskytujeme záruční a pozáruční servis. Standardní záruční doba je 12 měsíců od data instalace, uvedení do provozu.

Klientům se sídlem firmy nebo závodu v České republice se cena fakturuje ve měně CZK přepočteno dle aktuálního kurzu v daném období, tj. řádné objednávky, nebo podpisu kupní smlouvy.

Vypracovala:

MILCOM servis a. s.
www.milcomservis.cz
 XXXXXXXXXXXXXXX

V Praze dne 30.7.2020

za MILCOM servis a. s.
 XXXXXXXXXXXXXXX
 předseda představenstva, a.s.

Technické parametry:

Hydrolyzační jednotka pro stanovení tuků 1 ks	
Specifikace technického parametru, výbavy	Splněno ANO/NE
Velikost vzorků 0,5 – 2 g	Ano
Rozsah měření 0.1-100% tuku v kombinaci s extrakcí	Ano
Opakovatelnost $\pm 1\%$ relativní směrodatná odchylka pro obsah tuku 10 - 100% v kombinaci s extrakcí	Ano
Kapacita na šarži 12 vzorků	Ano
Doba hydrolyzy standardně 2 hodiny	Ano
Použití manuálního modu proplachování	Ano
Použití automatického modu proplachování	Ano
Počet programů max. 9	Ano
Možnost připojení na cirkulační vodní nádrž	Ano
Možnost připojení chladicí vody z běžného řádu	Ano
Odtok kapalin	Ano
Kompatibilní s přístrojem Soxtec 2050/255	Ano
Přenos vzorků do extrakčního zařízení ve stejné vzorkovnici	Ano

Vypracovala:

MILCOM servis a. s.
www.milcomservis.cz
 xxxxxxxxxxxxxx

V Praze dne 30.7.2020

za MILCOM servis a. s.
 xxxxxxxxxxxxxx
 předseda představenstva, a.s.