

DODAVATEL IČ 00676853 DIČ CZ00676853  
HOSPIMED, spol. s r.o.  
Malešická 2251/51  
  
130 00 Praha 3  
Tel.: 225001511 Fax: 225001522  
E-mail: hospimed@hospimed.cz

Objednávka 101039042020  
ze dne 13.07.2020  
Naše zakázka 01-0-0000230  
Den vystavení 30.07.2020

ODBĚRATEL IČ 06199518 DIČ CZ06199518

Nemocnice Litoměřice, a.s.

Žitenická 2084  
412 01 Litoměřice - Předměstí

**Vážený zákazníku, potvrzujeme tímto přijetí Vaší výše uvedené objednávky na opravu následujícího zařízení a žádáme o ODSOUHLASENÍ / ~~ZAMÍTLÍ~~ cenového návrhu k PŘÍSTROJI / NÁSTROJI převzítému k opravě :**

Insuflátor v.č. 1100202109 ;

Vaše objednávka je u nás vedena pod číslem **01-0-0000230**  
Servisní technik zodpovědný za Vaši zakázku je pan **XXXXXXXXXXXXXXXX**

### Cenový návrh:

Závada: Při úbytku tlaku v režimu HIGH INSUFLATION dochází občas k velmi pomalému dorovnání na požadovanou hodnotu (průtok menší než 1l/min).  
Oprava a přezkoušení ve výrobním závodu - vadná řídicí deska a snímač tlaku 0-15bar, nutná výměna.  
Po dobu opravy zapůjčen náhradní insuflátor 2232.

### PŘEDPOKLÁDANÉ NÁHRADNÍ DÍLY A PRÁCE

kat.číslo	název	množství MJ	cena za MJ	celkem bez DPH
9998-9	Oprava ve výrobním závodu	1,00 ks	60 040,00	60 040,00
9998	Zápůjčka náhradního přístroje	1,00 ks	1 990,00	1 990,00
9998-2x	Práce servisního technika specialisty	1,00 hod	1 190,00	1 190,00
9998-1	Dopravné	150,00 km	12,50	1 875,00
9998	Sleva na opravu 10%	1,00 ks	-6 004,00	-6 004,00
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>59 091,00</b>

### VAŠE STANOVISKO:

S provedením opravy SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME.

Dne 31. 7. 20

Nemocnice

412 01 Litoměřice  
IČ: 061 99 518

8

VYSTAVIL **XXXXXXXXXXXXXXXX**

mobilní telefon xxxxxxxx, xxxxxxxx@hospimed.cz

Prohlašujeme, že na výrobky podléhající zákonu č. 22/1997 Sb. bylo vydáno Prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády č. 180/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů.