



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

KNTB Zlín - vysoce specializovaná péče perinatologie - část 9 - inkubátory - část D

TABULKA S TECHNICKÝMI PARAMETRY

Parametr	Požadovaná min.hodnota	Nabízená hodnota	Poznámka
Mobilní LED fototerapie - 3 ks			
FL-2010 Fototerapie LED mobilní			
Pojízdná fototerapeutická lampa pro léčbu novorozeneckého ikteru na bázi technologie LED	ANO	ANO	
Světelné spektrum fototerapeutická jednotky v rozmezí 450-470nm (modré světlo), nejlépe v úzkém pásmu rozptylu okolo 460nm	ANO	ANO	
Minimální výkon 50 pW/cm ² /nm při vzdálenosti 50 cm od pacienta	ANO	ANO	
Při použití fototerapeutické lampy nesmí docházet ke zvyšování teploty pacienta	ANO	ANO	
Životnost a účinnost světelného zdroje musí být min. 50 000 pracovních hodin. Zadavatel však umožňuje nabídnout i světelný zdroj s životností a účinností menší než 50 000 pracovních hodin, ale poté se dodavatel zavazuje provést jeho bezplatnou výměnu vč. potřebného příslušenství tolikrát, než bude dosaženo životnosti a účinnosti minimálně 50 000 a více pracovních hodin.	uvedte životnost a účinnost	min. 50 000 provoz, hodin při garantované účinnosti 50pW/cm ² /nm na 50 cm.	
V modulu integrované i bílé světlo pro vyšetření novorozence	ANO	ANO	
Umožnění kontinuálního monitorování teploty pacienta	ANO	ANO	
Zabudovaný časovač délky sepnutí	ANO	ANO	
Zabudovaný počítat provozních hodin	ANO	ANO	
Možnost natáčení fototerapeutická lampy v horizontálním i vertikálním směru	ANO	ANO	
Mobilní a výškově stavitelný stojan pro umístění ke všem typům inkubátorů	ANO	ANO	
Jednoduché a intuitivní ovládání	ANO	ANO	
Chránič očí pro novorozence (ochranné brýle)	ANO	ANO	

POZNÁMKA: Uvedené technické požadavky jsou minimální. Dodavatel může nabídnout zařízení i s lepšími parametry.

Pokyny pro vyplnění:

- Účastník zadávacího řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"
- Účastník zadávacího řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného výrobku (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)
- Účastník zadávacího řízení do předloženého formuláře u údajů, u nichž je stanovena minimální nebo maximální požadovaná hodnota číselně, doplní do druhého sloupce konkrétní číselnou hodnotu, kterou dosahuje jím nabízený výrobek (nedodržení stanoveného maxima či nesplnění požadovaného minima znamená nesplnění zadávacích podmínek)
- Účastník zadávacího řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální požadovaná hodnota stanovena kombinací bodů 2 a 3, doplní do druhého sloupce ANO-NE (dle vlastností a funkcí přístroje) i konkrétní číselnou hodnotu, kterou dosahuje nabízený přístroj (hodnota NE a nesplnění požadované hodnoty znamená nesplnění zadávacích podmínek)
- Pokud má účastník zadávacího řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavatelé sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".
- Vyplněný formulář účastník zadávacího řízení předloží v rámci své nabídky (jako přílohu návrhu kupní smlouvy)