

**N.1.3. Servisní prohlídka digestoře MERCİ M**

- kontrola správnosti a kompletnosti vybavení
- kontrola celkového stavu a funkce digestoře
- kontrola korpusu digestoře na poškození a korozi
- kontrola ochranného vyložení vnitřního prostoru digestoře
- kontrola elektroinstalace včetně elektrozásuvek a dotažení svorek
- kontrola funkcí řídicích a ovládacích jednotek
- kontrola a přeměření zemnicích bodů ve vnitřním pracovním prostoru digestoře (*příplatková výbava*)
- kontrola těsnosti a stavu napojení vzduchotechniky
- kontrola a vyčištění odtahové štěrbiny a kontrola stavu skrytého korpusu
- kontrola přísávací štěrbiny pracovní desky a čelního krytu desky a její vyčištění
- kontrola kvality a těsnosti spár korpusu a pracovní desky digestoře a jejich případné přetěsnění
- kontrola a případná výměna lankového zavěšení bezpečnostního okna
- kontrola funkčnosti bezpečnostního okna a posuvných skel a vyčištění vodicích profilů
- kontrola a vyčištění osvětlení digestoře
- kontrola funkce a těsnosti odpadní vaničky a odpadního vedení
- kontrola těsnosti rozvodů kapalných médií a jejich případné přetěsnění
- kontrola těsnosti rozvodů plyných médií a jejich případné přetěsnění
- kontrola funkce a těsnosti ventilů a výstupních olivek kapalných médií a jejich případné přetěsnění
- kontrola funkce a těsnosti ventilů a výstupních olivek plyných médií a jejich případné přetěsnění
- kontrola funkcí alarmu nedostatečného průtoku vzduchu (*příplatková výbava*)
- kontrola a vyčištění čidla alarmu průtoku vzduchu (*příplatková výbava*)
- kontrolní měření průtoku vzduchu digestoří v rovině bezpečnostního okna (nevalidované)
- kontrola funkčnosti podskříňky pod pracovní deskou digestoře (viz. samostatný výpis níže)
- kontrola označení příslušnými bezpečnostními značkami
- kontrola zaškolení obsluhy
- vyznačení příští servisní kontroly a vylepení servisního štítku

**Servisní prohlídka podskříňky pod pracovní deskou digestoře (dle typu určení skříňky) - mimo bezpečnostní skříň s požární odolností (ty uvedeny samostatně)**

- vizuální kontrola ustavení
- kontrola funkce dveří a zásuvek
- kontrola a seřízení spár dveří
- kontrola připevnění úchytek a madel
- kontrola funkce zámků
- kontrola záchytných van
- kontrola a vyčištění odtahových šterbin
- kontrola těsnosti a stavu napojení vzduchotechniky
- kontrola funkce odtahu podskříňky dle předpisu pro daný typ
- kontrola označení příslušnými bezpečnostními značkami

**Doporučená frekvence periodických prohlídek****1x rok**