

KUPNÍ SMLOUVA

vč. záručního servisu

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

mezi:

Getinge Czech Republic, s.r.o

se sídlem: **Na Strži 1702/65, Praha 4, PSČ 140 00**

IČ: **03053601**

DIČ: **CZ03053601**

Plátce DPH: **ANO**

zapsána v obchodním rejstříku vedeném **městským soudem v Praze, oddíl C, č.226781**

bankovní spojení: **Commerzbank AG,pob.Praha**

číslo účtu: **[REDACTED]**

zastoupena: **Mgr.Jiřím Lacinou, MBA**

jednatel společnosti

(dále jen „prodávající“)

a

Vsetínská nemocnice a.s.

se sídlem: **Nemocniční 955, 755 01 Vsetín**

IČ: **26871068**

DIČ: **CZ26871068**

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2946

bankovní spojení: **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**

číslo účtu: **[REDACTED]**

zastoupena: **Ing. Věrou Prouskovou, MBA**

místopředsedkyní představenstva

(dále jen „kupující“)

Prodávající a kupující jsou dále označeni rovněž jako „smluvní strana“ či společně jako „smluvní strany“.

I.

Předmět smlouvy

1. Na základě této smlouvy se prodávající zavazuje dodat kupujícímu nové **vybavení operačních sálů** dle příloh

- Krycí list nabídky
- Požadavek na předmět plnění
- Specifikace předmětu plnění

(dále jen „předmět smlouvy“ či „zboží“) a převést na kupujícího vlastnické právo k předmětu smlouvy.

Spolu s předmětem smlouvy budou kupujícímu předány také doklady potřebné pro řádné užívání předmětu smlouvy dle platné legislativy, tj. zejména:

- a) pro všechny části předmětu veřejné zakázky (viz Příloha - Specifikace předmětu plnění) bude dodáno prohlášení o shodě příp. declaration of conformity (v překladu) v listinné podobě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky;
- b) platný certifikát na autorizovaný servis na základě zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích;
- c) platný certifikát vystavený výrobcem dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích k provádění instrukcí;
- d) návod k obsluze v českém jazyce s datem poslední revize v tištěné podobě i v elektronické podobě;
- e) produktové listy ke všem částem předmětu smlouvy (viz Příloha - Specifikace předmětu plnění).

Všechny části předmětu veřejné zakázky (viz Příloha - Specifikace předmětu plnění) musí být označeny značkou CE s číslem notifikované osoby dle platné legislativy.

2. Předmětem smlouvy je rovněž plný záruční servis po dobu 36 měsíců.
3. Kupující se na základě této smlouvy zavazuje zaplatit prodávajícímu za dodaný předmět smlouvy kupní cenu a cenu za plný záruční servis po dobu 36 měsíců, které jsou uvedeny v Příloze - Krycí list nabídky.
4. Prodávající dále prohlašuje, že na předmětu smlouvy nevznáší žádná práva třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila s předmětem smlouvy disponovat. Součástí dodávky je rovněž veškerá a úplná dokumentace, která opravňuje kupujícího předmět smlouvy užívat, nebo je podmínkou jeho užívání.
5. Předmět smlouvy (veřejná zakázka) je součástí schválených projektů 31. výzvy IROP. V případě přidělení finančních prostředků budou projekty s názvy **Zvýšení kvality návazné péče na Vsetínsku - 1. etapa** (regist. číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001540) a **Zvýšení kvality návazné péče na Vsetínsku - 1. etapa - II. fáze** (registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001591) spolufinancovány Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
6. Vyplývá-li z povahy příslušného ustanovení, že předmětem smlouvy je myšleno nové vybavení operačních sálů jako takové, vztahuje se konkrétní ustanovení na vybavení operačních sálů jako takové.

Kupní cena, cena za plný záruční servis

1. Kupní cena za **vybavení operačních sálů** tj. jeho dodávka, instalace a cena za jeho plný záruční servis po dobu 36 měsíců je uvedena v Příloze - Krycí list nabídky.
2. Plný záruční servis je specifikován v dalších článcích této smlouvy.
3. V kupní ceně za předmět smlouvy je zahrnuto dodání předmětu smlouvy kupujícímu do místa plnění, jeho uvedení do provozu, předání všech dokladů potřebných pro jeho řádné užívání (čl. I. odst. 1 této smlouvy), zaškolení obsluhy kupujícího a protokolární předání předmětu smlouvy včetně vystavení instalačního a předávacího protokolu, dopravné, clo a veškeré další související náklady (např. též poplatky, daně aj.); dále též („dodávka a instalace“).
4. Kupní cena - bude kupujícím uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím.
5. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu až po řádném dodání předmětu smlouvy kupujícímu, jeho uvedení do provozu, předání všech dokladů potřebných pro jeho řádné užívání (čl. I. odst. 1 této smlouvy), zaškolení obsluhy předmětu smlouvy a podpisu protokolu o předání předmětu smlouvy oběma smluvními stranami.
6. Cena za plný záruční servis - prodávající je oprávněn vystavit vůči kupujícímu fakturu za poskytování plného záručního servisu vždy za období jednoho měsíce k poslednímu kalendářnímu dni měsíce.
7. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu, a to na bankovní účet prodávajícího, který je uveden v záhlaví této smlouvy.
8. Prodávající je povinen uvést na faktuře větu „**Zakázka je spolufinancována z IROP v rámci projektu registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001540**“ nebo „**Zakázka je spolufinancována z IROP v rámci projektu registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001591**“ (*upřesnění je uvedeno v dokumentu Příloha - Specifikace předmětu plnění*). Tato povinnost se netýká následných faktur za plný záruční servis.
9. Nezaplatí-li kupující prodávajícímu cenu řádně a včas, zavazuje se kupující zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení, a to až do úplného zaplacení dlužné částky.

III.

Doba a místo dodání předmětu smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat předmět smlouvy kupujícímu do 90 dnů od účinnosti smlouvy, k zahájení plnění bude prodávající vyzván nejméně 10 dnů předem; není-li ve smlouvě či její příloze stanoveno jinak.
Předpoklad dodávky je od 16/11/2020 do 14/1/2021.
2. Místem plnění je sídlo kupujícího.
3. Servisní činnosti mohou být vykonávány i v jiných prostorech, pokud tak bude mezi smluvními stranami dohodnuto.
4. Prodávající se zavazuje vyzkoušet kupujícího o dodání zboží nejméně 10 pracovních dnů předem. Kupující provede při dodání předmětu smlouvy fyzickou přejímku.
5. Kupující předmět smlouvy převezme, nevykazuje-li žádné vady. Pokud nebude předmět smlouvy dodán v požadovaném množství, jakosti, druhu a provedení, má kupující právo dodávku odmítnout. Odmítnutí a důvody vyznačí v dokladech prodávajícího.

6. Dokladem o doručení je dodací list, opatřený podpisem osoby oprávněné k převzetí předmětu smlouvy ([REDACTED] nebo [REDACTED] nebo [REDACTED] nebo [REDACTED]).
7. Za předání předmětu smlouvy se považuje jeho dodání na adresu sídla kupujícího, dále pak jeho uvedení do provozu, předání všech dokladů potřebných pro jeho řádné užívání (čl. I. odst. 1 této smlouvy), prokazatelné zaškolení obsluhy kupujícího včetně vystavení dokladu o zaškolení s možností školit další pracovníky zaškolenou obsluhou, vystavení a podpis protokolu o předání předmětu smlouvy oběma smluvními stranami.
8. Protokol o předání předmětu smlouvy bude obsahovat potvrzení kupujícího o tom, že byla ze strany prodávajícího obsluha předmětu smlouvy seznámena s návodem k použití.
9. Kupující je povinen respektovat pokyny prodávajícího týkající se uvedení předmětu smlouvy do provozu.
10. Nedodá-li prodávající kupujícímu předmět smlouvy řádně a včas, zavazuje se prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý den prodlení, a to až do řádného předání předmětu smlouvy kupujícímu. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

IV.

Nebezpečí škody na předmětu smlouvy, převod vlastnického práva

1. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem protokolárního předání předmětu smlouvy (čl. III této smlouvy), obdobně tak vlastnické právo.

V.

Odpovědnost za vady předmětu smlouvy, záruka, servis, PBTK, smluvní pokuta, náhrada škody

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět smlouvy v kvalitě, jež bude v souladu s příslušnými platnými právními předpisy a technickými či jinými normami.
2. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu na předmět smlouvy záruku po dobu 36 měsíců a po stejnou dobu i plný záruční servis na předmět smlouvy. Záruka začíná běžet od data protokolárního předání předmětu smlouvy. Záruka se prodlužuje o dobu, kdy nebylo možno předmět smlouvy používat v důsledku poruchy, tj. od nahlášení závady do jejího úplného odstranění.
3. Prodávající se zavazuje zajistit pro kupujícího po dohodnutou dobu plný záruční servis a dále též údržbu zařízení dle platných právních předpisů a dle doporučení výrobce (označení pro uvedené servisy a činnosti též „servis“). Kupující se zavazuje hradit za to prodávajícímu cenu uvedenou v této smlouvě.
4. Servis dle této smlouvy zahrnuje zejména:
 - pravidelné předepsané periodické bezpečnostně-technické kontroly (dále jen „PBTK“) předmětu smlouvy dle zákona č. 268/2014 Sb., a to v rozsahu dle předpisu výrobce včetně provedení elektrické revize dle ČSN, provádění aktualizace a upgrade SW, které jsou doporučeny výrobcem,

- opravy poruch a závad zařízení, tj. uvedení zařízení do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů a jeho následné bezpečné použití při poskytování zdravotní péče,
 - preventivní kontroly a revize všech součástí zařízení a jeho příslušenství, kalibrace a nastavení zařízení, kontrola funkčnosti s přezkoušením provozních údajů atd., dle pokynů výrobce,
 - podávání informací o stavu a bezpečnosti servisovaného systému a o případných žádoucích opravách a seřizovacích zásazích,
 - provedení technických změn, které bude obecně nutné pokládat za nezbytné z provozních nebo bezpečnostních důvodů,
 - po dobu záruky a po celou dobu životnosti předmětu smlouvy (5 let od předání předmětu smlouvy) budou prováděna proškolení obsluhy kupujícího zdarma,
 - provádění opatření k předcházení škod zahrnující min. čištění, mazání a seřizování mechanických částí,
 - vedení knihy servisních prací (pokud to charakter předmětu smlouvy vyžaduje), kde budou zapsány všechny servisní úkony včetně vyměněných náhradních dílů a dalšího materiálu,
 - dodávky originálů všech náhradních dílů a spotřebního materiálu */Zde pro odstranění pochybností se upozorňuje, že součástí předmětu smlouvy (dodávky) je rovněž Příslušenství uvedené v Příloze - Požadavek na předmět plnění v uvedeném množství; Na základě této smlouvy však nebude dodáváno Příslušenství definováno v Příloze - Požadavek na předmět plnění, nad rámec množství uvedeného v dané příloze)/*, které jsou nutné pro plně funkční provoz předmětu smlouvy bez omezení a je nutno je vyměnit např. při kontrolách, revizích, odstraňování poruch a závad zařízení, tj. všechny součásti či příslušenství předmětu smlouvy s výjimkou dodávky elektrické energie; Kupující tak nebude prodávajícímu hradit ničeho navíc, všechno je již obsaženo v cenách uvedených v Příloze - Krycí list nabídky. Cena zahrnuje též veškeré náklady prodávajícího spojené s realizací předmětu smlouvy, například cenu odborných služeb, dopravní náklady, čas strávený na cestě a ubytování pracovníků prodávajícího, apod.
5. Běžný servis a běžná odborná údržba zařízení budou vykonávány v termínech dle provozních potřeb zařízení, v mírném časovém předstihu, nejpozději však k datu expirace validity předcházející činnosti daného typu. Prodávající zodpovídá za dodržování časových intervalů PBTK u zařízení. Pokud nebude dohodnuto jinak, PBTK a běžný servis a běžná odborná údržba budou prováděny v pracovních dnech od 7 do 15 hodin.
6. Potřebné servisní zásahy (veškeré činnosti mimo výše uvedený běžný servis a běžnou odbornou údržbu; v případě nejasností, zda se jedná o běžný servis a běžnou odbornou údržbu nebo potřebné servisní zásahy, je daná činnost považována za potřebné servisní zásahy) budou prováděny operativně na výzvu kupujícího v následujících časových relacích:
- nástup na servisní zásah do 48 hodin,
 - s dobou odstranění závady bez dodávky náhradního dílu nebo jiného potřebného materiálu do 24 hodin od nástupu na servisní zásah,
 - s dobou odstranění závady s dodáním náhradního dílu nebo jiného potřebného materiálu (i ze zahraničí) do 48 hodin od nástupu na servisní zásah.

V případě, že nebude možné závadu odstranit do doby výše uvedené (kurzívou označený text), bude prodávajícím bezplatně vypůjčen kupujícímu po dobu opravy odpovídající předmět smlouvy (obdobná konfigurace), a to do doby dalších 24 hodin.

7. V případě, že prodávající v rámci této smlouvy provedl v daném měsíci jakoukoliv činnost, je s četností min. jednou měsíčně povinen o tom informovat kupujícího, a to tímto způsobem
 - pracovní výkazy a dodací listy v listinné podobě, potvrzené podpisem obsluhy zařízení, vč. identifikace této osoby (např.: jméno a příjmení hůlkovým písmem), dokladující konkrétní činnosti prodávajícího v daném měsíci,
 - protokoly z aktuálně provedených PBTk, z elektrorevizí obsahující naměřené hodnoty, zjištěné skutečnosti a výsledek dané kontroly v podobě doporučení pro další použití zařízení. Originály protokolů z PBTk a elektrorevizí v listinné podobě budou objednateli odesílány bezprostředně po provedení PBTk. Protokoly budou podepsány prodávajícím vč. identifikace podepisující osoby (např.: jméno a příjmení hůlkovým písmem).
8. Pro případ prodlení prodávajícího s prodlením v termínu dle odst. 5 tohoto článku smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý den trvání prodlení.
9. Pro případ prodlení prodávajícího s prodlením v termínu definovaném v době odst. 6 tohoto článku smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý den trvání prodlení.
10. V případě, že prodávající neposkytne kupujícímu servis, a to zejména dle čl. V. odst. 4, řádně a včas, je kupující oprávněn objednat předmětný servis u jiného subjektu s tím, že prodávající se zavazuje uhradit cenu, která je předmětem dohody mezi kupujícím a tímto jiným subjektem. Právo na náhradu škody není tímto dotčeno (např. také penále od SÚKL, škoda vzniknuvší pacientovi).
11. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v žádném případě uvedeném v této smlouvě (zejména čl. III odst. 10, čl. V odst. 8 a 9) týkající se situace upravené „smluvní“ pokutou.

VI.

Salvatorní klauzule

1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava platných obecně závazných právních předpisů České republiky.

VII.

Doklady před podpisem smlouvy

1. Prodávající před podpisem smlouvy doložil kupujícímu následující doklady, které jsou nezbytné pro její uzavření:
 - a) pro odbornou způsobilost k distribuci a servisu zdravotnických prostředků doklad, který bude doložen jednou z níže uvedených možností:
 - a1) Potvrzením ohlášení registrace vydané SÚKL nebo

a2) Výpisem z registru SÚKLu dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů nebo uvedeném URL adresy, na které je možné registraci ověřit, případně

a3) Doložením Oznámení o splnění ohlašovací povinnosti vydané Ministerstvem zdravotnictví podle předchozí verze zákona s tím, že po splnění povinnosti registrace na SÚKL v průběhu předchozího období, bude potvrzení od SÚKL doloženo.

VIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoli smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupení musí mít písemnou formu, musí v něm být popsán důvod odstoupení a podpis odstupující smluvní strany, jinak je odstoupení neplatné. Tato smlouva zaniká ke dni doručení oznámení odstupující smluvní strany o odstoupení druhé smluvní straně, v pochybnostech 3. dnem po odeslání. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani práva na zaplacení smluvní pokuty.
2. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého smluvní strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovém porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít, zejména:
 - prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části delší 30 dnů od splatnosti,
 - prodlení prodávajícího s dodáním předmětu smlouvy dle této smlouvy delší než 30 dnů,
 - prodlení se servisem delší než 5 dnů,
 - nemožnost odstranit vady dodaného zboží, jakož i v případě, nelze-li věc užívat pro opakovaný výskyt vad (více než 2x), a to i vad různého charakteru, po opravě či výskytu většího počtu vad současně, a to v době záruky,
 - v případě, že se kterékoli prohlášení prodávajícího uvedené v této smlouvě ukáže jako nepravdivé,
 - jestliže prodávající ujistil kupujícího, že zboží má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím výslovně vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým apod.
 - při nedodání dokladů (dokumentů) uvedených v čl. I odst. 1 této smlouvy při předání předmětu smlouvy, či neoznačení předmětu smlouvy značkou CE.

IX.

Ostatní ustanovení

1. Obě smluvní strany jsou povinny oznámit druhé smluvní straně jakoukoliv změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, a to písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se o příslušné změně dozvědí.
2. Prodávající není oprávněn převést práva a povinnosti z této kupní smlouvy či z její části na třetí osobu bez souhlasu kupujícího.

3. Prodávající má povinnost uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady související s realizací této smlouvy do 31. prosince 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita tato. Tato povinnost se netýká plného záručního servisu.
4. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými ustanoveními OZ, zejména jeho § 2079 a následujícími, ve znění pozdějších předpisů.
2. Při výkladu této smlouvy nemají obchodní zvyklosti přednost před právními předpisy, zejména před OZ.
3. Prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním celého obsahu smlouvy.
4. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky.
5. Kupní smlouva je uzavřena v elektronické podobě.
6. Změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze na základě dohody obou smluvních stran a jsou platné pouze v písemné podobě formou číslovaných dodatků.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva je uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Seznam příloh kupní smlouvy:

Příloha číslo 1 - Krycí list nabídky (Příloha číslo 5 Zadávací dokumentace)

Příloha číslo 2 - Požadavek na předmět plnění (Příloha číslo 6 Zadávací dokumentace)

Příloha číslo 3 - Specifikace předmětu plnění (Příloha číslo 7 Zadávací dokumentace)

V Praze


Ve Vsetíně

dne



dne


Getinge Czech Republic, s.r.o.

Vsetínská nemocnice a.s.

 Digitally signed by


Date: 2020.09.17


 Digitálně podepsal


Datum: 2020.09.21


Mgr. Jiří Lacina, MBA
jednatel společnosti

Ing. Věra Prousková, MBA
místopředsedkyně představenstva

KRYCÍ LIST NABÍDKY	
ZADAVATEL	
název adresa	Vsetínská nemocnice a.s. Nemocniční 955 755 01 Vsetín
zastoupený funkce	<i>Ing. Věrou Prouskovou, MBA</i> místopředsedkyně představenstva
identifikační číslo	268 71 068
IDENTIFIKACE ZAKÁZKY	
název zakázky	Vybavení operačních sálů
druh zadávacího řízení	otevřené řízení
druh veřejné zakázky	veřejná zakázka na dodávky
režim veřejné zakázky	nadlimitní veřejná zakázka
předpokládaná hodnota veřejné bez DPH	31 600 000,00 Kč
název projektu	Zvýšení kvality návazné péče na Vsetínsku - 1. etapa Zvýšení kvality návazné péče na Vsetínsku - 1. etapa - II. fáze
registrační číslo projektu	CZ.06.2.56/0.0/0.0./16_043/0001540 CZ.06.2.56/0.0/0.0./16_043/0001591
ÚČASTNÍK ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	
název adresa sídla podnikání	Getinge Czech Republic s.r.o., Na Strži 65/1702 , 140 00 Praha 4
identifikační číslo	3053601
daňové identifikační číslo	CZ03053601
bankovní spojení	Commerzbank AG, pob.Praha
číslo účtu	██████████
telefon	██████████
datová schránka	...
Kontaktní osoba pro jednání ve věci zakázky	
jméno, příjmení	██████████
funkce	Key Account Manager SW
telefon	██████████
e-mail	████████████████████

NABÍDKOVÁ CENA (hodnoticí kritérium č. 1)			váha kritéria 100%
A	Stativy		
A1	Stativ anesteziologický na operační sál s pracovní stanicí - 4 ks (dodávka, instalace a plný záruční servis po dobu 36 měsíců)		
	(kupní) cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	cena včetně DPH (Kč)
	3 368 489,60	707 382,82	4 075 872,42
A2	Stativ anesteziologický na operační sál - 1 ks (dodávka, instalace a plný záruční servis po dobu 36 měsíců)		
	(kupní) cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	cena včetně DPH (Kč)
	409 619,20	86 020,03	495 639,23
A3	Stativ anesteziologický do ambulance - 4 ks (dodávka, instalace a plný záruční servis po dobu 36 měsíců)		
	(kupní) cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	cena včetně DPH (Kč)
	819 540,00	172 103,40	991 643,40
A	Stativy součet hodnot (cen) v řádcích buněk označených A1, A2, A3		
	(kupní) cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	cena včetně DPH (Kč)
	4 597 648,80	965 506,25	5 563 155,05
B	Stoly a lehátko		
B1	Systémový operační stůl elektromechanický s výměnnými deskami pro chirurgické obory - 4 ks (dodávka, instalace a plný záruční servis po dobu 36 měsíců)		
	(kupní) cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	cena včetně DPH (Kč)
	13 094 307,84	2 749 804,65	15 844 112,49
B2	Překládací zařízení - 1 ks (dodávka, instalace a plný záruční servis po dobu 36 měsíců)		
	(kupní) cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	cena včetně DPH (Kč)
	2 176 000,00	456 960,00	2 632 960,00
B3	Ambulantní zákrový stůl - 3 ks (dodávka, instalace a plný záruční servis po dobu 36 měsíců)		
	(kupní) cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	cena včetně DPH (Kč)
	2 143 910,72	450 221,25	2 594 131,97
B4	Lehátko do sádrovny - 1 ks (dodávka, instalace a plný záruční servis po dobu 36 měsíců)		
	(kupní) cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	cena včetně DPH (Kč)

	49 950,00	10 489,50	60 439,50
B	Stoly a lehátka součet hodnot (cen) v řádcích buněk označených B1, B2, B3, B4		
	(kupní) cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	cena včetně DPH (Kč)
	17 464 168,56	3 667 475,40	21 131 643,96
C	Světla		
C1	Operační světla tříramenné včetně monitoru - 4 ks (dodávka, instalace a plný záruční servis po dobu 36 měsíců)		
	(kupní) cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	cena včetně DPH (Kč)
	2 673 902,40	561 519,50	3 235 421,90
C2	Operační světla dvouramenné - 1 ks (dodávka, instalace a plný záruční servis po dobu 36 měsíců)		
	(kupní) cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	cena včetně DPH (Kč)
	530 832,64	111 474,85	642 307,49
C3	Světlo zákrokové dvouramenné (160 000 lx) - 3 ks (dodávka, instalace a plný záruční servis po dobu 36 měsíců)		
	(kupní) cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	cena včetně DPH (Kč)
	720 917,34	151 392,64	872 309,98
C4	Světlo zákrokové dvouramenné (140 000 lx) - 2 ks (dodávka, instalace a plný záruční servis po dobu 36 měsíců)		
	(kupní) cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	cena včetně DPH (Kč)
	480 611,56	100 928,43	581 539,99
C5	Světlo zákrokové jednoramenné - 2 ks (dodávka, instalace a plný záruční servis po dobu 36 měsíců)		
	(kupní) cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	cena včetně DPH (Kč)
	284 889,80	59 826,86	344 716,66
C6	Světlo zákrokové jednoramenné nástěnné - 1 ks (dodávka, instalace a plný záruční servis po dobu 36 měsíců)		
	(kupní) cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	cena včetně DPH (Kč)
	80 000,00	16 800,00	96 800,00
C	Světla součet hodnot (cen) v řádcích buněk označených C1, C2, C3, C4, C5, C6		
	(kupní) cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	cena včetně DPH (Kč)
	4 771 153,74	1 001 942,29	5 773 096,03

Vybavení operačních sálů			
	(kupní) cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	cena včetně DPH (Kč)
K1	26 832 971,10 Kč	5 634 923,93 Kč	32 467 895,03 Kč

Cena (hodnota) v řádku buňky **K1** je **součtem** hodnot (cen) v řádcích buněk označených **A, B, C**.


Upozornění:

Zadavatel požaduje vyplnit všechny hodnoty v buňkách označených ... i v listech Krycí list, A1 až C6!

Požadavky na nabídkovou cenu:


- a) nabídková cena je stanovena jako celková nabídková cena za kompletní splnění předmětu plnění,
- b) nabídková cena je stanovena jako maximální a její překročení je nepřípustné,
- c) nabídková cena obsahuje ocenění všech nákladů a plnění účastníka nutných k řádnému splnění předmětu plnění, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle plnění předmětu plnění.

V Praze

Digitally signed by

Date: 2020.09.17


podpis účastníka zadávacího řízení

Digitálně podepsal

Datum: 2020.09.21


účastník: Getinge Czech Republic, s.r.o.

jméno, příjmení: **Mgr. Jiří Lacina, MBA**

funkce: jednatel

Příloha č. 5 - A1

(Pokyn zadavatele: vyplňte označené buňky ...)

NABÍDKOVÁ CENA			
A1	Stativ anesteziologický na operační sál s pracovní stanicí		
1	Stativ anesteziologický na operační sál s pracovní stanicí - 4 ks (dodávka a instalace)		
	(kupní) cena bez DPH za 4 ks (Kč)	DPH za 4 ks (Kč)	cena včetně DPH za 4 ks (Kč)
	3 368 489,60	707 382,82	4 075 872,42
	<i>(kupní) cena bez DPH za 1 ks (Kč)</i>	<i>DPH za 1 ks (Kč)</i>	<i>cena včetně DPH za 1 ks (Kč)</i>
	842 122,40	176 845,70	1 018 968,10
2	Plný záruční servis na stativy anesteziologické na operační sály s pracovní stanicí - 4 ks po dobu 36 měsíců včetně PBTK		
	cena bez DPH za 36 měsíců (Kč)	DPH za 36 měsíců (Kč)	cena včetně DPH za 36 měsíců (Kč)
	0	0	0
	cena bez DPH za 1 měsíc (Kč)	DPH za 1 měsíc (Kč)	cena včetně DPH za 1 měsíc (Kč)
	0	0	0
A1	3 368 489,60 Kč	707 382,82 Kč	4 075 872,42 Kč

Cena (hodnota) v řádku buňky **A1** je **součtem** hodnot (cen) v řádcích buněk označených **1 a 2**.

Poznámka:

Hodnoty označené ... * budou vyplněny rovněž za období 1 měsíce pro "plný záruční servis", a to z důvodu fakturace.

Požadavky na nabídkovou cenu:

- nabídková cena je stanovena jako celková nabídková cena za kompletní splnění předmětu plnění,
- nabídková cena je stanovena jako maximální a její překročení je nepřipustné,
- nabídková cena obsahuje ocenění všech nákladů a plnění účastníka nutných k řádnému splnění předmětu plnění, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle plnění předmětu plnění.

Příloha č. 5 - A2

(Pokyn zadavatele: vyplňte označené buňky ...)

NABÍDKOVÁ CENA			
A2	Stativ anesteziologický na operační sál		
1	Stativ anesteziologický na operační sál - 1 ks (dodávka a instalace)		
	(kupní) cena bez DPH za 1 ks (Kč)	DPH za 1 ks (Kč)	cena včetně DPH za 1 ks (Kč)
	409 619,20	86 020,03	495 639,23
2	Plný záruční servis na stativ anesteziologický na operační sál - 1 ks po dobu 36 měsíců včetně PBTk		
	cena bez DPH za 36 měsíců (Kč)	DPH za 36 měsíců (Kč)	cena včetně DPH za 36 měsíců (Kč)
	0	0	0
	cena bez DPH za 1 měsíc (Kč)	DPH za 1 měsíc (Kč)	cena včetně DPH za 1 měsíc (Kč)
	0	0	0
A2	409 619,20 Kč	86 020,03 Kč	495 639,23 Kč

Cena (hodnota) v řádku buňky **A2** je **součtem** hodnot (cen) v řádcích buněk označených **1 a 2**.

Poznámka:

Hodnoty označené ... * budou vyplněny rovněž za období 1 měsíce pro "plný záruční servis", a to z důvodu fakturace.

Požadavky na nabídkovou cenu:

- nabídková cena je stanovena jako celková nabídková cena za kompletní splnění předmětu plnění,
- nabídková cena je stanovena jako maximální a její překročení je nepřípustné,
- nabídková cena obsahuje ocenění všech nákladů a plnění účastníka nutných k řádnému splnění předmětu plnění, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle plnění předmětu plnění.

Příloha č. 5 - A3

(Pokyn zadavatele: vyplňte označené buňky ...)

NABÍDKOVÁ CENA			
A3	Stativ anesteziologický do ambulance		
1	Stativ anesteziologický do ambulance - 4 ks (dodávka a instalace)		
	(kupní) cena bez DPH za 4 ks (Kč)	DPH za 4 ks (Kč)	cena včetně DPH za 4 ks (Kč)
	819 540,00	172 103,40	991 643,40
	<i>(kupní) cena bez DPH za 1 ks (Kč)</i>	<i>DPH za 1 ks (Kč)</i>	<i>cena včetně DPH za 1 ks (Kč)</i>
	204 885,00	43 025,85	247 910,85
2	Plný záruční servis na stativy anesteziologické do ambulance - 4 ks po dobu 36 měsíců včetně PBTk		
	cena bez DPH za 36 měsíců (Kč)	DPH za 36 měsíců (Kč)	cena včetně DPH za 36 měsíců (Kč)
	0	0	0
	cena bez DPH za 1 měsíc (Kč)	DPH za 1 měsíc (Kč)	cena včetně DPH za 1 měsíc (Kč)
	0	0	0
A3	819 540,00 Kč	172 103,40 Kč	991 643,40 Kč

Cena (hodnota) v řádku buňky **A3** je **součtem** hodnot (cen) v řádcích buněk označených **1 a 2**.

Poznámka:

Hodnoty označené ... * budou vyplněny rovněž za období 1 měsíce pro "plný záruční servis", a to z důvodu fakturace.

Požadavky na nabídkovou cenu:

- nabídková cena je stanovena jako celková nabídková cena za kompletní splnění předmětu plnění,
- nabídková cena je stanovena jako maximální a její překročení je nepřípustné,
- nabídková cena obsahuje ocenění všech nákladů a plnění účastníka nutných k řádnému splnění předmětu plnění, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle plnění předmětu plnění.

Příloha č. 5 - B1

(Pokyn zadavatele: vyplňte označené buňky ...)

NABÍDKOVÁ CENA			
B1	Systémový operační stůl elektromechanický s výměnnými deskami pro chirurgické obory		
1	Systémový operační stůl elektromechanický s výměnnými deskami pro chirurgické obory - 4 ks (dodávka a instalace)		
	(kupní) cena bez DPH za 4 ks (Kč)	DPH za 4 ks (Kč)	cena včetně DPH za 4 ks (Kč)
	13 094 307,84	2 749 804,65	15 844 112,49
	<i>(kupní) cena bez DPH za 1 ks (Kč)</i>	<i>DPH za 1 ks (Kč)</i>	<i>cena včetně DPH za 1 ks (Kč)</i>
	3 273 576,96	687 451,16	3 961 028,12
2	Plný záruční servis na systémový operační stůl elektromechanický s výměnnými deskami pro chirurgické obory - 4 ks po dobu 36 měsíců včetně PBTK		
	cena bez DPH za 36 měsíců (Kč)	DPH za 36 měsíců (Kč)	cena včetně DPH za 36 měsíců (Kč)
	0	0	0
	<i>cena bez DPH za 1 měsíc (Kč)</i>	<i>DPH za 1 měsíc (Kč)</i>	<i>cena včetně DPH za 1 měsíc (Kč)</i>
	0	0	0
B1	13 094 307,84 Kč	2 749 804,65 Kč	15 844 112,49 Kč

Cena (hodnota) v řádku buňky **B1** je **součtem** hodnot (cen) v řádcích buněk označených **1 a 2**.

Poznámka:

Hodnoty označené ... * budou vyplněny rovněž za období 1 měsíce pro "plný záruční servis", a to z důvodu fakturace.

Požadavky na nabídkovou cenu:

- nabídková cena je stanovena jako celková nabídková cena za kompletní splnění předmětu plnění,
- nabídková cena je stanovena jako maximální a její překročení je nepřipustné,
- nabídková cena obsahuje ocenění všech nákladů a plnění účastníka nutných k řádnému splnění předmětu plnění, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle plnění předmětu plnění.

Příloha č. 5 - B2

(Pokyn zadavatele: vyplňte označené buňky ...)

NABÍDKOVÁ CENA			
B2	Překládací zařízení		
1	Překládací zařízení - 1 ks (dodávka a instalace)		
	(kupní) cena bez DPH za 1 ks (Kč)	DPH za 1 ks (Kč)	cena včetně DPH za 1 ks (Kč)
	2 176 000,00	456 960,00	2 632 960,00
2	Plný záruční servis na překládací zařízení - 1 ks po dobu 36 měsíců včetně PBTk		
	cena bez DPH za 36 měsíců (Kč)	DPH za 36 měsíců (Kč)	cena včetně DPH za 36 měsíců (Kč)
	0	0	0
cena bez DPH za 1 měsíc (Kč)		DPH za 1 měsíc (Kč)	cena včetně DPH za 1 měsíc (Kč)
0		0	0
B2	2 176 000,00 Kč	456 960,00 Kč	2 632 960,00 Kč

Cena (hodnota) v řádku buňky **B2** je **součtem** hodnot (cen) v řádcích buněk označených **1 a 2**.

Poznámka:

Hodnoty označené ... * budou vyplněny rovněž za období 1 měsíce pro "plný záruční servis", a to z důvodu fakturace.

Požadavky na nabídkovou cenu:

- nabídková cena je stanovena jako celková nabídková cena za kompletní splnění předmětu plnění,
- nabídková cena je stanovena jako maximální a její překročení je nepřípustné,
- nabídková cena obsahuje ocenění všech nákladů a plnění účastníka nutných k řádnému splnění předmětu plnění, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle plnění předmětu plnění.

Příloha č. 5 - B3

(Pokyn zadavatele: vyplňte označené buňky ...)

NABÍDKOVÁ CENA			
B3	Ambulantní zákrokový stůl		
1	Ambulantní zákrokový stůl - 3 ks (dodávka a instalace)		
	(kupní) cena bez DPH za 3 ks (Kč)	DPH za 3 ks (Kč)	cena včetně DPH za 3 ks (Kč)
	2 143 910,72	450 221,25	2 594 131,97
	<i>(kupní) cena bez DPH za 1 ks (Kč)</i>	<i>DPH za 1 ks (Kč)</i>	<i>cena včetně DPH za 1 ks (Kč)</i>
	714 636,91	150 073,75	864 710,66
2	Plný záruční servis na ambulantní zákrokové stoly - 3 ks po dobu 36 měsíců včetně PBTk		
	cena bez DPH za 36 měsíců (Kč)	DPH za 36 měsíců (Kč)	cena včetně DPH za 36 měsíců (Kč)
	0	0	0
	<i>cena bez DPH za 1 měsíc (Kč)</i>	<i>DPH za 1 měsíc (Kč)</i>	<i>cena včetně DPH za 1 měsíc (Kč)</i>
	0	0	0
B3	2 143 910,72 Kč	450 221,25 Kč	2 594 131,97 Kč

Cena (hodnota) v řádku buňky **B3** je **součtem** hodnot (cen) v řádcích buněk označených **1 a 2**.

Poznámka:

Hodnoty označené ... * budou vyplněny rovněž za období 1 měsíce pro "plný záruční servis", a to z důvodu fakturace.

Požadavky na nabídkovou cenu:

- a) nabídková cena je stanovena jako celková nabídková cena za kompletní splnění předmětu plnění,
- b) nabídková cena je stanovena jako maximální a její překročení je nepřípustné,
- c) nabídková cena obsahuje ocenění všech nákladů a plnění účastníka nutných k řádnému splnění předmětu plnění, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle plnění předmětu plnění.

Příloha č. 5 - B4

(Pokyn zadavatele: vyplňte označené buňky ...)

NABÍDKOVÁ CENA			
B4	Lehátko do sádrovny		
1	Lehátko do sádrovny - 1 ks (dodávka a instalace)		
	(kupní) cena bez DPH za 1 ks (Kč)	DPH za 1 ks (Kč)	cena včetně DPH za 1 ks (Kč)
	49 950,00	10 489,50	60 439,50
2	Plný záruční servis na lehátko do sádrovny - 1 ks po dobu 36 měsíců včetně PBTk		
	cena bez DPH za 36 měsíců (Kč)	DPH za 36 měsíců (Kč)	cena včetně DPH za 36 měsíců (Kč)
	0	0	0
cena bez DPH za 1 měsíc (Kč)		DPH za 1 měsíc (Kč)	cena včetně DPH za 1 měsíc (Kč)
0		0	0
B4	49 950,00 Kč	10 489,50 Kč	60 439,50 Kč

Cena (hodnota) v řádku buňky **B4** je **součtem** hodnot (cen) v řádcích buněk označených **1 a 2**.

Poznámka:

Hodnoty označené ... * budou vyplněny rovněž za období 1 měsíce pro "plný záruční servis", a to z důvodu fakturace.

Požadavky na nabídkovou cenu:

- a) nabídková cena je stanovena jako celková nabídková cena za kompletní splnění předmětu plnění,
- b) nabídková cena je stanovena jako maximální a její překročení je nepřipustné,
- c) nabídková cena obsahuje ocenění všech nákladů a plnění účastníka nutných k řádnému splnění předmětu plnění, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle plnění předmětu plnění.

Příloha č. 5 - C1

(Pokyn zadavatele: vyplňte označené buňky ...)

NABÍDKOVÁ CENA			
C1	Operační světlo tříramenné včetně monitoru		
1	Operační světlo tříramenné včetně monitoru - 4 ks (dodávka a instalace)		
	(kupní) cena bez DPH za 4 ks (Kč)	DPH za 4 ks (Kč)	cena včetně DPH za 4 ks (Kč)
	2 673 902,40	561 519,50	3 235 421,90
	<i>(kupní) cena bez DPH za 1 ks (Kč)</i>	<i>DPH za 1 ks (Kč)</i>	<i>cena včetně DPH za 1 ks (Kč)</i>
	668 475,60	140 379,88	808 855,48
2	Plný záruční servis na operační světla tříramenná včetně monitoru - 4 ks po dobu 36 měsíců včetně PBTk		
	cena bez DPH za 36 měsíců (Kč)	DPH za 36 měsíců (Kč)	cena včetně DPH za 36 měsíců (Kč)
	0	0	0
	<i>cena bez DPH za 1 měsíc (Kč)</i>	<i>DPH za 1 měsíc (Kč)</i>	<i>cena včetně DPH za 1 měsíc (Kč)</i>
	0	0	0
C1	2 673 902,40 Kč	561 519,50 Kč	3 235 421,90 Kč

Cena (hodnota) v řádku buňky **C1** je **součtem** hodnot (cen) v řádcích buněk označených **1 a 2**.

Poznámka:

Hodnoty označené ... * budou vyplněny rovněž za období 1 měsíce pro "plný záruční servis", a to z důvodu fakturace.

Požadavky na nabídkovou cenu:

- a) nabídková cena je stanovena jako celková nabídková cena za kompletní splnění předmětu plnění,
- b) nabídková cena je stanovena jako maximální a její překročení je nepřípustné,
- c) nabídková cena obsahuje ocenění všech nákladů a plnění účastníka nutných k řádnému splnění předmětu plnění, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle plnění předmětu plnění.

Příloha č. 5 - C2

(Pokyn zadavatele: vyplňte označené buňky ...)

NABÍDKOVÁ CENA			
C2	Operační světlo dvouramenné		
1	Operační světlo dvouramenné - 1 ks (dodávka a instalace)		
	(kupní) cena bez DPH za 1 ks (Kč)	DPH za 1 ks (Kč)	cena včetně DPH za 1 ks (Kč)
	530 832,64	111 474,85	642 307,49
2	Plný záruční servis na operační světlo dvouramenné - 1 ks po dobu 36 měsíců včetně PBTk		
	cena bez DPH za 36 měsíců (Kč)	DPH za 36 měsíců (Kč)	cena včetně DPH za 36 měsíců (Kč)
	0	0	0
	cena bez DPH za 1 měsíc (Kč)	DPH za 1 měsíc (Kč)	cena včetně DPH za 1 měsíc (Kč)
	0	0	0
C2	530 832,64 Kč	111 474,85 Kč	642 307,49 Kč

Cena (hodnota) v řádku buňky **C2** je **součtem** hodnot (cen) v řádcích buněk označených **1 a 2**.

Poznámka:

Hodnoty označené ... * budou vyplněny rovněž za období 1 měsíce pro "plný záruční servis", a to z důvodu fakturace.

Požadavky na nabídkovou cenu:

- nabídková cena je stanovena jako celková nabídková cena za kompletní splnění předmětu plnění,
- nabídková cena je stanovena jako maximální a její překročení je nepřípustné,
- nabídková cena obsahuje ocenění všech nákladů a plnění účastníka nutných k řádnému splnění předmětu plnění, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle plnění předmětu plnění.

Příloha č. 5 - C3

(Pokyn zadavatele: vyplňte označené buňky ...)

NABÍDKOVÁ CENA			
C3	Světlo zákrokové dvouramenné (160 000 lx)		
1	Světlo zákrokové dvouramenné (160 000 lx) - 3 ks (dodávka a instalace)		
	(kupní) cena bez DPH za 3 ks (Kč)	DPH za 3 ks (Kč)	cena včetně DPH za 3 ks (Kč)
	720 917,34	151 392,64	872 309,98
	<i>(kupní) cena bez DPH za 1 ks (Kč)</i>	<i>DPH za 1 ks (Kč)</i>	<i>cena včetně DPH</i> <i>za 1 ks (Kč)</i>
	240 305,78	50 464,21	290 769,99
2	Plný záruční servis na světla zákroková dvouramenná (160 000 lx) - 3 ks po dobu 36 měsíců včetně PBTk		
	cena bez DPH za 36 měsíců (Kč)	DPH za 36 měsíců (Kč)	cena včetně DPH za 36 měsíců (Kč)
	0	0	0
	<i>cena bez DPH za 1 měsíc (Kč)</i>	<i>DPH za 1 měsíc (Kč)</i>	<i>cena včetně DPH</i> <i>za 1 měsíc (Kč)</i>
	0	0	0
C3	720 917,34 Kč	151 392,64 Kč	872 309,98 Kč

Cena (hodnota) v řádku buňky **C3** je **součtem** hodnot (cen) v řádcích buněk označených **1 a 2**.

Poznámka:

Hodnoty označené ... * budou vyplněny rovněž za období 1 měsíce pro "plný záruční servis", a to z důvodu fakturace.

Požadavky na nabídkovou cenu:

- a) nabídková cena je stanovena jako celková nabídková cena za kompletní splnění předmětu plnění,
- b) nabídková cena je stanovena jako maximální a její překročení je nepřípustné,
- c) nabídková cena obsahuje ocenění všech nákladů a plnění účastníka nutných k řádnému splnění předmětu plnění, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle plnění předmětu plnění.

Příloha č. 5 - C4

(Pokyn zadavatele: vyplňte označené buňky ...)

NABÍDKOVÁ CENA			
C4	Světlo zákrokové dvouramenné (140 000 lx)		
1	Světlo zákrokové dvouramenné (140 000 lx) - 2 ks (dodávka a instalace)		
	(kupní) cena bez DPH za 2 ks (Kč)	DPH za 2 ks (Kč)	cena včetně DPH za 2 ks (Kč)
	480 611,56	100 928,43	581 539,99
	<i>(kupní) cena bez DPH za 1 ks (Kč)</i>	<i>DPH za 1 ks (Kč)</i>	<i>cena včetně DPH za 1 ks (Kč)</i>
	240 305,78	50 464,21	290 769,99
2	Plný záruční servis na světla zákroková dvouramenná (140 000 lx) - 2 ks po dobu 36 měsíců včetně PBTk		
	cena bez DPH za 36 měsíců (Kč)	DPH za 36 měsíců (Kč)	cena včetně DPH za 36 měsíců (Kč)
	0	0	0
	<i>cena bez DPH za 1 měsíc (Kč)</i>	<i>DPH za 1 měsíc (Kč)</i>	<i>cena včetně DPH za 1 měsíc (Kč)</i>
	0	0	0
C4	480 611,56 Kč	100 928,43 Kč	581 539,99 Kč

Cena (hodnota) v řádku buňky **C4** je **součtem** hodnot (cen) v řádcích buněk označených **1 a 2**.

Poznámka:

Hodnoty označené ... * budou vyplněny rovněž za období 1 měsíce pro "plný záruční servis", a to z důvodu fakturace.

Požadavky na nabídkovou cenu:

- nabídková cena je stanovena jako celková nabídková cena za kompletní splnění předmětu plnění,
- nabídková cena je stanovena jako maximální a její překročení je nepřípustné,
- nabídková cena obsahuje ocenění všech nákladů a plnění účastníka nutných k řádnému splnění předmětu plnění, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle plnění předmětu plnění.

Příloha č. 5 - C5

(Pokyn zadavatele: vyplňte označené buňky ...)

NABÍDKOVÁ CENA			
C5	Světlo zákrokové jednoramenné		
1	Světlo zákrokové jednoramenné - 2 ks (dodávka a instalace)		
	(kupní) cena bez DPH za 2 ks (Kč)	DPH za 2 ks (Kč)	cena včetně DPH za 2 ks (Kč)
	284 889,80	59 826,86	344 716,66
	(kupní) cena bez DPH za 1 ks (Kč)	DPH za 1 ks (Kč)	cena včetně DPH za 1 ks (Kč)
	142 444,90	29 913,43	172 358,33
2	Plný záruční servis na světla zákroková jednoramenná - 2 ks po dobu 36 měsíců včetně PBTk		
	cena bez DPH za 36 měsíců (Kč)	DPH za 36 měsíců (Kč)	cena včetně DPH za 36 měsíců (Kč)
	0	0	0
	cena bez DPH za 1 měsíc (Kč)	DPH za 1 měsíc (Kč)	cena včetně DPH za 1 měsíc (Kč)
	0	0	0
C5	284 889,80 Kč	59 826,86 Kč	344 716,66 Kč

Cena (hodnota) v řádku buňky **C5** je **součtem** hodnot (cen) v řádcích buněk označených **1 a 2**.

Poznámka:

Hodnoty označené ... * budou vyplněny rovněž za období 1 měsíce pro "plný záruční servis", a to z důvodu fakturace.

Požadavky na nabídkovou cenu:

- nabídková cena je stanovena jako celková nabídková cena za kompletní splnění předmětu plnění,
- nabídková cena je stanovena jako maximální a její překročení je nepřípustné,
- nabídková cena obsahuje ocenění všech nákladů a plnění účastníka nutných k řádnému splnění předmětu plnění, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle plnění předmětu plnění.

Příloha č. 5 - C6

(Pokyn zadavatele: vyplňte označené buňky ...)

NABÍDKOVÁ CENA			
C6	Světlo zákrokové jednoramenné nástěnné		
1	Světlo zákrokové jednoramenné nástěnné - 1 ks (dodávka a instalace)		
	(kupní) cena bez DPH za 1 ks (Kč)	DPH za 1 ks (Kč)	cena včetně DPH za 1 ks (Kč)
	80 000,00	16 800,00	96 800,00
2	Plný záruční servis na světlo zákrokové jednoramenné nástěnné - 1 ks po dobu 36 měsíců včetně PBTk		
	cena bez DPH za 36 měsíců (Kč)	DPH za 36 měsíců (Kč)	cena včetně DPH za 36 měsíců (Kč)
	0	0	0
cena bez DPH za 1 měsíc (Kč)		DPH za 1 měsíc (Kč)	cena včetně DPH za 1 měsíc (Kč)
0		0	0
C6	80 000,00 Kč	16 800,00 Kč	96 800,00 Kč

Cena (hodnota) v řádku buňky **C6** je **součtem** hodnot (cen) v řádcích buněk označených **1 a 2**.**Poznámka:**Hodnoty označené ... * budou vyplněny rovněž za období 1 měsíce pro "plný záruční servis", a to z důvodu fakturace.Požadavky na nabídkovou cenu:

- a) nabídková cena je stanovena jako celková nabídková cena za kompletní splnění předmětu plnění,
- b) nabídková cena je stanovena jako maximální a její překročení je nepřípustné,
- c) nabídková cena obsahuje ocenění všech nákladů a plnění účastníka nutných k řádnému splnění předmětu plnění, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle plnění předmětu plnění.

Příloha č. 6

(Pokyn zadavatele: ve sloupci „**Parametry požadavku**“ doplňte údaje (parametry) Vámi nabízené techniky v buňkách, které nejsou označeny symbolem „ANO (SPLŇUJE)“)

POŽADAVEK NA PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění je dodání *nové, nerepasované, nepoužité* **vybavení operačních sálů** dle níže uvedených požadavků.

Předmět plnění musí splňovat níže uvedené požadavky (parametry).

Požadavky na předmět plnění		Parametry požadavku
A	Stativy	
A1	Stativ anesteziologický na operační sál s pracovní stanicí	4 kusy
Min. 2x vývod na kyslík, min. 2x vývod na podtlak, min. 1x vývod na stlačený vzduch, min. 2x vývod na oxid dusný, min. 1x vývod na odtah vydechovaných směsí, použité rychlospojky musí být typově shodné s rychlospojkami standardně používanými		2x kyslík, 2x podtlak, 1x stlačený vzduch, 2x oxid dusný, 1x odtah vydechovaných směsí, použité rychlospojky jsou typově shodné s rychlospojkami standardně používanými
Min. 12x zásuvka elektro 230 V, min. 3x data, min. 12x ochranné pospojení		12x elektrozásuvka 230 V, 3x data, 12x ochranné pospojení
2x police pro přístroje s medilištou a nosičem infuzní techniky		ANO (SPLŇUJE)
Stativ jednoramenný, otočný, výškově stavitelný – mechanický nebo elektrický zdvih		Stativ jednoramenný, otočný, výškově stavitelný – mechanický zdvih
Pracovní stanice – umístěná na stativu, monitor upevněn na stativu, možnost k přístupu k PACS, NIS		ANO (SPLŇUJE)
Systém pro video Management		

Pracovní stanice s OS Windows – uhlopříčka min. 19 “, OS Windows 10 Pro	21 “, Win 10 Pro, s certifikací zdravotnického elektrického přístroje
Ovládání pomocí aplikace na pracovní stanici pod OS Widows	ANO (SPLŇUJE)
Ovládací aplikace podporuje dotykové ovládání – např. All-in-One PC s dotykovou obrazovkou	ANO (SPLŇUJE)
Možnost využití pracovní stanice pro jiné účely (např. prohlížení obrázků z PACS systému, prohlížení pořízených záznamů)	ANO (SPLŇUJE)
Možnost zrcadlení obrazovky pracovní stanice (video vstup pro systém videomanagementu)	ANO (SPLŇUJE)
Video vstupy min. 8x 6G-SDI/3G-SDI/HD-SDI (BNC), rozlišení max. 2160p30 (vč. 1080p60)	12x 6G-SDI/3G-SDI/HD-SDI (BNC), rozlišení 2160p30
Video výstupy min. 8x 6G-SDI/3G-SDI/HD-SDI (BNC), rozlišení max. 2160p30 (vč. 1080p60)	12x 6G-SDI/3G-SDI/HD-SDI (BNC), rozlišení 2160p30
Možnost připojení DVI (HDMI) video vstupů nebo výstupů	ANO (SPLŇUJE)
Možnost připojení analogových video vstupů nebo výstupů	ANO (SPLŇUJE)
Možnost nezávislého přepínání všech vstupů a výstupů	ANO (SPLŇUJE)
Systém nezpožďuje přenášený videosignál	ANO (SPLŇUJE)
Ovládací aplikace umožňuje vybírat a spravovat uživatelské profily, min. 10 profilů	16 profilů
Ovládací aplikace umožňuje ovládání záznamových zařízení pro endoskopickou věž - video záznam, fotografie, živé streamování do nemocniční IP sítě, zadání patientských údajů	ANO (SPLŇUJE)
Síťové úložiště	
Síťové připojení - Ethernet RJ45 10/100/1000 BASE-T, podpora DHCP, Samba, Bonjour	ANO (SPLŇUJE)
Kapacita úložiště - min. 2x6 TB (RAID 1 pro ochranu zrcadlených dat), odpovídá 870 hodinám video záznamů při datovém toku 16 Mb/s	2x8 TB (RAID 1)
Autorizovaný přístup k uloženým záznamům – jméno a heslo uživatele	ANO (SPLŇUJE)
Záznamové zařízení	
Funkce záznamu videosekvencí: ve stejném rozlišení jako je vstupní video formát - do Full HD 1920x1080 (1080p60)	ANO (SPLŇUJE)
Funkce záznamu snímků: ve stejném rozlišení jako je vstupní video formát - do 1920x1080	ANO (SPLŇUJE)
Funkce záznamu snímků a videosekvencí na interní úložiště – min. 250 GB	250 GB
Funkce záznamu snímků a videosekvencí na přenosné úložiště – min. 64 GB USB 3.0 Flash disk	64 GB USB 3.0
Funkce záznamu snímků a videosekvencí na síťové úložiště	ANO (SPLŇUJE)
Video vstup – min. 3G-SDI/HD-SDI (BNC)	3G-SDI/HD-SDI (BNC)
Video výstupy – min. 1x HDMI a 1x Thunderbolt	1x HDMI a 2x Thunderbolt
Formát nahraného videa – H.264 (MPEG-4 AVC), progresivně	ANO (SPLŇUJE)
Formát snímků – JPG nebo obdobný formát	JPG
Síťové připojení RJ45, min. rychlost 1 Gbit/s, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	1 Gbit/s, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Audio: vstup – Jack 3,5mm / výstup – Jack 3,5mm	ANO (SPLŇUJE)
Živý přenos videa po stávající LAN	ANO (SPLŇUJE)

Formát živého přenosu videa – HTTP Live Streaming		ANO (SPLŇUJE)
Zobrazení živého přenosu v aplikaci pro iOS nebo obdobné řešení		iOS
Zobrazení živého přenosu ve webovém prohlížeči (PC, tablet, mobilní telefon)		ANO (SPLŇUJE)
Autorizovaný přístup pro zobrazení živého přenosu		ANO (SPLŇUJE)
Souběžné ukládání videosekvencí a živý přenos do LAN sítě		ANO (SPLŇUJE)
Zadávání patientských dat pro přesnou identifikaci nahraných záznamů		ANO (SPLŇUJE)
Ovládání záznamu/pořizování snímků pomocí tlačítek na kamerové hlavě – Jack 3,5 mm		ANO (SPLŇUJE)
Náhled vstupního videosignálu na ovládacím panelu		ANO (SPLŇUJE)
Dezinfikovatelný povrch		ANO (SPLŇUJE)
Možnosti rozšíření pro záznamové zařízení v případě budoucí potřeby:		
Možnost rozšíření o načtení patientských dat pro přesnou identifikaci nahraných záznamů pomocí Worklist, nahrazující ruční zadávání – DICOM 3.0 kompatibilní modalita Worklist		ANO (SPLŇUJE)
Možnost rozšíření o odesílání snímků i videí do PACS – DICOM 3.0 kompatibilní		ANO (SPLŇUJE)
Možnost rozšíření o záznam videa 3D Full HD – 3D side-by-side, 1080i60		ANO (SPLŇUJE)
Možnost rozšíření o obousměrnou zvukovou komunikaci mezi operačním sálem a přednáškovou/zasedací místností		ANO (SPLŇUJE)
Možnost rozšíření o zvukovou stopu videonahrávek (komentované operace, komentované živé přenosy)		ANO (SPLŇUJE)
Možnost rozšíření o připojení video vstupu DVI		ANO (SPLŇUJE)
Možnost rozšíření o připojení analogového vstupu – komponentní YPbPr nebo kompozitní nebo S-video		ANO (SPLŇUJE)
Možnost rozšíření o připojení 4K videa (nahrávka Full HD)		ANO (SPLŇUJE)
Stavební připravenost		
Součástí instalace je kompletní bezpečné připevnění vč. možné úpravy uchycení stávajícího stropního stativu		ANO (SPLŇUJE)
Odstávka pracoviště bude trvat max. 21 dní. Oznámení o odstávce pracoviště bude prodávajícímu (vybranému dodavateli) oznámeno kupujícím (zadavatelem) nejméně 7 dnů předem. Předpoklad odstávky pracoviště je od 1/12/2020 do 21/12/2020.		ANO (SPLŇUJE)
Zadavatel požaduje v rámci plnění VZ demontovat a ekologicky zlikvidovat stávající (dva) stativy včetně vystavení protokolů o této likvidaci		ANO (SPLŇUJE)
A2	Stativ anesteziologický na operační sál	1 kus
Min. 2x vývod na kyslík, min. 2x vývod na podtlak, min. 1x vývod na stlačený vzduch, min. 2x vývod na oxid dusný, min. 1x vývod na odtah vydechovaných směsí, použité rychlospojky musí být typově shodné s rychlospojkami standardně používanými		2x kyslík, 2x podtlak, 1x stlačený vzduch, 2x oxid dusný, 1x odtah vydechovaných směsí, použité rychlospojky jsou typově shodné s rychlospojkami standardně používanými
Min. 12x zásuvka elektro 230 V, min. 3x data, min. 12x ochranné pospojení		12x elektrozásuvka 230 V, 3x data, 12x ochranné pospojení
Stativ jednoramenný, otočný, výškově stavitelný – mechanický nebo elektrický zdvih		Stativ jednoramenný, otočný, výškově stavitelný – mechanický zdvih

Stavební připravenost		
Součástí instalace je kompletní bezpečné připevnění vč. možné úpravy uchycení stávajícího stropního stativu		ANO (SPLŇUJE)
Odstávka pracoviště bude trvat max. 21 dní. Oznámení o odstávce pracoviště bude prodávajícímu (vybranému dodavateli) oznámeno kupujícím (zadavatelem) nejméně 7 dnů předem. Předpoklad odstávky pracoviště je od 1/12/2020 do 21/12/2020.		ANO (SPLŇUJE)
Zadavatel požaduje v rámci plnění VZ demontovat a ekologicky zlikvidovat stávající (dva) stativy včetně vystavení protokolů o této likvidaci		ANO (SPLŇUJE)
A3	Stativ anesteziologický do ambulance	4 kusy
Min. 1x vývod na kyslík, min. 1x vývod na podtlak, min. 1x vývod na stlačený vzduch, min. 1x vývod na oxid dusný, min. 1x vývod na odtah vydechovaných směsí, použité rychlospojky musí být typově shodné s rychlospojkami standardně používanými		1x kyslík, 1x podtlak, 1x stlačený vzduch, 1x oxid dusný, 1x odtah vydechovaných směsí, použité rychlospojky jsou typově shodné s rychlospojkami standardně používanými
Min. 4x zásuvka elektro 230 V, min. 2x ochranné pospojení		4x elektrozásuvka 230 V, 2x ochranné pospojení
Kompaktní velikost		ANO (SPLŇUJE)
Stativ jednoramenný, bez poliček, otočný, výškově stavitelný – mechanický nebo elektrický zdvih		Stativ jednoramenný, otočný, výškově stavitelný – mechanický zdvih
Stavební připravenost		
Součástí instalace je kompletní bezpečné připevnění vč. možné úpravy uchycení stávajícího stropního stativu		ANO (SPLŇUJE)
Zadavatel požaduje v rámci plnění VZ demontovat a ekologicky zlikvidovat stávající stativy včetně vystavení protokolů o této likvidaci		ANO (SPLŇUJE)

Požadavky na předmět plnění		Parametry požadavku
B	Stoly a lehátko	
B1	Systémový operační stůl elektromechanický s výměnnými deskami pro chirurgické obory	4 kusy
Součástí dodávky bude 4x základna zabudovaná do země, 8x modulární operační deska, 8x transportní vozík pedálový		ANO (SPLŇUJE)
Šířka operační desky včetně eurolíšť max. 600 mm		590 mm
Operační deska stolu RTG transparentní, stůl umožňuje použití C ramene		ANO (SPLŇUJE)
Odpojování a napojování jednotlivých segmentů operačního stolu bez nutnosti šroubování vyjma podložky hlavy		ANO (SPLŇUJE)
Elektrické polohování		ANO (SPLŇUJE)

Nosnost operačního stolu ve všech nastavených polohách včetně polohy v kleku min. 250 kg	250 kg
Nosnost operačního stolu v centrální nulové poloze min. 380 kg	380 kg
Antistatické polstrování operačního stolu snadno odnímatelné (tzn. bez nutnosti použití dalších nástrojů), umožňující snadnou údržbu a hygienu	ANO (SPLŇUJE)
Výška polstrování min. 80 mm	80 mm
Polstrování dvouvrstvé, paměťová pěna	ANO (SPLŇUJE)
Požadavky na ovládání	
Možnosti ovládání: dálkový ovladač, kabelový ovladač, nožní ovladač, záložní ovládací panel na noze stolu – ovládání na noze stolu z levé, resp. pravé strany nohy stolu, přístupné i s navezeným transportním vozíkem, ovládání ze strany hlavy nebo nohou nepřipustné z důvodu zachování bezpečného přístupu (v hlavě anestezie, v nohách extenze apod.)	ANO (SPLŇUJE)
Tlačítko pro funkci „čištění“ – umožňuje nastavit stůl do polohy pro čištění	ANO (SPLŇUJE)
Funkce na dálkovém ovládání: výškové polohování, Trendelenburg, antiTrendelenburg, laterální náklony, podélný posuv, polohování záďové sekce, podložek nohou synchronně i každá zvlášť	ANO (SPLŇUJE)
Universální dálkový ovladač s barevným dotykovým displejem a komunikací v českém jazyce, zobrazení dosažené polohy	ANO (SPLŇUJE)
Ovladač může být připojen kabelem ke stolu, po odpojení funguje jako bezdrátový dálkový ovladač	ANO (SPLŇUJE)
Umožnění nastavení rychlostí pohybu jednotlivých motorů	ANO (SPLŇUJE)
Stůl umožňuje napojení a používání dvou kabelových ovladačů současně (např. nožní pro lékaře)	ANO (SPLŇUJE)
Paměť nastavitelných pozic – min. 30 přednastavených pozic	30 pozic
Rychlé a automatické nastavení do základní „nulové“ pozice operační desky prostřednictvím jednoho tlačítka ovladače	ANO (SPLŇUJE)
Součástí dodávky jeden dálkový ovladač a jedna dobíjecí jednotka ovladače ke každé základně operačního stolu tj. 4 ks dálkového ovladače a 4 ks dobíjecích jednotek	ANO (SPLŇUJE)
Náhradní dálkový ovladač 1 ks	ANO (SPLŇUJE)
Obousměrné navážení desky na nohu stolu s automatickým rozpoznáním pozice hlavy, bez nutnosti nastavení do reverzní pozice	ANO (SPLŇUJE)
Motorické polohování	
Trendelenburg/Antitrendelenburg min. $\pm 45^\circ$	$\pm 45^\circ$
Výškové nastavení min. 620 – 1 150 mm	619 – 1159 mm
Podélný posun operační desky min. 300 mm	400 mm
Laterální náklon min. 25°	28°
Polohování záďové sekce min. $70^\circ / -50^\circ$	$\pm 90^\circ$
Kombinace Trendelenburg min. 25° s bočním náklonem min. 15°	$30^\circ/20^\circ$
Dělená plocha nožního segmentu, min. čtyřdílná	čtyřdílná

Podložky nohou s klouby pro nastavení polohování v rozsahu min. $\pm 90^\circ$	+90°/-100°
Hlavový segment operačního stolu s dvoukloubovou stavitelností	ANO (SPLŇUJE)
Antikolizní systém	ANO (SPLŇUJE)
Vizuální a akustická kontrola proti kolizi	ANO (SPLŇUJE)
Příslušenství (nutné k okamžitému a bezpečnému použití při poskytování zdravotní péče)	
1x Komplettní extenční aparát pro dolní končetiny s transportním vozíkem (trakční bota plastová s upínacím systémem a vyměnitelným vnitřním polstrem)	ANO (SPLŇUJE)
1x držáky nohou s plynovou vzpěrou, gynekologické šauty „Americké boty“	ANO (SPLŇUJE)
2x mechanické šauty gynekologické	ANO (SPLŇUJE)
1x dělený zářadový díl pro operace ramene	ANO (SPLŇUJE)
1x držák hlavy tvaru „helma“	ANO (SPLŇUJE)
1x artroskopický držák kolene	ANO (SPLŇUJE)
8x anesteziologická podložka ruky s fixačními pásy	ANO (SPLŇUJE)
4x upínka ruky, připojení na eurolištu	ANO (SPLŇUJE)
2x vozík na příslušenství	ANO (SPLŇUJE)
4x anesteziologický rám	ANO (SPLŇUJE)
4x stojan infuzní k připojení na eurolištu	ANO (SPLŇUJE)
2x područka, polohovatelná, tříkloubový mechanismus s jedním aretačním prvkem, pro vysoké polohování ruky při poloze na boku	ANO (SPLŇUJE)
1x zářadka boční kloubová, tříkloubový mechanismus	ANO (SPLŇUJE)
1x zářadka boční, polohovatelná ramena	ANO (SPLŇUJE)
1x boční zářadka pevná	ANO (SPLŇUJE)
1x ramenní zářadky	ANO (SPLŇUJE)
1x odtokový set s upevněním do lišt pod desku operačního stolu, včetně odtokové hadice a sítěk	ANO (SPLŇUJE)
1x operační stolek pod ruku	ANO (SPLŇUJE)
4x fixační pás na pacienta	ANO (SPLŇUJE)
1x podkládací polštář pěnový, pro pacienta v poloze na břiše, otvor pro břicho rozměr 450 x 100 x 650 mm ($\pm 10\%$)	ANO (SPLŇUJE)
4x podkládací polštář pěnový pod ramena	ANO (SPLŇUJE)
1x pěnový kryt nohy (tunel) pro polohu na boku, ochrana proti dekubitům	ANO (SPLŇUJE)
1x gelová polštář pro uložení hlavy 280 x 90 x 280 mm ($\pm 10\%$)	ANO (SPLŇUJE)
1x 3D držák končetin - mechanická fixace bez nutnosti tlakového vzduchu, minimálně 5 otočných kloubů bez omezené hybnosti, ovládání a aretace jednou rukou, včetně příslušenství na podpěru předloktí	ANO (SPLŇUJE)
4x pneumatická výškově stavitelná otočná stolička, kulatý sedák	ANO (SPLŇUJE)
4x pneumatická výškově stavitelná otočná stolička, kulatý sedák včetně opory zad	ANO (SPLŇUJE)
Požadavky na instalaci	
Připojení ke stávajícímu přívodu el. napájení 230 V/ 50 Hz umístěného v podlaze pod základnou stolu	ANO (SPLŇUJE)
Ukotvení do podlahy – ukotvení pomocí stávajících kotevních prvků (8 šroubů uspořádaných do kruhu, viz „Schéma základny současného stolu“)	ANO (SPLŇUJE)

Základna stolu v místě styku s podlahou musí zakrývat původní ukotvení (kruhová základna, viz „Schéma základny současného stolu“) a zcela překrývat původní podlahovou úpravu, tak aby nebylo nutné provádět další stavební úpravy (betonování, výměna podlahové krytiny apod.)		ANO (SPLŇUJE)
Odstávka pracoviště bude trvat max. 21 dní. Oznámení o odstávce pracoviště bude prodávajícímu (vybranému dodavateli) oznámeno kupujícím (zadavatelem) nejméně 7 dnů předem. Předpoklad odstávky pracoviště je od 1/12/2020 do 21/12/2020.		ANO (SPLŇUJE)
Zadavatel požaduje v rámci plnění VZ demontovat a ekologicky zlikvidovat stávající operační stoly včetně vystavení protokolů o této likvidaci		ANO (SPLŇUJE)
B2	Překládací zařízení	1 kus
Pacientské překládací zařízení určeno k překládání pacientů z lůžka na transportní desku operačního stolu a naopak při přechodu mezi sterilním a nesterilním prostředím		ANO (SPLŇUJE)
Základna pevně spojená s podlahou nesoucí pohyblivou překládací desku		ANO (SPLŇUJE)
Nosnost min. 180 kg		180 kg
Překládací deska		
Rozměry překládací desky: délka desky min. 190 cm, šířka min. 110 cm		délka 190 cm, šířka 112 cm
Výškové nastavení překládací desky v rozsahu min. 60 - 100 cm		57 – 103 cm
Překládací deska s tzv. nekonečným pásmem		ANO (SPLŇUJE)
Pás pro přesun pacienta z nealergizujícího materiálu, odolného mycím a desinfekčním prostředkům		ANO (SPLŇUJE)
Vyhřívaná překládací plocha		ANO (SPLŇUJE)
Výsun překládací desky min. 70 cm na každou stranu od boku základny tj. k lůžku/vozíku, nebo k operačnímu stolu		76 cm
Režim na čištění pásu - umožňuje ruční umytí, osušení a dezinfekci		ANO (SPLŇUJE)
Ovládání překládacího zařízení		
Dálkové ovládání		ANO (SPLŇUJE)
Zabudované řídicí ovládání s LCD displejem		ANO (SPLŇUJE)
Zařízení je vybaveno snímači snímající pozici lůžka a operačního stolu a jejich výšku, podle toho nastaví překládací desku do potřebné pozice		ANO (SPLŇUJE)
Zařízení je vybaveno snímači polohy pacienta, neumožňují přesun pacienta v případě, že na straně, kam je posouván, není lůžko nebo operační stůl		ANO (SPLŇUJE)
Vybaveno výstražným zvukovým alarmem		ANO (SPLŇUJE)
Komunikuje v českém jazyce		ANO (SPLŇUJE)
Požadavky na instalaci		
Instalace překládacího zařízení		ANO (SPLŇUJE)
Eventuální stavební úpravy překládacího prostoru budou realizovány dodavatelem		ANO (SPLŇUJE)
Odstávka pracoviště bude trvat max. 21 dní. Oznámení o odstávce pracoviště bude prodávajícímu (vybranému dodavateli) oznámeno kupujícím (zadavatelem) nejméně 7 dnů předem. Předpoklad odstávky pracoviště je od 1/12/2020 do 21/12/2020.		ANO (SPLŇUJE)
B3	Ambulantní zákrokový stůl	3 kusy
Mobilní operační stůl s elektrickým polohováním		ANO (SPLŇUJE)
Stabilní konstrukce, čtyři velká kola pro snadný pohyb – průměr min. 100 mm, centrální brzda		125 mm

Operační deska složena min. z 5 segmentů: hlavový díl, extenční zádový díl, nízký zádový díl, sedací díl a nožní segment		ANO (SPLŇUJE)
Polstrování – vícevrstvá pěnová matrace, antidekubitní		ANO (SPLŇUJE)
RTG transparentní		ANO (SPLŇUJE)
Možnosti ovládání: dálkový ovladač, kabelový ovladač, nožní pedál, záložní ovládací panel na noze stolu - ovládání na noze stolu z levé, resp. pravé strany nohy stolu, ovládání ze strany hlavy nebo nohou nepřipustné z důvodu zachování bezpečného přístupu (v hlavě anestezie, v nohách extenze apod.)		Dálkový ovladač, kabelový ovladač, nožní pedál, záložní ovládací panel L/P strany stolu, možno napojit i dva ovladače současně
Jednoduché napojování jednotlivých segmentů desky bez nutnosti šroubování (kromě hlavového dílu)		ANO (SPLŇUJE)
Baterie uvnitř stolu s vysokou kapacitou, samostatný provoz min. 5 dní		ANO (SPLŇUJE)
Nosnost stolu v základní poloze min. 350 kg		360 kg
Výškové rozpětí stolu min. 600 – 950 mm		600 – 950 mm
Možnost podélného posunu min. 300 mm		ANO (SPLŇUJE)
Trendelenburg/Antitrendelenburg min. 25°/-25°		± 25°
Laterální náklon min. 15°		ANO (SPLŇUJE)
Motorizovaný zádový díl min. +70°/-40°		+75°/-40°
Nožní díl – manuálně min. -80°		-90°
Zadavatel požaduje v rámci plnění VZ demontovat a ekologicky zlikvidovat stávající ambulantní stoly včetně vystavení protokolů o této likvidaci		Ano, v rámci plnění VZ zdemontujeme a ekologicky zlikvidujeme stávající ambulantní stoly včetně vystavení protokolů o této likvidaci
Příslušenství (nutné k okamžitému a bezpečnému použití při poskytování zdravotní péče)		
2x stojan infuzní k připojení na eurolištu		ANO (SPLŇUJE)
2x anesteziologická podložka ruky		ANO (SPLŇUJE)
1x mechanické šauty gynekologické		ANO (SPLŇUJE)
B4	Lehátko do sádrovny	1 kus
Polohovatelné mobilní zdravotnické lehátko na kolečkách		ANO (SPLŇUJE)
Rozměr ložné plochy min. 200 x 75 cm		200x75 cm
Ovládání zádového segmentu elektrickým motorem		ANO (SPLŇUJE)
Ovládání nožního segmentu elektrickým motorem		ANO (SPLŇUJE)
Eurolišta podél boků lehátka		ANO (SPLŇUJE)
Otvor pro nasunutí sádrovacího držáku (viz příloha P8_Schéματα)		ANO (SPLŇUJE)
Násuvný prodloužený nožní segment		ANO (SPLŇUJE)
Nožní ovladač		ANO (SPLŇUJE)
Příslušenství (nutné k okamžitému a bezpečnému použití při poskytování zdravotní péče)		
Extenční aparát pro dolní končetinu		ANO (SPLŇUJE)

Extenční aparát pro horní končetinu		ANO (SPLŇUJE)
Požadavky na předmět plnění		Parametry požadavku
C	Světla	
C1	Operační světlo tříramenné včetně monitoru	4 kusy
Operační svítidlo stropní se satelitem na tříramenné montáži. Na dvou ramenech je zavěšeno hlavní a satelitní světlo. Na třetím rameni závěs na monitor, včetně monitoru.		ANO (SPLŇUJE)
Hlavní svítidlo		
Zdroj světla LED - monochromatické bílé diody, uspořádání pro kruhově symetrickou distribuci světla		ANO (SPLŇUJE)
Intenzita min. 160 000 lx		160 000 lx
Barevná teplota min. v rozsahu 3 900 K - 5 000 K		3900 – 5100 K
Index podání barev R _a min. 95		95
Plynulé nastavení osvětlení min. v rozmezí 30 až 100 %		10 až 100%
Systém „aktivního inteligentního řízení jasu“ – ochrana očí operátora (zeslabení jasu ve chvíli, kdy je světlo odráženo světlou rouškou, chirurgickým nástrojem, světlou tkání a naopak automatické zvýšení jasu např. při práci v zakrváceném prostředí)		ANO (SPLŇUJE)
Systém „aktivního inteligentního vykrývání zastínění“ (zesílení svítivosti nezastíněných částí lampy, zeslabení zastíněných částí, detekovaných čidly)		ANO (SPLŇUJE)
Plynulé nastavení průměru osvětlené plochy min. v rozmezí 20 až 25 cm, bez efektu „bublin“ nebo barevných skvrn		20 – 25 cm
Barevný endo mód - osvětlení zatemněného operačního sálu (zelená, modrá LED), jiná barva není přípustná, instalace nepřímého osvětlení na závěsech nebo ramenech není přípustná, regulace intenzity min. v rozmezí 50 až 300 lx		Zelený mód LED součástí operačních světel, regulace intenzity 50 až 300 lx
Ovládání na závěsu lampy i na nástěnném panelu		ANO (SPLŇUJE)
Montáž umožňující plynulé otáčení lampy i ramen o 360° bez omezení, výškové a stranové nastavení v jakékoliv pozici (vyvážená sestava)		ANO (SPLŇUJE)
Satelitní svítidlo		
Zdroj světla LED - monochromatické bílé diody, uspořádání pro kruhově symetrickou distribuci světla		ANO (SPLŇUJE)
Intenzita min. 160 000 lx		160 000 lx
Barevná teplota min. v rozsahu 3 900 K - 5 000 K		3900 – 5100 K
Index podání barev R _a min. 95		95
Plynulé nastavení osvětlení min. v rozmezí 30 až 100%		10 až 100%
Systém „aktivního inteligentního řízení jasu“ – ochrana očí operátora (zeslabení jasu ve chvíli, kdy je světlo odráženo světlou rouškou, chir. nástrojem, světlou tkání a naopak automatické zvýšení jasu např. při práci v zakrváceném prostředí)		ANO (SPLŇUJE)
Systém „aktivního inteligentního vykrývání zastínění“ (zesílení svítivosti nezastíněných částí lampy, zeslabení zastíněných částí, detekovaných čidly)		ANO (SPLŇUJE)
Plynulé nastavení průměru osvětlené plochy min. v rozmezí 20 až 25 cm, bez efektu „bublin“ nebo barevných skvrn		20 – 25 cm

Barevný endo mód - osvětlení zatemněného operačního sálu (zelená, modrá LED), jiná barva není přípustná, instalace nepřímého osvětlení na závěsech nebo ramenech není přípustná, regulace intenzity min. v rozmezí 50 až 300 lx		Zelený mód LED součástí operačních světel, regulace intenzity 50 až 300 lx
Ovládání na závěsu lampy i na nástěnném panelu		ANO (SPLŇUJE)
Montáž umožňující plynulé otáčení lampy i ramen o 360° bez omezení, výškové a stranové nastavení v jakékoliv pozici (vyvážená sestava)		ANO (SPLŇUJE)
Další vlastnosti		
Možnost automatického přepojení na náhradní zdroj el. proudu při výpadku sítě se zachováním 100 % intenzity osvětlení		ANO (SPLŇUJE)
Nízký nárůst teploty v operačním poli - vyzařování max. 500 W/m ² , nízký nárůst teploty v oblasti hlavy operátora		ANO,max. 500 W/m ²
Nízká teplota povrchu krytů neovlivňující negativně laminární proudění		ANO (SPLŇUJE)
Snadná údržba a čištění		ANO (SPLŇUJE)
Sterilizovatelné rukojeti pro manipulaci se svítidlem - 6 ks na jedny operační světla, tedy celkově 24 ks		ANO (SPLŇUJE)
Životnost LED min. 60 000 hodin		60 000 hod
Stropní závěs tři ramena - operační světla + monitor		ANO (SPLŇUJE)
Monitor		
Zobrazovací full HD monitor		ANO (SPLŇUJE)
Min. úhlopříčka 32"		32"
Min. rozlišení 1 920 x 1 080		1 920 x 1 080
Vstupy min. DVI, SDI, HDMI		ANO (SPLŇUJE)
Certifikace MDE		ANO (SPLŇUJE)
Antireflexní, odolný desinfekci		ANO (SPLŇUJE)
Stavební připravenost		
Součástí instalace je kompletní bezpečné připevnění vč. možné úpravy uchycení stávajícího stropního světla		ANO (SPLŇUJE)
Součástí dodávky musí být dodání a instalace elektrického rozvaděče (pokud je technologií vyžadován), dodávka kotvicích komponent či úpravu stávajících a dalšího spotřebního a instalačního materiálu, zakrytí a začištění otvorů po původním technickém řešení, součástí dodávky bude revize elektro		ANO (SPLŇUJE)
Zadavatel požaduje v rámci plnění VZ demontovat a ekologicky zlikvidovat stávající přístroj včetně vystavení protokolů o této likvidaci		ANO (SPLŇUJE)
Odstávka pracoviště bude trvat max. 21 dní. Oznámení o odstávce pracoviště bude prodávajícímu (vybranému dodavateli) oznámeno kupujícím (zadavatelem) nejméně 7 dnů předem. Předpoklad odstávky pracoviště je od 1/12/2020 do 21/12/2020.		ANO (SPLŇUJE)
V rámci optimalizace nákladů spojených s obnovou pracoviště je možné využít stávající instalované technologie či rozvody energií - jejich parametry bude mít uchazeč možnost ověřit na místě instalace ZT v rámci prohlídky (pokud uchazeč využije stávající vybavení, budou se na něj vztahovat záruční podmínky jako na zařízení nové, a to v plném rozsahu)		ANO (SPLŇUJE)
C2	Operační světlo dvouramenné	1 kus
Operační svítidlo stropní se satelitem na dvouramenné montáži. Na ramenech je zavěšeno hlavní a satelitní světlo.		ANO (SPLŇUJE)

Hlavní svítidlo	
Zdroj světla LED - monochromatické bílé diody, uspořádání pro kruhově symetrickou distribuci světla	ANO (SPLŇUJE)
Intenzita min. 160 000 lx	160 000 lx
Barevná teplota min. v rozsahu 3 900 K - 5 000 K	3900 – 5100 K
Index podání barev R _a min. 95	95
Plynulé nastavení osvětlení min. v rozmezí 30 až 100 %	10 až 100%
Systém „aktivního inteligentního řízení jasu“ - ochrana očí operátora (zeslabení jasu ve chvíli, kdy je světlo odráženo světlou rouškou, chir. nástrojem, světlou tkání a naopak automatické zvýšení jasu např. při práci v zakrváceném prostředí)	ANO (SPLŇUJE)
Systém „aktivního inteligentního vykrývání zastínění“ (zesílení svítivosti nezastíněných částí lampy, zeslabení zastíněných částí, detekovaných čidly)	ANO (SPLŇUJE)
Plynulé nastavení průměru osvětlené plochy min. v rozmezí 20 až 25 cm, bez efektu „bublin“ nebo barevných skvrn	20 – 25 cm
Barevný endo mód - osvětlení zatemněného operačního sálu (zelená, modrá LED), jiná barva není přípustná, instalace nepřímého osvětlení na závěsech nebo ramenech není přípustná, regulace intenzity min. v rozmezí 50 až 300 lx	Zelený mód LED součástí operačních světel, regulace intenzity 50 až 300 lx
Ovládání na závěsu lampy i na nástěnném panelu	ANO (SPLŇUJE)
Montáž umožňující plynulé otáčení lampy i ramen o 360° bez omezení, výškové a stranové nastavení v jakékoliv pozici (vyvážená sestava)	ANO (SPLŇUJE)
Satelitní svítidlo	
Zdroj světla LED - monochromatické bílé diody, uspořádání pro kruhově symetrickou distribuci světla	ANO (SPLŇUJE)
Intenzita min. 160 000 lx	160 000 lx
Barevná teplota min. v rozsahu 3 900 K - 5 000 K	3900 – 5100 K
Index podání barev R _a min. 95	95
Plynulé nastavení osvětlení min. v rozmezí 30 až 100 %	10 až 100%
Systém „aktivního inteligentního řízení jasu“ - ochrana očí operátora (zeslabení jasu ve chvíli, kdy je světlo odráženo světlou rouškou, chir. nástrojem, světlou tkání a naopak automatické zvýšení jasu např. při práci v zakrváceném prostředí)	ANO (SPLŇUJE)
Systém „aktivního inteligentního vykrývání zastínění“ (zesílení svítivosti nezastíněných částí lampy, zeslabení zastíněných částí, detekovaných čidly)	ANO (SPLŇUJE)
Plynulé nastavení průměru osvětlené plochy min. v rozmezí 20 až 25 cm, bez efektu „bublin“ nebo barevných skvrn	20 – 25 cm
Barevný endo mód - osvětlení zatemněného operačního sálu (zelená, modrá LED), jiná barva není přípustná, instalace nepřímého osvětlení na závěsech nebo ramenech není přípustná, regulace intenzity min. v rozmezí 50 až 300 lx	Zelený mód LED součástí operačních světel, regulace intenzity 50 až 300 lx
Ovládání na závěsu lampy i na nástěnném panelu	ANO (SPLŇUJE)
Montáž umožňující plynulé otáčení lampy i ramen o 360° bez omezení, výškové a stranové nastavení v jakékoliv pozici (vyvážená sestava)	ANO (SPLŇUJE)
Další vlastnosti	


Možnost automatického přepojení na náhradní zdroj el. proudu při výpadku sítě se zachováním 100% intenzity osvětlení		ANO (SPLŇUJE)
Nízký nárůst teploty v operačním poli - vyzařování max. 500 W/m ² , nízký nárůst teploty v oblasti hlavy operátéra		ANO,max. 500 W/m ²
Nízká teplota povrchu krytů neovlivňující negativně laminární proudění		ANO (SPLŇUJE)
Snadná údržba a čištění		ANO (SPLŇUJE)
Sterilizovatelné rukojeti pro manipulaci se svítidlem - 6 ks		ANO (SPLŇUJE)
Životnost LED min. 60 000 hodin		60 000 hod
Stavební připravenost		
Součástí instalace je kompletní bezpečné připevnění vč. možné úpravy uchycení stávajícího stropního světla		ANO (SPLŇUJE)
Součástí dodávky musí být dodání a instalace elektrického rozvaděče (pokud je technologií vyžadován), dodávka kotvicích komponent či úpravu stávajících a dalšího spotřebního a instalačního materiálu, zakrytí a začištění otvorů po původním technickém řešení, součástí dodávky bude revize elektro		ANO (SPLŇUJE)
Zadavatel požaduje v rámci plnění VZ demontovat a ekologicky zlikvidovat stávající přístroj včetně vystavení protokolů o této likvidaci		ANO (SPLŇUJE)
Odstávka pracoviště bude trvat max. 21 dní. Oznámení o odstávce pracoviště bude prodávajícímu (vybranému dodavateli) oznámeno kupujícím (zadavatelem) nejméně 7 dnů předem. Předpoklad odstávky pracoviště je od 1/12/2020 do 21/12/2020.		ANO (SPLŇUJE)
V rámci optimalizace nákladů spojených s obnovou pracoviště je možné využít stávající instalované technologie či rozvody energií – jejich parametry bude mít uchazeč možnost ověřit na místě instalace ZT v rámci prohlídky (pokud uchazeč využije stávající vybavení, budou se na něj vztahovat záruční podmínky jako na zařízení nové, a to v plném rozsahu)		ANO (SPLŇUJE)
C3	Světlo zákrokové dvouramenné (160 000 lx)	3 kusy
Monochromatické bílé LED		ANO (SPLŇUJE)
Intenzita osvětlení min. 160 000 lx		160 000 lx
Průměr světelného pole min. 20 cm		20 – 25 cm
Barevná teplota 4300 K (±5 %)		4300 K
Index podání barev R _a min. 95		95
Životnost LED min. 60 000 hodin		60 000 hod
Stabilní výkon světla, stálá stabilní intenzita osvětlení, bez poklesu výkonu		ANO (SPLŇUJE)
Ovládání na těle svítidla		ANO (SPLŇUJE)
Výškově stavitelné, možnost naklánění a otáčení		ANO (SPLŇUJE)
Plynulá regulace intenzity osvětlení		ANO (SPLŇUJE)
Snadné čištění a desinfekce světla		ANO (SPLŇUJE)
Sterilizovatelné rukojeti pro manipulaci se svítidlem - 10 ks celkem		ANO (SPLŇUJE)
Stropní závěs dvě ramena		ANO (SPLŇUJE)
Montáž umožňující plynulé otáčení lampy i ramen o 360° bez omezení, výškové a stranové nastavení v jakékoliv pozici (vyvážená sestava)		ANO (SPLŇUJE)

Stavební připravenost		
Součástí instalace je kompletní bezpečné připevnění vč. možné úpravy uchycení stávajícího stropního světla		ANO (SPLŇUJE)
Zadavatel požaduje v rámci plnění VZ demontovat a ekologicky zlikvidovat stávající přístroj včetně vystavení protokolů o této likvidaci		ANO (SPLŇUJE)
C4	Světlo zákrokové dvouramenné (140 000 lx)	2 kusy
Monochromatické bílé LED		ANO (SPLŇUJE)
Intenzita osvětlení min. 140 000 lx		160 000 lx
Průměr světelného pole min. 20 cm		20 – 25 cm
Barevná teplota 4300 K (±5 %)		4300 K
Index podání barev R _a min. 95		95
Životnost LED min. 60 000 hodin		60 000 hod
Stabilní výkon světla, stálá stabilní intenzita osvětlení, bez poklesu výkonu		ANO (SPLŇUJE)
Ovládání na těle svítidla		ANO (SPLŇUJE)
Výškově stavitelné, možnost naklánění a otáčení		ANO (SPLŇUJE)
Plynulá regulace intenzity osvětlení		ANO (SPLŇUJE)
Snadné čištění a desinfekce světel		ANO (SPLŇUJE)
Stropní závěs dvě ramena		ANO (SPLŇUJE)
Montáž umožňující plynulé otáčení lampy i ramen o 360° bez omezení, výškové a stranové nastavení v jakékoliv pozici (vyvážená sestava)		ANO (SPLŇUJE)
Stavební připravenost		
Součástí instalace je kompletní bezpečné připevnění vč. možné úpravy uchycení stávajícího stropního světla		ANO (SPLŇUJE)
Zadavatel požaduje v rámci plnění VZ demontovat a ekologicky zlikvidovat stávající přístroj včetně vystavení protokolů o této likvidaci		ANO (SPLŇUJE)
C5	Světlo zákrokové jednoramenné	2 kusy
Monochromatické bílé LED		ANO (SPLŇUJE)
Intenzita osvětlení min. 140 000 lx		160 000 lx
Průměr světelného min. 20 cm		20 – 25 cm
Barevná teplota 4300 K (±5 %)		4300 K
Index podání barev R _a min. 95		95
Životnost LED min. 60 000 hodin		60 000 hod
Stabilní výkon světla, stálá stabilní intenzita osvětlení, bez poklesu výkonu		ANO (SPLŇUJE)
Ovládání na těle svítidla		ANO (SPLŇUJE)
Výškově stavitelné, možnost naklánění a otáčení		ANO (SPLŇUJE)
Plynulá regulace intenzity osvětlení		ANO (SPLŇUJE)
Snadné čištění a desinfekce světel		ANO (SPLŇUJE)
Stropní závěs jedno rameno		ANO (SPLŇUJE)

Stavební připravenost		
Součástí instalace je kompletní bezpečné připevnění vč. možné úpravy uchycení stávajícího stropního světla		ANO (SPLŇUJE)
Zadavatel požaduje v rámci plnění VZ demontovat a ekologicky zlikvidovat stávající přístroj včetně vystavení protokolů o této likvidaci		ANO (SPLŇUJE)
C6	Světlo zákrokové jednoramenné nástěnné	1 kus
Monochromatické bílé LED		ANO (SPLŇUJE)
Intenzita osvětlení min. 40 000 lx		60 000 lx
Průměr světelného pole min. 15 cm		22 cm
Index podání barev Ra min. 95		96
Životnost LED min. 50 000 hodin		60 000 hod
Stabilní výkon světla, stálá stabilní intenzita osvětlení, bez poklesu výkonu		ANO (SPLŇUJE)
Ovládání na těle svítidla		ANO (SPLŇUJE)
Možnost tlumení		ANO (SPLŇUJE)
Výškově stavitelné, možnost naklánění a otáčení		ANO (SPLŇUJE)
Snadné čištění a desinfekce světel		ANO (SPLŇUJE)
Umístění na zeď, jedno rameno		ANO (SPLŇUJE)
Stavební připravenost		
Součástí instalace je kompletní bezpečné připevnění na zeď		ANO (SPLŇUJE)

Prohlašuji, jako uchazeč veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečností uvedených v technických listech výrobce k nabízenému typu přístroje.

V Praze



Digitally signed by

Date: 2020.09.17

.....
 podpis účastníka zadávacího řízení
 Účastník: Getinge Czech Republic, s.r.o.
 jméno, příjmení: Mgr. Jiří Lacina, MBA
 funkce: jednatel společnosti

(Pokyn zadavatele: vyplňte buňky označené)

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Název		výrobce (uvést)	model, případně typ (uvést)
A	Stativy		
A1	Stativ anesteziologický na operační sál s pracovní stanicí (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001591)	Maquet	ModuEvo
voA2	Stativ anesteziologický na operační sál (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001591)	Maquet	ModuEvo
A3	Stativ anesteziologický do ambulance (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001540)	Maquet	PLG
B	Stoly a lehátka		
B1	Systémový operační stůl elektromechanický s výměnnými deskami pro chirurgické obory (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001591)	Maquet	Otesus 1160
B2	Překládací zařízení (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001591)	Maquet	Transmaquet
B3	Ambulantní zákrokový stůl (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001540)	Maquet	Meera CL
B4	Lehátka do sádrovny (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001540)	Resi	Jordan Prima 3

Název		výrobce (uvést)	model, případně typ (uvést)
C	Světla		
C1	Operační světlo tříramenné včetně monitoru (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001591)	Getinge	Volista StandOp
C2	Operační světlo Dvouramenné (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001591)	Getinge	Volista StandOp
C3	Světlo zákrokové dvouramenné (160 000 lx) (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001540)	Getinge	Volista StanOp
C4	Světlo zákrokové dvouramenné (140 000 lx) (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001540)	Getinge	Volista StanOp
C5	Světlo zákrokové Jednoramenné (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001540)	Getinge	Volista Access
C6	Světlo zákrokové jednoramenné nástěnné (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001540)	Getinge	Lucea 50