



KNTB Zlín - vysoce spec. péče perinatologie - část 2 - monitory živ. funkcí, přístroj pro řízenou hypotermii, morikterometr, přístroj na prosvícení krevního řečiště, indikátor bolesti - část F

TABULKA S TECHNICKÝMI PARAMETRY

Parametr	Požadovaná min.hodnota	Nabízená hodnota
Ikterometr - 1ks JM 105		
Analyzátor bilirubinu pro novorozence.	ANO	ANO
Neinvazivní měření na principu výbojkového světla přiložením ke sternu.	ANO	ANO
Bez potřeby dalšího spotřebního materiálu.	ANO	ANO
Kapesní velikost, přenosný, autonomní měřič umožňující klinické využití.	ANO	ANO
Minimální rozsah měření 0 až 340 µmol/L.	min rozsah 0 - 340 µmol/L	ANO, 0-20 mg/dL, resp. 0-340µmol/L
Intuitivní a přehledný dotykový display, min. 2" pro snadné odečítání naměřených hodnot.	min 2"	ANO, 6,7"
Dobíjecí akumulátor a nabíjecí zdroj.	ANO	ANO
Signalizace vybité baterie na display.	ANO	ANO
Okamžitý výsledek (do 5 sekund od změření)	ANO	ANO
Gestační věk - od 24. týdne	ANO	ANO
Použitelný u pacientů do 14 dnů věku	ANO	ANO
Kapacita interní paměti až 100 patientských souborů	ANO	ANO, 250 měření na jedno nabití
Váha max. 210g	max 210 g	ANO, 203 g
Čtečka čárových kódů pro načtení ID obsluhy a pacienta	ANO	ANO
Pro všechny barvy pokožky	ANO	ANO
Pouzdro na přístroj	ANO	ANO
Všechny základní parametry musí být doloženy v rámci technické části nabídky dle bodu 5.2. Svazku 1 ZD.		

POZNÁMKA: Uvedené technické požadavky jsou minimální. Dodavatel může nabídnout zařízení i s lepšími parametry.

Pokyny pro vyplnění:

- Účastník zadávacího řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"
- Účastník zadávacího řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadov. nesplnění zadávacích podmínek)
- Účastník zadávacího řízení do předloženého formuláře u údajů, u nichž je stanovena minimální nebo maximální požadovaná hodnota číselně, doplní do druhého sloupce konkrétní číselnou hodnotu, kterou dosahuje či stanoveného maxima či nesplnění požadovaného minima znamená nesplnění zadávacích podmínek)
- Účastník zadávacího řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální požadovaná hodnota stanovena kombinací bodů 2 a 3, doplní do druhého sloupce ANO-NE (dle vlastností a funkcí přístroje) i konkrétní nabízený přístroj (hodnota NE a nesplnění požadované hodnoty znamená nesplnění zadávacích podmínek)
- Pokud má účastník zadávacího řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".
- Vyplněný formulář účastník zadávacího řízení předloží v rámci své nabídky (jako přílohu návrhu kupní smlouvy)

V Čestlicích, dne

RAZÍTKO A PODPIS ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

