

Nabídka ZAK20A00585

Číslo dokladu: ZAK20A00585
Referent: [REDACTED]

Datum: 27. 9. 2020
Datum platnosti: 27. 10. 2020

Dodavatel:

FOMEI s.r.o.

U Libeňského pivovaru 2015/10
180 00 Praha 8

IČ: 46504869, DIČ: CZ46504869
[REDACTED]

Internet: www.fomei.com

Platební údaje:

Způsob úhrady: Faktura 60 dnů
Požadovaná záloha: 0,00 Kč
Úrok: 0
Splatnost dní: 60
Číslo účtu: [REDACTED]

Odběratel: NŽATEC

Nemocnice Žatec o.p.s.

NŽATEC

Husova 2796
438 44 ŽATEC

IČ: 25026259, DIČ: CZ25026259
[REDACTED]

Obchodní údaje:

Doprava: FOMEI
Sleva: 0%

Na základě provedené diagnostiky vám zasíláme nabídku na opravu generátoru CMP 200 v.č. CPD04469R08 - RTG poliklinika. Vaší objednávku zašlete na e-mail [REDACTED]

Kód produktu	Popis	Množství	Cena za jedn.	Cena bez DPH	Sazba	DPH	Cena celkem
RCPI_73666300	ND CMP 200 - ovládací konzole - membránová klávesnice	1 ks	45 100,00	45 100,00	21%	9 471,00	54 571,00
PRACRTG_D	Sazba práce pro digitální a rentgenové systémy Kč/hod.	1 H	1 040,00	1 040,00	21%	218,40	1 258,40
KILOMETROVNE	Kilometrovné Kč/km	420 KM	12,00	5 040,00	21%	1 058,40	6 098,40
Celkem:		422 mj		51 180,00		10 747,80	61 927,80

Vystavil:


software Altus VARIO - www.vario.cz

Strana 1 z 1

Servisní výkaz



U Libeňského pivovaru 2015/10, 180 00 Praha 8



Požadavek:

BTK + oprava

Oprava	
Datum zahájení:	23.09.2020
Datum ukončení:	23.09.2020
Zařízení lze bezpečně používat:	ANO

Poznámka:
Doporučena výměna membránové klávesnice konzole generátoru.

Díly ponechány na pracovišti:	NE	Záruční oprava:	NE	Servisní paušál:	NE
-------------------------------	----	-----------------	----	------------------	----

Zjištěno	Provedena odborná údržba (PBTK) dle zákona o zdravotnických prostředcích:	ANO
-----------------	---------------------------------------------------------------------------	-----

Provedena pravidelná bezpečnostně technická kontrola na RTG kompletu Combi Elevator 2 + diagnostika náhodně se vyskytující závady na konzoli generátoru - závada v membránové klávesnici konzole.
Zálohy, čištění, funkční testy - OK.

Zařízení lze dále bezpečně používat.

Dodací list

Katalogové označení	Popis	Množství
NEFAKTUROVAT	SP_RTG_GRAF_KOMPLET_SLOUP_6M	1x
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	

Za dodavatele:		Za odběratele:	
-----------------------	--	-----------------------	--



Obě strany se před započítím práce navzájem seznámily se všemi riziky na pracovišti dle zákona č. 262/2006 Sb. § 101 odst. 3 v aktuálním znění.

ZELENÁ LINKA PRO ZÁKAZNÍKY