

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Fakultní nemocnice Olomouc

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90

se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

IČ: 00098892

DIČ: CZ00098892

Zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem

bankovní spojení: 36334811/0710

na straně jedné jako „Kupující“

a

HZZ, a.s.

se sídlem: CZ, Brno, Košínova 785/24, 612 00

IČ: 25309749

DIČ: CZ25309749

zastoupená: Davidem Hübelem, předsedou představenstva

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2102

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s

číslo účtu: 382405993/0300

na straně druhé jako „Prodávající“

(Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto Smlouvu podepsat a k platnosti Smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.)

tuto

KUPNÍ SMLOUVU

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

I.

Úvodní ustanovení

1. Zúčastněné smluvní strany si navzájem prohlašují, že jsou oprávněny tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a že splňují veškeré podmínky a požadavky stanovené zákonem a touto smlouvou.

2. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění zahájeného kupujícím jako veřejným zadavatelem s názvem „Elektrické odsávačky sekretu II.“, evidenční číslo VZ-2020-0000603. V případě, že je v této smlouvě odkazováno na zadávací dokumentaci, má se na mysli zadávací dokumentace vztahující se k uvedené veřejné zakázce.

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu: 8 ks elektrických odsávaček sekretu, splňující technické podmínky stanovené kupujícím, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „předmět plnění“), závazek prodávajícího převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto předmětu plnění a závazek kupujícího zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Předmět plnění musí být nový, nepoužitý, nepoškozený, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem. Předmětu plnění a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím.

2. Součástí předmětu plnění je dále:

- i. uvedení do provozu,
- ii. bezplatné zaškolení obsluhy a protokol o tomto zaškolení,
- iii. dodávka návodů k obsluze v českém jazyce v tištěné i datové podobě (ve 2 vyhotoveních),
- iv. dodávka technické dokumentace a seznamu technických kontrol včetně jejich termínů a kontaktu na servisní firmu, v českém jazyce v tištěné i datové podobě (ve 2 vyhotoveních),
- v. dodávka dokladů prokazujících kvalitu (ve 2 vyhotoveních),
- vi. dodávka dokladů prokazujících schválení pro užívání v České republice (ve 2 vyhotoveních),
- vii. dodávka příslušných atestů a certifikátů (ve 2 vyhotoveních),
- viii. prohlášení o shodě s uvedením třídy přístroje (ve 2 vyhotoveních).

III.

Doba a místo plnění

1. Prodávající je povinen předmět plnění kupujícímu dodat nejpozději do 6 týdnů/~~dnů~~ ode dne podpisu této smlouvy. Termín plnění může být posunut pouze ze strany kupujícího a to z provozních důvodů. Posunutí termínů musí být odsouhlaseno statutárními zástupci formou písemného chronologicky číslovaného dodatku ke smlouvě.

* nehodící se škrtněte

2. Prodávající je povinen uvést předmět plnění do provozu, předat veškeré doklady k předmětu plnění vč. doložení dodacího listu na kterém musí být uvedeno evidenční číslo **VZ-2020-000603**, a dále provést zaškolení resp. instruktáž k předmětu plnění, a to nejpozději do 1 dnů od dodávky předmětu plnění.
3. Místem dodání předmětu plnění je:
Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
4. Náklady na dodání předmětu plnění do místa plnění jsou zahrnuty ve sjednané kupní ceně. Prodávající bere na vědomí, že v souladu s interními předpisy kupujícího nese náklady související s vjezdem motorových vozidel do místa plnění za účelem plnění této smlouvy (dodávka, servis, údržba, jednání atp.).
5. K dodání předmětu plnění dochází okamžikem převzetí předmětu plnění v místě dodání kupujícím a potvrzením dodacího listu oprávněným zaměstnancem kupujícího. Prodávající je dále povinen, na každém jednotlivém dodacím listě vystaveném v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou, uvést evidenční číslo **VZ-2019-000603**. Neučiní-li tak, nebude takový dodací list ze strany kupujícího akceptován a nebude tudíž způsobilým podkladem pro fakturaci dle článku V. této smlouvy.
6. Okamžikem protokolárního převzetí předmětu plnění přechází na kupujícího vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží. Kupující není povinen převzít zboží či jeho část, která je poškozená či která jinak nesplňuje podmínky této smlouvy, zejména pak jakost zboží.
7. V případě prodlení prodávajícího s dodávkou zboží, uvedením do provozu, předáním veškerých dokladů a provedením zaškolení resp. instruktáže je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% ze sjednané kupní ceny předmětu plnění za každý den prodlení.

IV.

Kupní cena a platební podmínky

1. Celková kupní cena za předmět plnění činí **325 175,40,- Kč včetně DPH** a je tvořena takto:

Předmět plnění	Bez DPH	DPH 15 %	DPH 21 %	Včetně DPH
3 ks M38, MOD-1 (Klin. plíc. nemocí a tuberkulózy)	109 890		23 076,90	132 966,90
5 ks M38, MOD-1 (ostatní kliniky)	158 850		33 358,50	192 208,50
CELKEM	268 740		56 435,40	325 175,40

2. Kupní cena je sjednána jako pevná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady, jejichž vynaložení je nutné na řádné a včasné splnění předmětu smlouvy, zejména náklady na dopravu, kompletaci, uvedení do provozu, předání a veškeré náklady související (náklady na správní poplatky,

daně, cla, schvalovací řízení, provedení předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů, převod práv, pojištění, přepravních nákladů apod).

3. Kupní cena je maximální a nemůže být navýšena ani v případě zvýšení sazby DPH.

V.

Platební podmínky

1. Kupující neposkytuje a Prodávající není oprávněn požadovat zálohy. Kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě faktury vystavené prodávajícím a doručené kupujícím na adresu nebo elektronicky na email fin@fnol.cz. Prodávající je povinen fakturu vystavit do tří dnů po protokolárním předání a převzetí předmětu plnění kupujícím.
2. Prodávající je povinen vystavit fakturu s náležitostmi daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a splatností 60 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury kupujícím a nezbytnou přílohu faktury bude kopie dodacího listu potvrzeného kupujícím v souladu s příslušným ustanovením této smlouvy.
3. Prodávající je dále povinen, na každé jednotlivé faktuře, vystavené v rámci kupního vztahu založeného touto smlouvou, uvést evidenční číslo **VZ-2019-000603**.
4. V případě, že faktura nebude splňovat veškeré náležitosti, je kupující oprávněn fakturu prodávajícímu ve lhůtě splatnosti vrátit, přičemž lhůta splatnosti kupní ceny začíná běžet znovu ode dne doručení řádně vystavené faktury kupujícím.
5. Kupní cena bude kupujícím uhrazena prodávajícímu převodem na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. Za den úhrady se rozumí den odeslání celé fakturované částky z účtu kupujícího na účet prodávajícího.

VI.

Záruka za jakost

1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení dle této smlouvy, bez právních či faktických vad. Prodávající poskytuje záruku za jakost předmětu plnění po dobu **24 měsíců** ode dne uvedení do provozu. V této době odpovídá prodávající za to, že předmět plnění si zachová vlastnosti sjednané touto smlouvou a nejsou-li uvedeny pak obvyklé vlastnosti.
2. Po dobu záruční doby provede prodávající bezplatně záruční opravy předmětu plnění včetně dodávek náhradních dílů.
3. Záruční servis na zboží provádí prodávající a tento je zahrnut v kupní ceně včetně veškerých s tím souvisejících nákladů.
4. Kupující je povinen uplatnit zjištěné vady zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. Kupující uplatní zjištěné vady písemně na adresu prodávajícího uvedenou v záhlaví této smlouvy, e-mailem na adrese office@hzz.cz, či telefonicky na telefonním čísle 548 210 484. Dnem nahlášení vady je den, kdy prodávající obdržel oznámení zjištěných vad nebo den, ve kterém byly zjištěné vady oznámeny kupujícím telefonicky. Kupující je oprávněn vybrat si způsob uplatnění vad

nebo uplatnit zjištěné vady více způsoby, v tom případě je dnem nahlášení vady den, který podle výše uvedeného určení dne nahlášení vady nastane jako první.

5. Kupujícímu náleží právo volby mezi nároky z vad dodaného plnění, přičemž je oprávněn po prodávajícím:
 - i. nárokovat dodání chybějícího plnění;
 - ii. nárokovat odstranění vad opravou plnění;
 - iii. nárokovat dodání náhradního zboží za vadné plnění;
 - iv. nárokovat slevu z kupní ceny v rozsahu ceny vadného či nedodaného plnění; nebo
 - v. odstoupit od této smlouvy, bude-li se jednat o podstatnou vadu plnění.
6. Prodávající je povinen nastoupit k odstranění nahlášené vady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 dnů ode dne nahlášení vady.
7. Prodávající je povinen odstranit nahlášené vady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 4 dnů ode dne nahlášení vady.
8. V případě, že prodávající nenastoupí k odstranění nahlášené vady ve lhůtě podle odstavce 6. tohoto článku, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% z kupní ceny, a to za každý i započatý den prodlení. Nárok kupujícího na náhradu škody tím není dotčen.
9. V případě, že prodávající neodstraní vadu nahlášenou ve lhůtě podle odstavce 7. tohoto článku, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% z kupní ceny, a to za každý i započatý den prodlení. Nárok kupujícího na náhradu škody tím není dotčen.
10. Neodstraní-li prodávající vady předmětu plnění v souladu s touto smlouvou řádně a včas, a to ani v dodatečně přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu kupujícím, je kupující oprávněn nechat odstranit vady předmětu třetí osobou. Prodávající se pak zavazuje nahradit kupujícímu veškeré účelně vynaložené a prokázané náklady na odstranění vad předmětu plnění třetí osobou. Tímto není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody, jakož ani nárok na zaplacení smluvní pokuty dle odstavce 8. a 9. tohoto článku.
11. Prodávající odpovídá za to, že zboží nemá právní vady. Uplatní-li třetí osoba vůči kupujícímu jakékoli nároky z titulu svého průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví včetně práva autorského ke zboží, je prodávající vlastním jménem povinen tyto nároky na své náklady vypořádat včetně případného soudního sporu. Uvedený závazek prodávajícího trvá i po ukončení záruky.

VII.

Údržba a servis zboží

1. Prodávající se po dobu záruky za jakost zavazuje poskytovat kupujícímu kompletní údržbu a servis zboží ve smyslu poskytování všech pravidelných prohlídek, ošetřování, seřizování, oprav a zkoušek zboží, které jsou vyžadovány výrobcem nebo příslušnými právními předpisy.
2. Prodávající je povinen sledovat dobu, termíny a lhůty všech výše uvedených prohlídek, ošetřování, seřizování, oprav a zkoušek a nejméně 5 pracovních dní předem písemně nahlásit jejich

konání kupujícímu, přitom musí respektovat provozní potřeby kupujícího a vyhovět mu v případě, že bude požádán o jejich přesunutí. Mělo-li by přesunutím činností dle věty první dojít k nedodržení termínů a lhůt stanovených právními předpisy, či pokud by v tomto důsledku mohlo dojít k pozbytí práv kupujícího, je povinen prodávající na tuto skutečnost písemně kupujícího upozornit. Neučiní-li tak prodávající, je povinen nést veškeré nepříznivé důsledky z toho vyplývající pro kupujícího.

3. Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu k provádění výše uvedených prohlídek, ošetřování, seřizování, oprav a zkoušek zboží nezbytnou součinnost, zejména umožnit prodávajícímu přístup ke zboží, umožňuje-li to jeho provoz.

4. Úhrada za poskytování všech výše uvedených prohlídek, ošetřování, seřizování, oprav a zkoušek dle tohoto článku je obsažena v kupní ceně.

5. Kupující je v případě prodlení prodávajícího s plněním povinností vyplývajících z tohoto článku oprávněn zajistit plnění těchto povinností způsobem dle vlastního uvážení, a to na náklady prodávajícího. Nárok kupujícího na náhradu škody tím není dotčen. V tomto případě se prodávající nemůže ani dovolávat neoprávněnosti zásahu do předmětu plnění a nemůže toto ani vést k pozbytí práv kupujícího.

VIII.

Software

1. Pokud je součástí předmětu plnění dodávka softwarových produktů, pak se kupujícímu vyhrazuje časově neomezené, nikoliv výhradní a přenosné právo užívat tyto softwarové produkty na zboží, se kterým byly dodány, a to v nezměněné formě.

2. Úplata za užívání softwarových produktů poskytnutých k předmětu plnění je obsažena v kupní ceně a prodávající prohlašuje, že užívání softwaru kupujícím nebrání jakákoliv překážka faktická či právní, vyplývající zejména z předpisů o právu autorském. Ukáže-li se toto prohlášení nepravdivým, nese veškerou odpovědnost a náklady z toho vyplývající prodávající, včetně povinnosti k uspokojení nároků oprávněných osob.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany prodávajícího bude považováno zejména prodlení s dodáním předmětu plnění po dobu delší než 15 dnů, pokud toto prodlení bude způsobeno důvody na straně prodávajícího a dále, pokud objem vadného/nedodaného plnění bude odpovídat alespoň 5% celkového objemu dodávky, který je touto smlouvou předpokládán.

2. Pro účely této smlouvy se dále za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít.

3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemným oznámením o odstoupení, které musí obsahovat důvod odstoupení a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastanou okamžikem doručení písemného vyhotovení odstoupení druhé smluvní straně.
4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na zaplacení smluvních pokut, či jiných sankcí z této smlouvy vyplývajících, jakož ani nároku na náhradu škody, újmy, ušlého zisku vzniknuvších před okamžikem odstoupení od smlouvy.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti obou smluvních stran příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, zvláštních právních předpisů, kterými se provádí občanský zákoník a zvláštních právních předpisů souvisejících.
2. Tuto smlouvu nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající. Kvitance za částečné plnění a vracení dlužných úpisů s účinky kvitance se vylučují. Použití § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se vylučuje. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu ve smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat. Použití ustanovení § 557, § 1726, § 1728, § 1729, § 1740, § 1744, § 1757 odst. 2, 3, § 1770, § 1950, zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se vylučuje. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na sebe prodávající převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat. Pro případ rozporů při výkladu ustanovení této smlouvy se použije výklad pro objednatele příznivější.
3. Jakýkoliv dopis, oznámení či jiný dokument bude považován za doručení druhé smluvní straně této smlouvy, bude-li doručen na adresu uvedenou u dané smluvní strany v záhlaví této smlouvy. V případě pochybností se má za to, že písemnost zasláná doporučenou poštovní přepravou byla doručena třetí den po dni odeslání písemnosti.
4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a jejich svobodné, pravé a vážné vůle a tuto lze měnit pouze dohodou obou smluvních stran obsaženou v písemném, chronologicky očíslovaném dodatku k této smlouvě, podepsaném statutárními zástupci obou smluvních stran. Změna musí být výslovně označena jako "Dodatek ke Smlouvě". Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu této smlouvy nepovažují. Veškeré dohody, učiněné před podpisem Smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu Smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předmluvní dojednání učinily. Tato Smlouva tak představuje celkovou dohodu smluvních stran na jejím předmětu a nahrazuje všechna předchozí ujednání a dohody dosažené ohledně jejího předmětu.
5. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž kupující a prodávající obdrží každý po jenom vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, s celým jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho, že se jedná o projev jejich svobodné a vážné vůle, připojují své podpisy.

8. Prodávající souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu (např. podmínky smlouvy).

Seznam příloh:

- Příloha č. 1 – Položkový seznam a technická specifikace

- 6 -10- 2020

V Olomouci dne.....2020

V Brně dne 30.9.2020

**Technické požadavky k VZMR
"Elektrické odsávačky sekretu II."**

Uvedte výrobce a typ:	MEDIST, s.r.o. - MEVACS M38, MOD-1	
technické požadavky	firma	poznámky
1.1. Charakteristika elektrických odsávaček sekretu pro Kliniku plicních nemocí a tuberkulózy, Ortopedickou kliniku, III. Interní kliniku, Hemato-onkologickou kliniku a Centrální operační sály a sterilizaci:	HZZ, a.s.	
• 8 kusů elektrických odsávaček sekretu (3x PLICNÍ, 2x ORT, 1x III. IK, 1x HOK, 1x COSS)	ANO	
• elektrické odsávačky sekretu s bezúdržbovým sacím agregátem na principu vývěvy	ANO	
• odsávačky musí mít sací výkon minimálně 40 litrů za minutu	ANO	40 litrů
• odsávačky musí mít maximální nastavitelný podtlak alespoň 90 kPa, 600 mmHg	ANO	93 kPa, 700 mmHg
• odsávačky musí mít manometr s barevným označením optimálního sání	ANO	
• odsávačky musí mít regulátor podtlaku (vakua)	ANO	
• odsávačky musí mít minimálně dvojitou ochranu proti přesátí agregátu	ANO	
• 3 kusy odsávaček musí umožnit provádět drenáže vykonávané při intenzivní péči, hrudní a břišní chirurgii	ANO	
• 3 kusy odsávaček musí mít minimální rozsah podtlaku při hrudní drenáži 40 cmH ₂ O	ANO	
• 3 kusy odsávaček musí umožnit provádění drenáže i při plném výkonu odsávání	ANO	
• odsávačky musí být uzpůsobeny pro nepřetržitý nemocniční provoz na operačním sále	ANO	
• odsávačky musí mít spolehlivý sací agregát s tichým chodem	ANO	
• odsávačky musí mít tichý chod – maximální přípustná hluchost 40 dB	ANO	
• odsávačky musí být uzpůsobeny pro provoz při napájení elektrickým proudem 220V	ANO	
• součástí každé odsávačky musí být napájecí síťový kabel o minimální délce 3 metry	ANO	
• součástí každé odsávačky musí být uzemňovací kabel o minimální délce 3 metry	NE	Odsávačka je v elektrické bezpeč. třídě I, je vybavena síťovým třížilovým napáj. kabelem, délky 3m
• součástí každé odsávačky musí být pojízdný stojan s brzděnými kolečky a s integrovanou eurolíštou pro uchycení odsávacích lahví na čelní a bočních stranách	ANO	
• součástí každé odsávačky musí být držák lahve, láhev o min. objemu 2,0 l s víčkem	ANO	
• součástí 5 ks odsávaček musí být 2 ks držáků lahví a 2 ks lahví o min. objemu 2,0 l s víčkem	ANO	
• součástí 5 ks odsávaček musí být přepínač plnění lahví	ANO	
• součástí 4 ks odsávaček musí být držák na zásobník katétrů včetně zásobníku (toulce)	ANO	
• součástí 3 ks odsávaček musí být příslušenství pro hrudní sání a drenáže	ANO	Limitní vodní ventil
• součástí 3 ks odsávaček musí být dvojitý vodní limitní ventil pro hrudní sání a drenáže	ANO	
• součástí každé odsávačky musí být držák košíku včetně odkládacího košíku	ANO	
• součástí každé odsávačky musí být kompletní silikonový odsávací okruh na více použití s antibakteriálním filtrem chránícím proti přesátí	ANO	
• zajištění pravidelné PBTk jedenkrát ročně po dobu záruky zdarma	ANO	

• odsávačka musí mít prohlášení o shodě s certifikátem CE	ANO	
• jednoduchá obsluha a ovládání přístroje, snadná údržba	ANO	
1.2. Požadavky na pravidelné prohlídky, servis a instruktáž elektrických odsávaček sekretu pro Kliniku plicních nemocí a tuberkulózy, Ortopedickou kliniku, III. Interní kliniku, Hemato-onkologickou kliniku a Centrální operační sály a sterilizaci:		
• zajištění pravidelných předepsaných kontrol minimálně dle doporučení výrobce dle zákona 268/2014 Sb. po dobu záruky zdarma	ANO	
• zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma a dle zákona 268/2014Sb.	ANO	
• bezplatné zajištění proškolení zdravotnického personálu k používání systému a také proškolení určeného personálu k možnosti provádění instruktáže koncových uživatelů k užívání přístroje dle §61 zákona 268/2014 Sb.	ANO	
• dostupnost servisu a certifikovaného servisního technika	ANO	
• zajištění servisní podpory a náhradních dílů po dobu předpokládané životnosti přístroje	ANO	
1.3 Náklady na pravidelné prohlídky a servis elektrických odsávaček sekretu pro Kliniku plicních nemocí a tuberkulózy, Ortopedickou kliniku, III. Interní kliniku, Hemato-onkologickou kliniku a Centrální operační sály a sterilizaci:		
• uveďte četnost pravidelných prohlídek, které jsou vyžadovány výrobcem nebo příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 268/2014 Sb., v platném znění	1x za rok	
• uveďte cenu pravidelné prohlídky včetně nákladů na výměnu materiálu předepsaného výrobcem	viz. PBTk	
• uveďte cenu PBTk včetně nákladů na dopravu	1 040 Kč bez DPH	PBTk = 880 Kč + 160 (poměrná část dopravy za 1 odsávačku)
• uveďte cenu za hodinu práce servisního technika	790 Kč bez DPH	
• uveďte cenu za dopravu servisního technika a čas strávený na cestě	1 280 Kč bez DPH	Cena za dopravu pro všechny kontrolované odsávačky dohromady (1 280 Kč:8 ks odsáv. = 160 Kč/1 odsáv.)
• délka záruky	24 měsíců	
• nabídková cena vč. DPH	325 175,40 Kč	
• celkové náklady na pořízení a servisní náklady elektrických odsávaček sekretu po dobu 8 let předpokládané životnosti vč. DPH (viz příloha č.1 krycí list nabídkové ceny)	497 116,40 Kč	

Cenová nabídka odsávaček Mevacs pro Fakultní nemocnici Olomouc – Klinika plicních nemocí a tuberkulózy

Výrobce: MEDIST, Humenné, Slovensko, typ **MEVACS M38, MOD-1**



- spolehlivý sací agregát pro neomezený provoz
- tichý chod bez vibrací
- záruka 5 let na sací agregát
- manometr pro snadnou orientaci dosahovaného podtlaku s barevně dělenou stupnicí
- bezpečnostní regulátor podtlaku
- světelná indikace chodu
- madlo pro jednoduchou manipulaci s přístrojem
- 2l autoklávatelná láhev
- vývěva je vybavena tepelnou pojistkou proti přehřátí
- hydrofóbní sací bakteriologický filtr
- **efektivní sací výkon - 40 litrů/min**
- **regulace vakua – 0 - 93kPa (700mmHg)**
- **barva krytu odsávačky – šedá, zelená**

- 1 ks Odsávačka M38, MOD-1 včetně mikrobiologického filtru, síťového kabelu (72301.03)
- 1 ks Vozík MV7 s eurolišťou a košíkem (73000.98)
- 1 ks Univerzální držák na eurolištu (70105.16)
- 1 ks Láhev CM 2L - plastové šroubovací víko (42011.02)
- 1 ks Limitní vodní ventil – dvojitý (42004.02)
- 1 ks Držák limitního vodního ventilu – eurolišta (25001.25)
- 1 ks Držák drenážní nádoby IFEBO + spoj. materiál (28001.02)

Cena za 1 ks Odsávačky M38, MOD-1 vč. příslušenství	48 840 Kč bez DPH
Sleva	- 25 %
Cena po slevě za 1 ks sestavy Odsávačky M38, MOD-1 vč. příslušenství	36 630 Kč bez DPH
Celkem po slevě za 3 ks Odsávaček M38, MOD-1 vč. příslušenství	109 890 Kč bez DPH

**Cenová nabídka odsávaček Mevac pro Fakultní nemocnici Olomouc –
Ortoped. klinika, III. Interní klinika, Hemato-onkol. klinika, Centrální oper. sály a sterilizaci**

Výrobce: MEDIST, Humenné, Slovensko, typ **MEVACS M38, MOD-1**



- spolehlivý sací agregát pro neomezený provoz
- tichý chod bez vibrací
- záruka 5 let na sací agregát
- manometr pro snadnou orientaci dosahovaného podtlaku s barevně dělenou stupnicí
- bezpečnostní regulátor podtlaku
- světelná indikace chodu
- madlo pro jednoduchou manipulaci s přístrojem
- 2l autoklávovatelná láhev
- vývěva je vybavena tepelnou pojistkou proti přehřátí
- hydrofóbní sací bakteriologický filtr
- **efektivní sací výkon - 40 litrů/min**
- **regulace vakua – 0 - 93kPa (700mmHg)**
- **barva krytu odsávačky – šedá, zelená**

1 ks Odsávačka M38, MOD-1 včetně mikrobiologického filtru, síťového kabelu (72301.03)

1 ks Vozík MV7 s eurolištu a košíkem (73000.98)

2 ks Univerzální držák na eurolištu (70105.16)

2 ks Láhev CM 2L - plastové šroubovací víko (42011.02)

1 ks Ventil – vakuum – přepínací – přepínač plnění lahví (57955)

1 ks Odsávací láhev 3L - zásobník katetrů (57348)

1 ks Držák láhve na eurolištu - držák na zásobník katetrů (57815)

Cena za 1 ks Odsávačky M38, MOD-1 vč. příslušenství	42 360 Kč bez DPH
---	-------------------

Sleva	- 25 %
-------	--------


Cena po slevě za 1 ks sestavy Odsávačky M38, MOD-1 vč. příslušenství	31 770 Kč bez DPH
--	-------------------

Celkem po slevě za 5 ks Odsávaček M38, MOD-1 vč. příslušenství	158 850 Kč bez DPH
---	---------------------------

VÝSLEDNÝ SOUHRN NABÍDKY PRO FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC:

Zařízení	Typ	Počet ks	Cena za 1 ks bez DPH	Cena za dodávku bez DPH	Cena za dodávku včetně DPH
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy	Mevacs M38, MOD-1	3	36 630 Kč	109 890 Kč	132 966,90 Kč
Ortoped. klinika, III. Interní klinika, Hemato-onkol. Klinika, Centrální OS a sterilizace	Mevacs M38, MOD-1	5	31 770 Kč	158 850 Kč	192 208,50 Kč
Celkem za kompletní dodávku pro Fakultní nemocnici Olomouc				268 740 Kč	325 175,40 Kč

Foto sestavy včetně vozíku – (starší typ odsávačky M38):



Záruční, platební, servisní a dodací podmínky

1. záruka **na agregát – 5 let**
2. na přístroje poskytujeme záruku v délce **24 měsíců** od data předání
3. na příslušenství poskytujeme záruku **24 měsíců** po předání do užívání, nestanoví-li výrobce zvláštním doplňkem jinak (např. omezení životnosti počtem sterilizací..)
4. po zakoupení přístrojů provádíme vlastním servisním pracovištěm **dvě první** po sobě jdoucí předepsané roční prohlídky **zdarma**. Po provedené kontrole vyhotovujeme **certifikát bezpečnosti**.
5. dodací lhůta je 4-6 týdnů, ale většinou přístroj dodáváme do 3 týdnů od objednávky
6. cena zahrnuje dopravu, instalaci a zaškolení personálu
7. naše společnost **vlastní oprávnění od výrobce k provádění servisu, zaškolení a instalaci/prodeje elektrických odsávaček Medist**

Přeji pěkný den a těším se na naši další spolupráci

Jan Divoký, obchodní oddělení HZZ, a.s.

Tel.: 603 162 476

E-mail: divoky@hzz.cz

Technické údaje

Zatřídění MDD 93/42/EHS)		Zdravotní pomůcka třídy IIa	
Model		MEVACS M38	MEVACS M46
Určení podle STN EN ISO 10079-1		Vysoké vakuum - vysoké sání	
Typ ochrany před úrazem el. proudem		Přístroj třídy I	
Stupeň ochrany před úrazem el. proudem		Typ B	
Stupeň ochrany před vniknutím vody		IP 20	
Stupeň bezpečnosti použití za přítomnosti hořlavých směsí anestetika a vzduchu /anebo kyslíku		Nevhodný k použití	
Napájecí napětí		220-240V ± 10% / 50-60 Hz	
Příkon		110 VA + 15%	110 VA + 15%
Elektrická ochrana		2 pojistky Ø 5 x 20 T – 1,0A	
Vývěva		Bezúdržbová, membránová	
Odsávání	Sací výkon vývěvy	40 L / min	50 L / min
	Maximální vakuum	do 93 kPa (700mmHg)	
	Nádoby (přenosná verze)	1 x 2,0 L polykarbonátová nádoba s pojistným ventilem proti přesátí	
	Nádoby (v provedení s vozíkem)	1 anebo 2 x 1,0 / 2,0 / 4,0 L polykarbonátové nádoby s pojistným ventilem proti přesátí	
	Odsávací hadice	Silikonová Ø 8 x 3 mm – 1,5m (maximální délka 5 m)	
Provoz		Nepřetržitý	
Filtrace		Hydrofobní sací bakteriologický filtr s vysokou účinností do 99,99999% částic větších nežli 0,027 mikrometre	
Hmotnost (D x Š x V)	Přenosná verze	10,4 kg	
	V provedení s vozíkem	19,6 kg	
Rozměry (D x Š x V) /	Přenosná verze	cca - 525 x 255 x 420 mm	
	V provedení s vozíkem	cca - 565 x 455 x 1065 mm	
Sít'ová šňůra		4 m	
Ventil pro řízení vakua			
Kontrolní vakuometr (přesnost ± 2.5%)			
Polykarbonátová nádoba s cejchováním v ml. - autoklávovatelná			
Zvláštní výbava (volitelná)			
- vozík MEVOZ			
- ovládání nožným ovládačem (IP 68)			
Provozní podmínky	Teplota okolního prostředí	5 + 35 °C	
	Relativní vlhkost	30 + 75%	
Skladové podmínky	Teplota okolního prostředí	- 40 + 70 °C	
	Relativní vlhkost	10 + 100%	
Balení - obal		5 vrstvá kartónová krabice	
Mezinárodní normy			
MDD 93/42/EEC; EN 60601-1; EN 60061-1-2; EN ISO 10079-1; EN ISO 14971			
Technická životnost		10 roků	