

1865

## **SMLOUVA O VÝPŮJČCE ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU** uzavřená dle § 2193 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Půjčitel: I.T.A. – Intertact s.r.o.  
se sídlem: Revoluční 1546/24, 110 00 Praha 1  
zast.: Ing. Danem Němcem, jednatelem společnosti  
IČ: 65408781 DIČ: CZ65408781  
reg. v OR: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 44200

Vypůjčitel: **Fakultní nemocnice Hradec Králové**  
se sídlem: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové  
zast.: prof. MUDr. Vladimírem Paličkou, CSc., dr. h. c., ředitelem  
IČ: 00179906 DIČ: CZ00179906

### **Čl. I - Předmět výpůjčky**

1. Předmětem této smlouvy je závazek půjčitele přenechat vypůjčiteli k bezplatnému užívání zdravotnický prostředek: automatický izolátor nukleových kyselin Zybio EXM3000, v.č. EZYEXM3000200900837, cena a technická specifikace je uvedena v příloze č.1(dále jen „předmět výpůjčky).
2. Nedílnou součástí výpůjčky je:
  - instalační protokol,
  - doklad o instruktáži (proškolení) obsluhy,
  - doklad osoby, která je poučena výrobcem k provádění instruktáže daného zdravotnického prostředku (§ 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích),
  - doklady osob, které jsou proškoleny výrobcem nebo osobou autorizovanou výrobcem k provádění odborné údržby (§ 65 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích),
  - návod k obsluze zdravotnického prostředku v českém jazyce 2x (1x pro potřeby pracoviště v listinné podobě, 1x pro potřeby OZT v elektronické podobě)
  - ES prohlášení o shodě výrobku (EC Declaration of Conformity) dle zákon č. 22/1997 Sb. v platném znění; pro zdravotnické prostředky tříd I sterilní, I měřicí, IIa, IIb nebo III musí být CE doplněno číslem Notifikované osoby,
  - na zdravotnický prostředek, případně na všechny jeho komponenty, musí být v prohlášení o shodě (eventuálně v jiném písemném dokladu, který bude též součástí výpůjčky a bude potvrzen půjčitelem) uvedena třída zdravotnického prostředku,
  - přesná adresa výrobce předmětu výpůjčky a země původu jsou uvedeny v prohlášení o shodě (eventuálně v jiném písemném dokladu, který bude též součástí výpůjčky a bude potvrzen vypůjčitelem),
  - pokud se výpůjčka skládá z více samostatných komponent, jsou její součástí platná prohlášení o shodě na všechny komponenty výpůjčky,
  - na všechny doklady předkládané v jiném než v českém jazyce je součástí výpůjčky též jejich český překlad, za jehož správnost odpovídá půjčitel,
  - platný protokol o provedené bezpečnostně technické kontrole v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích,
  - platná revize v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích.

### **Čl. II - Doba výpůjčky**



Vypůjčitel je oprávněn užívat předmět výpůjčky ode dne předání, instalace a provedení instruktáže obsluhy. Předmět výpůjčky je zapůjčen od 23.9.2020 do 23.3.2021.

### Čl. III - Místo a podmínky převzetí předmětu výpůjčky

1. Půjčitel oznámí vypůjčiteli termín převzetí předmětu výpůjčky, a to Odboru zdravotnické techniky [redacted] popř. vedoucímu Odboru zdravotnické techniky – Ing. Roman Sýkora (e-mail: roman.sykora@fnhk.cz; tel. 495 832 122, mobil 725 705 093) a zároveň zástupci přebírajícího pracoviště dle Čl. III odstavec 2 min 3 pracovní dny předem.
2. Místem předání předmětu výpůjčky je: Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Ing. Kateřina Hrochová.
3. Odbor zdravotnické techniky je až do dokončení instalace a předání zdravotnického prostředku do provozu jediným pracovištěm vypůjčitele oprávněným ke všem jednáním o dodávce a instalaci předmětu výpůjčky.
4. **V případě konektivity do datové sítě kupujícího je nutné bezodkladně po podpisu smlouvy, nejdéle však 4 týdny před plánovanou instalací, informovat IT oddělení kupujícího na adrese [helpdesk@fnhk.cz](mailto:helpdesk@fnhk.cz). Oznámení o skutečném datu instalace je nutné provést nejdéle 3 pracovní dny předem.**

### Čl. IV - Práva a povinnosti smluvních stran


1. Půjčitel prohlašuje, že předmět výpůjčky nemá žádné patentní nebo jiné právní vady, odpovídá všem platným právním předpisům a normám, je podle právních předpisů způsobilý k použití při poskytování zdravotní péče a byla u něj podle právních předpisů posouzena shoda jeho vlastností se základními požadavky na zdravotnické prostředky s přihlédnutím k určenému účelu použití a výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce vydali písemné prohlášení o shodě.
2. Půjčitel je povinen zajistit vypůjčiteli servis a pravidelné kontroly event. validace předmětu výpůjčky v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., v platném znění, na vlastní náklady po dobu výpůjčky a to od doby uvedení do provozu s tím, že opravy předmětu výpůjčky budou prováděny dle možností půjčitele v co nejkratší době.
3. Půjčitel má právo na provedení kontrol u vypůjčitele, a to za účelem provádění oprav na předmětu výpůjčky, vč. preventivních prohlídek, a za účelem kontroly užívání předmětu výpůjčky vypůjčitelem.
4. Vypůjčitel je povinen předmět výpůjčky řádně užívat, chránit jej před poškozením, ztrátou nebo zničením.
5. Vypůjčitel je povinen předmět výpůjčky vrátit půjčiteli ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.

### Čl. V - Závěrečná ujednání

1. Právní vztahy založené touto smlouvou a v této smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (zejména jeho § 2193 a násl.).
2. Předčasné ukončení platnosti této smlouvy je možné na základě písemné dohody smluvních stran. Předčasné ukončení platnosti této smlouvy je rovněž možné na základě výpovědi jednou ze smluvních stran s dvouměsíční výpovědní dobou. Výpověď musí být písemná, není třeba ji odůvodňovat, výpovědní doba začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena adhezním způsobem a že se nejedná o smlouvu formulářovou, tzn., že na právní poměr uzavřený touto smlouvou nebude aplikován § 1798 občanského zákoníku.
4. Smluvní strany se dohodly, že v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou bude aplikován § 2197 občanského zákoníku, tzn., že vypůjčitel je oprávněn kdykoli vrátit předmět půjčky půjčiteli.
5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že jednotkové ceny a ostatní informace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy považují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy zneviditelněny.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
7. Tato smlouva může být doplňována či měněna pouze na základě písemných dodatků, akceptovaných oběma smluvními stranami.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž 1 stejnopis obdrží půjčitel a 2 stejnopisy vypůjčitel.
9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, pravou, vážnou a úplnou vůli, prostou omylů. Na důkaz shora uvedeného připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Příloha č.1: *specifikace předmětu půjčky*

Za vypůjčitele:  
V Hradci Králové  
dne: 9.10.2020


  
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc. r. h. c.  
ředitel  
Fakultní nemocnice Hradec Králové

FAKULTNÍ NEMOCNICE  
HRADEC KRÁLOVÉ  
ředitelství  
500 Hradec Králové  
IČ 00179406, tel. 495 832 881

Za půjčitele:  
V Praze  
dne: 1.10.2020

Dan Němec  
Digitálně podepsal  
Dan Němec  
Datum: 2020.10.01  
10:19:34 +02'00'

Ing. Dan Němec  
jednatel společnosti





Příloha č. 1 specifikace předmětu výpůjčky  
SMLOUVA O VÝPŮJČCE ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU ZE DNE 1.10.2020


## ZyBio EXM3000 - automatický izolátor nukleových kyselin

- pouhých 9 min na extrakci virové RNA
- vysoká průchodnost až 192 extrakcí za hodinu
- 1000 extrakcí virové RNA za 5h 12min
- (CE-IVD)
- RNA/DNA izolace z různých typů vzorků

**EXM3000** je navržen jako high-tech zdravotnický prostředek (CE-IVD certifikace) pro izolaci a purifikaci nukleových kyselin metodou magnetických kuliček, izolátor disponuje menší velikostí, velmi rychlými protokoly, excelentní výtěžností, a to vše při ekonomicky výhodném provozu.

### Technická specifikace

Technologie	Magnetické partikule
Propustnost	1-32 vzorků v jednom běhu
Pracovní objem	30 $\mu$ l – 1 000 $\mu$ l
počet magnetických tyčí	32
rozměry	375mm x 415mm x 440mm
Hmotnost	27 kg
Dekontaminace	UV lampa



Cena zařízení je 280.000,-Kč bez DPH

I.T.A. - Intertact s.r.o.  
Provozovna  
Černokostecká 616/143  
Praha 10 108 00  
Czech Republic

Sídlo  
Revoluční 1546/24  
Praha 1 110 00  
Czech Republic

IČO 65408781  
Tel. +420 222 810 196  
Fax +420 222 314 055  
ita@ita-intertact.com

[www.ita-intertact.com](http://www.ita-intertact.com)

