

DNS na dodávky laboratorních přístrojů -XIII-2020																
Kód	Položka	CPV kód	název cpv	Minimální požadované specifikace	Počet ks	Výrobce a typ	Specifikace zboží	Cena za 1 jednotku bez DPH	Celková cena za položku bez DPH	Maximální celková cena položky bez DPH	Žadatel o položku	Příkazce operace	Zakázka	Pracoviště	Umístění majetku - číslo místnosti	Místo doručení; kontaktní osoba
1	Biohazard box	380000000-5	Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)	Biohazard box s laminárním prouděním vzduchu třídy bezpečnosti II pro práci s patogenním materiálem, včetně podstavce. Ovládání boxu přes multifunkční displej, přihlašování heslem, přední posuvné okno ovládáno elektricky do definovaných poloh bez nutnosti manuálního usazení s možností hermetického uzavření boxu. Pro účely snadného čištění požadujeme možnost sklopit čelní sklo směrem dolů, za současného stálého běhu laminárního proudění. Box musí splňovat parametry dané normou ČSN CE 12469. Požadujeme integrovanou UV a fluorescenční lampu, dva HEPA filtry, v boxu dvě elektrické zásuvky, standardní pro ČR, přípravu pro připojení plynového kahanu a vakua, automatické monitorování stavu HEPA filtrů, pracovní plochu rozdělenou na víc částí s možností snadného vyjmutí pro potřeby čištění a autoklávování jednotlivých částí. Boční stěny boxu požadujeme průhledné. Uvítáme co nejnižší hlučnost, ideálně pod 50 dB. Požadovaná šířka pracovní plochy je cca 120 cm, resp. dva boxy vedle sebe se musí vejít do prostoru o šířce 280 cm, je tedy nutné mít všechny potenciální přípojky apod. umístěny na zadní nebo vrchní straně boxu, zejména ne na jeho boku. Požadovaná doba dodání je ideálně do 10ti pracovních dní od podpisu smlouvy. V rámci dodání boxů je požadována instalace, přičemž je nutné počítat s komplikovanějším přístupem v laboratořích. Požadujeme zaškolení obsluhy na místě.	4	BioAir, Safemate EVO 1.2	Biohazard box s laminárním prouděním vzduchu třídy bezpečnosti II pro práci s patogenním materiálem, včetně podstavce. Ovládání boxu přes multifunkční displej, přihlašování heslem, přední posuvné okno ovládáno elektricky do definovaných poloh bez nutnosti manuálního usazení s možností hermetického uzavření boxu. Pro účely snadného čištění možnost sklopit čelní sklo směrem dolů a čištění shora, jež je mnohem bezpečnější pro obsluhu. Box splňuje parametry dané normou ČSN CE 12469. Součástí dodávky je integrovaná UV a fluorescenční lamp, dva HEPA filtry, v boxu dvě elektrické zásuvky, standardní pro ČR, příprava pro připojení plynového kahanu a vakua. Box dále disponuje automatickým monitorováním stavu HEPA filtrů, plnou pracovní plochou rozdělenou na 3 části pro snadné vyjmutí pro potřeby čištění a autoklávování jednotlivých částí. Boční stěny boxu průhledné, hlučnost pod 50 dB. Šířka pracovní plochy je 120 cm, dva boxy vedle sebe se vejdou do prostoru o šířce 280 cm, všechny potenciální přípojky umístěny na vrchní straně boxu. Doba dodání je do 10ti pracovních dní od podpisu smlouvy. Nabídková cena zahrnuje i dopravu, stěhování a zaškolení obsluhy na místě.	218725	874 900,00 Kč	879 200,00 Kč	XXXXX	XXXXX	4831	4900	73452; 72760; 73100	XXXXX
								Celková nabídková cena za veřejnou zakázku bez DPH	874 900,00 Kč							