

Příloha č. 1. Zadávací dokumentace: Technická specifikace

| | |
|------------------|---|
| Název zakázky: | Sterilizační přístroj pro Stodskou nemocnici a.s. |
| Druh VZ: | Podlimitní veřejná zakázka na dodávky, zadávaná v otevřeném řízení podle § 52 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. |
| ZADAVATEL | |
| Název: | Stodská nemocnice, a.s |
| Sídlo: | Hradecká 600, 333 01 Stod |
| IČO/DIČ: | 26361086 / CZ26361086 |

Technická specifikace nabízeného zboží - Pokyn k vyplnění: Dodavatel vyplní tabulku níže, když v rámci nabídky přiřadí ke každé dodávané položce vlastní technickou specifikaci. Do sloupce vpravo od uvedeného zboží dodavatel u každé položky vypíše vlastní technickou specifikaci, aby zadavatel mohl porovnat, zda nabízené zboží odpovídá minimálním požadavkům, které stanovil v ZD a Příloze č. 1 ZD. Ve sloupcích na levé straně je označen požadované zboží a počet ks. V Příloze č. 1 ZD (Technická specifikace) zadavatel stanovil minimální základní požadavky a parametry na dodávané zboží, které dodavatel musí dodržet a zohlednit ve své nabídce. Jedná se o specifikaci zboží, počet kusů a popis technických parametrů a požadavků na výkon a funkci. Dodavatel může nabídnout zboží jinými, pokud možno lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoli s parametry horšími, než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Předmětem dodávky musí být zboží nové, ne repasované či jinak upravované.

Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých dodávek, které obsahuje Příloha č. 1 ZD. V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží, příp. související činnosti konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě nabízeného zboží dodavatel napíše také název výrobce, materiálu či výrobku.

Nepřípustná změna položek tabulky Technická specifikace nebo porušení dalších požadavků mohou znamenat nesplnění zadávacích podmínek dle § 48 odst. 2 ZZVZ s důsledkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení na VZ.

K technické specifikaci dodavatel doloží také obrazovou dokumentaci nebo fotodokumentaci dodávaného zboží. Ke zboží bude v nabídce doložena kopie výrobního listu nebo dokladu o shodě.

U všech číselně vyjádřených parametrů je povolena tolerance +/- 10%.

| Minimální požadované parametry zadavatele | | Požadovaný počet ks | Dodavatelem nabízené parametry - Dodavatel podrobně popíše příslušnou položku z hlediska své nabídky |
|---|-----------------------|---------------------|--|
| Položky | Požadavky a parametry | | Parní sterilizátor STERIVAP 666-1 ED, výrobce BMT Medical Technology s.r.o. |
| | parní, neprokládací | | ANO |

| | |
|---|-----|
| přístroj splňující požadavky ZP dle legislativních předpisu EU, vyhovující normám ČSN EN 285+A2, ČSN EN ISO 17665-1 | ANO |
| validovaný dle výše uvedených norem a vyhlášky MZ č. 306/2012 Sb | ANO |

Součástí předmětu VZ jsou následující činnosti:

- Dodání předmětu plnění s přechodem vlastnictví na zadavatele
- Doprava a vyložení na místo plnění určené zadavatelem, veškeré potřebné stavební úpravy, které nesmí přesáhnout délku 5 pracovních dnů
- Odborná instalace na zadavatelem požadované místo v nemocnici a uvedení předmětného přístroje a zařízení do provozu
- Provedení všech předepsaných zkoušek, validací a měření, potřebných ke klinickému provozu
- Předání veškeré potřebné dokumentace k předmětu plnění v českém jazyce (veškeré technické dokumenty, zprávy, potvrzení, montážní postupy, manuály, návody k obsluze a doporučení pro provoz zboží a pod.)
- Zaškolení personálu zadavatele v obsluze a údržbě předmětu plnění v potřebném rozsahu v souladu s příslušnými zákony, a to pro všechny příslušné zaměstnance určené zadavatelem
- Provedení praktického předvedení předmětu plnění a ukázka jeho funkčnosti v rámci předávacího a přijímacího řízení
- Případná likvidace vzniklého odpadu, odvoz a likvidace starého sterilizátoru.
- Provádění pravidelných bezpečnostně technických kontrol (PBTk), revizí a validací, a to dle doporučení výrobce a v souladu s platnou legislativou České republiky (především zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích a příslušných Nařízení vlády), a rovněž aktualizace SW a provádění pravidelných servisních prohlídek včetně výměny náhradních dílů vedených jako spotřební materiál s pravidelnou výměnou a to u všech částí přístroje, u kterých by se uvedené činnosti v souladu s příslušnými zákony a doporučeními výrobce provádět měly.
- Součástí dodávky musí být seznam veškerého SW vybavení včetně jeho přesné specifikace, uvedení držitele autorských práv, předání licenčních certifikátů, licenčních čísel, licenčních ujednání apod.
- Záruka minimálně 24 měsíců.
- Za záruční opravy související se zárukou za jakost není účtován materiál, práce servisního technika, cestovní či jiné náhrady.

Požadavky na záruční servis a garanci pozáručního servisu:

- Součástí dodávky přístroje je provádění záručního servisu po dobu minimálně 24 měsíců a následná garance poskytování pozáručního servisu minimální po dobu 96 měsíců od uplynutí záruční doby (přičemž záruční servis je součástí předmětu této VZ a dodavatel musí náklady na něj ocenit; pozáruční servis není předmětem VZ, dodavatel v rámci této VZ pouze garantuje jeho případné poskytování za uvedených podmínek).
- Servisem se rozumí provádění odborné údržby a oprav přístroje v souladu s pokyny výrobce, zákona č. 268/2014 Sb. a jinými souvisejícími právními předpisy. Součástí servisu je také provádění preventivní a korektivní údržby (opravy poruch), pravidelné servisní prohlídky v souladu s doporučením výrobce včetně výměny náhradních dílů vedených jako spotřební materiál s pravidelnou výměnou, provádění BTK, revizí a validací vyplývajících z příslušných právních předpisů a doporučení výrobcu, upgrade software
- Servisní zásah v době záručního (i garantovaného pozáručního) servisu (tj. nástup na odstranění vad) v místě plnění nejpozději do 24 hodin od okamžiku ohlášení závady (e-mailem, písemně).

- Jednotlivé vady v záruční (i garantované pozáruční) době musí být odstraněny nejpozději do 7 dnů od nahlášení závady (nedohodnou-li se osoby oprávněné za smluvní strany písemně jinak).
- Dodavatel je v případě déle trvající opravy v záruční (i garantované pozáruční) době povinen zdarma zajistit zapůjčení náhradního přístroje se srovnatelnými nebo lepšími parametry po celou dobu opravy původního přístroje. Náhradní přístroj musí být doručen do sídla zadavatele na náklady dodavatele.
- Pozáruční servis není součástí předmětu této VZ. Pozáruční servis bude s dodavatelem řešen po uplynutí záruční doby, a to za podmínek korespondujících s podmínkami uvedenými v této VZ. Zadavatel je oprávněn po skončení záruční lhůty využívat i jiné poskytovatele pozáručního servisu, pokud se podmínky pozáručního servisu dodavatele ukážou pro zadavatele nevýhodné, v takovém případě dodavatel nebude vázán svojí povinností garance pozáručního servisu.

Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.

V Praze dne

