

tel.: 577 551 111, fax: 577 552 107, e-mail: bnzlin@bnzlin.cz

Odběratel

Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Havlíčkovo nábřeží 600
762 75 ZlínPožadovaná dodací lhůta:
Dopravní dispozice:
Faktury budou splatné 30 dnů od doručení do KNTB.
CP

Ve Zlíně dne 23.9.2020

Objednávka 12544/2020/9/RUTT

Dodavatel

Suppméd s.r.o.
U nákladového nádraží 1949/2
13000 Praha
IČ: 24170674, DIČ: CZ24170674
Email: veronika.havlikova@suppméd.cz

č.	Název zboží, služby	Kód	Cena/MJ (bez DPH)	DPH	MJ	Množství	Cena bez DPH
1	Videogastroskop, v. č.: 2G411K014		212 287,00 Kč	21,00%	ks	XXX	212 287,00 Kč
Nedílnou součástí objednávky je příloha č. 1 (CN)							-
Předpokládaná celková cena objednávky							212 287,00 Kč
Předpokládaná celková cena objednávky vč. DPH							256 867,27 Kč

Poznámka pro dodavatele:

Přístroj: Videogastroskop, typ/model: EG-760CT, v. č.: 2G411K014, i. č.: 9260509.
Závady zjištěné v servisu: Krytka distálního konce - popraskaná - výměna. Zavaděcí část - zažloutlá, svraštělá - výměna.
Konektorová část - zlomené u konektoru - výměna + tuby. Čočky světlovodu - obě čočky zateklé, zarezlé - výměna obou. Konusy - světlé, naleptané od dezinfekce.

Potvrzený výkaz práce pošlete spolu s fakturou.

Nebude-li potvrzený výkaz práce poslán, faktura nebude proplacena a bude vrácena zpět.

Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky.

Bude-li cena opravy vyšší než požadovaná, musí být před provedením opravy schválena OZT.

Doručovací adresa:

Krajská nemocnice T. Bati a. s.
Oddělení zdravotnické techniky (26. pavilon - budova ředitelství) - Ruttner
Havlíčkovo nábřeží 600
762 75 Zlín

Interní poznámka:

NS 31 29 IK Gastroenterologická

Faktury adresujte na oddělení financí KNTB.

Dodavatel souhlasí s Obecnými nákupními podmínkami Krajské nemocnice T. Bati, a. s., které jsou součástí objednávky.

Potvrzenou kopii objednávky, prosím, vraťte na adresu Krajské nemocnice T. Bati, a. s.

Na fakturách uvádějte čísla objednávek.

Za příjemce vyřizuje: Michal Ruttner

email: Michal.Ruttner@bnzlin.cz , tel:577 552 473, Mobil: 734696549