

Příloha č. 1 RS – Technická specifikace předmětu plnění

Název zboží	Technický popis zboží	Technické parametry nabízené dodavatelem
Respirátor FFP3 s výdechovým ventilem	nevyšší stupeň ochrany dýchacích cest s vysoce účinnou filtrací minimálně 99 % (třída ochrany KN99 nebo N99)	KN99
	chrání proti toxickým látkám, jako jsou viry, spory, bakterie, ale také třeba radioaktivní látky či karcinogeny do 50xNPK/PEL	<i>viry, spory, bakterie</i>
	ergonomický tvar, lehká konstrukce, měkká těsnící linie	ANO
	uchycení pomocí jednoho gumového pásku (gumičky) nebo nastavitelných nebo elastických upínacích pásků	<i>Gumového pásku(gumičky)</i>
	s výdechovým ventilem pro snížení výdechového odporu	ANO
	jednorázové nebo opakované použití	jednorázové
	možnost flexibilní korekce v oblasti nosu	ANO
	splňující certifikát EN 149:2001 + A1: 2009	ANO

Zadavatel připouští u požadovaného druhu materiálu i materiál vyšších uživatelských vlastností za podmínky, že zajistí minimálně stejnou ochranu jako druh požadovaného materiálu. V takovém případě uvede dodavatel konkrétní údaj namísto údaje ANO/NE.

Respirátory FFP3 musí být hygienicky nezávadné a v případě, že to není doloženo v přiložených certifikátech, v produktovém listu nebo technickém popisu, zadavatel požaduje **doložení o hygienické nezávadnosti čestným prohlášením**.

Dodavatel, který uvede ve výše uvedené tabulce odpověď „NE“, bude ze zadávacího řízení vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek.

Zadavatel dále připouští, že technické normy ČSN EN a ČSN EN ISO, mohou být u zboží nahrazeny ekvivalenty EN a EN ISO nebo jiným rovnocenným řešením.