

Příloha č. 1 RS – Technická specifikace předmětu plnění

Dodavatel 1:

Název zboží	Technický popis zboží	Technické parametry nabízené dodavatelem
Respirátor FFP2 s výdechovým ventilem	třída ochrany KN95 nebo N95)	ANO
	chrání proti toxickým látkám, jako jsou viry, spory, bakterie, ale také třeba radioaktivní látky či karcinogeny min 12xNPK/PEL	ANO
	ergonomický tvar, lehká konstrukce, měkká těsnicí linie	ANO
	uchycení pomocí jednoho gumového pásku (gumičky) nebo nastavitelných nebo elastických upínacích pásků	ANO
	s výdechovým ventilem pro snížení výdechového odporu	ANO
	jednorázové nebo opakované použití	ANO
	možnost flexibilní korekce v oblasti nosu	ANO
	splňující certifikát EN 149:2001 + A1: 2009	ANO

Zadavatel připouští u požadovaného druhu materiálu i materiál vyšších uživatelských vlastností za podmínky, že zajistí minimálně stejnou ochranu jako druh požadovaného materiálu. V takovém případě uvede dodavatel konkrétní údaj namísto údaje ANO/NE.

Respirátory FFP3 musí být hygienicky nezávadné a v případě, že to není doloženo v příložených certifikátech, v produktovém listu nebo technickém popisu, zadavatel požaduje **doložení o hygienické nezávadnosti čestným prohlášením.**

Dodavatel, který uvede ve výše uvedené tabulce odpověď „NE“, bude ze zadávacího řízení vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek.

Zadavatel dále připouští, že technické normy ČSN EN a ČSN EN ISO, mohou být u zboží nahrazeny ekvivalenty EN a EN ISO nebo jiným rovnocenným řešením.