

**Dílčí skupina 01**

Kód SÚRO		Druh měřidla	Měřená veličina	Kvalita záření	Geometrie, podmínky měření	Požadovaný doklad	Druh stanoveného měřidla dle Vyhl. č. 345/2002 Sb.	Další závazné požadavky zadavatele
A	0	spektrometrická trasa	aktivita	gama, 59 keV až 2 MeV	antropomorfní fantom BOMAB	POO*	8.5	
A	1	spektrometrická trasa	aktivita	gama, energie do 700 keV	fantom lebky a plic	POO*	8.5	
A	2	spektrometrická trasa	aktivita	125 I, 131 I	ampule ve fantomu	POO*	8.5	
A	3	spektrometrická trasa	aktivita	gama	objemové geometrie	POO*	8.8, 8.10	

**Vysvětlivky:**

OL - ověřovací list

KL - kalibrační list

POO - potvrzení o ověření

POO\* - potvrzení o ověření včetně údaje o aktivitě použitého etalonu a o její nejistotě

POM - protokol o měření

POK - potvrzení o kalibraci