



Příloha č.1 kupní smlouvy - Specifikace dodávky

Technická specifikace

Veřejná zakázka „Dodávka patientských lůžek, infuzní a rehabilitační techniky“ část 1 VZ „Dodávka patientských lůžek“

	Parametr / požadavek	Zařízení splňuje ANO/NE	Dodavatelem nabízená hodnota (dodavatel vyplní všechny řádky, u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje/nesplňuje)
Lůžko elektricky polohovatelné pro standardní péči (30 ks) – Eleganza 1 MUSÍ SPLŇOVAT NÁSLEDUJÍCÍ PARAMETRY:			
	Bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění, bez výhrad	ANO	splňuje
	Stabilní konstrukce lůžka (konstrukce se nesmí pohybovat či kroutit ani při maximálním provozním zatížení)	ANO	splňuje
	Jednoduše čistitelná konstrukce lůžka (bez těžko čistitelných záhybů, otevřených dutin, nekvalitních svárů, apod.)	ANO	splňuje
	Vnější rozměry lůžka vč. postranic maximálně 225 x 100 cm, bezpečná provozní zátěž minimálně 200 kg	ANO	splňuje, 218 x 99 cm, 200 kg
	Integrované prodloužení lůžka o 15 cm, prodloužení musí být schopna provést snadno samostatně jedna sestra	ANO	splňuje, 15 cm
	Zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 40 – 70 cm pro bezpečnou práci personálu a mobilizaci pacienta	ANO	splňuje, 37 – 73,5 cm
	Čtyřdílná ložná plocha minimálně 200 x 90 cm s odnímatelnými díly pro jednoduchou čistitelnost, zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů	ANO	splňuje, 200 x 90 cm
	Ložná plocha s automatickým odsunem (autoregresí) při polohování pro eliminaci tlaku a střížných sil působících na tělo pacienta	ANO	splňuje
	Náklon do TR/ATR polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru pro včasnou postupnou vertikalizaci, posazení a mobilizaci pacienta	ANO	splňuje, 15°
	Oboustranně mechanické rychlopuštění zádového dílu (CPR), ovladač dobře dostupný v jakékoli poloze lůžka, s aktivovanými i sklopenými postranicemi	ANO	splňuje



Příloha č.1 kupní smlouvy - Specifikace dodávky

Parametr / požadavek	Zařízení splňuje ANO/NE	Dodavatelem nabízená hodnota (dodavatel vyplní všechny řádky, u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje/nesplňuje)
Kompaktní (velmi snadno čistitelná, bez pórů, spár a vrypů) plastová odnímatelná čela, s aretací proti samovolnému vytažení při transportu (vysunutí a zasunutí čela musí být schopna provést samostatně jedna sestru)	ANO	splňuje
Kompaktní (velmi snadno čistitelné, bez pórů, spár a vrypů) plastové dělené postranice 3/4-ní (tj. nerestriktivní) s ergonomickým ovládáním shora (ovládání na nebo nad úrovní ložné plochy). Postranice musejí po nastavení do požadované polohy zůstat v pevné a stabilní poloze bez výkyvů!	ANO	splňuje
Plynulé sklápění postranic s tlumičem/plynopružinou a automatickou blokadí spuštění při zatížení pacientem zevnitř	ANO	splňuje
Pacientský ruční ovladač s podsvícenou klávesnicí a ochranou proti nechtěnému polohování, s možností rychlého odpojení konektorem umístěným na snadno přístupném místě a s integrovanou LED svítlnou (nebo LED osvětlením okolí lůžka)	ANO	splňuje
Centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, možností blokace jednotlivých funkcí na všech ovladacích a s přednaprogramovanými důležitými polohami (minimálně: resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha, případně další)	ANO	splňuje
Kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr 125 mm a více, ovládací páka dobře dostupná z čela i boků	ANO	splňuje, 125 mm
Svod elektrického potenciálu	ANO	splňuje
Možnost exportu servisních dat z řídicí jednotky pro rychlou diagnostiku a prevenci závad	ANO	splňuje
Bezpečnostní barevně zvýrazněný kroucený přívodní kabel s háčkem na uchycení při transportu	ANO	splňuje
Příslušenství: Hrazda s výškově stavitelnou rukojetí - 30 ks	ANO	splňuje



Příloha č.1 kupní smlouvy - Specifikace dodávky

	Parametr / požadavek	Zařízení splňuje ANO/NE	Dodavatelem nabízená hodnota (dodavatel vyplní všechny řádky, u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje/nesplňuje)
	Dodatečný třetí díl postranic L+P pro pokrytí celé délky ložné plochy - 10 ks	ANO	splňuje
	Koš na bažanta - 15 ks	ANO	splňuje
	Držák berlí - 30 ks	ANO	splňuje
	Pasivní antidekubitní matrace - riziko III (30 ks) – PrimaCare20 MUSÍ SPLŇOVAT NÁSLEDUJÍCÍ PARAMETRY:		
	Jádro matrace ze studené PUR pěny, nosná část jádra z PUR pěny o hustotě min. 40 kg/m ³ a odporem proti stlačení 170N (+/- 10%), na celém povrchu vrstva min. 5cm z PUR pěny o hustotě min. 40kg/m ³ a odporem proti stlačení 130N (+/- 10%), požadovaný odpor proti stlačení vyjádřen jako ILD 40% dle EN ISO 2439: 2008, všechny pěny se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5), jádro matrace s prořezy pro dobrou ventilaci a dokonalé přizpůsobení tvaru při polohování lůžka	ANO	splňuje, nosná část 41 kg/m ³ , odpor proti stlačení 170N, vrstva 5 cm o hustotě 50 kg/m ³ , odpor proti stlačení 130N, CRIB 5
	Potah velmi snadno snímatelný - tj. zip minimálně ze tří stran (270°) s ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný, spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra - kontinuálně vysokofrekvenčně svařované či lepené	ANO	splňuje, 360°
	Materiál potahu bakteriostatický, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný, se sníženou hořlavostí (min. CRIB 7)	ANO	splňuje, CRIB 7
	Na potahu transportní madla pro jednoduchou manipulaci	ANO	splňuje
	Nosnost min. 200 kg	ANO	splňuje, 200 kg
	Tvar a rozměry plně kompatibilní s lůžkem, výška min. 14 cm	ANO	splňuje, 14 cm
	Pacientský stolek k lůžku kovový s jídelní deskou (30 ks) – Eleganza Classic MUSÍ SPLŇOVAT NÁSLEDUJÍCÍ PARAMETRY:		
	Pojízdný, oboustranný stolek k lůžku	ANO	splňuje
	Stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce stolku (kov, plast, HPL, nikoli dřevo či LTD)	ANO	splňuje
	Odolná horní plocha a jídelní deska s postranními lištami či zvýšenými	ANO	splňuje



Příloha č.1 kupní smlouvy - Specifikace dodávky

	Parametr / požadavek	Zařízení splňuje ANO/NE	Dodavatelem nabízená hodnota (dodavatel vyplní všechny řádky, u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje/nesplňuje)
	okraji zamezujícími pádu položených předmětů		
	Integrovaná plynule výškově stavitelná jídelní deska s posilováním mechanickou či plynovou pružinou, naklopitelná pro čtení i psaní, s automatickou aretačí výšky a náklonu pro bezpečné a jednoduché ovládání, rozměry vhodné pro ták s jídlem min. 580 x 340 mm, nosnost min. 8 kg	ANO	splňuje, rozměry 600 x 345 mm, nosnost 9 kg ve středu desky
	Kolečka o průměru nejméně 75 mm, minimálně dvě kolečka brzditelná	ANO	splňuje, 75 mm, 2 brzditelná
	Provedení stolku – nahoře zásuvka s kvalitním výsuvem na ložiskách, nika, dole skříňka s dvířky	ANO	splňuje
	Stolek dobře čistitelný, vyjímatelná vložka zásuvky a polička skříňky	ANO	splňuje
	Držák na zavěšení ručníku, manipulační madla na korpusu stolku	ANO	splňuje
	Design odpovídající lůžku, možnost výběru barevných dekorů shodných s lůžky	ANO	splňuje
	Urgentní transportní lůžko - stretcher (3 ks) – Sprint 100 MUSÍ SPLŇOVAT NÁSLEDUJÍCÍ PARAMETRY:		
	Velmi stabilní a jednoduše čistitelná sloupová konstrukce lůžka	ANO	splňuje
	Hydraulický zdvih lůžka minimálně v rozsahu 60 - 85 cm, ovládací pedály na obou stranách lůžka	ANO	splňuje, 55,5 – 88 cm
	Čtyřdílná ložná plocha minimálně 190 x 65 cm polohovatelná s posilováním (pomocí plynových pružin, apod.)	ANO	splňuje, 193 x 66 cm
	Ložná plocha RTG transparentní, kompatibilní pro C rameno a s držákem RTG kazety - univerzální velikost	ANO	splňuje
	Hydraulický náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy min. 12°	ANO	splňuje, 18°
	Integrované sklopné postranice nepřesahující vnější obrys lůžka, bezpečné sklápění postranic s tlumičem či plynopružinou, automatická blokáce spuštění při zatížení pacientem zevnitř	ANO	splňuje
	Kolečka s centrálním ovládním brzd ze všech 4 stran, průměr nejméně 200 mm + výsuvné a odpružené páte centrální kolečko pro snadný	ANO	splňuje, 200 mm



Příloha č.1 kupní smlouvy - Specifikace dodávky

	Parametr / požadavek	Zařízení splňuje ANO/NE	Dodavatelem nabízená hodnota (dodavatel vyplní všechny řádky, u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje/nesplňuje)
	transport a manipulaci, ovladatelné centrálně pákami brzd		
	Prostor na umístění tlakové lahve O2	ANO	splňuje
	Po stranách univerzální lišty s držáky na drobné příslušenství, nerez eurolišta za hlavou pacienta	ANO	splňuje
	Ochranná nárazová kolečka v rozích a nárazníky po celém obvodu lůžka	ANO	splňuje
	Nosnost nejméně 300 kg	ANO	splňuje, 320 kg
	2x integrovaný (tj. neodnímatelný) výsuvný či sklopný infuzní stojan u hlavy pacienta	ANO	splňuje
	Integrovaná (tj. neodnímatelná) výsuvná či sklopná řídicí madla	ANO	splňuje
	Sklopná polička na monitor	ANO	splňuje
	Komfortní matrace pro delší pobyt pacienta na lůžku, kombinovaná ze studené PUR a viskoelastické pěny s voděodolným paropropustným antistatickým potahem, výška minimálně 10 cm	ANO	splňuje, Comfort, 10 cm
	Křeslo multifunkční (3 ks) – SELLA IX MUSÍ SPLŇOVAT NÁSLEDUJÍCÍ PARAMETRY:		
	Ložná plocha výškově stavitelná hydraulickým zdvihem, výška sedáku v rozsahu min. 45 -70 cm	ANO	splňuje, 45 – 70,5 cm
	Možnost náklonu ložné plochy jako funkce pomoci při vystupování / nastupování	ANO	splňuje
	Synchronní posilované naklápění zádového dílu (min. v rozsahu 12 - 70°) společně s podnožním dílem (min. v rozsahu 12 - 90°)	ANO	splňuje, zádový díl 12 – 70°, podnožní díl 12 – 90°
	Odnímání sedacího dílu pro jednoduché čištění	ANO	splňuje
	Výškově stavitelný podhlavník	ANO	splňuje
	Polohovatelné područky	ANO	splňuje



Příloha č.1 kupní smlouvy - Specifikace dodávky

	Parametr / požadavek	Zařízení splňuje ANO/NE	Dodavatelem nabízená hodnota (dodavatel vyplní všechny řádky, u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje/nesplňuje)
	Zásuvné bezpečnostní stupátko	ANO	splňuje
	Přední velká kola, zadní otočná malá kola o průměru nejméně 125 mm	ANO	splňuje, přední kola 300 mm, zadní kola 125 mm
	Centrální brzda zadních kol	ANO	splňuje
	Manipulační kovové madlo na zádovém díle	ANO	splňuje
	Háček na madle křesla	ANO	splňuje
	Nosnost min. 150 kg, šířka ložné plochy min. 50 cm	ANO	splňuje, 150 kg, 50 cm