

TECHNICKÁ A CENOVÁ NABÍDKA DODAVATELE:

Specifikace technických a uživatelských parametrů

Název zakázky:	Nákup nemocničních lůžek včetně příslušenství část I.		
Id veřejné zakázky:	VZ 0099606		
Dodavatel:	LINET spol. s r.o.		
Sídlo - místo podnikání:	Želevčice 5, 274 01 Slaný		
IČO:	507814		
Tel.:	312 576 400, 500	e-mail:	obchodcr@linet.cz

Zadavatel u níže uvedených parametrů stanovil ve sloupci "C" jejich hodnoty. U technických parametrů, jejichž závaznost:

- není označena jako „min.“ nebo „max.“ je povolen toleranční rozsah $\pm 10\%$. Takto stanovené hodnoty (tj. v rámci odchylky navýšené, popř. ponížené o 10%), jsou považovány za nejvýše či nejnižší přípustné.

- je označena jako „min.“, požaduje zadavatel, aby dodavatel nabídnul hodnotu parametru stejnou nebo vyšší

- je označena jako „max.“, požaduje zadavatel, aby dodavatel nabídnul hodnotu parametru stejnou nebo nižší

Pokud ve sloupci "C" zadavatel uvedl "ANO", znamená to, že tuto vlastnost musí zařízení splňovat.

Nedodržení výše uvedených podmínek bude zadavatel považovat za nesplnění zadávacích podmínek a to bude důvodem pro vyloučení dodavatele z výběrového řízení.

Dodavatel současně doloží splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem (např. konkrétním odkazem na technickou dokumentaci).

Technická specifikace

Lůžko nemocniční (typ A)			název, typ:	Eleganza 1
Parametr	Jedn.	Požadavek zadavatele	Pozn.	Nabídka uchazeče (uchazeč uvede ANO/NE nebo svůj popis splnění požadavku)
Technické parametry				
Vnější rozměry lůžka	cm	205x100	maximálně	ANO, 205 x 99,5 cm
Rozměr ložné plochy	cm	190 x 90 (l x s)	minimálně	ANO, 190 x 90 cm
Nejnižší poloha ložné plochy	cm	42	maximálně	ANO, 39,5 cm
Zdvih lůžka	cm	35	minimálně	ANO, max. 76 cm
Zatížení lůžka	kg	250	minimálně	ANO, 250 kg
Konstrukce lůžka				

Konstrukce lůžka		- lůžko v souladu s platnou normou ČSN EN 60601-2-52 (nutno doložit certifikátem zkušebního ústavu), - pevná ocelová konstrukce, - ochranná kolečka v rozích lůžka - zádivý a stehenní díl ovládaný elektromotorem s automatickým odsunem při polohování (dvojitá autoregrese min. 16 cm) - lýtkový díl polohovatelný mechanicky pomocí hřebenu - funkce TR/ATR min. 15° pomocí elektromotoru. - možnost mechanického nouzového odblokování zádivého dílu.		ANO
Podvozek		Kolečka průměr min. 150 mm, s centrálním ovládáním brzd		ANO
Ložná plocha		- čtyřdílná ložná plocha z odnímatelných plastových dílů pro snadnou údržbu		ANO
		možnost prodloužení ložné plochy o min. 15 cm		ANO
Čela lůžek		- odnímatelná čela - celoplastová se zámkem a barevnou výplní v dekoru dle vzorníku dodavatele		ANO
Postranice		- dělené plastové postranice na 2/3 lůžka, - s ochranou proti nechtěnému spuštění, - s tlumeným spouštěním soft-drop, - odnímatelný třetí díl postranice s pojistkou proti nechtěnému odejmutí s možností použití jako mobilizační pomůcka		ANO
Ovládání		- patientský ovladač pro nastavení výšky a polohování zádivého a stehenního dílu s integrovanou svítlnou - sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování - předprogramované polohy (min. resuscitační OPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha)		ANO
Příslušenství		hrazda (pouze pro 4 lůžka)		ANO
		ochrana elektromotorů proti přetížení		ANO

		zálohová baterie		ANO
		zvukový alarm nezabrzděného lůžka		ANO

Cenová nabídka

Cena za 1 ks bez DPH			34 700,00 Kč
Požadovaný počet kusů			14
Cena celkem bez DPH			485 800,00 Kč
DPH	Sazba DPH (%)	15	72 870,00 Kč
Celkem s DPH			558 670,00 Kč

Datum:	Titul, jméno, funkce:	Podpis:
	Bc. Zdeněk Grimm, ředitel obchodu ČR	
		razítko: