

Akviziční stanice:	
SW pro přípravu a řízení akvizice, zpracování dat a prohlížení obrazové dokumentace včetně aktuálních SW verzí	ANO
Vyšetřovací protokoly s anatomicky naváděnými a automatizovanými pracovními procesy pro standardní klinické situace v oblasti mozku, páteře a kolene (automatické polohování řezů a pokrytí anatomie) včetně aktuálních SW verzí	Brain Dot engine, DotGO Routine package, Pol.č. 3, str.:24, Pol.č. 4, str.:26
Práce s více pacienty najednou (v průběhu akvizice dat jednoho pacienta je možné pracovat a daty jiného pacienta)	ANO
SW pro tvorbu MPR, MIP rekonstrukcí	ANO
SW pro časování vstřiku kontrastní látky — včetně rekonstrukce real time pro sledování průtoku kontrastní látky, automatický trigerung od bolusu KL pro vyšetření v oblasti břicha (játra)	Abdomen Dot engine, Pol.č. 37, str.:56
DICOM kompatibilita doložená Dicom Conformance Statementem. Plná kompatibilita s PACS systémem zadavatele vč. Exportu, zpracování a archivace dat.	ANO
Plná kompatibilita s Worklistem zadavatele	ANO
Export dat, včetně anonymizovaného exportu na lokální flash medium a na CD/DVD médium.	ANO
Vyhodnocovací stanice:	
SW vybavení pro efektivní zpracování požadovaných vyšetření. SW vybavení musí pokrývat kompletní rozsah výše požadovaných typů vyšetření a sekvencí. Včetně aktuálních verzí SW dodavatele	Syngo MR Workplace, Pol.č. 45, str.:66,
DICOM kompatibilita doložená Dicom Conformance Statementem a možnost základní práce s objekty jiných modalit, možnost sdílení databáze s akviziční stanicí	ANO
Export dat, včetně anonymizovaného exportu na lokální flash medium	ANO
Další požadavky:	
Demontáž a likvidace stávajícího MR 1,5T zařízení (General Electric). Bude doloženo dokladem o likvidaci dodaným zadavateli do 3 měsíců od data předání nově dodaného přístroje	Pol.č. 53, str.:71
Repase RF kabiny a zajištění její plné kompatibility s dodaným MR přístrojem. LED osvětlení vyšetřovny a nová podlahová krytina, se zárukou 24 měsíců. Záruka na RF kabinu po celou životnost dodaného MR přístroje.	Pol.č. 51, str.:71

Systém chlazení využívající stávající instalaci s chlazením z centrálního zdroje chladu. Veškeré úpravy jakékoliv části systému chlazení nutné pro zprovoznění nového MR přístroje provádí a hradí dodavatel. Záruka na dodané či při instalaci repasované části chlazení po celou životnost dodaného MR přístroje	Pol.č. 47, str.:67
Repase rozvaděče s monitoringem stavu bezpečnostních tlačítek a automatickou obnovou napájení po výpadku.	Pol.č. 52, str.:71
Service:	
Autorizovaný záruční servis a PBTk po dobu minimálně 24 měsíců (záruka), včetně záruky na veškeré podpůrné technologie a rozvaděč	ANO
Autorizovaný pozáruční servis (servis, PBTk a instruktáž) v rámci servisní smlouvy včetně repasované RF kabiny a chladicího systému	ANO
Zaškolení obsluhy:	
Komunikace zaškolení v českém jazyce	ANO
Rozsah aplikačního zaškolení 80 hodin pro radiologické asistenty po zahájení provozu	ANO
Rozsah aplikačního zaškolení 80 hodin pro lékaře po zahájení provozu	ANO

**(účastník do nabídky uvede přesné obchodní označení, model výrobce)*

**** (účastník vyplní všechny řádky následujícím způsobem:**

- 1. u číselných údajů uvede účastník konkrétní hodnoty s odkazem na stránku technického dokumentu/návodu k použití vydaného výrobcem;*
- 2. u ostatních odkazem na stránku technického dokumentu/ návodu k použití vydaného výrobcem z něhož je patrné splnění daného parametru, popř. i označení konkrétní technologie.)*

Účastník čestně prohlašuje, že předmět jeho dodávky splňuje veškeré zadavatelem výše stanovené parametry.

Jako přílohu účastník dokládá originální technické listy výrobce (originální datový list výrobce, katalog apod.), ve kterých jsou uvedeny a budou z nich patrné veškeré výrobcem deklarované parametry.

V Praze dne 16 -10- 2020

Mgr. Michal Čech a Ing. Karel Kopejtko
jednatelé Siemens Healthcare, s.r.o.

(včetně razítka)
Siemens Healthcare, s.r.o. ①
Budějovická 779/3b
110 00 Praha 4

Ústřední vojenská nemocnice PRAHA,

MAGNETOM Sola - System



Relevantní položky specifikace č. CPQ-215609 Rev. 1

Pol. č.	Obj. číslo	Popis	Počet
		MAGNETOM Sola (DE)	
1	14460300	MAGNETOM Sola - System	1
2	14460161	MR General Engine #BM	1
3	14456321	Brain Dot Engine #Am,Se,Vi,So,Lu,Al	1
4	14461775	DotGO Routine Package #NX	1
5	14441748	Quiet Suite #T+D	1
6	14460162	Tim Whole Body Suite #Vi,Lu,So,Al	1
7	14460227	Tim Planning Suite #BM	1
8	14456329	syngo TimCT FastView #BM	1
9	14460160	Advanced Diffusion #NX	1
10	14456327	WARP & Advanced WARP #BM	1
11	14456237	Advanced Cardiac incl. PSIR #BM	1
12	14456323	Inline Composing syngo	1
13	14469208	syngo Expert-i XA20	1
14	14460303	Tim [204x48] XQ Gradient #So	1
15	14460306	Coil Package Tim [204x48] #So	1
16	14456328	BioMatrix Technology #Vi,So	1
17	14470783	BioMatrix Respiratory Sensors#Vi,So	1
18	14470792	BioMatrix Coil Shim #Vi,So	1
19	14470794	BioMatrix SliceAdjust #BM	1
20	14460413	BioMatrix Dockable Table #So	1
21	14470795	BioMatrix Select & GO #Vi,So	1
22	14460410	Silver & White Design #So	1
23	14456270	PC Keyboard US English #NX	1
24	14460419	High-End Computing [204x48] #So	1
25	14460295	Advanced Host Computer #NX	1

Pol. č.	Obj. číslo	Popis	Počet
26	14456238	Peripheral Pulse Unit #NX	1
27	14469207	SW syngo MR XA20A	1
28	14418596	SWI	1
29	14441730	Arterial Spin Labeling 3D #T+D	1
30	14460192	Shoulder Shape 16	1
31	14461543	Tx/Rx Knee 18	1
32	14461619	Turbo Suite Essential	1
33	14461558	Simultaneous Multi-Slice Package#NX	1
34	14461590	CS SPACE #NX	1
35	14461562	PCASL #NX	1
36	14405341	MapIt syngo #Tim	1
37	14416923	Abdomen Dot Engine #T+D	1
38	14469206	LiverLab Dot Engine	1
39	14456231	Advanced Dynamics Package #NX	1
40	14456235	Spectroscopy Package #NX	1
41	14416961	Hand/Wrist 16 #1.5T	1
42	14416962	Foot/Ankle 16 #1.5T	1
43	14469229	Flex -> UltraFlex Upgrade #1.5T	1
44	14456282	Positioning Aids Shoulder&Ankle #NX	1
45	14456244	syngo MR Workplace #NX	1
46	14456277	PC Keyboard US English #NX	1
47	14456241	Separator 60kW/75kW #BM	1
48	14446636	MAGNETOM Installation, EUR	1
teamply platform			
49	14437955	teamply platform & Basic	1
teamply dhp - local services			
50	14439612	tp platform onboarding P.Serv.wo HW	1
51	L01	Repase RF kabiny	1
52	L02	Repase technologického rozvaděče	1
53	L03	Demontáž a likvidace stávajícího MR (General Electric)	1

Seznam poddodavatelů
(případně čestné prohlášení prodávajícího, že provede předmět smlouvy bez poddodavatelů)

Jako osoba oprávněná jednat jménem či za výše uvedeného dodavatele prohlašuji, že zakázka **nebude realizována pomocí poddodavatelů.**

V místě:	Praze
Dne:	16 -10- 2020
Osobou (osobami):	Mgr. Michalem Čechem a Ing. Karlem Kopejtkem, jednatelem
Podpis(y), příp. razítko:	 

Kopie pojistného certifikátu

Ověřenou kopii pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu přiloží pouze vybraný účastník před podpisem smlouvy

Certifikát o pojištění odpovědnosti za újmu

<i>Pojistitel</i>	HDI Versicherung AG, se sídlem ve Vídni, Edelsinnstraße 7-11, 1120 Rakouská republika, zapsaná u Obchodního soudu ve Vídni pod FN 91142 h, jednající prostřednictvím HDI Versicherung AG, organizační složka, se sídlem 120 00 Praha 2, Jugoslávská 29, IČO: 27636062, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 56166
<i>Pojištěný:</i>	Siemens Healthcare, s.r.o. Budějovická 779/3b 140 00 Praha 4, Michle IČO 041 79 960
<i>Pojistná smlouva:</i>	2101568
<i>Limit pojištění plnění:</i>	EUR 5 000 000,- pro jednu pojistnou událost a pro všechny pojistné události během pojištění období dvojnásobek, tj. EUR 10 000 000,-
<i>Spoluúčast:</i>	EUR 20 000,- pro každou pojistnou událost
<i>Rozsah krytí:</i>	Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozní činností Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku
<i>Územní rozsah pojištění:</i>	celý svět včetně území USA a Kanady
<i>Doba pojištění:</i>	1.10.2020 – 1.10.2021
<i>Zvláštní podmínky a ujednání:</i>	Společnost je zařazena do mezinárodního pojištění programu vedeného pojišťovnou HDI Global SE, Hannover, jehož součástí je i tato lokální pojistná smlouva č. 2101568.

V Praze dne 14.10.2020

HDI Versicherung AG
organizační složka

HDI
Versicherung
organizační složka
IČ: 276 36 062
120 00 Praha 2, Jugoslávská 29

Toto potvrzení je vydáno pouze za účelem poskytnutí informace a na držitele nepřenáší žádná práva.

HDI Versicherung AG, se sídlem ve Vídni, Edelsinnstrasse 7-11, Rakouská republika, zapsaná u Obchodního soudu ve Vídni
pod FN 91142 h, jednající prostřednictvím

HDI Versicherung AG, organizační složka, se sídlem Jugoslávská 29, 120 00 Praha 2, IČ 276 36 062,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu A, vložce 56166
bankovní spojení UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

číslo účtu pro CZK 518185003/2700, IBAN CZ24 2700 0000 0005 1818 5003, SWIFT BACXCZPP
číslo účtu pro EUR 518185011/2700, IBAN CZ02 2700 0000 0005 1818 5011, SWIFT BACXCZPP

OVĚŘENÍ VIDIMACE

Ověřuji, že tento opis složený
z ... listů doslovně souhlasí
s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z ... listů.

V Praze dne 16-10-2020

