

Nabídka ZAK20A00632

Číslo dokladu: ZAK20A00632
Referent: [REDACTED]

Datum: 12. 10. 2020
Datum platnosti: 11. 11. 2020

Dodavatel:

FOMEI s.r.o.

U Libeňského pivovaru 2015/10
180 00 Praha 8

IČ: 46504869, DIČ: CZ46504869
[REDACTED]

Odběratel:

NBŘEC

Nemocnice Břeclav

NBŘEC

U nemocnice 3066/1
690 74 Břeclav

IČ: 00390780, DIČ: CZ00390780
[REDACTED]

Platební údaje:

Způsob úhrady:

Požadovaná záloha: 0,00 Kč

Úrok: 0

Splatnost dní: 0

Číslo účtu: 8305511 / 0100

Obchodní údaje:

Doprava: FOMEI

Sleva: 0%

Zasíláme vám nabídku na dodávku nového detektoru k RTG přístroji FUJI FDR GO za stávající, který je neopravitelný. Součástí nabídky je i příslušenství nutné pro připojení nového typu detektoru. V nabídce je uveden i ochranný box pro detektor.

| Kód produktu | Popis | Množství | Cena za jedn. | Cena bez DPH | Sazba | DPH | Cena celkem |
|--------------|---|------------|---------------|--------------|------------|------------|-------------|
| RFDR_DEVO2_1 | Digitální detektor DEVO2, propojovací kabel, nabíječka, 2ks baterií | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |

REINA_PDRNG14 Ochranný box pro detektor FUJI
DEVO2

Reina Imaging PDR14 je ochranný box pro digitální detektor FUJI. Umožňuje vložení a pevně uchycení detektoru 35x43 cm. Je vybaven madlem na dlouhé straně pro snadnější manipulaci s detektorem. Hmotnost boxu je 0,77 kg, výška 2,54 cm. Maximální zatížitelnost pouzdra je 180 kg.

KILOMETROVNE Kilometrovné Kč/km

430 KM

PRACRTG_D Sazba práce pro digitální a
rentgenové systémy Kč/hod.

Celkem:

442 mj

850 460,00

178 596,60

1 029 056,60

Vystavil: [REDACTED]

Strana 1 z 1

Nemocnice Břeclav
příspěvková organizace
U nemocnice 3066/1
690 02 Břeclav

IČO: 00390780
DIČ: CZ 00390780

OBJEDNÁVKA č.: 1140/2020-6

Značka: 1140/2020-6
Vyřizuje: [redacted]
Tel.: [redacted]
Fax: [redacted]
E-mail: [redacted]

Fomel, s.r.o.
U Libeňského pivovaru 2015/10
Praha 8
180 00

Datum: 12.10.2020

Objednáváme u Vás:

Opravu podle § 66 zákona č. 268/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Dále žádáme o doložení kopie pověření výrobcem k servisu ZP a kopii o zaškolení servisního technika.


| Č. Objednaný úkon | Údaje o zařízení |
|-------------------|---|
| 1. Oprava | Název zařízení: RTG přístroj digitální pojízdný s plochým detekt Typ zařízení: FDR - GO Vyr. číslo: MPE09CE59008 Inv. číslo: [redacted] Nákl.středisko: 03360401 Umístění: RDO |

Závada: nefunkční led panel

Prosím o zaslání cenového návrhu před opravou.

Schválil:

[redacted signature area]



From: [REDACTED]
Sent: Tuesday, October 27, 2020 1:28 PM
To: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Subject: RE: objednávka 1140/2020-6 RS-2858 Břeclav nem. - FUJI FDR GO - artefakt - výměna detektoru

Dobrý den, paní Jaborníková,
děkujeme za vaši objednávku, jejíž přijetí tímto potvrzujeme.



[REDACTED]

Při návštěvě technika je nutné zabezpečit minimální pohyb osob v místnosti, kde probíhá kontrola/oprava. Zároveň je nezbytné před našim příjezdem provést dezinfekci této místnosti i samotného přístroje.

Pevné zdraví vám všem!

S pozdravem


[REDACTED]

vedoucí servisu | technical support manager

FOMEI s.r.o., Divize RTG

N
r

[REDACTED]



Think before you print

From: [REDACTED]

Sent: Monday, October 26, 2020 2:30 PM

To: [REDACTED]

Subject: objednávka 1140/2020-6

Dobrý den,

V příloze Vám posílám schválený cenový návrh na opravu RTG přístroje FDR GO a tím objednávku opravu přístroje. [REDACTED] (odmítnutí opravy pro pojistovnu)

Prosím o potvrzení přijetí této objednávky na opravu.

S pozdravem

[REDACTED]
Odd. zdravotnické techniky

29.10.2020