

**Dílčí skupina 08**

Kód SÚRO		Druh měřidla	Měřená veličina	Kvalita záření	Geometrie, podmínky měření	Požadovaný doklad	Druh stanoveného měřidla dle Vyhl. č. 345/2002 Sb.	Další závazné požadavky zadavatele
IZ	5	ionizační komora studnová + elektrometr	příkon kermy ve vzduchu (RAKR)	192 Ir		POO	8.3	

**Vysvětlivky:**

OL - ověřovací list  
KL - kalibrační list  
POO - potvrzení o ověření  
POM - protokol o měření  
POK - potvrzení o kalibraci