

**Dílčí skupina 14**

Kód SÚRO		Druh měřidla	Měřená veličina	Kvalita záření	Geometrie, podmínky měření	Požadovaný doklad	Druh stanoveného měřidla dle Vyhl. č. 345/2002 Sb.	Další závazné požadavky zadavatele
IZ	24	TLD systém	kerma ve vzduchu	RQR5	EN 61267	OL	8.3	
IZ	25	TLD systém	kerma ve vzduchu nebo osobní dávkový ekvivalent Hp(d) nebo prostorový dávkový ekvivalent H*(d)	137 Cs	ISO 4037	OL, POK	8.5, 8.7	
IZ	28	TLD systém	dávka ve vodě	60 Co	IAEA TRS 398	OL	8.3	

**Vysvětlivky:**

OL - ověřovací list  
KL - kalibrační list  
POO - potvrzení o ověření  
POM - protokol o měření  
POK - potvrzení o kalibraci