

Dílčí skupina 11

Kód SÚRO		Druh měřidla	Měřená veličina	Kvalita záření	Geometrie, podmínky měření	Požadovaný doklad	Druh stanoveného měřidla dle Vyhl. č. 345/2002 Sb.	Další závazné požadavky zadavatele
IZ	19	víceúčelové měřidlo pro radiodiagnostiku	kerma ve vzduchu	RQR, RQA, RQT	EN 61267	OL	8.3	
IZ	20	víceúčelové měřidlo pro radiodiagnostiku	kerma ve vzduchu	mamografické kvality svazků (Mo/Mo, Mo/Rh, W/Ag, W/AI)	EN 61267	OL	8.3	

Vysvětlivky:

OL - ověřovací list
KL - kalibrační list
POO - potvrzení o ověření
POM - protokol o měření
POK - potvrzení o kalibraci