

Dílčí skupina 12

Kód SÚRO		Druh měřidla	Měřená veličina	Kvalita záření	Geometrie, podmínky měření	Požadovaný doklad	Druh stanoveného měřidla dle Vyhl. č. 345/2002 Sb.	Další závazné požadavky zadavatele
IZ	21	víceúčelové měřidlo pro radiodiagnostiku	napětí rentgenky	RQR, RQA, RQT	EN 61676	POM	---	
IZ	22	víceúčelové měřidlo pro radiodiagnostiku	napětí rentgenky	mamografické kvality svazků (Mo/Mo, Mo/Rh, W/Ag, W/Al)	EN 61676	POM	---	

Vysvětlivky:

OL - ověřovací list
KL - kalibrační list
POO - potvrzení o ověření
POM - protokol o měření
POK - potvrzení o kalibraci