

Dílčí skupina 13

Kód SÚRO		Druh měřidla	Měřená veličina	Kvalita záření	Geometrie, podmínky měření	Požadovaný doklad	Druh stanoveného měřidla dle Vyhl. č. 345/2002 Sb.	Další závazné požadavky zadavatele
IZ	23	měřidlo pro radiodiagnostiku	součin kerry a plochy	RQR2 až RQR10	EN 61267	OL + POM	8.3	

Vysvětlivky:

OL - ověřovací list
KL - kalibrační list
POO - potvrzení o ověření
POM - protokol o měření
POK - potvrzení o kalibraci