



Příloha č. 2 - Technická specifikace předmětu plnění

Lůžko JIP vč. příslušenství XXXXXXXXXX

- Plně elektricky ovládané lůžko se sloupovou konstrukcí – ANO
- Čtyřdílná ložná plocha s odnímatelnými plastovými kryty, polohování pomocí elektromotoru, polohování Trendelenburg/Antitrendelenburg 13° – ANO, 14°
- Elektrické nastavení, výškové nastavení a náklon, zádový a stehenní díl – ANO
- Možnost prodloužení ložné plochy – ANO
- Hlavové a nožní čelo fixované pojistkou – ANO
- Rentgenování přímo na lůžku, RTG kazeta přístupná ze strany lůžka pro snadnější manipulaci – ANO
- Integrovaný systém vážení pacienta – ANO
- Postranice dělené plastové s indikátorem náklonu a dostatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklíněním dle platných norem – ANO
- Centrální ovládání koleček, bržděné, ovládané ze dvou míst – ANO
- 4 kolečka 150 mm, antistatické kolečko + 5 kolečko – ANO
- Ochranná kolečka v rozích lůžka – ANO
- Nožní ovládání – výškové nastavení, vyšetřovací poloh – ANO
- Pacientské ovladače ve středových postranicích – ANO
- Sesterský ovládací panel – ANO
- Nosnost lůžka min. 230 kg – ANO, 250 kg
- Záložní zdroj baterie – ANO

Příslušenství:

- Hrazda s hrazdičkou (nastavitelná, navíjecí) – ANO
- Držák sáčku na moč výkyvný, koš na bažanta, NR infuzní stojan s aretací proti otáčení, držák kompresoru antidekubitní matrace a jejich přívodních hadic, držák kyslíkové láhve – ANO