

Příloha č. 2 Smlouvy kupní

Položková specifikace Předmětu koupě včetně ceníku

Část 1: Centrální nákup pečovatelských lůžek 2020 pro příspěvkové organizace

Číslo parametru	Požadavky zadavatele na předmět koupě	Hodnota nabízená dodavatelem	Jednotková cena (za 1 ks) bez DPH (Kč)	Jednotková cena (1 ks) hodnota DPH (Kč)	Jednotková cena (1 ks) včetně DPH (Kč)
Pečovatelské elektrické lůžko typ 1					
		Movita			
1	Ložná plocha a podvozek lůžka				
	1. 4-dílná ložná plocha	ano			
	2. Vnitřní rozměry ložné plochy délka 200 x š. 85-86 cm	200×86 cm			
	3. Elektricky polohovatelný zádový a stehenní díl	ano			
	4. Mechanicky polohovatelný lýtkový díl	ano			
	5. Nepolohovatelný pánevní díl	ano			
	6. Podstupování zádového dílu od pánevního dílu, a to v rozsahu minimálně o 10 cm	11 cm			
	7. Podstupování stehenního dílu od pánevního dílu, a to v rozsahu minimálně o 5 cm	6 cm			
	8. Možnost prodloužení lůžka až o 20 cm	20 cm			
	9. Díly roštu volně odnímatelné	ano			
	10. Elektricky nastavitelná výška ložné plochy	ano			
	Elektricky nastavitelná výška ložné plochy				
	11. Dolní úvrat' * max. 37,5 cm (tolerance +/- 2 cm)	36 cm			
	12. Horní úvrat' ** min. 78 cm (tolerance +/- 2 cm)	78 cm			
	Podvozek				
	13. 4 pojezdová kolečka o průměru minimálně 50 mm	ano			
	14. Pojezdová kolečka s centrálním ovládním brzd	ano			
	15. Pojezdová kolečka umístěná pod ložnou plochou tak, aby nepřesahovala půdorys lůžka v žádné pozici	ano			
	Postranice				
	16. Spustitelné, s pojistkou proti nechtěnému spuštění	ano			
	17. Postranice nesmí v žádné poloze přesahovat půdorys lůžka	ano			
	18. Min. 3 výškové pozice postranic	ano			
	Čela				
	19. Pevná, dekor přírodní světlé dřevo	ano			
	20. Čelo lůžka s madlem	ano			
	Ovladač				
	21. Opatřený ochranou proti nechtěnému polohování	ano			
	22. Opatřený zámkem pro zamknutí funkcí	ano			
	23. Umožňující zdvih ložné plochy	ano			
	24. Umožňující polohování zádového a stehenního dílu	ano			
	Hrazda				
	25. Lakovaná, nosnost min. 70 kg	75 kg			
26. Rukojeť plastová s výškově nastavitelným řemenem	ano				
Další parametry					
27. Nosnost minimálně 170 kg	205 kg				
28. Lůžko musí splňovat normu ČSN 60601-2-52 nebo podobné řešení, doložit platným certifikátem	ano				
29. Držák na infúzní stojan, univerzální držáky na drobné příslušenství	ano				
30. Lůžko musí umožňovat nouzové mechanické odblokování zádového a stehenního dílu v případě výpadku el. proud	ano				
31. Záruka v délce min. 36 měsíců	36 měsíců				
32. Bezplatné revize v záruční době	ano				
				0,00	0,00
Antidekubitní matrace k lůžku typu 1					
		PrimaCare 20			
2	Základní parametry				
	1. Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace min. pro střední riziko (II. stupeň) vzniku dekubitů	III. stupeň			
	2. Nosnost min. 200 kg včetně	200 kg			
	3. Záruka v délce min. 24 měsíců	24 měsíců			
	Jádro				
	4. Složení: matrace se skládá ze 2 pěn o různých hustotách	ano			
	5. Spodní, nosná pěna tvořená studenou pěnou s hustotou min. 38 kg/m3 (včetně)	41 kg / m ³			
	6. Spodní, nosná pěna matrace s prořezy	ano			
	7. Vrchní pěna matrace s antidekubitními tvarováním	ano			
	8. Pevný okraj matrace z hustější pěny (není podmínkou)	ano			
	Potah				
	9. Voděodolnost proti vnějším tekutinám	ano			
	10. Snímatelnost - snadno snímatelný	ano			
	11. Pružný ve všech směrech	ano			
	12. Paropropustný	ano			
	13. Žip min. na dvou stranách, překrytý, s ochranou proti znečištění	ano			
	14. Spojte kontinuálně svařované, zabraňující průsaku nečistot do jádra	ano			
15. Materiál potahu antibakteriální, dezinfikovatelný běžnými prostředky	ano				
Rozměr					
16. Matrace bude dodána k lůžku typu 1, bude odpovídat vnitřním rozměrům ložné plochy dodaného lůžka.	ano				
17. Výška matrace min. 12 cm (včetně)	14 cm				
				0,00	0,00
Antidekubitní matrace k lůžku typu 1					
		CliniCare 10			
3	Základní parametry				
	1. Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace splňující prevenci až do IV. stupně rizika vzniku dekubitů	IV. stupeň			
	2. Úchyty pro matraci pro lepší manipulovatelnost (není podmínkou)	ano			
	3. Nosnost min. 200 kg včetně	200 kg			
	4. Záruka v délce min. 24 měsíců	24 měsíců			
	Jádro				
	5. Složení: matrace se skládá ze 2 pěn o různých hustotách	ano			
	6. Spodní, nosná pěna s hustotou min. 38 kg/m3 (včetně)	46 kg / m ³			
	7. Na spodní straně matrace prořezy v místech, kde dochází k polohování dílů ložné plochy (není podmínkou)	ano			
	8. Vrchní pěna matrace s antidekubitními vlastnostmi, hustota min. 46 kg/m3 (včetně)	50 kg / m ³			
	9. Pevný okraj matrace z hustější pěny (není podmínkou)	ano			
	Potah				
	10. Voděodolnost proti vnějším tekutinám	ano			
	11. Snímatelnost - snadno snímatelný	ano			
	12. Pružný ve všech směrech	ano			
	13. Paropropustný	ano			
	14. Žip min. na dvou stranách, překrytý, s ochranou proti znečištění	ano			
	15. Spojte kontinuálně svařované, zabraňující průsaku nečistot do jádra	ano			
16. Materiál potahu antibakteriální, dezinfikovatelný běžnými prostředky	ano				
Rozměr					
17. Matrace bude dodána k lůžku typu 1, bude odpovídat vnitřním rozměrům ložné plochy dodaného lůžka.	ano				
18. Výška matrace min. 14 cm (včetně)	14 cm				
				0,00	0,00

Pečovatelské elektrické lůžko				
4	Pečovatelské elektrické lůžko typ 2		Eleganza 1 pečovatelská	
	Ložná plocha a podvozek lůžka			
	1.	4-dílná ložná plocha	ano	
	2.	Vnitřní rozměry ložné plochy délka 200 x š. 90 cm	200x90 cm	
	3.	Zádový a stehenní díl ovládaný elektromotorem	ano	
	4.	Možnost náklonu do Trendelenburgovy/Antitrendelenburgovy polohy min. 15° pomocí elektromotoru	±15°	
	5.	Podstupování zádového dílu od pánevního dílu, a to v rozsahu minimálně o 10 cm	10 cm	
	6.	Podstupování stehenního dílu od pánevního dílu, a to v rozsahu minimálně o 5 cm	6 cm	
	7.	CPR - možnost mechanického rychlospuštění minimálně zádového dílu jednou rukou a bez nutnosti přemisťovat klienta	ano	
	8.	Elektricky nastavitelná výška ložné plochy	ano	
	9.	Polohování náklonu při pozici TR/ATR: elektrické	ano	
	10.	Polohování zádového dílu: elektrické, úhel max. 73° (včetně)	70°	
	11.	Polohování stehenního dílu: elektrické, úhel max. 40° (včetně)	35°	
	12.	Poloha kardiacké křeslo: elektrická	ano	
	13.	Polohování lýtkového dílu: manuální	ano	
	14.	Možnost prodloužení lůžka o 10-20 cm	ano	
	15.	Zálohová baterie	ano	
	16.	Elektricky nastavitelná výška ložné plochy		
	16.	Dolní úvrat' * max. 37 cm (tolerance +/- 2 cm)	37 cm	
	17.	Horní úvrat' ** min. 77 cm (tolerance +/- 5 cm)	73,5 cm	
	18.	Podvozek		
	18.	Stříhový podvozek	ano	
	19.	4 pojezdová kolečka s centrálním ovládním brzd prům. min. 125 mm	125 mm	
	20.	Pojezdová kolečka umístěná pod ložnou plochou tak, aby nepřesahovala půdorys lůžka v žádné pozici	ano	
	21.	Postranice		
	21.	Postranice nesmí v žádné poloze přesahovat půdorys lůžka	ano	
	22.	Ochrana proti nechtěnému spuštění	ano	
	23.	Čela		
	23.	Pevná konstrukce	vyplnit	
	24.	Čela s příčným madlem	ano	
	25.	Ovladač		
	25.	předprogramovanými důležitými polohami (minimálně: resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, vyšetřovací poloha)	ano	
	26.	Pacientský ruční ovladač lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování	ano	
27.	Hrazda			
27.	Lakovaná, nosnost min. 70 kg	70 kg		
28.	Rukojeť plastová s výškově nastavitelným řemenem	ano		
29.	Další parametry			
29.	Nosnost minimálně 180 kg	250 kg		
30.	Lůžko musí splňovat normu ČSN 60601-2-52 nebo podobné řešení, doložit platným certifikátem	ano		
31.	Držák na infúzní stojan, univerzální držáky na drobné příslušenství	ano		
32.	Záruka v délce min. 36 měsíců	36 měsíců		
33.	Bezplatné revize v záruční době	ano		
			0,00	0,00
Antidekubitní matrace k lůžku typu 2				
5	Antidekubitní pasivní matrace typ 1		PrimaCare 10	
	Základní parametry			
	1.	Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace min. pro střední riziko (II. stupeň) vzniku dekubitů	III. stupeň	
	2.	Nosnost min. 180 kg	200 kg	
	3.	Záruka v délce min. 24 měsíců	24 měsíců	
	Jádro			
	4.	Složení: pěna s hustotou min. 40 kg/m ³ (včetně)	41 kg / m ³	
	5.	Průřez: horní plocha matrace má po celém svém povrchu prořezy, které jsou příčné i podélné	ano	
	Potah			
	6.	Voděodolnost proti vnějším tekutinám	ano	
	7.	Snímatelnost - snadno snímatelný	ano	
	8.	Pružný ve všech směrech	ano	
	9.	Paropropustný	ano	
	10.	Zip min. na dvou stranách, překrytý, s ochranou proti znečištění	ano	
11.	Spoje kontinuálně svařované, zabraňující průsaku nečistot do jádra	ano		
12.	Materiál potahu antibakteriální, dezinfikovatelný běžnými prostředky	ano		
Rozměr				
13.	Matrace bude dodána k lůžku typu 2, bude odpovídat vnitřním rozměrům ložné plochy dodaného lůžka.	ano		
14.	Výška matrace min. 12 cm (včetně)	14 cm		
			0,00	0,00
6	Antidekubitní pasivní matrace typ 4		CliniCare 10	
	Základní parametry			
	1.	Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace splňující prevenci až do IV. stupně rizika vzniku dekubitů	IV. stupeň	
	2.	Úchyty pro matraci pro lepší manipulovatelnost (není podmínkou)	ano	
	3.	Nosnost max. 200 kg	200 kg	
	4.	Záruka v délce min. 24 měsíců	24 měsíců	
	Jádro			
	5.	Složení: matrace se skládá ze 3 typů pěn	ano	
	6.	Horní pěnová vrstva zvyšuje preventivní účinek proti vzniku dekubitů	ano	
	7.	Střední vrstva: pěna o hustotě min. 38 kg/m ³ (včetně)	50 kg / m ³	
	8.	Na spodní straně matrace prořezy v místech, kde dochází k polohování dílů ložné plochy (není podmínkou)	ano	
	9.	Hustota spodní podkladové vrstvy matrace min. 40 kg/m ³ (včetně)	46 kg / m ³	
	10.	Okraje vyztuženy polyuretanovou pěnou hustoty min. 52 kg/m ³ (včetně) (není podmínkou)	46 kg / m ³	
	Potah			
	11.	Pružný, paropropustný, voděodolný, spoje svařované zabraňující průsaku nečistot do jádra	ano	
	12.	Možnost praní - prátelný	ano	
	13.	Snímatelnost - snadno snímatelný	ano	
	14.	Zip po celém obvodu matrace, překrytý, s ochranou proti znečištění	ano	
15.	Nehořlavost: vyhovuje min. CRIB 5 nebo jiné obdobné normě	ano		
16.	Materiál potahu antibakteriální, dezinfikovatelný běžnými prostředky	ano		
Rozměr				
17.	Matrace bude dodána k lůžku typu 2, bude odpovídat vnitřním rozměrům ložné plochy dodaného lůžka.	ano		
18.	Výška matrace min. 14 cm (včetně)	14 cm		
			0,00	0,00
Pečovatelské elektrické lůžko				
	Pečovatelské elektrické lůžko typ 3		Movita	
	Ložná plocha a podvozek lůžka			
	1.	4-dílná ložná plocha	ano	
	2.	Vnitřní rozměry ložné plochy délka 200 x š. 85-86 cm	200x86 cm	
	3.	Elektricky polohovatelný zádový a stehenní díl	ano	
	4.	Mechanicky polohovatelný lýtkový díl	ano	
	5.	Nepolohovatelný pánevní díl	ano	
	6.	Podstupování zádového dílu od pánevního dílu, a to v rozsahu minimálně o 10 cm	11 cm	
	7.	Podstupování stehenního dílu od pánevního dílu, a to v rozsahu minimálně o 5 cm	6 cm	
	8.	Díly roštu volně odnímatelné	ano	
	9.	Elektricky nastavitelná výška ložné plochy	ano	
	10.	Elektricky nastavitelná výška ložné plochy		
	10.	Dolní úvrat' * max. 37,5 cm (tolerance +/- 2 cm)	36 cm	
11.	Horní úvrat' ** min. 78 cm (tolerance +/- 2 cm)	78 cm		
12.	Podvozek			
12.	4 pojezdová kolečka o průměru minimálně 125 mm	125 mm		
13.	Pojezdová kolečka s centrálním ovládním brzd	ano		

7	14.	Pojezdová kolečka umístěná pod ložnou plochou tak, aby nepřesahovala půdorys lůžka v žádné pozici	ano	0,00	0,00			
	Postranice							
	15.	Spustitelné, s pojistkou proti nechtěnému spuštění	ano					
	16.	Postranice nesmí v žádné poloze přesahovat půdorys lůžka	ano					
	17.	Min. 3 výškové pozice postranic	ano					
	18.	Možnost naklopit postranice i šikmo	ano					
	Čela							
	19.	Pevná, dekor přírodní světlé dřevo	ano					
	20.	Čelo lůžka s madlem	ano					
	Ovladač							
	21.	Opatřený ochranou proti nechtěnému polohování	ano					
	22.	Opatřený zámkem pro zamknutí funkcí	ano					
	23.	Umožňující zdvih ložné plochy	ano					
	24.	Umožňující polohování zádového a stehenního dílu	ano					
	Hrazda							
	25.	Lakovaná, nosnost min. 70 kg	75 kg					
	26.	Rukojeť plastová s výškově nastavitelným řemenem	ano					
	Další parametry							
	27.	Nosnost minimálně 170 kg	205 kg					
	28.	Lůžko musí splňovat normu ČSN 60601-2-52 nebo podobné řešení, doložit platným certifikátem	ano					
	29.	Držák na infúzní stojan, univerzální držáky na drobné příslušenství	ano					
	30.	Lůžko musí umožňovat nouzové mechanické odblokování zádového a stehenního dílu v případě výpadku el. proudu	ano					
	31.	Záruka v délce min. 36 měsíců	36 měsíců					
	32.	Bezplatná revize v záruční době	ano					
	Antidekubitní matrace k lůžku typu 3							
	Antidekubitní pasivní matrace typ 2					PrimaCare 20	0,00	0,00
	Základní parametry							
	1.	Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace min. pro střední riziko (II. stupeň) vzniku dekubitů	III. stupeň					
	2.	Nosnost min. 200 kg včetně	200 kg					
	3.	Záruka v délce min. 24 měsíců	24 měsíců					
	Jádro							
	4.	Složení: matrace se skládá ze 2 pěn o různých hustotách	ano					
5.	Spodní, nosná pěna tvořená studenou pěnou s hustotou min. 38 kg/m3 (včetně)	41 kg / m ³						
6.	Spodní, nosná pěna matrace s prořezy	ano						
7.	Vrchní pěna matrace s antidekubitními tvarováním	ano						
8.	Pevný okraj matrace z hustější pěny (není podmínkou)	ano						
Potah								
9.	Voděodolnost proti vnějším tekutinám	ano						
10.	Snímavost - snadno snímatelný	ano						
11.	Pružný ve všech směrech	ano						
12.	Paropropustný	ano						
13.	Zip min. na dvou stranách, překrytý, s ochranou proti znečištění	ano						
14.	Spoje kontinuálně svařované, zabraňující průsaku nečistot do jádra	ano						
15.	Materiál potahu antibakteriální, dezinfikovatelný běžnými prostředky	ano						
Rozměr								
16.	Matrace bude dodána k lůžku typu 3, bude odpovídat vnitřním rozměrům ložné plochy dodaného lůžka.	ano						
17.	Výška matrace min. 12 cm (včetně)	14 cm						
Jídelní stůl k lůžku								
Jídelní stůl k lůžku			Solido 2	0,00	0,00			
1.	Stůl nad lůžko lze naklonit na obě strany v několika úrovních	ano						
2.	Jídelní deska bílá může být vyrobena z laminátu nebo plastu	ano						
3.	Dvojitá kolečka 4 x min. 65 mm, z toho min. 2 brzditelná	75 mm						
4.	Velikost jídelní desky min. 420 x min. 865 mm	450x960 mm						
5.	Nastavitelná výška min. v rozsahu od 750 - do 1025 mm	750 - 1050 mm						
6.	Nosnost min. 10 kg (včetně)	30 kg						
7.	"Pružinový systém pro snadnou manipulaci a variabilitu" nebo "Jídelní stůl k lůžku s plynovou pístiticí pro snadné výškové nastavení jídelní desky"	ano						
Antidekubitní matrace samostatně								
Antidekubitní pasivní matrace typ 3, šířka matrace 85-86 cm			CliniCare 10	0,00	0,00			
Základní parametry								
1.	Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace splňující prevenci až do IV. stupně rizika vzniku dekubitů	IV. stupeň						
2.	Úchyty pro matraci pro lepší manipulovatelnost (není podmínkou)	ano						
3.	Nosnost min. 200 kg včetně	200 kg						
4.	Záruka v délce min. 24 měsíců	24 měsíců						
Jádro								
5.	Složení: matrace se skládá ze 2 pěn o různých hustotách	ano						
6.	Spodní, nosná pěna s hustotou min. 38 kg/m3 (včetně)	46 kg / m ³						
7.	Na spodní straně matrace prořezy v místech, kde dochází k polohování dílů ložné plochy (není podmínkou)	ano						
8.	Vrchní pěna matrace s antidekubitními vlastnostmi, hustota min. 46 kg/m3 (včetně)	50 kg / m ³						
9.	Pevný okraj matrace z hustější pěny (není podmínkou)	ano						
Potah								
10.	Voděodolnost proti vnějším tekutinám	ano						
11.	Snímavost - snadno snímatelný	ano						
12.	Pružný ve všech směrech	ano						
13.	Paropropustný	ano						
14.	Zip min. na dvou stranách, překrytý, s ochranou proti znečištění	ano						
15.	Spoje kontinuálně svařované, zabraňující průsaku nečistot do jádra	ano						
16.	Materiál potahu antibakteriální, dezinfikovatelný běžnými prostředky	ano						
Rozměr								
17.	Šířka 85-86 cm a délka 200 cm matrace.	86x200 cm						
18.	Výška matrace min. 14 cm (včetně)	14 cm						
Antidekubitní pasivní matrace typ 3, šířka matrace 90 cm			CliniCare 10	0,00	0,00			
Základní parametry								
1.	Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace splňující prevenci až do IV. stupně rizika vzniku dekubitů	IV. stupeň						
2.	Úchyty pro matraci pro lepší manipulovatelnost (není podmínkou)	ano						
3.	Nosnost min. 200 kg včetně	200 kg						
4.	Záruka v délce min. 24 měsíců	24 měsíců						
Jádro								
5.	Složení: matrace se skládá ze 2 pěn o různých hustotách	ano						
6.	Spodní, nosná pěna s hustotou min. 38 kg/m3 (včetně)	46 kg / m ³						
7.	Na spodní straně matrace prořezy v místech, kde dochází k polohování dílů ložné plochy (není podmínkou)	ano						
8.	Vrchní pěna matrace s antidekubitními vlastnostmi, hustota min. 46 kg/m3 (včetně)	50 kg / m ³						
9.	Pevný okraj matrace z hustější pěny (není podmínkou)	ano						
Potah								
10.	Voděodolnost proti vnějším tekutinám	ano						
11.	Snímavost - snadno snímatelný	ano						
12.	Pružný ve všech směrech	ano						
13.	Paropropustný	ano						
14.	Zip min. na dvou stranách, překrytý, s ochranou proti znečištění	ano						
15.	Spoje kontinuálně svařované, zabraňující průsaku nečistot do jádra	ano						
16.	Materiál potahu antibakteriální, dezinfikovatelný běžnými prostředky	ano						
Rozměr								
17.	Šířka 90 cm a délka 200 cm matrace.	90x200 cm						
18.	Výška matrace min. 14 cm (včetně)	14 cm						

Antidekubitní pasivní matrace typ 4, šířka matrace 90 cm		CliniCare 10		
12	Základní parametry			
	1. Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace splňující prevenci až do IV. stupně rizika vzniku dekubitů	IV. stupeň		
	2. Nejvyšší cena je zahrnutá v ceně matrace	úchyty		
	3. Nosnost max. 200 kg	200 kg		
	4. Záruka v délce min. 24 měsíců	24 měsíců		
	Jádro			
	5. Složení: matrace se skládá ze 3 typů pěn	ano		
	6. Horní pěnová vrstva zvyšuje preventivní účinek proti vzniku dekubitů	ano		
	7. Střední vrstva: pěna o hustotě min. 38 kg/m ³ (včetně)	50 kg / m ³		
	8. Na spodní straně matrace prořezy v místech, kde dochází k polohování dílů ložné plochy (není podmínkou)	ano		
	9. Hustota spodní podkladové vrstvy matrace min. 40 kg/m ³ (včetně)	46 kg / m ³		
	10. Okraje vyztuženy polyuretanovou pěnou hustoty min. 52 kg/m ³ (včetně) (není podmínkou)	46 kg / m ³		
	Potah			
	11. Pružný, paropropustný, voděodolný, spoje svařované zabraňující průsaku nečistot do jádra	ano		
	12. Možnost praní – prátelný	ano		
	13. Snímatelnost - snadno snímatelný	ano		
	14. Zip po celém obvodu matrace, překrytý, s ochranou proti znečištění	ano		
	15. Nehořlavost: vyhovuje min. CRIB 5 nebo jiné obdobné normě	ano		
16. Materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky	ano			
Rozměr				
17. Šířka 90 cm a délka 200 cm matrace.	90*200 cm			
18. Výška matrace min. 14 cm (včetně)	14 cm			
			0,00	0,00
Antidekubitní AKTIVNÍ matrace typ 1, šířka matrace 85-86 cm		Air2Care 20 (air + foam)		
13	Základní parametry			
	1. Typ matrace: systém aktivní matrace je určen pro pacienty s nízkým až středním rizikem vzniku dekubitů	střední riziko		
	2. Nosnost min. 140 kg (včetně)	210 kg		
	3. Záruka v délce min. 24 měsíců	24 měsíců		
	Parametry systému			
	4. Vzduchová alternující vrstva na stávající matraci lůžka nebo samonosné typy matrace s pěnovou nebo statickou vzduchovou spodní vrstvou	ano		
	5. Statické komory pod hlavou pacienta, samostatné komory s principem střídání tlaku nebo systémem dvou spojených vzduchových cel	ano		
	6. Akustický a optický alarm	ano		
	7. Kompresor tichý chod a malé rozměry	ano		
	Potah			
	8. Horní potah matrace voděodolný pružný a zároveň paropropustný	ano		
	9. Spodní potah odolný pevný materiál	ano		
10. Dvousměrný krytý zip	ano			
Rozměr				
11. Šířka 85-86 cm a délka 200 cm matrace.	ano			
12. Výška matrace min. 12,5 cm (včetně)	17 cm			
			0,00	0,00
Antidekubitní AKTIVNÍ matrace typ 1, šířka matrace 90 cm		Air2Care 20 (air + foam)		
14	Základní parametry			
	1. Typ matrace: systém aktivní matrace je určen pro pacienty s nízkým až středním rizikem vzniku dekubitů	střední riziko		
	2. Nosnost min. 140 kg (včetně)	210 kg		
	3. Záruka v délce min. 24 měsíců	24 měsíců		
	Parametry systému			
	4. Vzduchová alternující vrstva na stávající matraci lůžka nebo samonosné typy matrace s pěnovou nebo statickou vzduchovou spodní vrstvou	ano		
	5. Statické komory pod hlavou pacienta, samostatné komory s principem střídání tlaku nebo systémem dvou spojených vzduchových cel	ano		
	6. Akustický a optický alarm	ano		
	7. Kompresor tichý chod a malé rozměry	ano		
	Potah			
	8. Horní potah matrace voděodolný pružný a zároveň paropropustný	ano		
	9. Spodní potah odolný pevný materiál	ano		
10. Dvousměrný krytý zip	ano			
Rozměr				
11. Šířka 90 cm a délka 200 cm matrace.	ano			
12. Výška matrace min. 12,5 cm (včetně)	17 cm			
			0,00	0,00

* Dolní úvrat' – vzdálenost spodní polohy lůžka v xx cm od země - parametr bude splněn, pokud "spodní poloha ložné plochy lůžka" bude od země max. xx cm (tolerance +/- x cm).

** Horní úvrat' – vzdálenost horní polohy lůžka v xx cm od země - parametr bude splněn, pokud "horní poloha ložné plochy lůžka" bude od země min. xx cm (tolerance +/- x cm).