

TECHNICKÁ SPECIFIKACE POŽADOVANÝCH ZAŘÍZENÍ**veřejné zakázky malého rozsahu s názvem****DODÁVKA 3 KS MOBILNÍCH VAKOVÝCH ZVEDÁKŮ PRO JÚŠ**

Požadavky zadavatele na dodávku mobilního vakového zvedáku s příslušenstvím			
Označení (obchodní/typové)	Maxi Move		
Výrobce	ARJO		
Požadavky zadavatele na parametr	Hodnoty parametru požadované zadavatelem	Nabídka účastníka (hodnoty parametrů nabízeného přístroje)*	Stanovisko účastníka ke splnění zadavatelem požadovaných hodnot (ANO/NE)
Bezpečná pracovní zátěž	min. 220 kg	227	ANO
Dynamický polohovací systém s dálkovým ovládním	ANO	ANO	ANO
Vertikální zdvihání (ne obloukové) s antihoupacím systémem	ANO	ANO	ANO
4 bodové polohovací rameno s DPS	ANO	ANO	ANO
Závěsné rameno s elektrickým polohováním	ANO	ANO	ANO
Bateriový indikátor stavu baterie	ANO	ANO	ANO
Signalizace vybití baterie	ANO	ANO	ANO
Ovládání na zvedáku	ANO	ANO	ANO
Ovládání na ručním dálkovém ovladači	ANO	ANO	ANO
Indikátor servisu	měřený v hodinách informující o přesném čase užívání a potřeby servisu	ANO 2 ks	ANO
2 ks baterií	ANO	ANO	ANO
Automatické zastavení spouštění při nárazu	ANO	ANO	ANO
Rozsah zdvihu	min. 1200 mm	1348 mm	ANO
Vnější šířka podvozku	max. 720 mm	718 mm	ANO

Nabíječka	ANO	ANO	ANO
1 ks čtyřbodového vaku, velikost dle výběru zadavatele v ceně (platí pro každý kus požadovaného zvedáku)	nosnost až 220 kg	ANO	ANO
Záruční doba	min. 24 měsíců	24 měsíců	ANO

***Pozn.: Účastník uvede číselné hodnoty tam, kde je relevantní hodnoty parametrů nabízeného zařízení uvádět**

V Praze dne

V Praze dne

Za Kupujícího

Za prodávajícího