

# TECHNICKÁ SPECIFIKACE

veřejné zakázky s názvem:

## Nákup 70 ks polohovacích postelí

### Část 1 – Polohovací postele 1

Požadavky zadavatele na polohovací postele 1		
Obchodní označení	Libra - standard Vario Safe	
Výrobce	Stieglmeyer GmbH & Co. KG	
Počet kusů	60	
Parametr požadovaný zadavatelem	Hodnota parametru požadovaná zadavatelem	Nabídka účastníka (hodnota parametrů nabízeného lůžka)*
Plně elektricky polohovatelné pečovatelské lůžko	ANO	ANO
Rozměr ložné plochy	200 x 90 cm (tolerance +- 10 %)	ANO, 200 x 90 cm
Rozměr lůžka	108 x 210 cm (délka lůžka může být větší)	ANO, 104 x 209.4 cm
Poloha zdvihu	Nejnižší možná poloha zdvihu max. 25 cm (může být nižší), nejvyšší možná poloha zdvihu minimálně 80 cm (může být vyšší)	ANO, 25 – 80 cm
Ložná plocha	4dílná, elektricky polohovatelná	ANO
Plastová (termoplastický polymer PP) ložná plocha	jednoduše odnímatelná bez nutnosti použití nářadí, snadno čistitelná	ANO
Ovladač lůžka	se selektivní možností blokování jednotlivých funkcí	ANO
Autoregrese pouze zádového dílu	minimálně o 8 cm (zabraňuje sklouzávání klienta do nožní části)	ANO, pouze zádového dílu o 8 cm

<b>Výška podvozku</b>	min. 15 cm od země (pro kompatibilitu se všemi typy vakových zvedáků)	ANO, 15 cm
<b>Elektricky nastavitelný zádový díl</b>	minimálně do 70°	ANO, 70
<b>Elektricky nastavitelný stehenní díl</b>	minimálně do 40°	ANO, 40°
<b>Anti-Trendelenburgova poloha</b>	elektronicky min. do 16°	ANO, 16°
<b>Možnost nastavení ortopedické a Fowlerovy pozice</b>	ANO	ANO, 16°
<b>Nosnost</b>	minimálně 225 Kg	ANO, 225 kg
<b>Dělené postranice</b>	odnímatelné dělené postranice se středovým sloupkem– výška minimálně 41 cm	ANO, výška 41 cm
<b>Možnost odejmout postranice bez použití nářadí a používat bez nich (pro mobilní klienty)</b>	ANO	ANO, Vario Safe
<b>Možnost prodloužení lůžka</b>	o min. 20 cm	ANO, 20 cm
<b>Kvalitní dvojitá kolečka</b>	o průměru minimálně 50 cm, skrytá ve sloupech	ANO, o průměru 50 mm a skrytá ve sloupech
<b>Centrální brzda všech koleček</b>	umístěná na nožní části lůžka (jednoduché ovládní celého podvozku naráz, bez nutnosti brzdit jednotlivé nápravy zvlášť)	ANO, centrální brzda umístěna v nožní části
<b>Dekor</b>	výběr ze vzorníků dodavatele po jeho výběru	ANO, 12 dekorů
<b>Hrazda a hrazdička</b>	ANO	ANO
<b>Čela lůžka</b>	s madly/úchyty dle vzorníků dodavatele po jeho výběru	ANO, 5 typů s madly/úchyty
<b>Lůžko musí splňovat normy</b>	EN 14971, EN 60601-1, EN 60601-1-1	ANO

\*Pozn.: Účastník uvede číselné hodnoty tam, kde je relevantní hodnoty parametrů nabízeného zařízení uvádět, jinak postačí uvést ke splnění parametru pouze ANO