

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

veřejné zakázky s názvem:

Nákup 70 ks polohovacích postelí Část 2 – Polohovací postele 2

Požadavky zadavatele na polohovací postele 2		
Obchodní označení	Vertica Care	
Výrobce	Stieglmeyer GmbH & Co. KG	
Počet kusů	10	
Parametr požadovaný zadavatelem	Hodnota parametru požadovaná zadavatelem	Nabídka účastníka (hodnota parametrů nabízeného lůžka)*
Plně elektricky polohovatelné mobilizační pečovatelské lůžko	ANO	ANO
Rozměr ložné plochy	200 x 87 cm (tolerance +/- 10 %)	ANO, 200 x 87 cm
Rozměr lůžka	maximálně 108 x 215 cm (délka lůžka může být větší)	ANO, 103.8 x 214.2 cm
Lůžko vybaveno baterií	ANO	ANO
Poloha zdvihu	Nejnižší možná poloha zdvihu max. 40 cm (může tedy být nižší), nejvyšší možná poloha zdvihu minimálně 80 cm (může být vyšší)	40 – 80 cm
Doba zdvihu	ze spodní do horní pozice max. 35 sec	30 sec
Ložná plocha	4dílná, elektricky polohovatelná, s úchyty na bezpečnostní pásy (při vzpřimování hrozí riziko sesunutí z lůžka)	ANO, 4dílná, elektricky polohovatelná, s úchyty na bezpečnostní pásy

Plastová (termoplastický polymer PP) ložná plocha	jednoduše odnímatelná bez nutnosti použití nářadí, snadno čitelná	ANO
Ovladač lůžka	se selektivní možností blokování jednotlivých funkcí	ANO
Přídavný sesterský ovladač	ANO	ANO
Možnost mobilizace pomocí jednoho tlačítka	do pozice umožňující jednoduché postavení klienta	ANO
Masivní ergonomická madla	jako součást lůžka, zvyšující komfort klienta během procesu mobilizace	ANO
Autoregrese pouze zádového dílu	minimálně o 10 cm (zabraňuje sklouzávání klienta do nožní části)	ANO, 10 cm jen zádového dílu
Výška podvozku	min. 15 cm od země (pro kompatibilitu se všemi typy vakových zvedáků)	ANO, 16.5 cm
Elektricky nastavitelný zádový díl	minimálně do 70° pro účely mobilizace minimálně do 85°	ANO, 70°, při mobilizaci 85°
Elektricky nastavitelný stehenní díl	minimálně do 30°	ANO, 30°
Anti-Trendelenburgova poloha	elektronicky min. do 15°	ANO, 16°
Trendelenburgova poloha	Min. 16° elektricky	ANO, 16°
Možnost nastavení ortopedické a Fowlerovy pozice	ANO	ANO, 15°
Nosnost	minimálně 220 Kg	ANO, maximálně 250 kg
CPR	ovladatelné z obou stran lůžka	ANO, na obou stranách lůžka
Dělené bezpečnostní bočnice	ANO	ANO
Možnost prodloužení lůžka	o min. 15 cm	ANO, o 15 cm
Kvalitní kolečka	o průměru minimálně 125 mm	ANO, o průměru 12.5 cm
Centrální brzda všech koleček	umístěná na nožní části lůžka (jednoduché ovládání celého podvozku naráz, bez nutnosti brzdit jednotlivé nápravy zvlášť)	ANO, centrální brzda v nožní části lůžka

Signalizace zabrzdění podvozku	vizuální nebo akustická	ANO, akustická
Ochrana proti přetížení a přehřátí	ANO	ANO
Dekor	výběr ze vzorníků dodavatele po jeho výběru	ANO, 12 dekorů
Hrazda a hrazdička	ANO	ANO
Čela lůžka	kompletně odnímatelná bez použití náradí barva dle vzorníků dodavatele po jeho výběru	ANO
Lůžko musí splňovat normy	EN 14971, EN 60601-1, EN 60601-1-1	ANO

***Pozn.: Účastník uvede číselné hodnoty tam, kde je relevantní hodnoty parametrů nabízeného zařízení uvádět, jinak postačí uvést ke splnění parametru pouze ANO**