



Technická specifikace
Veřejná zakázka „Vybavení pro následnou péči“, část 1 VZ „Zdrojové stativy pro KV JIP“

Předmětem plnění části 1 VZ je dodávka, instalace (montáž), zaškolení/instruktáž obsluhy a uvedení do provozu 19 ks ukončovacích prvků pro KV JIP. Instalace, montáž a uvedení do provozu zahrnuje:

- instalace všech položek dodávky v místě plnění a montáž (ustavení, sestavení a propojení položek dodávky), usazení v místě plnění, napojení na zdroje, zejména připojení k místním elektrickým rozvodům, k slaboproudým a optickým rozvodům, rozvodu vody, demineralizované vody, plynu, technických plynů, tepla, chladu či vzduchotechniky (je-li funkce položek dodávky požívaných přístrojů podmíněna takovým připojením),
- uvedení všech položek dodávky do plného provozu,
- odzkoušení a ověření správné funkčnosti všech položek dodávky, případně seřízení, předvedení plné funkčnosti, provedení zkušebního provozu všech položek dodávky (zdravotnických prostředků a zdravotnických technologií přístrojového charakteru) jakož i provedení jiných úkonů a činností nutných k tomu, aby dodávka (položky dodávky) mohla plnit sjednaný či obvyklý účel v souladu s platnými právními předpisy,
- provedení zkoušek a revize plynových částí,
- dodání veškerých veřejnoprávních rozhodnutí a povolení potřebných pro uvedení všech položek dodávky do plného provozu jakož i provedení jiných úkonů a činností nutných k tomu, aby dodávka (položky dodávky) mohly bezpečně plnit či obvyklý účel v souladu s platnými právními předpisy,

Součástí dodávky požadovaných zdravotnických technologií přístrojového charakteru je též:

- zpracování a předání instrukcí a návodů k obsluze a údržbě dodaného zařízení (manuálů) v českém jazyce, a to 1 x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD,
- předání prohlášení o shodě se schválenými standardy, příslušné dokumentace podle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
- předání certifikátů CE,
- zpracování a předání protokolu se stanovením třídy zdravotnického prostředku (I, IIa, IIb, III),
- protokolární předání do provozu uživateli,
- předání protokolu o zaškolení/instruktáži obsluhy,
- bezplatné zajištění periodických prohlídek, pravidelných periodických bezpečnostně technických kontrol zdravotnických prostředků (PBTk) a validace dodaného přístrojového vybavení po celou dobu trvání záruky, vyplývá-li povinnost k jejich provádění z platných obecně závazných právních předpisů nebo z pokynů výrobce.

Předmět veřejné zakázky musí být nový, nikoliv demo, nepoužitý, nerepasovaný, nezastavený, nezapůjčený, nezatížený leasingem ani jinými právními vadami a nesmí porušovat žádná práva třetích osob k patentu nebo k jiné formě duševního vlastnictví. Všechna dodávaná zařízení musí být určena pro medicínské prostředí a musí splňovat požadavky platné české legislativy pro zdravotnické prostředky.

U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů zadavatel povoluje toleranci +/- 10 % od uvedených technických údajů, a to u parametrů neoznačených u požadované hodnoty jako minimální nebo maximální. V případě využití tolerance dodavatel na výzvu zadavatele musí prokázat, že nabízené zařízení vyhovuje pro požadovaný medicínský účel. Technické parametry označené slovem „minimální“ nebo „maximální“, nebo zkratkou „min.“ nebo „max.“, musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.



Technická specifikace

Veřejná zakázka „Vybavení pro následnou péči“, část 1 VZ „Zdrojové stativy pro KV JIP“

	Parametr / požadavek	Zařízení splňuje ANO/NE	Dodavatelem nabízená hodnota (dodavatel vyplní všechny řádky, u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje/nesplňuje)
A. nástěnná lůžková rampa pro 1 lůžko, délka 1650 mm (2 ks) musí splňovat následující parametry (výbava):			
1.	1x O2	Ano	Splňuje
2.	1x AIR04	Ano	Splňuje
3.	1x VAC	Ano	Splňuje
4.	4x zásuvka DO	Ano	Splňuje
5.	4x zásuvka MDO	Ano	Splňuje
6.	4x zdířka ochr. pospojení	Ano	Splňuje
7.	1x příprava doroz. zařízení sestra/pacient	Ano	Splňuje
8.	2x medilišta 400 mm	Ano	Splňuje
9.	osvětlení přímé (ovládané z rampy)	Ano	Splňuje
10.	nepřímé (ovládané z rampy)	Ano	Splňuje
11.	noční (ovládané z rampy)	Ano	Splňuje
B. nástěnná lůžková rampa pro 2 lůžka, délka 3300 mm (5 ks) musí splňovat následující parametry (výbava pro 1 lůžko):			
1.	1x O2	Ano	Splňuje
2.	1x AIR04	Ano	Splňuje
3.	1x VAC	Ano	Splňuje
4.	4x zásuvka DO	Ano	Splňuje
5.	4x zásuvka MDO	Ano	Splňuje
6.	4x zdířka ochr. pospojení	Ano	Splňuje
7.	1x příprava doroz. zařízení sestra/pacient	Ano	Splňuje
8.	2x medilišta 400 mm	Ano	Splňuje
9.	osvětlení přímé (ovládané z rampy)	Ano	Splňuje
10.	nepřímé (ovládané z rampy)	Ano	Splňuje
11.	noční (ovládané z rampy)	Ano	Splňuje



	Parametr / požadavek	Zařízení splňuje ANO/NE	Dodavatelem nabízená hodnota (dodavatel vyplní všechny řádky, u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje/nesplňuje)
C. nástěnná lůžková rampa pro 3 lůžka, délka 4950 mm (6 ks) musí splňovat následující parametry (výbava pro 1 lůžko):			
1.	1x O2	Ano	Splňuje
2.	1x AIR04	Ano	Splňuje
3.	1x VAC	Ano	Splňuje
4.	4x zásuvka DO	Ano	Splňuje
5.	4x zásuvka MDO	Ano	Splňuje
6.	4x zdířka ochr. pospojení	Ano	Splňuje
7.	1x příprava doroz. zařízení sestra/pacient	Ano	Splňuje
8.	2x medilišta 400 mm	Ano	Splňuje
9.	osvětlení přímé (ovládané z rampy)	Ano	Splňuje
10.	nepřímé (ovládané z rampy)	Ano	Splňuje
11.	noční (ovládané z rampy)	Ano	Splňuje
D. nástěnná lůžková rampa pro 1 lůžko, délka 1650 mm (2 ks) musí splňovat následující parametry (výbava):			
1.	1x O2	Ano	Splňuje
2.	1x AIR04	Ano	Splňuje
3.	1x VAC	Ano	Splňuje
4.	4x zásuvka VDO-LED	Ano	Splňuje
5.	4x zásuvka ZIS-LED	Ano	Splňuje
6.	4x zdířka ochr. pospojení	Ano	Splňuje
7.	2x datová zásuvka RJ45	Ano	Splňuje
8.	1x prázdné víčko	Ano	Splňuje
9.	2x medilišta 400 mm	Ano	Splňuje
10.	osvětlení přímé (ovládané z rampy)	Ano	Splňuje
11.	nepřímé (ovládané z rampy)	Ano	Splňuje
12.	noční (ovládané z rampy)	Ano	Splňuje
E. nástěnná lůžková rampa pro 2 lůžka, délka 3300 mm (2 ks) musí splňovat následující parametry (výbava pro 1 lůžko):			
1.	1x O2	Ano	Splňuje



	Parametr / požadavek	Zařízení splňuje ANO/NE	Dodavatelem nabízená hodnota (dodavatel vyplní všechny řádky, u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje/nesplňuje)
2.	1x AIR04	Ano	Splňuje
3.	1x VAC	Ano	Splňuje
4.	4x zásuvka VDO-LED	Ano	Splňuje
5.	4x zásuvka ZIS-LED	Ano	Splňuje
6.	4x zdířka ochr. pospojení	Ano	Splňuje
7.	2x datová zásuvka RJ45	Ano	Splňuje
8.	1x prázdné víčko	Ano	Splňuje
9.	2x medilišta 400 mm	Ano	Splňuje
10.	osvětlení přímé (ovládané z rampy)	Ano	Splňuje
11.	nepřímé (ovládané z rampy)	Ano	Splňuje
12.	noční (ovládané z rampy)	Ano	Splňuje
F. zdrojový most stropní pro 2 lůžka, délka 3570 mm (2 ks) musí splňovat následující parametry (výbava pro 1 lůžko):			
1.	2x O2	Ano	Splňuje
2.	2x AIR04	Ano	Splňuje
3.	2x VAC	Ano	Splňuje
4.	6x zásuvka VDO-LED	Ano	Splňuje
5.	6x zásuvka ZIS-LED	Ano	Splňuje
6.	6x zdířka ochr. pospojen	Ano	Splňuje
7.	2x datová zásuvka RJ45	Ano	Splňuje
8.	4x prázdné víčko	Ano	Splňuje
9.	1x příprava pro doroz. zařízení sestra/pacient	Ano	Splňuje
10.	2x medilišta 400 mm	Ano	Splňuje
11.	osvětlení přímé (ovládané z mostu)	Ano	Splňuje
12.	nepřímé (ovládané z mostu)	Ano	Splňuje
13.	noční (ovládané z mostu)	Ano	Splňuje
14.	1x sada 3 ramen na nohu mostu	Ano	Splňuje
15.	rameno lomené 700/600 mm+nosič infuzí	Ano	Splňuje
16.	rameno 750 mm+závěsná tyč	Ano	Splňuje
17.	rameno 550 mm+závěsná police	Ano	Splňuje



	Parametr / požadavek	Zařízení splňuje ANO/NE	Dodavatelem nabízená hodnota (dodavatel vyplní všechny řádky, u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje/nesplňuje)
18.	1x pojezd s 1 policí	Ano	Splňuje
19.	1x teleskop. tyč s plentou mezi lůžka	Ano	Splňuje
G. Další			
1.	nosič infuzí na medilištu (10 ks)	Ano	Splňuje