



Příloha č.1 kupní smlouvy – Specifikace dodávky

Technická specifikace

Veřejná zakázka „Dodávka patientských lůžek, infuzní a rehabilitační techniky“ část 2 VZ „Systém pro fyzioterapii“

Parametr / požadavek	Zařízení splňuje ANO/NE	Dodavatelem nabízená hodnota (dodavatel vyplní všechny řádky, u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje/nesplňuje)
Výkonový indukční systém (1 ks) MUSÍ SPLŇOVAT NÁSLEDUJÍCÍ PARAMETRY:		
Frekvence min. 1 - 150 Hz	Ano	1 – 150 Hz
Intenzita min. 2,5 Tesla	Ano	2,5 T
Možnost modulace intenzity a frekvence	Ano	splňuje
Dotykový displej	Ano	splňuje
Možnost vytváření uživatelských programů	Ano	Splňuje
Přednastavené protokoly	Ano	Splňuje
Sebekontrolovací mechanismy (teplota, kvalita pulsu, autokalibrace)	Ano	Splňuje
Fokusevaný aplikátor s nastavitelným ramenem	Ano	Splňuje
Stolek s kolečky	Ano	splňuje