

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry, označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Minimální technické požadavky:

Zadavatelem požadované parametry	Minimální zadavatelem požadovaná hodnota parametru	Účastníkem nabízená hodnota (účastník vyplní všechny řádky – u číselných údajů hodnotu, u ostatních slovo „splňuje (A)“ nebo „nesplňuje (N)“
Popis přístroje		
Přístroj pro neinvazivní (transkutánní) měření úrovně bilirubinu u novorozenců s dobrou korelací ke krevní hodnotě (1 ks).		
Základní parametry		
Ruční přístroj.	Ano	Splňuje (A)
Měření je možné provádět na různých místech těla (např. na čele, hrudníku).	Ano	Splňuje (A)
Naměřené hodnoty se okamžitě zobrazují na displeji.	Ano	Splňuje (A)
Volba naměřené hodnoty z jednoho měření nebo jako průměr z uživatelsky volitelného množství měření.	Ano	Splňuje (A)
Přepínání jednotek naměřené hodnoty mg/dL a $\mu\text{mol/L}$.	Ano	Splňuje (A)
Rozsah měřených hodnot	min. 0 až 20 mg/dL (0-340 $\mu\text{mol/L}$)	0,0 až 20,0 mg/dL (0 až 340 $\mu\text{mol/L}$)
Vysoká přesnost měření	$\pm 1,5\text{mg/dL}$ ($\pm 26 \mu\text{mol/L}$)	$\pm 1,5\text{mg/dL}$ ($\pm 25,5 \mu\text{mol/L}$)
Automatická korekce barvy kůže.	Ano	Splňuje (A)
Alarm v případě překročení mezních hodnot.	Ano	Splňuje (A)
Čtečka čárového kódu pro zrychlenou identifikaci měřeného pacienta.	Ano	Splňuje (A)
Provoz na dobíjecí akumulátor. Dobíjení v nabíjecí základně sloužící i pro skladování přístroje v době pohotovosti.	Ano	Splňuje (A)
Počet měření na jedno nabití	min. 250	250 měření
Propojení přístroje s nemocničním informačním systémem pro přenos dat.	Ano	Splňuje (A)
Provoz přístroje bez spotřebního materiálu.	Ano	Splňuje (A)
Dostupný servis přístroje.	Ano	Splňuje (A)
Ke přístroji bude dodáno příslušenství: <ul style="list-style-type: none"> - akumulátor, - dobíjecí základna, 	Ano	Splňuje (A)

Příloha č. 2_1 ZD_Technické podmínky

- kabel pro přenos dat do nemocničního informačního systému.		
Ostatní		
Napájení 230V/50Hz	Ano	Splňuje (A)
V ceně dodávky je zahrnuto: - doprava na místo plnění, instalace, uvedení do provozu, - předvedení přístroje, provedení funkční zkoušky dodaného zařízení, - instruktáž dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (platí pro ZP třídy IIb a III, a tam, kde to stanovil výrobce), případně zaškolení obsluhy, - kompletní přístrojové vybavení s potřebným příslušenstvím/spotřebním materiálem pro okamžitý provoz přístroje, - protokoly z provedených revizí, funkčních zkoušek apod.	Ano	Splňuje (A)
Požadovaná dokumentace, předložená již s nabídkou: - prohlášení o shodě, - návod k obsluze v českém jazyce ČJ, - autorizace výrobce k distribuci a servisu nabízeného zařízení, - doklad osvědčující způsobilost k prodeji, distribuci a servisu zdravotnických prostředků (doklad o registraci dle z. č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích).	Ano	Splňuje (A)
Záruka 24 měsíců.	Ano	Splňuje (A)
V rámci záruky bude prováděna bezplatně pravidelná bezpečnostně technická kontrola dle z. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích.	Ano	Splňuje (A)