



Příloha č. 1

Technická specifikace veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky bude dodávka laboratorního vybavení celkem do 10 místností. Součástí předmětu veřejné zakázky je i doprava, instalace a montáž. Jedná se o místnosti v Centrálním depozitáři v Hostivaři NK ČR, které jsou onačeny:

- 1) 1. PP - 002 (RTG), 003 (dezinfekce), 004 (očista), 035 (mikrobiologie)
- 2) 1. NP - 152 (analytická laboratoř), 153 (zkušební laboratoř)
- 3) 2. NP - 254 (analytická laboratoř), 255 (mikroskopovna), 248 (OR - laboratoř), 249 (OR – mokré procesy)

Laboratorní vybavení musí být konstrukčně řešeno ve shodě s doporučeními a požadavky normy **ČSN EN 14056** (Laboratorní nábytek – konstrukční řešení a instalace). Dodržení požadovaných kvalitativních parametrů a příslušných bezpečnostních, hygienických a jakostních – fyzikálně-mechanických parametrů bude doloženo certifikáty o shodě s normou nebo jiným níže uvedeným dokumentem dle:

ČSN EN 13150 (Pracovní stoly pro laboratoře)

ČSN EN 527-1 (Kancelářský nábytek – pracovní stoly)

ČSN EN 527-2 (Kancelářský nábytek – pracovní stoly a desky – mechanické a bezpečnostní požadavky)

ČSN EN 527-3 (Kancelářský nábytek – pracovní stoly – metody zkoušení pro stanovení stability a mechanické pevnosti konstrukce)

ČSN EN 14749 (Nábytek – mechanické vlastnosti úložného nábytku pracovních desek)

ČSN EN 14727 (Laboratorní nábytek – úložný nábytek pro laboratoře)

ČSN EN 13792 (Laboratorní kohouty a ventily)

CSN EN 14175 (Digestoře laboratorní)

ČSN EN 14074 (Kancelářský nábytek – stoly, pracovní desky a úložný nábytek)

ČSN EN 14073-2 (Kancelářský nábytek – úložný nábytek – bezpečnostní požadavky)

ČSN EN 14073-3 (Kancelářský nábytek – úložný nábytek – metody zkoušení pro stanovení stability a pevnosti konstrukce)

ČSN 91 0001 (Dřevěný nábytek – technické požadavky)

ČSN 91 0100 (Nábytek – bezpečnostní požadavky)

Nutno doložit označení výrobku značkou CE pro digestoře, germicidní lampy, destilační přístroje a laboratorní stoly s rozvody. Tyto certifikáty budou požadovány v rámci podání nabídek.

Výčet místností včetně specifikace, rozměrů a požadované množství nábytku, je uvedeno v příloze č. 2., která zároveň slouží jako podklad pro položkový soupis cen. Případné nejasnosti a doplnění budou řešeny při zaměření místností v rámci prohlídek. Rozměry jednotlivých kusů jsou orientační a dodavatelem mohou být nabídnuty jiné varianty s odchylkou od navržených rozměrů v řádech centimetrů.



Národní knihovna
České republiky
National Library
of the Czech Republic

Podrobný popis a technické provedení jednotlivých dílů je rozepsáno v soupise standardů příloha č. 3 Smlouvy. Součástí dodávky také musí být veškeré požadované materiálové atesty k jednotlivým použitým materiálům a komponentům.

Nabídková cena laboratorního vybavení musí obsahovat veškeré náklady na manipulaci, dopravu laboratorního nábytku a montáž, instalace, připojení na VZT a připojení rozvodů (parametry rozvodů vzduchotechniky, na kterou se budou připojovat digestoře, jsou uvedeny v příloze č. 5 Smlouvy).

U nábytkových komponent obsahující připojované prvky (zásuvky elektro, osvětlení a vypínače, vodovodní baterie, ventily a vývody technických plynů atp.) musí být součástí ceny montáž a také dodávka potřebného instalačního materiálu a připojení na přípojně místo do vzdálenosti 5 metrů. Pokud to charakter připojení dle platných předpisů vyžaduje (připojení elektrorozvodů, zemní plyn) bude součástí dodávky i revizní zpráva pro realizovanou část připojení.

Součástí nabídky bude grafický návrh. Grafický návrh každé z místností bude obsahovat půdorys a 2 bokorysy. Plánované rozmístění jednotlivých částí dodávky je vyznačeno v půdorysech, které tvoří přílohu č. 4 Smlouvy.

Laboratorní nábytek v každém patře bude barevně odlišen. Výběr barev bude proveden na základě dodavatelem předloženého barevného vzorníku. Je plánované provedení ve světlešedé barvě s barevným odlišením ABS hran nábytku, konstrukčních prvků a mediových stěn.

Nabídková cena musí také obsahovat upřesnění rozměrů a umístění vybavení v laboratořích před realizací v rámci převzetí „staveniště“, zaměření skutečného stavu a při případných odchylkách od projektové dokumentace přizpůsobit provedení vybavení místnosti. Před podáním nabídky je požadavek na zaměření místností. **Prohlídka místa plnění, mimo jiné pro zaměření proběhne dle termínu uvedeného v zadávacích podmínkách.**

Výše uvedené specifikace budou v souladu s požadavkem, že nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady na realizaci předmětu dodávky.