85
10

Kupní smlouva

uzavřená dle ust. § 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Smluvní strany:

CHEIRÓN a.s.
jednající: Ing. Jindřich Petřík, MBA, předseda představenstva
se sídlem: Ulrychova 2260/13, 160 00 Praha 6 - Břevnov
IČ: 270 94 987
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 8964
bankovní spojení: ČSOB a.s.
č. účtu: 279233863/0300
(dále jen jako "**Prodávající**")

a

Institut postgraduálního vzdělávání
jednající: MUDr. Antonín Malina, Ph.D, MBA, ředitel
se sídlem: Ruská 2412/85, 100 05 Praha 10
IČ: 000 23 841
bankovní spojení: KB Praha 10
číslo účtu: 19535101/0100
(dále jen jako "**Kupující**")

(společně též „**Smluvní strany**")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2079 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

kupní smlouvu
(dále jen „**Smlouva**")

I.
Předmět Smlouvy

1. Prodávající se zavazuje odevzdat Kupujícímu po jednom kusu aktivního (interaktivního) plicního simulátoru s příslušenstvím (software a notebook), plicního ventilátoru a externího manuálního bifazického defibrilátoru a umožnit Kupujícímu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží (dále jen „**Zboží**"). Bližší specifikace Zboží je uvedena v příloze č. 1 k této Smlouvě, která tvoří nedílnou součástí Smlouvy.

2. Kupující se zavazuje za Zboží zaplatit kupní cenu sjednanou v článku II. této Smlouvy.

3. Vlastnické právo k níže vymezenému zboží se nabývá převzetím zboží v místě dodání, jímž je sídlo kupujícího uvedené v záhlaví této Smlouvy (dále jen „**Místo dodání**").

II.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena za Zboží vymezené v čl. I. této Smlouvy a specifikované v příloze č. 1 Smlouvy činí 2 430 785,00 Kč bez DPH a 2 941 249,80 Kč včetně DPH, DPH činí 510 464,80 Kč. Úhrada bude prováděna v české měně.

2. Kupní cena již zahrnuje náklady prodávajícího na dopravu zboží do Místa dodání, kterým je sídlo kupujícího.

3. Kupní cena bude kupujícím zaplacena na základě daňového dokladu (faktury) vystavené Prodávajícím, v rámci faktury bude uveden název veřejné zakázky **„Dodávka umělého plicního simulátoru, plicního ventilátoru a externího manuálního bifazického defibrilátoru“**.

4. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené v ust. § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v ust. § 1963 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

5. Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení Kupujícímu.

6. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu až po kompletním dodání zboží a následném předání a převzetí zboží a předávacího protokolu Kupujícím.

7. Pokud faktura nebude obsahovat všechny zákonem či touto smlouvou stanovené náležitosti, je Kupující oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že Prodávající je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti - v takovém případě není Kupující v prodlení s úhradou.

III.
Dodání a převzetí Zboží

1. Prodávající se zavazuje dodat zboží do Místa dodání do 8 týdnů od uzavření této smlouvy mezi 08:00 hod – 15:00 hod. Dodané zboží předá Prodávající Kupujícímu nebo jím pověřené osobě.

2. Spolu se Zbožím je Prodávající povinen dodat Kupujícímu předávací protokol.

3. Kupující se zavazuje při dodání Zboží prohlédnout, překontrolovat a převzít Zboží.

4. Zboží dodané řádně a včas v souladu s touto smlouvou je Kupující povinen převzít a převzetí Prodávajícímu potvrdit.

5. Součástí dodávky Zboží je dodání certifikace zboží CE, prohlášení o shodě a dále zaškolení min. dvou zaměstnanců IPVZ ve dvou termínech a to v rozsahu:

   - obsluhy a údržby aktivního (interaktivního) plicního simulátoru, plicního ventilátoru a externího manuálního bifazického defibrilátoru ,
   - používání softwaru uvedeného v čl. I této smlouvy.

6. Výstupem zaškolení bude písemný dokument, potvrzující skutečnost týkající se zaškolení zaměstnanců IPVZ.

IV.
Všeobecné dodací podmínky

1. Prodávající je povinen uvedené Zboží zabalit do pevných obalů, chránících zboží před poškozením a dodat je dle podmínek určených touto Smlouvou.

2. Prodávající odevzdá Kupujícímu Zboží v ujednaném množství a dále v jakosti a provedení obvyklé pro tento druh zboží.

3. Vlastnické právo k předmětu koupě nabývá Kupující při převzetí dodaného zboží. Převzetí bude prokázáno datovaným podpisem na předávacím protokolu.

4. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího převzetím zboží, nebo (jestliže tak neučiní včas) v době, kdy mu prodávající zboží v souladu s touto smlouvou dodá do místa dodání a Kupující poruší svou povinnost zboží převzít.

V.
Práva z vadného plnění

1. Zboží má vady, nebylo-li odevzdané Kupujícímu v ujednaném množství, jakosti a provedení, přičemž za vadu je považováno i plnění jiné věci stejně jako vada v dokladech nutných pro užívání věci.

2. Prodávající prohlašuje, že Zboží není zatíženo právem třetí osoby či osob, tedy, že Zboží je bez právních vad.

3. Má-li zboží vady a způsobuje-li toto vadné plnění porušení smlouvy podstatným způsobem, má Kupující právo:

   a)požadovat odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
   b)požadovat odstranění vady opravou věci,
   c)na přiměřenou slevu z kupní ceny,
   d)odstoupit od smlouvy.

4. Volba mezi těmito nároky Kupujícímu náleží, jen jestliže ji oznámí prodávajícímu ve včas zaslaném oznámení vad nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Neoznámí-li Kupující volbu svého nároku včas, má nároky z vadného plnění jako při nepodstatném porušení Smlouvy.

VI.
Servis

1. Prodávající se zavazuje zajišťovat záruční a pozáruční servis a náhradní díly ke zboží včetně aktualizace software uvedeného v čl. I této smlouvy v sídle Kupujícího nejméně po dobu pěti let od skončení záruční doby.

VII.
Záruka za jakost

1. Prodávající se zavazuje, že zboží bude mít minimálně po dobu 24 měsíců dohodnuté vlastnosti podle záručních podmínek, které jsou přiloženy k této Smlouvě jako příloha č. 2, nedílná součást této smlouvy.

VIII.
Smluvní pokuta

1. V případě, že Prodávající nedodá Zboží do místa dodání v termínu stanoveném v čl. III této Smlouvy, je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

IX.
Přechodná a závěrečná ujednání

1. Práva a povinnosti neupravené touto Smlouvou se řídí ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

2. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemně ve formě vzestupně číslovaných dodatků.

3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této Smlouvy, že ji uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

4. Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace zboží
Příloha č. 2 – Záruční podmínky

V Praze, dne 12. 7. 2016

.....
Ing. Jindřich Petřík, MBA
předseda představenstva

Cheirón
...dýchame za Vás.
CHEIRÓN a.s., Ulrychova 2260/13, 162 00 Praha 6
Provozovna: Republikánská 1102/45, 312 00 Plzeň
Telefon: 377 590 411 Fax: 377 590 435
IČ: 27094987 DIČ: CZ27094987

V Praze, dne 28-06-2016

.....
MUDr. Antonín Malina, Ph.D, MBA
ředitel

Institut
postgraduálního vzdělávání
ve zdravotnictví
ředitelství
100 05 Praha 10, Ruská 85

PŘÍLOHA č. 1 – SPECIFIKACE ZBOŽÍ

Příloha č. 2

Formulář technických specifikací dodávky pro VZ:

„Dodávka umělého plicního simulátoru, plicního ventilátoru a externího manuálního bifazického defibrilátoru“

Plicní ventilátor

Název zadavatele: **Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví**
Sídlo: Ruská 2412/85, Praha 10, PSČ: 100 05
IČ: 000 23 841

Specifikace dodávky	Požadovaná hodnota	Jednotky	Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE
Plicní ventilátor s možností transportu	**1 ks**		
Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže			
Obchodní název a typové označení přístroje			***SV 300***
Výrobce přístroje			***Mindray***
Požadované parametry:			
Ventilace:			
VCV (Objemová) – CMV/Assist., SIMV-PSV	ano		ANO
PCV (Tlaková) – CMV/Assist., SIMV - PSV	ano		ANO
PSV, CPAP	ano		ANO
Protektivní ventilace PRVC	ano		ANO
Protektivní ventilace Vsync	ano		ANO
Protektivní ventilace Mach. Volume – ventilace s garantovaným objemem v každém jednotlivém dechu	ano		ANO
Neinvazivní ventilace NPPV/Assist., SIMV vč. Kompenzace úniků	až 60L/min dle speciálního algoritmu		ANO - 60 l/min
APRV/Biphasic-ventilace na 2 tlakových úrovních	ano		ANO
Expirační synchronizace, - PS Flow Cycle, PC Flow Cycle (aktivní výdech při PCV)	až 70%		ANO – až 70%
Inspirační průtoková synchronizace (flow trigger), záložní tlaková	1-20l/min		ANO – 1-20l/min
Rozsah inspiračního průtoku	10 – 180l/min		ANO – 10-180l/min
Nastavitelný a expirační průtok (Bias Flow)	10-20l/min		ANO – 10-20l/min
Sigh – prohloubený dech	ano		ANO
Konstantní a decelerační tvar inspiračního průtoku při VCV	ano		ANO
Zálohová ventilace pro oba typy ventilací (VCV, PCV)	ano		ANO
Statické inspirační a expirační manévry, vyhodnocení statické compliance Cstat/Auto PEEP (automatické měření)	ano		ANO
MIP/NIF manévr	ano		ANO
Integrovaná, programovatelná mikronebulizace, synchronizovaná s inspirem	ano		ANO
Kompence zvlhčovače	ano		ANO
Nízkotlaký vsup O2 (připojení na průtokoměr nebo Oxygenátor)	ano		ANO
Monitoring FiO2	ano		ANO
Monitorace:			
Velký barevný přehledný dotykový displej min. 10,5 "pro sledování nastavených parametrů a křivek umožňující přesné nastavení, optimalizaci ventilace,	ano		ANO – 12,1“

Příloha č. 2

Formulář technických specifikací dodávky pro VZ:

„Dodávka umělého plicního simulátoru, plicního ventilátoru a externího manuálního bifazického defibrilátoru"

Plicní ventilátor

Název zadavatele: **Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví**
Sídlo: Ruská 2412/85, Praha 10, PSČ: 100 05
IČ: 000 23 841

monitoring i interpretaci bez ztráty informací			
Sledování křivek v reálném čase – tlak, průtok, objem, vč. Zobrazení nastavených a monitorovaných parametrů, spirometrie-smyčka P-V, průtok-V	ano		ANO – 3 křivky
Možnost uložení referenční smyčky do paměti	ano		ANO
Možnost okamžitého odečítání hodnot z křivek pomocí kurzoru	ano		ANO
Barevné rozlišení Insp. A Exp. fáze dechu	ano		ANO
Barevné rozlišení řízených a asistovaných dechů	ano		ANO
Alarmový systém se zápisem alarmových situací do paměti	ano		ANO
Sledování 15-ti parametrů najednou v celém rozsahu ventilovaných pacientů			ANO – 15 parametrů
Ostatní:			
Komunikace v českém jazyce			ANO
Nezávislost na centrálním rozvodu stlačeného vzduchu – turbínová technologie-umožňuje transport			ANO
Sběrnice pro archivaci a správu dat, sběrnice a interface pro připojení k počítačové síti nemocnice			ANO
Měření ventilačních parametrů autoklávovateným snímačem umístěným přímo na ventilátoru	ano		ANO
Záložní napájecí zdroj	na 6 hod. provozu		ANO – 6 hod
Možnost SW upgrade v souladu s novými trendy v UPV			ANO
Mobilní stojan	ano		ANO
Prohlášení o shodě	při dodávce		ANO
Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu	ano		ANO

**Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.*

V Praze dne 26. 5. 2016

Za uchazeče: .....
Ing. Jindřich Petřík, MBA
předseda představenstva

Cheiron

Příloha č. 3

Formulář technických specifikací dodávky pro VZ:

„Dodávka umělého plicního simulátoru, plicního ventilátoru a externího manuálního bifazického defibrilátoru"

Externí manuální bifazický defibrilátor

Název zadavatele: **Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví**
Sídlo: Ruská 2412/85, Praha 10, PSČ: 100 05
IČ: 000 23 841

Specifikace dodávky	Požadovaná hodnota	Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE
Externí manuální bifazický defibrilátor s monitorem	**1 ks**	
Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže		
Obchodní název a typové označení přístroje		***BeneHeart D6***
Výrobce přístroje		***Mindray***
Požadované parametry:		
Zobrazování hodnoty podaných výbojů v J		ANO
Zobrazení hodnoty uplynulého času od začátku monitorace	ano	ANO
Zobrazení počtu podaných výbojů	ano	ANO
Barevný monitor se zobrazením srdeční frekvence HR, EKG křivka, SpO2 vč. Křivky, hodnoty NIBP, kapacity baterie zobrazené na obrazovce i na baterii	ano	ANO
Velikost displeje	min 8"	ANO – 8"
rozlišení	800x600 pixelu	ANO – 800x600 pix
Monitorace:3/4 EKG, HR, RR, SpO2, NIBP, CO2	ano	ANO
Funkce synchronizované kardioverze	ano	ANO
Funkce zevní kardiostimulace	ano	ANO
Pracovní režim v manuálním módu nastavitelný v rozsahu	1 – 360 J	ANO – 1-360 J
AED defibrilační mód	ano	ANO
Defibrilační pádla pro dospělé a děti pro opakované použití	ano	ANO
Možnost použití nalepovacích (multifunkčních) defibrilačních elektrod	ano	ANO
Provoz přístroje přes napájecí kabel 230 volt nebo baterii	ano	ANO
Dobíjení baterie přímo v přístroji vč. Zobrazení kapacity na těle baterie	ano	ANO
Hmotnost přístroje vč. Příslušenství, baterie a pádel	max. 10 kg	ANO – 9,5 kg
Interní tiskárna	ano	ANO
Možnost kompletního uživatelského testu funkčnosti přístroje vč. vyhodnocení	ano	ANO
Automatický test funkčnosti přístroje	ano	ANO
Kapacita baterie	min. na 120minut monitoringu	ANO – 120 min
Zobrazení alarmů a trendů měřených hodnot	ano	ANO
Možnost ukládání dat na interní paměť	ano	ANO
Jednoduché a intuitivní ovládání	ano	ANO
Kompletní provozní příslušenství (EKG kabel, SpO2 senzor, multifunkční elektrody, defibrilační pádla, NIBP manžeta a hadice, napájecí kabel, příslušenství k CO2)	ano	ANO
Manuál v českém jazyce	ano	ANO
Prohlášení o shodě	při dodání	ANO

Příloha č. 3

Formulář technických specifikací dodávky pro VZ:

„Dodávka umělého plicního simulátoru, plicního ventilátoru a externího manuálního bifazického defibrilátoru"

Externí manuální bifazický defibrilátor

Název zadavatele:	**Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví**
Sídlo:	Ruská 2412/85, Praha 10, PSČ: 100 05
IČ:	000 23 841

**Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.*

V Praze dne 26. 5. 2016

Za uchazeče: ..... v. z. .....

Ing. Jindřich Petřík, MBA
předseda představenstva

Cheiron

Technická specifikace a vlastnosti plicního / respiračního simulátoru AQAI TestChest

- plicní simulátor je určený pro základní i rozšířený výcvik anesteziologů, lékařů na intenzívní péči i sesterského personálu
- **aktivní (interaktivní) plicní simulátor umožňující trénink spontánní, invazivní i neinvazivní ventilace plic (trigrování simulátoru) se simulací měření saturace hemoglobinu SpO2 (reálně měřené) a měření CO2 na konci výdechu při nácviku ventilace**
- simulátor realisticky kopíruje plicní mechaniku, výměnu plynů a hemodynamické odpovědi.
- umožňuje simulaci respiraci od normálního spontánního dýchání až po mechanickou ventilaci při závažném plicním onemocnění
- simulátor musí být programovatelný a ovládán dálkově, aby simuloval bezpříkladný vývoj onemocnění i proces zotavování.
- simulátor nabízí fyziologickou časovou odpověď na terapeutické změny a tím zaručuje výraznou zkušenost v reálném čase.
- musí obsahovat oddělitelný kalibrační modul a osazen senzory s vysokou přesností, aby mohl sloužit i jako reference pro testování ventilátorů.
- je vybaven ovladačem průtoku pro tvorbu CO_2. Spolu s nastavitelným mrtvým prostorem je možné vytvářet realistické kapnografické křivky, které lze zobrazovat na jakémkoli monitoru CO_2.
- Software, který je nedílnou součástí plicního simulátoru a běží na kterémkoli počítači PC s operačním systémem Windows (součástí dodávky) musí umožňovat základní a pokročilou umělou plicní ventilaci u:

  normálního pacienta

  pacienta s nízkou compliancí plic

  pacienta s vysokou rezistencí plic

  pacienta s ALI/ARDS

  pacienta s nízkou FRC

  pacienta s COPD

Vlastnosti základního programu:

- Výběr předem konfigurovaného pacienta
- Výběr předem konfigurovaných spontánních dechových cyklů
- Spuštění procedury kalibrace

Rozšířený program Vám umožňuje:

- respiračním modelům rozšířený fyziologický model, ovládání cirkulace, metabolismu, objemů, farmakologie apod.

Simulátor disponuje těmito moduly:

Výuková modul „Umělá plicní ventilace – Základy“ je vyvinut pro zobrazení základů umělé plicní ventilace:

Uživatel bude schopen:

- Pochopit koncepci umělé plicní ventilace, jako ovládání průtoku, ovládání tlaku, ovládání objemu, průtokový trigger, tlakový trigger.
- Pochopit komplianci a rezistenci.
- Nastavit různé ventilátory, aby byl dosažen stabilní stav ventilace.
- Interpretovat průběhy křivek a hodnot derivovaných z ventilátoru.

Výukový modul „Umělá plicní ventilace – Pokročilý"

Uživatel bude schopen…

- Pochopit koncepci nelineární křivky kompliance, dolní a horní inflekční body.
- Pochopit koncepci časových konstant.
- Definovat správnou hodnotu PEEP.
- Pochopit rozdíly mezi externím a interním PEEP.
- Pochopit koncepci tlakové podpory a režimu smíšené zástupové a spontánní ventilace, jako je BIPAP a APRV.
- Podporovat různé způsoby spontánní dechové aktivity.
- Optimalizovat nastavení ventilátoru podle různých pravidel: ventilace s malými dechovými objemy, předcházet barotraumatu, předcházet vzniku atelektáz, rozpoznat limity ventilace.
- Interpretovat průběhy křivek a hodnot derivovaných z ventilátoru.

Výukový modul „ALI a ARDS"

Uživatel bude schopen…

- Pochopit koncepci nelineární křivky kompliance, dolní a horní inflekční body.
- Definovat správnou hodnotu PEEP, předcházet vzniku interního PEEP.
- Aplikovat protektivní plicní ventilaci a pochopit koncepci ventilátorem indukovaného poškození plic.
- Pochopit koncepci zavíracích objemů, otevíracích manévrů (recruitment), otevřených plic a kolapsu plic a jejich vliv na výměnu plynů stejně jako na interakci srdce-plíce.
- Optimalizovat nastavení ventilátoru podle permisivní hyperkapnie a též pochopit různé limitace tohoto konceptu.

Výukový modul „COPD"

Uživatel bude schopen…

- Pochopit koncepci vysoké exspirační rezistence.
- Optimalizovat nastavení ventilátoru podle permisivní hyperkapnie a též pochopit různé limitace tohoto konceptu.
- Optimalizovat nastavení ventilátoru s ohledem na podporu spontánní dechové aktivity pacienta a zabránit ochabnutí svalů.

Výukový modul „Odpojování od ventilátoru (weaning) / ochabnutí svalů"

Uživatel bude schopen…

- Pochopit koncepci odpojování od ventilační podpory a ochabnutí svalů.
- Optimalizovat nastavení ventilátoru s ohledem na podporu spontánní dechové aktivity pacienta.
- Pochopit koncepci svalového tréninku, period odpočinku.
- Naučí se léčit pacienty v situacích s obtížným odpojováním a získá zkušenosti v různých případech. Tyto případy budou reagovat na aplikovanou léčbu.

Základní technické parametry:

Parametr	Minimální	Maximální	Jednotky
Funkční reziduální kapacita	100	4000	ml
Celková kompliance	8	60	ml/hPa
Kompliance hrudní stěny	3	200	ml/hPa
Rezistence dýchacích cest	RP5, RP20, RP50, RP200		
Dolní inflekční bod	0	100	hPa
Horní inflekční bod	1	100	hPa
Alveolární tlak	-30	+75	hPa
Spontánní dechová aktivita ($P_{0.1}$)	0	15	hPa / (100 ms)
Spontánní dechová frekvence	0	100	d/min
Parametr	Minimální	Maximální	Jednotky
Kyslíková saturace arteriální krve	50	100	%
Frakce zkratu	0	97.5	%
Srdeční frekvence	20	300	t/min
Srdeční výdej	500	10000	ml/min
Interakce srdce-plíce	variace tlaku a pulsace při 10, 20 a 30 cmH_2O		
Recruitment	Limity tlaku, individuální rychlostní a časové konstanty		
Produkce CO_2	0	600	ml STPD/min
Mrtvý prostor	malý 175 ml, střední 190 ml, velký 205 ml		

Kompetní sestava se skládá z:

- Plicní simulátor AQAI TestChets
- Software AQAI
- Notebook vč. operačního systému Windows

PŘÍLOHA Č. 2 – ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Výrobce a dodavatel zdravotnických prostředků
i služeb v oboru anestezie a intenzivní péče.

Cheirón®
...dýcháme za Vás.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany si sjednaly záruku spočívající v závazku prodávajícího, že předmět koupě bude po dobu 24 měsíců způsobilý pro použití ke smluvenému, či obvyklému účelu, resp. že si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti. Vada, která se na předmětu koupě vyskytne v záruční lhůtě, musí být v záruční lhůtě též vytknuta (reklamována).
2. Záruka za jakost běží od okamžiku předání předmětu koupě kupujícímu.

CHEIRÓN a.s., Ulrychova 2260/13, 160 00 Praha 6 **Provozovna:** Republikánská 1102/45, 312 00 Plzeň
www.cheiron.eu **E-mail:** obchod@cheiron.eu **Tel.:** +420 377 590 422 **Fax:** +420 377 590 435 **IČ:** 27094987 **DIČ:** CZ27094987

CHEIRÓN a.s.
Ulrychova 2260/13
160 00 Praha 6 - Břevnov

Souhlasíme s uveřejněním smluvního vztahu na „Dodávku umělého plicního simulátoru, plicního ventilátoru a externího manuálního bifazického defibrilátoru“ dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Praze, dne 12. 7. 2016

Ing. Jindřich Petřík, MBA, předseda představenstva

Cheirón
...dýchanie za Vás.
CHEIRÓN a.s., Ulrychova 2260/13, 162 00 Praha 6
Provozovna: Republikánská 1102/45, 312 00 Plzeň
Telefon: 377 590 411 Fax: 377 590 435
IČ: 27094987 DIČ: CZ27094987
13