



SYNPO, akciová společnost
S.K. Neumana 1316. 532 00 Pardubice



Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 627

Nabídka č. BR/20048

Datum: 01. 06. 2020

Nabídka na dodávku zboží od firmy AMETEK Brookfield

Zboží	Množství (ks)	Cena za MJ bez DPH (Kč)
1. Měřicí hlava reometru Brookfield model DVNXRV kód přístroje: XDVNXRVMBG0E00 s robustním kuličkovým uložením hřídele a magnetickou spojkou, včetně příslušenství a manuálu v češtině - termín dodání: červenec 2020	1	96 350,00
2. Sada 6 měřících vřeten (RV 2 – 7) s magnetickou spojkou - termín dodání: leden 2021	1	57 810,00
3. Teploměrná sonda DVP-94Y s laboratorním stojanem model G - termín dodání: duben 2021	1	38 540,00

Dodací podmínky:	DDP Pardubice
Platební podmínky:	pol. 1: 100% zálohová platba pol. 2: platba po dodání se splatností 30 dnů pol. 3: platba po dodání se splatností 30 dnů
Platnost nabídky:	31. 8. 2020
Dodací lhůta:	4 - 5 týdnů po přijetí objednávky
Záruka:	12 měsíců ode dne dodání
Instalace:	je zahrnuta v nabídce
Servis:	provádí Synpo, akciová společnost
Kalibrace:	prvotní kalibrace od firmy AMETEK Brookfield, další kalibrace jsou možné od SYNPO, akciová společnost, kalibrační laboratoř akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025
Certifikace:	firma Brookfield ISO 9001, firma SYNPO ISO 9001
Životní prostředí:	přístroje firmy Brookfield jsou v souladu s požadavky směrnice EU2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) a EU2002/95/ES o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

1. Digitální viskozimetr Brookfield model DVNXRV

- digitální viskozimetr s 2 600 nastavitelnými rychlostmi rotace (0,1 - 250 ot/min)
- měřící rozsah viskozimetru: 100 – 40 x10⁶ mPa.s, od 1mPa.s při použití volitelného vřetena RV01
- přesnost měření: ± 1,0 % z měřícího rozsahu
- reprodukovatelnost měření: ± 0,2 % z měřícího rozsahu

SYNPO, akciová společnost, S. K. Neumana 1316, 532 07 Pardubice,





SYNPO, akciová společnost
S.K. Neumana 1316. 532 00 Pardubice



Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 627

-
- přesnost měření teploty: $\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ v rozsahu $-100\text{ }^{\circ}\text{C}$ až $+149\text{ }^{\circ}\text{C}$
 $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ v rozsahu $+150\text{ }^{\circ}\text{C}$ až $+300\text{ }^{\circ}\text{C}$
 - napájení: 230V/50Hz
 - hmotnost: 10,5 kg
 - programovatelné sekvence měření použitím funkce Wizard
jejich spouštění bez připojení na počítač. Data mohou být vytisknuta na volitelné tiskárně model
Dymo Label Printer Writer 450 Turbo nebo převedena do počítače.
 - spojitě měří a indikuje:
 - dynamickou viskozitu (cP odpovídá mPa.s)
 - teplotu ($^{\circ}\text{C}$)
 - % kroučícího momentu pružiny
 - deformační gradient (s^{-1}) a smykové napětí (dyn/cm^2) po
připojení adaptéru SSA,UL nebo termokontejneru
Thermosel
 - rychlost (ot/min)
 - typ vřetene
 - možnost použití matematických modelů
 - možnost nastavení viskozitních limitů při kontrole kvality
 - možnost měření doby gelace po připojení volitelného vřetena a spojky, díl č. GT-2000
 - komunikace přes USB port
 - kompatibilní s veškerým příslušenstvím Brookfield
 - je možné doplnit programem RheocalcT pro řízení viskozimetru oboustrannou komunikací
s přístrojem

