

TECHNICKÁ SPECIFIKACE POŽADOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

STROPNÍ TRANSPORTNÍ SYSTÉM

| Požadavky zadavatele na dodávku stropního transportního systému s příslušenstvím do místnosti rehabilitace, SB č. místnosti 102 | | | |
|---|--|---|--|
| Označení (obchodní/typové) | Likorall 200 | | |
| Výrobce | LIKO AB | | |
| Požadavky zadavatele na parametr | Hodnoty parametru požadované zadavatelem | Nabídka účastníka (hodnoty parametrů nabízeného přístroje)* | Stanovisko účastníka ke splnění zadavatelem požadovaných hodnot (ANO/NE) |
| Obslužitelnost všech míst v místnosti definovaných zadavatelem prostřednictvím pohybu po kolejnicích umístěných pod stropem místnosti | ANO | ANO | ANO |
| Bezpečná pracovní zátěž | min. 200 kg | 200 kg | ANO |
| Zvedací motorová jednotka (kazeta) s 2 bodovým ramenem | ANO | ANO | ANO |
| Systém pro nouzové mechanické spouštění | ANO | ANO | ANO |
| Bateriový indikátor stavu baterie | ANO | ANO | ANO |
| Signalizace vybití baterie | ANO | ANO | ANO |
| Ovládání na zvedáku | ANO | ANO | ANO |
| Ovládání na ručním dálkovém ovladači | ANO | ANO | ANO |
| Rozsah zdvihu – délka popruhu umožňující zvedání pacienta z podlahy | ANO | ANO | ANO |
| Nabíječka | ANO | ANO | ANO |
| 1 ks vaku pro zvedání a přemísťování pacientů s opěrkou hlavy, zesílením zad a nohou, velikost M | nosnost min. 150 kg | 200 kg | ANO |
| 1 ks vaku pro zvedání a přemísťování pacientů s | nosnost min.150 kg. | 200 kg | ANO |

| | | | |
|--|---------------------|-----------|-----|
| opěrkou hlavy, zesílením zad a nohou, velikost L | | | |
| 1 ks kalhotového závěsu pro nácvik chůze velikost M (NE typu „vesta“) | nosnost min. 100 kg | 200 kg | ANO |
| 1 ks kalhotového závěsu pro nácvik chůze velikost L. (NE typu „vesta“) | nosnost min. 100 kg | 200 kg | ANO |
| Záruka | Min. 24 měsíců | 24 měsíců | ANO |

***Pozn.: Účastník uvede číselné hodnoty tam, kde je relevantní hodnoty parametrů nabízeného zařízení uvádět**

