

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE POŽADOVANÉHO ZAŘÍZENÍ**  
**veřejné zakázky malého rozsahu s názvem**  
**OBMĚNA REHABILITAČNÍCH VAN RH PAVILON**

Požadavky zadavatele na dodávku rehabilitační vany pro horní končetiny			
Označení (obchodní/typové)	BTL-3000 CORNEA 10, VANY PRO HORNÍ KONČETINY		
Výrobce	BTL		
Požadavky zadavatele na parametr	Hodnoty parametru požadované zadavatelem	Nabídka účastníka (hodnoty parametrů nabízeného přístroje)*	Stanovisko účastníka ke splnění požadavkem požadovaných hodnot (ANO/NE)
Vana umožňuje vířivou lázeň horních končetin	ANO	ANO	ANO
Maximální rozměry v mm (v x š x h)	980 x 940 x 700	950 x 935 x 695 mm	ANO
Maximální užitečný objem vody v litrech	30	25	ANO
Možnost napuštění vody tryskami	ANO	ANO	ANO
Minimální počet trysek	10	10	ANO
Možnost přivzdušnění a regulace vzduchu	ANO	ANO	ANO
Hladinové čidlo	ANO	ANO	ANO
Vypouštění ventilem ovládaným z ovládacího pultu	ANO	ANO	ANO
Oplachová sprcha	ANO	ANO	ANO
Ochrana čerpadla proti spuštění na sucho	ANO	ANO	ANO
Spouštění a vypínání pneumatickým vypínačem	ANO	ANO	ANO
Antibakteriální akrylátový povrch	ANO	ANO	ANO
Záruční doba	min. 24 měsíců	24	ANO

\*Pozn.: Účastník uvede číselné hodnoty tam, kde je relevantní hodnoty parametrů nabízeného zařízení uvádět

