

Příloha č 1 - Technická specifikace včetně cenové nabídky (ocenění)

Název VZ:	Injekční stříkačky a jehly pro Nemocnice Plzeňského kraje
Část VZ:	Část 6 - Injekční jehly
název dodavatele:	PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
IČO/DIČ:	25099019 / CZ25099019
sídlo:	Juárezova 1071/17, 160 00 Bubeneč - Praha 6
osoba oprávněná jednat za dodavatele:	Pavel Hanuš, předseda představenstva

Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku injekčních jehel, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.

Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů, které obsahuje Příloha č. 1 ZD. V relevantních sloupcích tabulky (cena za ks, sazba DPH, název produktu, velikost nabízeného balení, objednávací číslo, výrobce atd.) dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí a za jakou cenu jej nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v sloupcích, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě dodávek dodavatel napíše také název výrobce, obchodní označení výrobku, objednávací číslo.

Nepřípustná změna stanoveného Krycího listu, tabulky Technická specifikace vč. ocenění nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.

Injekční jehly

Barva-šířka jehly	průměr x délka v mm	Měrná jednotka = 1ks	Předpokládaný odběr MJ za 48 měsíců plnění (v ks)	Cena za 1 měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH	Sazba DPH (v %)	Celková cena za předpokládaný odběr za 48 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení)	Celková cena za předpokládaný odběr za 48 měsíců plnění v Kč včetně DPH	Název produktu (obchodní název)	Počet balení v 1 kartonu (velikost nabízeného balení)	Objednávací číslo	Výrobce
růžová/18G	1,2 x 40	1ks			21%	297 600,00 Kč	360 096,00 Kč	Inj.jehla18Gx1,5; 1,20x38mm	bal. = 100ks kart. = 50bal	PM100080001	Pinmed
žlutá/20G	0,9 x 40	1ks			21%	46 000,00 Kč	55 660,00 Kč	Inj.jehla20Gx1,5; 0,90x38mm	bal. = 100ks kart. = 50bal	PM100080004	Pinmed
zelená/21G	0,8 x 40	1ks			21%	64 400,00 Kč	77 924,00 Kč	Inj.jehla21Gx1,5; 0,80x38mm	bal. = 100ks kart. = 50bal	PM100080006	Pinmed
černá/22G	0,7 x 30	1ks			21%	7 544,00 Kč	9 128,24 Kč	Inj.jehla22Gx1,25; 0,70x32mm	bal. = 100ks kart. = 50bal	PM100080009	Pinmed
černá/22G	0,7 x 40	1ks			21%	37 766,00 Kč	45 696,86 Kč	Inj.jehla22Gx1,5; 0,70x38mm	bal. = 100ks kart. = 50bal	PM100080008	Pinmed

modrá/23G	0,6 x 30	1ks		21%	15 916,00 Kč	19 258,36 Kč	Inj.jehla23Gx1,25; 0,60x32mm	bal. = 100ks kart. = 50bal	PM100080010	Pinmed
oranžová/25G	0,5 x 16	1ks		21%	20 240,00 Kč	24 490,40 Kč	Inj.jehla25Gx5/8; 0,50x16mm	bal. = 100ks kart. = 50bal	PM100080014	Pinmed
oranžová/25G	0,5 x 25	1ks		21%	41 400,00 Kč	50 094,00 Kč	Inj.jehla25Gx1,0; 0,50x25mm	bal. = 100ks kart. = 50bal	PM10080013	Pinmed
Cena celkem					530 866,00 Kč	642 347,86 Kč				


Celková nabídková cena za předmět plnění části 6 (předmět hodnocení):	Cena v Kč bez DPH:	530 866,00 Kč
	DPH v Kč :	111 481,86 Kč
	Cena v Kč včetně DPH:	642 347,86 Kč

Splnění minimálních požadovaných parametrů:

Injekční jehly (dále jen "Zboží")	Zboží splňuje ANO/NE
jsou zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 268/2014 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a splňuje nařízení vlády č.54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky ve znění pozdějších předpisů	ANO
materiál je označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče.	ANO
splňují zdravotnickou směrnici 93/42 EHS, jsou zdravotnickým prostředkem I.třídy	ANO
přiloženo vyobrazení výrobku z katalogu nebo katalogový list	ANO
tenkostěnná jehla z chromniklové oceli	ANO
hladký povrch, broušený úkos jehly, ostré provedení dobře pronikající kůží	ANO
sterilní, barevné odlišení dle příslušné normy	ANO
tolerance v délce jehly 10%.	ANO

Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.

V Praze dne 03.12.2020



podpis oprávněné osoby za účastníka

Pavel Hanuš, předseda představenstva