

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE POŽADOVANÝCH ZAŘÍZENÍ**

veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

**STAVĚCÍ ZVEDÁK 2 KS**

Požadavky zadavatele na dodávku 2 ks mobilního stavěcího zvedáku s příslušenstvím			
Označení (obchodní/typové)	STELLAR 170		
Výrobce	ERGOLET		
Požadavky zadavatele na parametr	Hodnoty parametru požadované zadavatelem	Nabídka účastníka (hodnoty parametrů nabízeného přístroje)*	Stanovisko účastníka ke splnění zadavatelem požadovaných hodnot (ANO/NE)
Použitelnost pro osoby se zhoršenou mobilitou a stabilitou schopné stát bez asistence	ANO	ano	ano
Maximální zatížení v kg	Minimálně 150 kg	170 kg	ano
Zvedací rychlost bez zatížení v cm/s v rozmezí	3-5	3-5	ano
Elektrický pohon	ANO	ano	ano
Kabelové dálkové ovládání	ANO	ano	ano
Rychlé nouzové vypnutí na zvedáku	ANO	ano	ano
Nouzové spouštění přímo na zvedáku	ANO	ano	ano
Maximální hladina hluku	75 dB	52 dB	ano
Indikátor servisu	ANO	ano	ano
Materiál konstrukce	Kov	kov	ano
Bateriový box a nabíječka integrovaná ve zvedáku	ANO	ano	ano
Inteligentní nabíjení baterií – mimo provoz vždy připojení do sítě, bez nutnosti vybití baterie na minimum pro jejich	ANO	ano	ano

maximální životnost			
Závěsný hrudní pás s podporou hýždí jako příslušenství v ceně	ANO	ano	ano
Minimální záruka v měsících	24	24	ano

**\*Pozn.: Účastník uvede číselné hodnoty tam, kde je relevantní hodnoty parametrů nabízeného zařízení uvádět**

