

Kupní smlouva

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, příspěvková organizace

Se sídlem: Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
Zastoupena: Ing. Ivo Žolnerčíkem - ředitelem
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Bc. Marcela Mesochoridisová, provozně-technická náměstkyně
IČ: 00844853
DIČ: CZ00844853
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karviná
Číslo účtu: 174-30331791/0100
Tel: 596 383 111
email: nspka@nspka.cz
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 880
(dále jen „kupující“)

a

2. HOSPIMED, spol. s r.o.

Se sídlem: Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3
Zastoupena: Mgr. Janou Doubravovou, jednatelkou
IČ: 00676853
DIČ: CZ00676853
Bankovní spojení: Československá obchodní banka
Číslo účtu: 274631731/0300
Tel: 702289491
email: filip.zilinsky@hospimed.cz
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 480
(dále jen „prodávající“)

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Proávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu 1 ks operačního stolu - MEDIFA 7000 – model 700200 (*typ uvede dodavatel v souladu se svou nabídkou*) s příslušenstvím, specifikovaného v příloze č. 1 této smlouvy a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k předmětu smlouvy. Kupující se zavazuje předmět smlouvy převzít a prodávajícímu za poskytnuté plnění zaplatit za podmínek uvedených v této smlouvě kupní cenu dle čl. IV této smlouvy.
2. Dodávané zboží musí být nové, nerepasované, ne demo a nepoužívané.
3. Součástí předmětu smlouvy je bezplatná doprava předmětu smlouvy do místa plnění, přeprava na příslušné pracoviště dle čl. V této smlouvy, jeho instalace, likvidace obalů, odpadů, validace, kalibrace či jiné vstupní měření, zprovoznění a seznámení zaměstnanců kupujícího s jeho obsluhou tak, aby byli schopni předmět smlouvy řádně užívat.
4. Součástí dodávky je předání následujících dokladů:
 - ES prohlášení o shodě výrobku (EC Declaration of Conformity). Prodávající dále vydá samostatné prohlášení o třídě přístroje (I, IIa, IIb a nebo III), toto prohlášení bude opatřeno razítkem a podpisem zástupce prodávajícího. V případě, že prodávající dodá přístroj zařazený do třídy IIb nebo III, musí k tomuto vypracovat provozní deník, tedy seznam úkonů doporučených návodem k obsluze (úkony, které by měla provádět obsluha přístroje jako například provozní testy, čištění, dezinfekce atp.). Tento provozní deník musí opatřit razítkem a podpisem zástupce prodávajícího.
 - Předávací protokol.
 - Návod k obsluze přístroje i všech jeho součástí v českém jazyce v 1x v tištěné a 1x v elektronické podobě (na CD/DVD nebo USB flash disku).
 - Doklad o instruktáži (proškolení) obsluhy v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění (dále jen „zákon č. 268/2014 Sb.“).
 - Doklady osoby, která je poučena výrobcem k provádění instruktáže daného zdravotnického prostředku dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb.
 - Doklady osob, které jsou proškoleny výrobcem nebo osobou autorizovanou výrobcem, k provádění odborné údržby dle § 65 zákona č. 268/2014 Sb.
 - Licenční ujednání k software, pokud je součástí předmětu plnění.
5. Součástí předmětu plnění je také bezplatné provádění všech zákonem stanovených prohlídek, zejména pak pravidelné bezpečnostně technické kontroly (dále jen BTK) dle zákona č. 268/2014 Sb., kontrol elektrických zařízení (dále jen KEZ) dle ČSN 60601-1 (bude-li to podle třídy přístroje požadováno) a souvisejících norem, bezplatný servis po dobu záruky, validace, kalibrace.
6. Prodávající prohlašuje, že na předmět smlouvy nevážnou žádné právní vady ve smyslu ustanovení § 1920 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
7. Veškeré dokumenty dle odstavce 4 tohoto článku budou předány referentu zdravotní techniky. Předání si domluví dodavatel s referentem zdravotní techniky předem na tel. čísle: 596 383 300 nebo písemně e-mailem: skridlovka.petra@nspka.cz

IV. KUPNÍ CENA

1. Cena předmětu této smlouvy specifikovaného v čl. I je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky prodávajícího a činí:

Plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH 21 % v Kč	Cena celkem vč. DPH
Operační stůl MEDIFA 7000 – model 700200	950 800 Kč	199 668 Kč	1 150 468 Kč
CELKEM	950 800 Kč	199 668 Kč	1 150 468 Kč

2. Kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním předmětu této smlouvy dle čl. III této smlouvy, včetně nákladů na dopravu předmětu smlouvy do místa plnění dle čl. V odst. 1 této smlouvy, jakož i veškeré poplatky, instalace a přezkoušení funkčnosti předmětu smlouvy a seznámení zaměstnanců uživatele s obsluhou, proškolení zaměstnanců, servisní náklady a revize v záruční době, náklady na dodání příslušného software a upgrade (je-li součástí), likvidace obalů a odpadů, validace, kalibrace či jiná měření apod.
3. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je prodávající ke kupní ceně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny kupní ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

V. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

1. Prodávající je povinen dodat předmět smlouvy do místa plnění dle pokynů kupujícího, kterým je Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, operační sály.
2. Prodávající se zavazuje dodat předmět smlouvy nejpozději do 4 týdnů od podpisu smlouvy.

VI. DODÁNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY A PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

1. Předmět smlouvy je dodán jeho protokolárním předáním v místě plnění ze strany prodávajícího a převzetím osobami pověřenými jeho převzetím ze strany kupujícího. Při předání předmětu této smlouvy je prodávající povinen předat kupujícímu doklady dle čl. III odst. 4 této smlouvy. Protokolární převzetí předmětu plnění bude provedeno až po dodání předmětu smlouvy, jeho instalaci a seznámení zaměstnanců kupujícího s jeho obsluhou.
2. Převzetím je za kupujícího pověřena vrchní sestra COS případně primář ortopedického oddělení ve spolupráci s referentem zdravotní techniky.
3. Dodání přístroje dohodne dodavatel min. 5 dní předem na tel. č. [REDAKCE] (vrchní sestra COS), [REDAKCE] (primář ortopedie) a rovněž s referentem zdravotní techniky na tel. č. [REDAKCE].
4. Řádné proškolení zaměstnanců kupujícího s obsluhou přístroje bude realizováno v prostorách poskytnutých kupujícím v délce nutné pro správné pochopení všech funkcí přístroje a bude o něm vyhotoven zápis, v němž budou uvedeny osoby, které byly takto seznámeny.
5. Vlastnické právo k předmětu smlouvy a nebezpečí škody na něm přechází na kupujícího okamžikem jeho předání a převzetí dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
6. V případě zjištění zjevných vad předmětu smlouvy může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na předávacím protokolu.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Právo fakturovat dohodnutou cenu má prodávající po řádném a včasném protokolárním předání předmětu této smlouvy kupujícímu, tj. po jeho instalaci, seznámení zaměstnanců kupujícího s obsluhou přístroje, zaškolení zaměstnanců kupujícího a jeho uvedení do trvalého provozu.
2. Faktura bude zaslána nebo předána osobně na podatelnu NsP Karviná-Ráj.
3. Podkladem pro úhradu kupní ceny dodaného předmětu smlouvy bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „faktura“). Faktura musí obsahovat:
 - údaj o firmě, sídle a identifikačním čísle prodávajícího; údaj o zápisu prodávajícího do obchodního rejstříku včetně spisové značky,
 - číslo a datum vystavení faktury,
 - předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy), tj. „Dodávka operačního stolu“
 - označení banky a čísla účtu, na který musí být zapláceno,
 - lhůtu splatnosti faktury,
 - jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu,
 - přílohou faktury bude předávací protokol dle odst. 1
 - podrobný rozpis kupní ceny přístroje, příslušenství a všech jeho součástí a dílů dle odst. 5
4. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby kupujícího nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
5. V případě, že se přístroj skládá z více součástí a dílů, budou tyto konkrétně rozepsány na faktuře.
6. Lhůta splatnosti faktury je dohodou smluvních stran sjednána do 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.).
7. Povinnost zaplatit kupní cenu je splněna dnem odepsání poslední příslušné částky z účtu kupujícího.
8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Proávající provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury prodávajícímu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nové faktury kupujícímu.
9. Je-li prodávající plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu prodávajícího je prodávající povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li prodávající plátcem DPH, musí být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

VIII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A SERVIS

1. Proávající kupujícímu na předmět smlouvy poskytuje záruku za jakost a to v délce 36 měsíců (*min. však 36 měsíců*).
2. Proávající bude kupujícímu po dobu záruky bezplatně poskytovat servis v místě plnění a v tomto rozsahu:
 - provádění pravidelných bezpečnostně-technických kontrol dle § 65 zákona č. 268/2014 Sb. a dle požadavků výrobce, prodávající rovněž zodpovídá za dodržování předepsaných lhůt,
 - provádění servisu a oprav dle §§ 64 a 66 zákona č. 268/2014 Sb. a dle platných technických norem, validace, kalibrace,
 - provádění revize elektrických zařízení dle platných ČSN EN 60601-1 a ČSN EN 62353 a dle

požadavků výrobce,

- provádění aktualizace a upgrade softwarového vybavení přístroje.

V rámci záručního servisu bude prodávající pravidelně provádět bezplatně prohlídku přístrojů a jejich údržbu (dále též „odborná údržba“) dle doporučení výrobce, tak aby byla po celou dobu záruky zajištěna plná funkčnost přístroje. Odborná údržba dle tohoto odstavce zahrnuje servisní úkony, zejména technickou podporu, práci a cestu technika, servisní prohlídky apod.

3. Veškeré vady je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (e-mailem) obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady (dále též „reklamace“). Kupující bude vady předmětu smlouvy oznamovat na:

e-mail: jana.simackova@hospimed.cz

adresu: Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3

Jakmile kupující odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.

4. Prodávající neodpovídá za vady, které byly způsobeny nesprávným užíváním uživatele nebo třetí osobou.
5. Prodávající vždy musí kupujícímu písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y) s tím, že tento termín nesmí být delší než 2 pracovní dny od doby obdržení reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Nastoupit k odstranění vady v těchto termínech je prodávající povinen bez ohledu na to, zda reklamaci uznává či neuznává.
6. Odstranění vady, popř. výměna vadného přístroje, bude provedena servisním technikem prodávajícího pokud možno ihned při první návštěvě, maximálně však do 2 pracovních dnů od nahlášení vady, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
7. Ve výjimečném případě, kdy bude předpokládaná doba opravy delší než 2 pracovní dny, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu bezodkladně, nejpozději však do 2 kalendářních dnů od nahlášení vady, zdarma náhradní přístroj nebo jeho část o stejných nebo vyšších technických parametrech, a to až do doby předání opraveného přístroje nebo jeho části, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
8. Kupující je povinen umožnit pracovníkům prodávajícího přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady.
9. Pokud vadnou část nebo předmět smlouvy není možno opravit, má kupující právo na výměnu. Nebude-li vada odstraněna do 30 kalendářních dnů od jejího oznámení, považuje se za neodstranitelnou a v téže lhůtě je prodávající povinen vadný předmět smlouvy vyměnit. Pokud dojde k výměně předmětu smlouvy, počíná běžet dnem výměny záruční doba v délce dle odst. 1 tohoto článku. V případě výskytu čtyř různých závad předmětu smlouvy požaduje kupující dodávku nového předmětu smlouvy dle platných ustanovení občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb., v tomto případě běží nová záruka dle odst. 1 tohoto článku.
10. Pokud se na předmětu smlouvy vyskytne třikrát během záruční doby stejná vada, je prodávající povinen dodat kupujícímu předmět smlouvy nový. Na tento nový předmět smlouvy bude poskytnuta nová záruka v délce uvedené v odst. 1 tohoto článku.
11. O odstranění reklamované vady sepíše prodávající protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které kupující odmítá opravu převzít.
12. Neshodnou-li se smluvní strany v otázce uznatelnosti reklamace, nese náklady na odstranění reklamované vady v těchto sporných případech prodávající až do případného rozhodnutí soudu. Prokáže-li se, že kupující reklamoval neoprávněně, je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
13. Prodávající je povinen uhradit kupujícímu škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Prodávající rovněž kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
14. V případě konfliktu mezi dodanou konfigurací přístroje a požadavky definovanými v čl. III a příloh této smlouvy je prodávající povinen dodanou konfiguraci přístroje upravit do úplného splnění těchto požadavků.

IX. SANKCE

1. Nedodá-li prodávající kupujícímu předmět smlouvy ve lhůtě uvedené v čl. V odst. 2 této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč a to za každý započatý den prodlení.
2. Pokud prodávající neodstraní vadu předmětu smlouvy ve lhůtě uvedené v čl. VIII bod 6 smlouvy nebo zároveň v této lhůtě kupujícímu za vadný předmět smlouvy neposkytne zdarma náhradní předmět smlouvy o stejných nebo vyšších technických parametrech, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč a to za každý započatý den prodlení až do odstranění vady nebo poskytnutí náhradního předmětu smlouvy o stejných nebo vyšších technických parametrech.
3. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn požadovat na kupujícího úrok z prodlení z dlužné částky ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
4. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.

X. ZÁNÍK SMLOUVY

Tato smlouva zaniká:

1. písemnou dohodou smluvních stran,
2. jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - nedodání předmětu smlouvy ve stanovené době plnění,
 - pokud má předmět smlouvy vady, které jej činí neupotřebitelným nebo nemá vlastnosti, které si kupující vymínil nebo o kterých ho prodávající ujistil,
 - nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - neuhrazení kupní ceny kupujícího po druhé výzvě prodávajícího k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.


XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, především ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
2. Proávající není oprávněn postoupit anebo převést jakákoliv svá práva anebo pohledávky vyplývající z této smlouvy anebo se smlouvou související na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu kupujícího, a to ani částečně.
3. Smluvní strany se zavazují chránit před vyzrazením údaje a informace obsažené v této smlouvě, které mají charakter obchodního tajemství, či jsou jinak chráněné podle zákona. Za takové údaje či informace se zejména považují ujednání v této smlouvě uvedené v Příloze č. 1 a Příloze č. 2, přičemž Proávající má zájem na utajení těchto údajů a informací s ohledem na jejich konkurenční význam.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Tato smlouva nabývá účinnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
6. Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, datovaných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.
7. Stane-li se kterékoli ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této smlouvy neovlivněna a nedotčena, nevyplyvá-li z povahy daného ustanovení, obsahu smlouvy nebo okolností, za nichž

bylo toto ustanovení vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.


8. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá prodávající kupujícímu, musí být předána či předložena v českém jazyce.
9. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
10. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1 její vyhotovení.
11. Smluvní strany zároveň potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že nebyla uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.
12. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Nemocnicí s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, se sídlem Vydmuchovej 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, (dále jen „nemocnice“), zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje nemocnicí použity. Nemocnice při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách nemocnice – www.nspka.cz.
13. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu smlouvy, součástí a příslušenství
Příloha č. 2 – Podrobná cenová nabídka

V Karviné dne 27.12.2020



za kupujícího
Ing. Ivo Zolnerčík
ředitel

V Praze, dne 7.12.2020



za prodávajícího
Mgr. Jana Doubravová
jednatelka

HOSPIMED[®]

ZDRAVOTNICKÁ A GASTRONOMICKÁ TECHNIKA

130 00 Praha 3, Malešická 2251/51

Tel.: 225 001 532, Fax: 225 001 522

DIČ: CZ00676853

Příloha č. 1 - Specifikace předmětu smlouvy, součástí a příslušenství

Prodávající uvede ve sloupci Splněno:

- ANO, pokud požadovaný parametr splňuje;
- NE, pokud požadovaný parametr nesplňuje;
- pokud účastník nevyplní (nebude uvedeno ani ANO, ani NE) bude zadavatel posuzovat, jako by bylo uvedeno NE;

kde:

ANO = splnění zadávacích podmínek

NE = nesplnění zadávacích podmínek a z toho plynoucí vyřazení nabídky pro nesplnění zadávacích podmínek.

Prodávající u všech parametrů uvede nabízenou, tj. reálnou hodnotu.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. či od/do rozsah, připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10% od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Použití firemních názvů či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce má pouze ilustrovat příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídku jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoliv jiné, které mají stejné či lepší vlastnosti.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE POŽADOVANÉHO OPERAČNÍHO STOLU S PŘÍSLUŠENSTVÍM

MEDIFA 7000 – model 700200 (prodávající uvede přesný název, typ)		
Zdravotnický prostředek dle zákona č. 268/2014 Sb.:	ANO / NE (nehodící se škrtněte)	
Třída rizika zdravotnického prostředku:	...I.....	
Zdravotní prostředek byl notifikován:	ANO/ NE (nehodící se škrtněte)	
Evidence v seznamu rzpro.cz:	ANO/ NE (nehodící se škrtněte)	
Požadavek	Splněno ANO/NE	Reálná hodnota/řešení
operační stůl musí být mobilní, elektromechanický,	Ano	
operační stůl musí mít modulární pracovní desku, s elektrickým polohováním (nahoru - dolů, Trendelenburg – antiTrendelenburg, flexe, reflexe, laterálního náklonu, dolního zádového segmentu, nožního segmentu), ostatní polohování operačního stolu mechanicky,	Ano	
celkové maximální možné zatížení operačního stolu min. 540 kg	Ano	544 kg
maximální zatížení operačního stolu ve všech polohách min. 250 kg	Ano	250 kg
celková šíře pracovní desky operačního stolu bez eurolišť min. 550 mm	Ano	550 mm
celková šíře pracovní desky operačního stolu s eurolišťami min. 610 mm	Ano	610 mm
délka celé pracovní desky operačního stolu musí být větší než 2180 mm a menší než 2300 mm,	Ano	2300 mm

pracovní deska operačního stolu musí být složena z malého hlavového segmentu, horního zádového segmentu s odnímatelnými segmenty ramene (levý, pravý), dolního zádového segmentu, pánevního segmentu a děleného nožního segmentu,	Ano	
pracovní deska operačního stolu musí být v celé délce pracovní desky RTG transparentní; operační stůl musí být vhodný pro použití C ramene RTG,	Ano	
pracovní deska operačního stolu musí mít antidekubitní, antistatické polstrování s paměťovou pěnou o min. výšce 80 mm,	Ano	Výška polstrování 80 mm
polstrování pracovní desky operačního stolu musí být jednoduše odnímatelné a umožňovat tak snadnou údržbu a hygienu; uchycení polstrování pomocí čepového systému z důvodu vyššího hygienického standardu, uchycení polstrování se suchými zipy není povoleno z důvodu uplívání nečistot,	Ano	
operační stůl musí umožňovat „reverzní mód“, tedy oboustranné sestavení operační desky (záměna zádového segmentu za nožní a opačně),	Ano	
operační stůl musí být možné z rozvodné sítě střídavým napětím min. 100, max. 230 V, s frekvencí min. 50, max. 60 Hz,	Ano	
napájení operačního stolu musí být možné z integrované bezúdržbové baterie umožňující vícedenní provoz, dobíjení baterie pomocí integrované nabíječky,	Ano	
ovládání operačního stolu musí být možné pomocí integrovaného ovládacího panelu na noze operačního stolu, integrovaný ovládací panel musí být umístěn zboku nohy operačního stolu (nesmí být umístěn pod nožními segmenty; nesmí být umístěn pod hlavovým segmentem),	Ano	
ovládání operačního stolu musí být možné pomocí kabelového ovladače s barevným displejem, zároveň musí být možné ovládat operační stůl pomocí bezdrátového ovladače s barevným displejem (ovladače musí mít tlačítkovou volbu: výškové polohování, trendelenburg, antitrendelenburg, laterální náklon, flexe, reflexe, podélný posun, polohování zádové sekce a nožních segmentů, automatického nulování desky operačního stolu do vodorovné polohy),	Ano	
operační stůl musí mít indikátor stavu baterie operačního stolu na barevném displeji (drátového a bezdrátového) ovladače a na ovládacím panelu umístěném na noze stolu,	Ano	
operační stůl musí mít nerezové ocelové boční vodičí a asistenční eurolišty s profilovým rozměrem 25x10mm,	Ano	Rozměr eurolišty 25 x 10 mm
operační stůl musí mít nastavení výšky pracovní desky v rozsahu min. 580-1100mm (měřeno od podlahy po hranu operační desky bez polstrování),	Ano	580 – 1100 mm
operační stůl musí mít elektrické nastavení bočního (laterálního) náklonu v rozsahu min. -20°/20°,	Ano	-20°/20°
operační stůl musí mít elektrické nastavení trendelenburgové polohy v rozsahu min. -30°/30°,	Ano	-30°/30°
operační stůl musí mít elektrické nastavení dolního zádového segmentu v rozsahu min. -45°/80°,	Ano	-45°/80°

operační stůl musí mít dělené, lehce odnímatelné nožní segmenty. Levý i pravý nožní segment musí být možné rozevřít do strany min. v rozsahu 90°,	Ano	rozsah 90°
operační stůl musí mít elektrické nastavení pravého a levého nožního segmentu v rozsahu min. -90°/80°; ovládání pravého a levého nožního segmentu musí být možné v synchronním nebo asynchronním módu,	Ano	-90°/80°
operační stůl musí podporovat připojení amerických bot namísto nožních segmentů. Americké boty musí být možné elektricky nastavit v rozsahu min. -90°/80°; ovládání pravé a levé americké boty musí být možné v synchronním nebo asynchronním módu,	Ano	-90°/80°
operační stůl musí mít nastavení malého hlavového segmentu v rozsahu min. -45°/45°,	Ano	-45°/45°
operační stůl musí mít elektrické nastavení flexe pracovní desky min. v rozsahu 210°,	Ano	rozsah 210°
operační stůl musí mít elektrické nastavení reflexe pracovní desky min. v rozsahu 120°,	Ano	rozsah 120°
operační stůl musí mít čtyři dvojité antistatická plastová kola v rozích podvozkové základny operačního stolu o průměru min. 125 mm, které jsou chráněna krytím před znečištěním,	Ano	Průměr koleček 125 mm
základna operačního stolu musí být vyrobena z nerezové oceli bez plastových krytů,	Ano	
operační stůl musí mít centrální brzdový systém s výsuvnou aretací. Stabilita operačního stolu musí být zajištěna pomocí min. 4 výsuvných válců umístěnými mezi dvojitými koly.	Ano	
<u>Příslušenství:</u> ➤ extenční zařízení 1 ks – součástí extenčního zařízení musí být: fixační adaptér pro operační stůl vč. Pánevní části s čalouněním, protitahový válec pro peritoneum a krček stehenní kosti, dva výsuvné extenční profily (každý profil má dva klouby), dvě otočné a výškově stavitelné tahové vřetena s adaptací pro držáky extenčních bot, pár extenčních bot, dvě výškově nastavitelné tyčové opěrky, jeden vozík s odkládacím košem na další příslušenství, ➤ drátový dálkový ovladač 1 ks.	Ano	

V Praze

za prodávajícího

Mgr. Jana Doubravová

HOSPIMED®

ZDRAVOTNICKÁ A GASTRONOMICKÁ TECHNIKA

130 00 Praha 3, Malešická 2251/51

Tel.: 225 001 532, Fax: 225 001 522

DIČ: CZ00676853

Příloha č. 2 Podrobná cenová nabídka

operační stůl MEDIFA 7000 – model 700200


KAT. ČÍSLO
700200SF

POPIS
Mobilní elektromechanický operační stůl MEDIFA 7000

1 kus

cena za kus	cena celkem
630 568,00	630 568,00

Je operační stůl s celonerezovou mobilní podvozkovou základnou s maximálním krytím, vysoce stabilní a odolnou proti jakémukoliv mechanickému či chemickému poškození, s pevnou více segmentovou operační deskou a s plně elektrickým polohováním zdvihu (nahoru – dolů), s možností podélného posuvu, pozice trendelenburg / reverzní trendelenburg, laterálního náklonu, horního a dolního žádového segmentu a nožního segmentu. Ostatní polohování stolu je prováděno mechanicky za pomoci asistence plynových pružin. Ovládání všech funkcí operačního stolu je prováděno ručním ovladačem (kabelovým nebo bezdrátovým), integrovaným ovladačem na noze operačního stolu nebo alternativně nožním pedálovým ovladačem. Po celé délce operační desky stolu jsou integrovány EURO adaptační lišty pro upevnění příslušenství. Antistatická zdvojená kola podvozkové základny s $\varnothing$ 125 mm, které jsou chráněny krytím před znečištěním a s centrálním aretačním systémem umožňují velmi snadnou manipulaci v prostředí operačního sálu i mimo něj. Pro ještě snadnější pohyb je možné využití pátého směrového elektrického kolečka umístěného uprostřed základny. Polstry segmentů operačního stolu jsou vyrobeny z pamětově elektrokonduktivní viskoelastické pěny VEF o výšce 80 mm. Tyto polstry mají antidekubitní efekt, při dlouhých a náročných operačních výkonech nedochází k proleženinám. Polstry jsou navíc snadno odnímatelné s možností jednoduché hygienické údržby. Operační stůl je standardně vybaven záložním bateriovým zdrojem pro nouzový provoz s možností emergentního nouzového ovládání operačního stolu v případě výpadku hlavního síťového zdroje.



medifa
the medical factory

Součástí dodávky mobilního elektromechanického operačního stolu MEDIFA 7000 (kat. č. 700200SF) je mobilní podvozková základna se čtyřmi dvojitými kolečky s výsuvnou aretací, noha stolu s pánevním segmentem a dolním zádovým segmentem.

Technické parametry:

Elektrické nastavení výšky v rozsahu	580 - 1100 mm
Elektricky nastavitelná poloha Trendelenburg/reverzní Trendelenburg v rozsahu	-30°/+30°
Elektricky nastavitelný laterální náklon v rozsahu	-20°/+20°
Elektricky nastavitelná zádová sekce v rozsahu	-45°/+80°
Manuálně nastavitelná hlavová část za asistence plynových vzpěr v rozsahu	-45°/+45°
Elektricky nastavitelný nožní segment	-90° / +80°
Manuálně nastavitelná abdukce dělené nožní části za asistence plynových vzpěr v rozsahu	180°
Elektricky nastavitelná flexe desky operačního stolu v rozsahu	210°
Elektricky nastavitelná reflexe desky operačního stolu v rozsahu	120°
možnost podélného posuvu	380 mm
funkce automatického nastavení desky do pozice „0“	
Centrální brzdový systém s výsuvnými stabilizačními válci	
drátový ovladač	
Boční vodící a asistenční EURO lišty, ocelové, rozměr (po celé délce stolu)	25 x 10 mm
Plně RTG transparentní deska s možností použití radiografických kazet	
Síťové napětí	100 - 230V V, 50-60 Hz
Celková váha operačního stolu	270 kg
Maximální zatížení stolu ve všech polohách	250 kg
Maximální statické zatížení stolu	544 kg
Rozměry operační desky (dělený nožní segment, pánevní segment, dolní zádový segment, horní zádový segment s odnímatelnými segmenty ramene, malý hlavový segment:	2300 x 550

šířka včetně EURO lišty max. 610 mm

TECHNICKÝ POPIS A VYOBRAZENÍ

71390

horní zádový segment s odnímatelnými ramenními částmi a zmenšeným hlavovým segmentem

1 kus

59 202,00

59 202,00


dokování do dolního zádového segmentu

rtg transparentní, rozměry zádového segmentu:

rozměry horního zádového seg.: (D x Š x V) 320 x 550 x 80 mm




polstrovaní VEF
včetně malého hlavového segmentu s polohováním
materiál konstrukce: nerezová ocel



71615_2

dělený nožní segment

rozměry jednoho segmentu: (D x Š): 660 x 266 mm
levý i pravý nožní segment otočný v rozsahu 90°
Čalounění: VEF, V = 80 mm, radiolucetní, el. vodivé



1 kus


44 890,00

44 890,00

63000_2

extenční zařízení

fixační adaptér pro operační stůl včetně pánevní části s čalouněním
protitahový válec pro peritoneum a krček stehenní kosti
dva výsuvné extenční profily (každý profil má dva klouby)
dvě otočné a výškově stavitelné tahové vřetena
s adaptací pro držáky extenčních bot
dvě výškově nastavitelné tyčové opěrky
jeden vozík s odkládacím košem na další příslušenství



1 kus

201 210,00

201 210,00

61010

extenční boty (pro dospělého)
pro fixaci nohy



2 kusy

7465

14930

CEP-1201

12/2012

dálkový ovládač pro model MEDIFA 7000

všechny funkce operačního stolu lze řídit dálkovým ovladačem
drátově spojen s op. stolem
v ceně



1 kus

CELKEM

950 800,00

Fotografie a obrázky použité v technických listech jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od konkrétní konfigurace nabízeného zařízení.

O společnosti medifa

medifa* je renomovaný německý výrobce vysoce sofistikovaných a z pohledu funkčního designu unikátních operačních stolů, které se vyznačují nejvyšší možnou a dosažitelnou úrovní kvality, užitečných vlastností, vysokou spolehlivostí a dlouhou životností všech součástí a příslušenství.

Společnost medifa* má již více než 30 leté zkušenosti s výrobou, vývojem a dodávkami operačních stolů do více než 80 zemí po celém světě. Vlastní vývoj konstrukčního řešení a nejvyšší standard kvality používaných součástí a materiálů k výrobě operačních stolů, zaručuje naprosto unikátní vlastnosti, dlouhou životnost a bezproblémový a prakticky bezúdržbový provoz. Veškeré použité díly a součásti operačních stolů pocházejí od sofistikovaných dodavatelů a výrobců z Německa či Švýcarska.

Několika stupňový systém kontroly výroby a výstupní kontroly zajišťuje nepodrobitelný standard dodávaných produktů a je jednoznačným předpokladem pro spokojenost uživatelů, zákazníků a v neposlední řadě také pacientů.

V Praze dne 7.12.

za prodávajícího
Mgr. Jana Doubavého

HOSPIMED®

ZDRAVOTNICKÁ A GASTRONOMICKÁ TECHNIKA

130 00 Praha 3, Malešická 2251/51

Tel.: 225 001 532, Fax: 225 001 522

DIC: CZ00676853